

Oświęcim, 3 stycznia 2017 roku

Nazwa zamówienia: „Dostawa i montaż mebli do laboratorium badania ścieków przy ul. Solnej w Oświęcimiu”.

**Pytanie nr 18**

Prosimy o dopuszczenie deklaracji zgodności wydany przez producenta mebli i dygestoriów zamiast protokół z badań na bezpieczeństwo elektryczne na zgodność z normą PN-EN 61010-1 „Wymagania bezpieczeństwa elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych” (wymagane przez PN-EN 13150, pkt 6.5). Badania badań wykonane przez niezależne laboratoria akredytowane.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje wymogi zawarte w SIWZ.