

K-dzpz/20-ZO/2023

Tarnów, 13.12.2023 r.

**Do wszystkich Wykonawców  
uczestniczących w zapytaniu ofertowym**

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr K-dzpz/20-ZO/2023 z dnia 08.12.2023 r. na „Dostawę drobnego i specjalistycznego sprzętu medycznego oraz środków medycznych dla Akademii Tarnowskiej”.

**Część 3: Defibrylator:****Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z pojemnością akumulatora wystarczającą na co najmniej 240 minut ciągłego monitorowania lub 120 defibrylacji z energią 360 J?

**Odpowiedź Akademii Tarnowskiej do pytania nr 1:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 2:**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z możliwością transmisji danych poprzez eksport na przenośny dysk USB?

**Odpowiedź Akademii Tarnowskiej do pytania nr 2:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 3:**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z defibrylacją półautomatyczną, bez możliwości programowania energii 1, 2 i 3? Oferowany defibrylator posiada prosty w użyciu system wyboru energii defibrylacyjnej na płycie głównej urządzenia (zmiana pokrętłem lub przyciskami plus/minus) oraz na łyżkach twardej.

**Odpowiedź Akademii Tarnowskiej do pytania nr 3:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 4:**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator bez algorytmu wykrywającego ruch pacjenta w trybie półautomatycznym?

**Odpowiedź Akademii Tarnowskiej do pytania nr 4:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 5:**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator ze wzmocnieniem sygnału EKG na 6 poziomach oraz możliwością ustawienia wyboru AUTO?

**Odpowiedź Akademii Tarnowskiej do pytania nr 5:**

Zamawiający dopuszcza.

**Część 6 – Aparat KTG:**

**Pytanie nr 6:**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat KTG bez skróconej instrukcji obsługi wyświetlanej na ekranie urządzenia?

**Odpowiedź Akademii Tarnowskiej do pytania nr 6:**

Zamawiający dopuszcza.

**Część 7 – Pompa strzykawkowa:**

**Pytanie nr 7:**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę z szybkością bolusa programowaną w zakresie 0,1-2000 ml/h dla strzykawki 50ml?

**Odpowiedź Akademii Tarnowskiej do pytania nr 7:**

Zamawiający dopuszcza.

**Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część zapytania ofertowego oraz są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.**

Rektor Akademii Tarnowskiej  
dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. Uczelni