

Sprawa numer 29/PN/2023/MM

Warszawa dnia, 27 lipca 2023r.

### **ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW**

Dotyczy: postępowania pn. Dostawa wyrobów reumoortopedycznych w podziale na zadania, znak sprawy: 29/PN/2023/MM.

Zamawiający, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.) zwanej dalej Ustawą, informuje, iż wpłynęły pytania od Wykonawców, na które Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i dokonuje zmian zapisów SWZ:

#### Zadanie 4, pozycja 2:

Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną bierną jednorazową, uniwersalną dla dzieci i dorosłych, owalna, żelowa, dzielona na dwie równe symetryczne części, powierzchnia ogólna 168cm<sup>2</sup>, grubość hydrożelu 0,69mm+/-0,01 mm, pakowane pojedynczo, z systemem ścisłego przylegania zapobiegającym przedostaniu się płynów pomiędzy elektrodę i pacjenta, wymiary elektrody 163,5x117 mm?

Odpowiedź: Tak.

Zamawiający informuje, że zmiany stają się integralną częścią SWZ i tym samym stają się wiążące od dnia ich ogłoszenia.

Sporządził: Małgorzata Marcinkowska