

L.dz. DAG / 242 / 66 / 2025

Dotyczy: **postępowania nr PN-7/25 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie usług serwisu pogwarancyjnego sprzętu produkcji Varian Medical Systems, użytkowanego na Oddziale Klinicznym Radioterapii.**

Stosownie do postanowienia art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2024 poz. 1320) ZAMAWIAJĄCY – Zachodniopomorskie Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie, przekazuje, poniżej, treść otrzymanych zapytań wraz z wyjaśnieniami – część druga:

Pytanie nr 5:

Załącznik nr 4 do SWZ, Umowa, § 6 ust. 9.

W celu umożliwienia złożenia oferty w niniejszym postępowaniu Zamawiający proszony jest o modyfikację treści punktów c) oraz d) § 6 ust. 9 na poniższą:

„c) zapewnienia poprawnej konfiguracji systemu kopii bezpieczeństwa zapewniającego regularne (minimum 1 raz dziennie) tworzenie kopii bezpieczeństwa danych z systemów Aria/Eclipse na niezależnych nośnikach danych (taśma streamera), pod warunkiem wymiany ich przez Zamawiającego po wykonaniu kopii,”

„d) przekazywania codziennych raportów za pośrednictwem email odnośnie stanu wykonania kopii bezpieczeństwa – Zamawiający zapewni poprawność działania serwera poczty wychodzącej,”.

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokonuje stosownej zmiany w projekcie umowy stanowiącej Załącznik nr 4 do SWZ, w zakresie punktu c) oraz d) w § 6 ust. 9.

Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie: Adrianna Zalewska, nr tel.: 91 42 51 433.

**Dyrektor
Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii**



tel. 91 42 51 410 / fax: 91 42 51 406



szpital@onkologia.szczecin.pl



www.onkologia.szczecin.pl