



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



Inowrocław, 17.01.2024r.

EZP 24/2024



Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

dot. przetargu nr M-48/2023 na dostawę biometru i dwóch perymetrów dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.



Zamawiający zgodnie z art. 284 ustawy Pzp. przedstawia wyjaśnienia do zadawanych pytań.

Pytanie nr 1

Dotyczy SWZ (Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych)
pkt. 3 b)

Zamawiający w w/w punkcie dokumentu żąda by Wykonawca wraz z ofertą złożył przedmiotowe środki dowodowe: spis wszystkich warunków jakie muszą spełniać instalacje (media) oraz pomieszczenie, w którym będzie użytkowany przedmiot zamówienia. Czy Zamawiający w związku z tym, iż oferowane urządzenia nie wymagają specjalnych warunków technicznych ani lokalnych, odstąpi od żądania złożenia wraz z ofertą spisu wszystkich warunków jakie muszą spełniać instalacje (media) oraz pomieszczenie, w którym będzie użytkowany przedmiot zamówienia?

Odpowiedź:

Należy złożyć oświadczenie, że urządzenie nie wymaga specjalnych warunków technicznych ani lokalowych w którym będzie użytkowane.

Pytanie nr 2

Dotyczy załącznika nr 5 do SWZ (wzór Umowy)
§ 10 pkt. 6 a)

Zamawiający w w/w punkcie dokumentu wymaga przystąpienia do usunięcia wady w czasie 24 godzin od momentu jej zgłoszenia Wykonawcy, liczonym w dni robocze.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie przystąpienia do usunięcia wady do 72 godzin od momentu jej zgłoszenia Wykonawcy, liczonym w dni robocze?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i wydłuża czas przystąpienia do usunięcia wady do 72 godzin od momentu jej zgłoszenia Wykonawcy, liczonym w dni robocze.

Pytanie nr 3

Dotyczy załącznika nr 5 do SWZ (wzór Umowy)
§ 10 pkt. 7

Zamawiający w w/w punkcie dokumentu w przypadku wystąpienia wady urządzenia i zgłoszenia przez Zamawiającego żądania jego wymiany z powodu zaistnienia wad niemożliwych do usunięcia, Wykonawca zobowiązany jest wymiany urządzenia na wolne od wad w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia takiego żądania w sposób określony w ust. 3.



g



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie wymiany urządzenia na wolnego od wad w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia żądania w przypadku wystąpienia wad urządzenia niemożliwych do usunięcia?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i wydłuża czas na wymianę urządzenia wolnego od wad w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia żądania w przypadku wystąpienia wad urządzenia niemożliwych do usunięcia.

Pytanie nr 4

Dotyczy załącznika nr 5 do SWZ (wzór Umowy)

§ 2 pkt. 4

Zamawiający w w/w punkcie dokumentu wymaga dostępności części zamiennych minimum 10 lat.

Czy zamawiający dopuści dostępność części zamiennych do 8 lat ?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia wymóg na dostępność części zamiennych na minimum 8 lat.

Pytanie nr 5

Dotyczy załącznika nr 2 do SWZ (opis przedmiotu zamówienia Biomter)

Gwarancja i serwis

Pkt. 33

Zamawiający w w/w punkcie dokumentu wymaga czasu reakcji na zgłoszenie usterki do 24 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji na zgłoszenie do 72 godzin?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i wydłuża czas reakcji na zgłoszenie do 72 godzin.

Pytanie nr 6

Dotyczy załącznika nr 2 do SWZ (opis przedmiotu zamówienia Biomter)

Gwarancja i serwis

Pkt. 34

Zamawiający w w/w punkcie dokumentu wymaga czasu skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 3 dni robocze rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii do max 5 dni roboczych rozumianych jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i wydłuża czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii do max 5 dni roboczych rozumianych jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Pytanie nr 7

Dotyczy załącznika nr 2 do SWZ (opis przedmiotu zamówienia Biomter)

Gwarancja i serwis

Pkt. 35



CERTYFIKAT 2020/7



Szpital
bez bólu

4



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



Zamawiający w w/w punkcie dokumentu wymaga czasu skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 5 dni roboczych rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii do max 8 dni roboczych rozumianych jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i wydłuża czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii do max 8 dni roboczych rozumianych jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Natomiast punktacja w pkt.35 załącznika nr 2 do SWZ zmienia się w następujący sposób:

Od 5 dni do 8 dni – 0 pkt.

4 dni – 5 pkt.

3 dni – 10 pkt.

Pytanie nr 8

Dotyczy załącznika nr 2a do SWZ (opis przedmiotu zamówienia Perymetr 2 sztuki)

Gwarancja i serwis

Pkt. 31

Zamawiający w w/w punkcie dokumentu wymaga czasu reakcji na zgłoszenie usterki do 24 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji na zgłoszenie do 72 godzin?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i wydłuża czas reakcji na zgłoszenie do 72 godzin.

Pytanie nr 9

Dotyczy załącznika nr 2a do SWZ (opis przedmiotu zamówienia Perymetr 2 sztuki)

Gwarancja i serwis

Pkt. 32

Zamawiający w w/w punkcie dokumentu wymaga czasu skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 3 dni robocze rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii do max 5 dni roboczych rozumianych jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i wydłuża czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii do max 5 dni roboczych rozumianych jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Pytanie nr 10

Dotyczy załącznika nr 2a do SWZ (opis przedmiotu zamówienia Perymetr 2 sztuki)

Gwarancja i serwis

Pkt. 33



4



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



Zamawiający w w/w punkcie dokumentu wymaga czasu skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 5 dni roboczych rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii do max 8 dni roboczych rozumianych jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i wydłuża czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii do max 8 dni roboczych rozumianych jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Natomiast punktacja w pkt.33 załącznika nr 2a do SWZ zmienia się w następujący sposób:

od 5 dni do 8 dni – 0 pkt.

4 dni – 5 pkt.

3 dni – 10 pkt.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje przesunięcia terminów składania, otwarcia oraz związania z ofertą:

Termin składania ofert do 23.01.2024r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert nastąpi 23.01.2024r. godz. 10:05

Termin związania ofertą do dnia 21.02.2024r



CERTYFIKAT 2020/7



Kierownik
Działu Zamówień Publicznych

Ewa Sempowicz