



Stargard, dn. 06.03.2019 r.

**Dotyczy: Przetarg nieograniczony nr 8/PN/D/UE/2019 na dostawy do SPWZOZ w Stargardzie artykułów i materiałów medycznych jednorazowego użytku w podziale na 30 pakietów.**

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający publikuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

### **Pytanie 1 - Pakiet 23 poz. 2**

Prosimy o dopuszczenie papieru w rozmiarze 110x20. Papier o długości 21m został wycofany w 2008 roku przez producenta i nie występuje już na rynku. Nie jest więc możliwym dostarczenie papieru o długości 21m.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie 2 - Pakiet 23 poz. 2**

Czy Zamawiający oczekuje w powyższej pozycji papieru oryginalnego czy też dopuszcza kompatybilny?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie 3 - Pakiet 23 poz. 3**

Prosimy o podanie rozmiaru wymaganego papieru oraz sprecyzowanie czy papier ma być z nadrukiem czy bez?

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje papier z nadrukiem o wymiarach 50mmx 26 m.**

### **Pytanie 4 - Pakiet 23 poz. 11**

Prosimy o podanie rozmiaru wymaganego papieru oraz sprecyzowanie czy papier ma być z nadrukiem czy bez?

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje papier z nadrukiem o wymiarach 50mmx 26 m.**

### **Pytanie 5 - Pakiet 23 poz. 12**

Prosimy o doprecyzowanie czy papier w ww. poz. ma być z nadrukiem czy gładki?

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje papier z nadrukiem.**

### **Pytanie 6 - Dotyczy obliczenia wartości brutto pakietów**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę sposobu obliczania wartości brutto w tabelach asortymentowo-cenowych oferty przetargowej – załącznik nr A do SIWZ.

Według obecnych zapisów załącznika nr 1 do SIWZ wartość brutto wyliczana jest z mnożenia ilości sztuk przez cenę jednostkową brutto. Zgodnie z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur... (Dz. U. z 2005 r. Nr 95, poz. 798 z póź. zm.) wartość brutto jest wyliczona zgodnie ze wzorem: cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek = wartość brutto.

Prośbę swoją motywujemy tym, iż podstawową ceną wyjściową do obliczania wartości brutto jest cena jednostkowa netto. Jeżeli Zamawiający będzie chciał wyliczyć cenę jednostkową netto z otrzymanej ceny jednostkowej brutto i porównać ją z otrzymaną ceną jednostkową netto na fakturze, to poprzez zaokrąglenia



może dojść do rozbieżności między faktyczną ceną jednostkową netto proponowanego produktu, a tą wyliczoną z ceny jednostkowej brutto.

Zmodyfikowanie formularza cenowego poprzez wprowadzenie kolumny cena jednostkowa netto, % VAT oraz dostosowanie sposobu obliczania wartości brutto do § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur... (Dz. U. z 2005 r. Nr 95, poz. 798 z póź. zm.) pozwoli uniknąć rozbieżności wynikających z matematycznej zasady zaokrąglania cyfr po przecinku.

Nadmieniamy, iż przedmiot zamówienia z załącznika nr 1 sprzedawany jest w opakowaniach a nie na sztuki. Zaokrąglanie ceny jednostkowej (1 szt.) prowadzi również do faktycznego, sztucznego podwyższenia ceny opakowania. Dlatego też prosimy o zmianę sposobu obliczenia wartości brutto.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### **Pytanie 7 - Projekt umowy- §1 pkt. 7**

Ze względu na przewidziany w SIWZ pkt XIV bardzo krótki czas na realizację zamówienia (maksymalna ilość punktów za 1 dzień), zwracamy się z prośbą o dopisanie do par 1 ust 7 projektu umowy precyzującego godziny składania zamówień u Wykonawcy, Tzn. wnosimy o dodanie postanowienia: „ Zamówienia towaru będą składane u Wykonawcy w godzinach 07:30-11:00”.

Brak uwzględnienia wnioskowanej zmiany stanowi naruszenie art. 7 ust. 1 Pzp i jest w istocie prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia w sposób, który nie zapewnia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Niezachowanie uczciwej konkurencji i naruszenie zasady równego traktowania wykonawców przejawia się tym, że brak określenia terminu do godz. 11.00 i składanie przez Zamawiającego „późnych zamówień” faworyzuje lokalnych dostawców, gdyż dla pozostałych dostawców realizacja zamówienia w wyznaczonym czasie będzie niemożliwa, względnie będzie wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów.

Należy nieć bowiem na uwadze, że Wykonawca, aby dostarczyć asortyment musi najpierw przygotować i spakować towar a następnie zamówić kuriera. Wysyłka towaru wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe nadanie towaru w ciągu 1 dnia (przy składaniu zamówień po godzinie 11:00) nosi znamiona świadczenia niemożliwego, co pociąga za sobą nieważność umowy w tym zakresie stosownie do art. 387 par. 1 kc.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### **Pytanie 8 - Pakiet 20**

Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie czy zamawiający ma na wyposażeniu strzygarkę 3M model 9681 i oczekuje zaoferowania ostrzy do tego modelu?

**Odpowiedź: Zamawiający posiada strzygarkę 3M model 9681.**

#### **Pytanie 9- Pakiet 25 pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwązaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 12FR długościach : 15 cm, 17 cm, 20 cm, 25 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi przewodnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 14 FR x 14 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przyklepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, oczekuje zgodnie z SIWZ.**



**Pytanie 10 - Pakiet 25 pozycja 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 z pakietu 25 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 11 - Pakiet 25 pozycja 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 z pakietu 25 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji? Wydzielenie pozycji pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 12 - Pakiet 1**

Czy Zamawiający wymaga aby w pakiecie nr 1 opatrunek do mocowania kaniul u dzieci, był bezpośrednio zintegrowany z 2 dodatkowo sterylnymi paskami. Ponadto był wodoodporny na całej powierzchni opatrunku, poprawiał stabilność cewnika i do minimum ograniczał rozciągnięcie go. Nie sklejał się przy aplikacji, dzięki przezroczystej folii umożliwiał ciągłą obserwację miejsca wkucia oraz aby posiadał wycięcie w kształcie litery U, co umożliwia skrzyżowanie skrzydełek dla lepszego zamocowania cewnika, nie zawierający lateksu i hipoalergiczne?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu rozmiaru opatrunku zawartego w SIWZ.**

**Pytanie 13 - Pakiet 21**

Czy Zamawiający wymaga aby okularki posiadały badania w zakresie nie przenikania fal świetlnych w zakresie min. 99.9 %? Przenikanie fal świetlnych powoduje uszkodzenie siatkówki oka( powikłanie hipotetyczne, oparte na wynikach badań ). Okularki należy zdejmować co 4 godziny celem oceny stanu oczu pod kątem obrzęków, wydzieliny lub cech infekcji. Dlatego tak ważne jest aby okularki do fototerapii posiadały odpowiednie badania w zakresie nie przenikania fal świetlnych celem zminimalizowania skutków ubocznych działania UV.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Pytanie 14 - Pakiet 22 pozycja 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepka wiskozowego z napotnikiem, denko z przepuszczającego powietrze delikatnie perforowanego polipropylen, mocowanie za pomocą gumki, kolor niebieski?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 15 - Pakiet 22 pozycja 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepka wiskozowego w kolorze białym z delikatnym nadrukiem w kolorze fioletowym, mocowanie za pomocą gumki?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 16 - Pakiet 22, pozycja 6**

Czy Zamawiający wymaga tylko 1 szt. maseczki?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 17 - Pakiet 22, pozycja 10**

Czy Zamawiający wymaga tylko 1 szt. pidżamy?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 18 - Pakiet 22 pozycja 13**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszul w rozmiarach M/L oraz XL/XXL?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**



**Pytanie 19 - Pakiet 25, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi z kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych, cewnik 12FR o długości 15 cm, 20cm, 24 cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika miękkie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm,znaczona przewodnica J-FlexTip 0.038'', dwa koreczki heparynizowane.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 20 - Pakiet**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 z Pakietu nr 25 i stworzy osobny pakiet?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 21 - Pakiet**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 z Pakietu nr 25 i stworzy osobny pakiet?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Dyrektor**

**Krzysztof Kowalczyk**