

Zebrzydowice, dnia 21.07.2022 r.

GMINA ZEBRZYDOWICE
ul. Ks. A. Janusza 6
43-410 ZEBRZYDOWICE
NIP 5482430901
-IR

IR-Z 15/2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 130 000 zł na realizację zadania p.n.: **„Zakup, dostawa i montaż defibrylatora (AED) w kapsule wraz z przeprowadzeniem akcji szkoleniowo-promocyjnych”**

W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w postępowania udzielamy następujących odpowiedzi:

ZAPYTANIE I

Pytanie 1:

Czy Dopuszczają Państwo urządzenie o ważności baterii 4 lata, ale z gwarancją bezpłatnej wymiany na nową po każdorazowym użyciu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż ważność baterii ma wynosić 5 lat.

Pytanie 2:

Czy dopuszczają Państwo urządzenie bez modułu geolokalizacji?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż urządzenie ma być wyposażone w moduł geolokalizacji.

ZAPYTANIE II

Pytanie 1:

Czy zamawiający może określić w jakim miejscu będą montowane kapsuły (na ścianie budynku czy wolnostojących totemach)?

Odpowiedź:

Defibrylator należy zamocować na ścianie.

Pytanie 2:

Czy mogą Państwo określić w jakiej odległości będzie źródło prądu, czy będzie potrzeba wykonanie projektu odłączenia pasa ruchu lub praz ziemnych?

Odpowiedź:

Źródło prądu zostanie zapewnione przez Zamawiającego, nie ma konieczności wykonania projektu, zajęcia pasa ruchu i prac ziemnych.

ZAPYTANIE III

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści defibrylator o parametrach:

Defibrylator AED

1.	Automatyczny defibrylator dwufazowy AED
2.	Defibrylator dwufazowy
3.	Maksymalna energia 200J
4.	Obsługa przy pomocy 3 przycisków
5.	Informacje wizualne: diody LED
6.	Komunikaty głosowe w języku polskim
7.	Pamięć EKG: min. 1500 zdarzeń
8.	Autotest: dzienny, tygodniowy, miesięczny
9.	Wymienny akumulator Li-MnO ₂ 12V, min. 3000 mAh – zalecana wymiana co 4 lata
10.	Czas ładowania: maks. 8-12 sekund
11.	Transmisja danych: podczerwień
12.	Waga maks. 1,9 kg
13.	Wymiary maks. 260x220x80 mm
14.	Torba transportowa w zestawie
15.	Możliwość zaprogramowania sekwencji wyładowań: 30, 30 50J; 50, 50, 75J; 120, 120,150J; Dla dorosłych i dla dzieci

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza defibrylatora o parametrach wymienionych powyżej.

WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE

Andrzej KONDZIOLKA