



WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ IV /Pytania i Odpowiedzi/

Numer referencyjny postępowania: DZP-291-3737/2021

L. dz. DZP-291-3737-807/2021

Kraków, 28.10.2021 r.

Informacja

W odpowiedzi na wniosek potencjalnego Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP-291-3737/2021 pn. „*Dostawa wraz z instalacją aparatury laboratoryjnej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie*”, Zamawiający – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z siedzibą pod adresem: 31-120 Kraków, al. A. Mickiewicza 21, na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytania i Odpowiedzi

Poniższe pytania i odpowiedzi dotyczą Zadania częściowego nr 1 tj. „*Dostawa wraz z instalacją Zamrażarki niskotemperaturowej dla Katedry Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt*”.

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową z obudową wykonaną ze stali nierdzewnej, pokrytą powłoką poliesterową?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający dopuszcza zamrażarkę niskotemperaturową z obudową wykonaną ze stali nierdzewnej, pokrytą powłoką poliesterową.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową z izolacją hybrydową o grubości warstwy izolacyjnej komory 80 mm, wykonaną z systemu ultracienkich paneli próżniowych o grubości 25 mm w połączeniu z pianką PU o grubości 55 mm?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający dopuszcza zamrażarkę niskotemperaturową z izolacją hybrydową o grubości warstwy izolacyjnej komory 80 mm, wykonaną z systemu ultracienkich paneli próżniowych o grubości 25 mm w połączeniu z pianką PU o grubości 55 mm.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową z wymuszonym obiegiem powietrza, wyposażoną w wentylator?

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający dopuszcza zamrażarkę niskotemperaturową z wymuszonym obiegiem powietrza, wyposażoną w wentylator.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową z zakresem temperatury od -55⁰ C do -86⁰ C?

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający dopuszcza zamrażarkę niskotemperaturową z zakresem temperatury od -55⁰ C do -86⁰ C.



Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 21 dni roboczych od czasu zdiagnozowania usterki?

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 21 dni roboczych od czasu zdiagnozowania usterki.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający odstąpi od montażu i instalacji urządzenia?

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający oprócz wymogu montażu i instalacji urządzenia, dopuszcza, również możliwość dostawy urządzenia bez konieczności jego montażu i instalacji w miejscu dostawy.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 8 tygodni?

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy do 8 tygodni.

Poniższe pytania i odpowiedzi dotyczą **Zadania częściowego nr 2** tj. „**Dostawa wraz z instalacją Mieszadła magnetycznego dla Katedry Żywnienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa**”.

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający dopuści mieszadło magnetyczne o wymiarach płyty grzejnej 184 x 184 mm?

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający dopuszcza mieszadło magnetyczne o wymiarach płyty grzejnej 184 x 184 mm.

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiający dopuści mieszadło magnetyczne wyposażone w czujnik temperatury PT1000?

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający dopuszcza mieszadło magnetyczne wyposażone w czujnik temperatury PT1000.

Pytanie nr 10:

Czy Zamawiający odstąpi od montażu i instalacji urządzenia?

Odpowiedź nr 10:

Zamawiający oprócz wymogu montażu i instalacji urządzenia, dopuszcza, również możliwość dostawy urządzenia bez konieczności jego montażu i instalacji w miejscu dostawy.

Poniższe pytania i odpowiedzi dotyczą **Zadania częściowego nr 3** tj. „**Dostawa wraz z instalacją Wirówki laboratoryjnej dla Katedry Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt**”.

Pytanie nr 11:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu instalacji wirówki laboratoryjnej?

Odpowiedź nr 11:

Zamawiający oprócz wymogu montażu i instalacji wirówki laboratoryjnej, dopuszcza, również możliwość dostawy wirówki bez konieczności jej montażu i instalacji w miejscu dostawy.



Pytanie nr 12:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 21 dni roboczych od czasu zdiagnozowania usterki?

Odpowiedź nr 12:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 21 dni roboczych od czasu zdiagnozowania usterki.

Pytanie nr 13:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 8 tygodni?

Odpowiedź nr 13:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy do 8 tygodni.

**Niniejsze wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.**

KANCLERZ
/-/ mgr Tomasz Szanser

.....
(podpis)