



Włocławek 01.07.2024r.

Sygnatura: **DZP/49/2024**

Wszyscy uczestnicy postępowania

pn. „ Wózek do transportu pacjentów w pozycji leżącej - 2 szt. dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku”

na realizację dostaw o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 130000 zł netto.

Zamawiający Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku zawiadamia, że jeden z Wykonawców złożył następujące zapytanie do treści Zaproszenia do składania ofert wraz z załącznikami.

Pytanie nr 1

Czy zamawiający ze względów bezpieczeństwa oczekuje aby opuszczanie barierek było wspomagane hydraulicznie?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści wózek o konstrukcji kolumnowej z hydrauliczną regulacją wysokości 565-885 mm, hydrauliczna regulacja Trendelburga i antyTrendelburga 15°, leże przeziernie na całej długości dla promieniowania RTG, wykonane z tworzywa HPL, 2 segmentowe , o obciążenie 350 kg oraz o wymiarach: Maksymalne wymiary zewnętrzne wózka 2082mm /832 mm., wymiary platformy leża 1900 mm x 650 mm. ?



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści regulacja części plecowej w zakresie 75° ?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 4

Czy zamawiający dopuści wózek z wyjmowanymi uchwytami transportowymi ze stali nierdzewnej, znajdujące się od strony głowy i stóp?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści wózek z piątym kołem o średnicy 100mm?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza

p.o. Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku
mgr Dariusz Szczepański
(oryginalny podpis w aktach dokumentacji)