



**Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny  
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu  
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia**  
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec  
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448  
tel. 571 334 686 fax +48 75 77 50 173  
www.spzoz.zgorzelec.pl  
*Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”*



Numer sprawy 17/ZP/2019  
DZP/207/2019

Zgorzelec, dnia 10.05.2019r.

### **Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu**

**Dotyczy przetargu nieograniczonego na:** Zakup aparatury medycznej, sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu pn. „Regionalne Centrum Opieki Koordynowanej – Rozwój opieki koordynowanej i środowiskowej przez inwestycje w POZ i AOS w powiatach bolesławieckim, lubańskim, lwóweckim, jeleniogórskim i zgorzeleckim do 2018 roku”

W związku z zapytaniami od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 j.t. ze zm.) odpowiada na następujące pytania:

#### **Pytanie 1 (ZAPYTANIE NR 1)**

##### **Dotyczy: Pakiet nr 8 – 1 Lampa zabiegowa (A) – 1 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę zabiegową z oprawą w kształcie koła o zwartej konstrukcji z jednym uchwytem tzw. „brudnym” okalającym ok. 25% czaszy, co nie wpływa negatywnie na utrzymanie lampy w czystości?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 2 (ZAPYTANIE NR 1)**

##### **Dotyczy: Pakiet nr 8 – 1 Lampa zabiegowa (A) – 1 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę zabiegową wyposażoną w diody LED o kolorystyce zapewniającej światło białe w polu operacyjnym dzięki zastosowaniu diod pracujących w dwóch zakresach widmowych (dwóch odcieniach), co umożliwi regulację temperatury barwowej w zakresie od 3500 do 5000°K w 6 krokach? Jest to rozwiązanie korzystniejsze gdyż umożliwi dostosowanie odpowiedniej barwy światła w zależności od preferencji chirurga i przeprowadzanego zabiegu.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 3 (ZAPYTANIE NR 1)**

##### **Dotyczy: Pakiet nr 8 – 1 Lampa zabiegowa (A) – 1 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę zabiegową z oprawą o średnicy zewnętrznej wynoszącej 32cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 4 (ZAPYTANIE NR 1)**

##### **Dotyczy: Pakiet nr 8 – 1 Lampa zabiegowa (A) – 1 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę zabiegową, której oprawa z matrycą diodową złożona jest z 13 punktów LED, co umożliwi osiągnięcie wysokiego natężenia na poziomie 100 000 Lux/1m?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **Pytanie 5 (ZAPYTANIE NR 1)**

##### **Dotyczy: Pakiet nr 8 – 1 Lampa zabiegowa (A) – 1 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę zabiegową, której oprawa z matrycą diodową złożona jest z 30 punktów LED, co umożliwi osiągnięcie wysokiego natężenia na poziomie 100 000 Lux/1m?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 6 (ZAPYTANIE NR 1)**

**Dotyczy: Pakiet nr 8 – 1 Lampa zabiegowa (A) – 1 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę zabiegową ze średnicą pola operacyjnego równą 180mm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 7 (ZAPYTANIE NR 1)**

**Dotyczy: Pakiet nr 8 – 1 Lampa zabiegowa (A) – 1 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę zabiegową ze średnicą pola operacyjnego równą 195mm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 8 (ZAPYTANIE NR 1)**

**Dotyczy: Pakiet nr 8 – 1 Lampa zabiegowa (A) – 1 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę zabiegową wyposażoną w uchwyt sterylny służący wyłącznie do pozycjonowania czaszy, a włączenie/wyłączenie lampy oraz regulacja natężenia oświetlenia odbywa się za pomocą przycisków zlokalizowanych na panelu sterowania na czaszy?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 9 (ZAPYTANIE NR 1)**

**Dotyczy: Pakiet nr 8 – 1 Lampa zabiegowa (A) – 1 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę zabiegową z uchwytem sterylnym umożliwiającym wyłącznie regulację natężenia oświetlenia z oddzielnym przyciskiem na panelu sterowania służącym do włączenia/wyłączenia lampy?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 10 (ZAPYTANIE NR 1)**

**Dotyczy: Pakiet nr 8 – 1 Lampa zabiegowa (A) – 1 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę zabiegową z oprawą o współczynniku odwzorowania barw na poziomie  $Ra \geq 94$ ?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 11 (ZAPYTANIE NR 1)**

**Dotyczy: Pakiet nr 8 – 1 Lampa zabiegowa (A) – 1 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę zabiegową z oprawą o współczynniku odwzorowania koloru czerwonego na poziomie  $R9 \geq 92$ ?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 12 (ZAPYTANIE NR 1)**

**Dotyczy: Pakiet nr 8 – 1 Lampa zabiegowa (A) – 1 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę zabiegową z oprawą o mocy maksymalnej na poziomie 32W?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 13 (ZAPYTANIE NR 1)**

**Dotyczy: Pakiet nr 8 – 1 Lampa zabiegowa (A) – 1 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę zabiegową z oprawą o temperaturze barwowej na poziomie 4500<sup>0</sup>K?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 14 (ZAPYTANIE NR 1)**

**Dotyczy: Pakiet nr 8 – 2 Lampa zabiegowa (B) – 1 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę zabiegową ze źródłem światła w postaci 39 diod LED, co umożliwi osiągnięcie wysokiego natężenia na poziomie 150 000 Lux/1m?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 15 (ZAPYTANIE NR 1)**

**Dotyczy: Pakiet nr 8 – 2 Lampa zabiegowa (B) – 1 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę zabiegową ze źródłem światła w postaci diod LED nowej generacji o kolorystyce zapewniającej światło białe w polu operacyjnym dzięki zastosowaniu diod pracujących w dwóch zakresach widmowych (dwóch odcieniach), co umożliwi regulację temperatury barwowej w zakresie od 3100 do 5000<sup>0</sup>K w 5 krokach? Oferowane rozwiązanie jest równoważne gdyż również zagwarantuje białe światło w polu operacyjnym z możliwością regulacji temperatury barwowej.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 16 (ZAPYTANIE NR 1)**

**Dotyczy: Pakiet nr 8 – 2 Lampa zabiegowa (B) – 1 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę zabiegową z matrycami LED z możliwością łatwej wymiany zespołów diodowych składających się z 13 diod LED?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 17 (ZAPYTANIE NR 1)**

**Dotyczy: Pakiet nr 8 – 2 Lampa zabiegowa (B) – 1 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę zabiegową, której osłona matryc LED wykonana jest z jednorodnego tworzywa sztucznego odpornego na środki dezynfekcyjne i gwarantującego idealną przezroczystość przez cały okres użytkowania?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 18 (ZAPYTANIE NR 1)**

**Dotyczy: Pakiet nr 8 – 2 Lampa zabiegowa (B) – 1 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę zabiegową z regulacją natężenia światła w zakresie od 5 do 100% w 6 krokach?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 19 (ZAPYTANIE NR 1)**

**Dotyczy: Pakiet nr 8 – 2 Lampa zabiegowa (B) – 1 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę zabiegową z czaszą o średnicy 48cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 20 (ZAPYTANIE NR 1)**

**Dotyczy: Pakiet nr 8 – 2 Lampa zabiegowa (B) – 1 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę zabiegową, której jednorodna czasza bez podziału wykonana jest z wysokoodpornego materiału ABS z powłoką antybakteryjną Polygiene® zwalczającą szkodliwe mikroorganizmy (bakterie, wirusy i drożdże, w tym gronkowca złocistego odpornego na metycylinę – MRSA)? Oferowane rozwiązanie gwarantuje najwyższą wytrzymałość lampy.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 21 (ZAPYTANIE NR 1)**

**Dotyczy: Pakiet nr 8 – 2 Lampa zabiegowa (B) – 1 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę zabiegową o takiej konstrukcji, która umożliwia zaciśnięcie całej dłoni na czaszy, co daje pewny chwyt przy pozycjonowaniu lampy bez potrzeby stosowania opisanego relingu, który stanowi potencjalne ryzyko gromadzenia się zanieczyszczeń i utrudnia dezynfekcję? Grubość oferowanej lampy to zaledwie 10cm, co znacznie ułatwia jej pewny chwyt całą dłonią.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 22 (ZAPYTANIE NR 1)**

**Dotyczy: Pakiet nr 8 – 2 Lampa zabiegowa (B) – 1 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę zabiegową z czaszą o szczelności IP54 zapewniającej bezpieczeństwo wyrobu podczas przeprowadzania procedur dezynfekcyjnych?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 23 (ZAPYTANIE NR 5)**

**Dotyczy: Pakiet nr 2. Pkt. V i VI tabeli parametrów**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę zabiegową z regulowaną temperaturą barwową w 5 krokach w zakresie: 3100-3300-3700-4200-5000°K?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 24 (ZAPYTANIE NR 1)**

**Dotyczy: Pakiet nr 8 – 2 Lampa zabiegowa (B) – 1 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę zabiegową o współczynniku odwzorowania barw na poziomie  $CRI \geq 95$  przy zachowaniu równie wysokiego współczynnika odwzorowania barwy czerwonej na poziomie  $R9 \geq 95$ ?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 25 (ZAPYTANIE NR 1)**

**Dotyczy: Pakiet nr 8 – 2 Lampa zabiegowa (B) – 1 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę zabiegową z zakresem regulacji wielkości minimalnej i maksymalnej średnicy pola bezcieniowego w polu operacyjnym dla czasy od 150 do 320mm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 26 (ZAPYTANIE NR 2)**

**Dotyczy: Pakiet nr 8 – Lampa zabiegowa (A), pkt. 5**

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje lampę w kształcie koła o zwartej konstrukcji, wyposażoną w dwa uchwyty „brudne” umieszczone na obwodzie lampy, bez elementów utrudniających utrzymanie lampy w czystości.



**Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie 27 (ZAPYTANIE NR 2)**

**Dotyczy: Pakiet nr 8 – Lampa zabiegowa (A), pkt. 7**

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje lampę o średnicy oprawy 62 cm.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.**

**Pytanie 28 (ZAPYTANIE NR 2)**

**Dotyczy: Pakiet nr 8 – Lampa zabiegowa (A), pkt. 9**

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje lampę z matrycą diodową złożoną z 48 punktów LED.

**Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie 29 (ZAPYTANIE NR 2)**

**Dotyczy: Pakiet nr 8 – Lampa zabiegowa (A), pkt. 11**

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje lampę o średnicy pola operacyjnego 20 cm.

**Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie 30 (ZAPYTANIE NR 2)**

**Dotyczy: Pakiet nr 8 – Lampa zabiegowa (A), pkt. 12**

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje lampę wyposażoną w uchwyt sterylny umieszczony w centrum lampy, z możliwością sterylizacji wymiennych nakładek. Włączanie lampy i regulacja natężenia oświetlenia za pomocą panelu sterującego umieszczonego na kopule lampy.



**Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie 31 (ZAPYTANIE NR 2)**

**Dotyczy: Pakiet nr 8 – Lampa zabiegowa (A), pkt. 14**

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje lampę o współczynniku odwzorowania koloru czerwonego R9 93.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.**

**Pytanie 32 (ZAPYTANIE NR 2)**

**Dotyczy: Pakiet nr 8 – Lampa zabiegowa (A), pkt. 15**

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje lampę o głębokości oświetlenia  $L1+L2 = 1300$  mm przy 20% oświetlenia.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.**

**Pytanie 33 (ZAPYTANIE NR 2)**

**Dotyczy: Pakiet nr 8 – Lampa zabiegowa (A), pkt. 16**

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje lampę o całkowitym zużyciu energii całego systemu (lampa i zasilacz), przy maksymalnym natężeniu oświetlenia wynoszącym 100 VA.

**Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie 34 (ZAPYTANIE NR 2)**

**Dotyczy: Pakiet nr 8 – Lampa zabiegowa (A), pkt. 18**

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje lampę wyposażoną w system zarządzania temperaturą gwarantujący temperaturę górnej powierzchni lampy nie większej niż 35°C – mniejsza emisja ciepła w polu operacyjnym i okolicach głowy chirurgów.

**Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie 35 (ZAPYTANIE NR 2)**

**Dotyczy: Pakiet nr 8 – Lampa zabiegowa (A), pkt. 19**

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje lampę o regulacji natężenia światła w zakresie 33-100% za pomocą panelu sterowania umieszczonego na kopule lampy.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.**

**Pytanie 36 (ZAPYTANIE NR 2)**

**Dotyczy: Pakiet nr 8 – Lampa zabiegowa (B), pkt. 5**

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje lampę wyposażoną w białe diody LED, wszystkie o jednakowej temperaturze barwowej.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.**

**Pytanie 37 (ZAPYTANIE NR 2)**

**Dotyczy: Pakiet nr 8 – Lampa zabiegowa (B), pkt. 7**

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje lampę z matrycą LED osłoniętą łatwą do czyszczenia jednorodną osłoną wykonaną z poliwęglanu.

**Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie 38 (ZAPYTANIE NR 2)**

**Dotyczy: Pakiet nr 8 – Lampa zabiegowa (B), pkt. 8, 23**

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje lampę o stałej średnicy pola operacyjnego 20 cm.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.**

**Pytanie 39 (ZAPYTANIE NR 2)**

**Dotyczy: Pakiet nr 8 – Lampa zabiegowa (B), pkt. 11**

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje lampę o średnicy czaszy 62cm.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.**

**Pytanie 40 (ZAPYTANIE NR 2)**

**Dotyczy: Pakiet nr 8 – Lampa zabiegowa (B), pkt. 15**

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje lampę z dwoma uchwytami niesterylnymi w formie relingu, obejmującą sumarycznie około 50% obwodu czaszy.



**Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie 41 (ZAPYTANIE NR 2)**

**Dotyczy: Pakiet nr 8 – Lampa zabiegowa (B), pkt. 16**

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje lampę o klasie szczelności IP42 zapewniającej bezpieczeństwo wyrobu podczas przeprowadzenia procedur dezynfekcyjnych.

**Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie 42 (ZAPYTANIE NR 2)**

**Dotyczy: Pakiet nr 8 – Lampa zabiegowa (B), pkt. 20**

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje lampę o stałej temperaturze barwowej światła 4400K lub 5000K lub 5600K (jedna wartość do wyboru podczas zamówienia lampy).

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.**

**Pytanie 43 (ZAPYTANIE NR 2)**

**Dotyczy: Pakiet nr 8 – Lampa zabiegowa (B), pkt. 21**

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje lampę o współczynniku odwzorowania barw Ra=95.

**Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie 44 (ZAPYTANIE NR 2)**

**Dotyczy: Pakiet nr 8 – Lampa zabiegowa (B), pkt. 27**

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje lampę o całkowitym zużyciu energii całego systemu (lampa i zasilacz), przy maksymalnym natężeniu oświetlenia wynoszącym 120 VA.

**Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie 45 (ZAPYTANIE NR 3)**

**Dotyczy: Pakiet nr 9 – Defibrylator półautomatyczny**

Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności defibrylator półautomatyczny marki Heart Sine, model 350p z możliwością wykonania do 100 wyładowań na akumulatorze LiMnO<sub>2</sub> (18V, 0,6 Ah) o trwałości w stanie oczekiwania do 4 lat, co w warunkach klinicznych jest w zupełności wystarczające, a niejednokrotnie przekracza ilość wyładowań niezbędną do przywrócenia prawidłowego rytmu serca czy potrzebną do momentu przepięcia do defibrylatora manualnego?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 46 (ZAPYTANIE NR 3)**

**Dotyczy: Pakiet nr 9 – Defibrylator półautomatyczny**

Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności defibrylator półautomatyczny marki Heart Sine, model 350p z możliwością wykonania automatycznej analizy rytmu serca bez wyświetlacza pasma EKG przy pomocy zatwierdzonej technologii SCOPE o specyfice wykrywania rytmu powyżej 99%?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 47 (ZAPYTANIE NR 3)**

**Dotyczy: Pakiet nr 9 – Waga ze wzrostomierzem**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wykreślenie punktu 3 „Ilość źródeł światła min 6”, powyższe wymaganie prawdopodobnie nie dotyczy wagi.

**Odp. Zamawiający wykreśla w pakiecie nr 9 Waga ze wzrostomierzem (pozycja 3) pkt. 3. Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 3 do SIWZ w zakresie Pakietu nr 9, który stanowi załącznik do niniejszej odpowiedzi.**

**Pytanie 48 (ZAPYTANIE NR 3)**

**Dotyczy: Pakiet nr 9 – Naramienny aparat do mierzenia ciśnienia z wyświetlaczem**

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu do mierzenia ciśnienia z wyświetlaczem, ponieważ opis przedmiotu zamówienia jednoznacznie na to nie wskazuje.

**Odp. Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu do mierzenia ciśnienia ze wskaźnikiem zegarowym, zgodnie z pkt 3 i 6.**

**Pytanie 49 (ZAPYTANIE NR 4)**

**Dotyczy: SIWZ**

Zwracamy się z prośbą o zmianę wyznaczającą datę realizacji nie w postaci daty dziennej, ale ilości 8 tygodni od daty podpisania umowy. Takie rozwiązanie zabezpiecza zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcę przed trwającymi długo procedurami wyboru oferty lub też procedurami przewidzianymi PZP i daje możliwość przewidzenia terminu wykonania umowy bez konieczności jej późniejszego aneksowania z powodów niezależnych od Wykonawcy.

**Odp. Zamawiający nie zmieni w/w zapisu.**

**Pytanie 50 (ZAPYTANIE NR 4)**

**Dotyczy: Załącznik nr 3A, Warunki Gwarancji i serwisu oferowanego sprzętu pkt 5**

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu naprawy do 7 dni roboczych (dla naprawy wymagającej sprowadzenia części zamiennych).

Wyjaśniamy, że czas naprawy zależy od typu sprzętu i rodzaju uszkodzenia.

Gdy naprawa wymaga sprowadzenia części zamiennej od producenta, czas naprawy przedłuża się o czas sprowadzenia danej części z zagranicy (transport), co w przypadku poczty kurierskiej trwa 2-3 dni roboczych.

**Odp. Zamawiający nie zmieni w/w zapisu.**

**Pytanie 51 (ZAPYTANIE NR 4)**

**Dotyczy: Załącznik nr 3A, Warunki Gwarancji i serwisu oferowanego sprzętu pkt 7**

Zwracamy się z prośbą o modyfikację w/w zapisu na:

„b) 3 niezależne od siebie awarie aparatu (sprzętu) wyłączające aparat z eksploatacji w okresie 30 kolejnych dni – uprawniają do wymiany aparatu (sprzętu) na nowy.”

Wyjaśniamy, że wymiana aparatu po trzech naprawach gwarancyjnych jest nieuzasadniona, gdyż naprawy mogą dotyczyć mało istotnych elementów jak: myszka, kabel i z tego powodu nie wymienia się urządzenia na nowy. W związku z powyższym, bardzo proszę o przychylenie się do naszej prośby poprzez wyrażenie zgody na powyższą zmianę.

**Odp. Zamawiający nie zmieni w/w zapisu.**



**Pytanie 52 (ZAPYTANIE NR 4)**

**Dotyczy: Załącznik nr 8, Umowa § 11 ust. 13**

Zwracamy się z prośbą o zmianę w/w zapisu na:

„W przypadku stwierdzenia w wyniku czynności kontrolnych naruszeń postanowień niniejszej Umowy lub przepisów o ochronie danych osobowych Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie **uzgodnionym z Administratorem Danych, nie krótszym jak 7 dni.**”

**Odp. Zamawiający nie zmieni w/w zapisu.**

**Pytanie 53 (ZAPYTANIE NR 4)**

**Dotyczy: Załącznik nr 8, Umowa § 11 ust. 13**

Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w powyższym zapisie informacji, iż koszty audytów, w tym inspekcji w podmiocie przetwarzającym pokrywa Administrator.

**Odp. Zamawiający dokonuje zmiany wzoru treści umowy w § 11 ust. 13, który otrzymuje brzmienie: “Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego kontroli realizacji obowiązków, wynikających w niniejszego paragrafu i przepisów Rozporządzenia RODO. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni, pod rygorem nałożenia kar umownych, przewidzianych treścią § 7 umowy. Koszty audytów, w tym inspekcji w podmiocie przetwarzającym pokrywa Administrator”. Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 8 do SIWZ, który stanowi załącznik do niniejszej odpowiedzi**

**Pytanie 54 (ZAPYTANIE NR 4)**

**Dotyczy: Załącznik nr 8, Umowa § 11 ust. 17**

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu na zgłoszenie administratorowi wystąpienia zdarzenia do 48h. Wyjaśniamy, iż 24h mogą okazać się niewystarczające, natomiast zgodnie z wymaganiami RODO Administrator ma obowiązek zgłosić naruszenie w ciągu 72 godzin do UODO.

**Odp. Zamawiający nie zmieni w/w zapisu.**

**Pytanie 55 (ZAPYTANIE NR 4)**

**Dotyczy: Załącznik nr 8, Umowa**

Mając na uwadze tzw. równe traktowanie Stron, a tym samym zabezpieczenie interesów także Wykonawcy, prosimy o określenie kary, dla Zamawiającego, w wysokości, jak dla Wykonawcy, za odstąpienie od umowy przez Stronę, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

W związku z powyższym prosimy o zaakceptowanie powyższej propozycji.

**Odp. Zamawiający nie zmieni w/w zapisu.**

**Pytanie 56 (ZAPYTANIE NR 4)**

**Dotyczy: SIWZ, Umowa**

Zwracamy się z prośbą o skrócenie okresu oczekiwania na płatność za dostawę do 30 dni od dnia daty otrzymania faktury VAT.

**Odp. Zamawiający nie zmieni w/w zapisu.**

**Pytanie 57 (ZAPYTANIE NR 4)**

**Dotyczy: Załącznik nr 8, Umowa**

Zwracamy się z prośbą aby kary naliczane były w dniach roboczych od pn-pt. z wykluczeniem dni wolnych od pracy. Zamawiający w treści SIWZ określił sposób naliczania kar umownych nie precyzując sytuacji, w których kary umowne nie powinny być naliczane, z uwagi na niezawinione przez Wykonawcę sytuacje (brak możliwości reakcji w sobotę). Wnosimy wobec tego o potwierdzenie, że kary umowne będą dotyczyły dni roboczych od pn-pt. ( z wyłączeniem dni wolnych od pracy)

**Odp. Zamawiający nie zmieni w/w zapisu.**

**Pytanie 58 (ZAPYTANIE NR 4)**

**Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ, Pakiet nr 7, punkt 6**

Prosimy o dopuszczenie systemu w wiązce wachlarzowej jednokrotnego przejścia wzdłuż badanego obiektu działającej w oparciu o metodę skanowania CT. Stosowanie takiego rozwiązania nie powoduje żadnych artefaktów.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 59 (ZAPYTANIE NR 4)**

**Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ, Pakiet nr 7, punkt 8**

Prosimy o dopuszczenie aparatu, w którym dawka dla całego ciała wynosi 1,2µGy. Są to minimalne dawki. Oferowany przez nas system nie wymaga stosowania żadnych dodatkowych osłon radiologicznych.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 60 (ZAPYTANIE NR 4)**

**Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ, Pakiet nr 7, punkt 10 i 11.**

Różne systemy densytometryczne posiadają inne rodzaje kalibracji. Prosimy o uznanie za równoważne systemu, który posiada fantom antropomorficzny kręgosłupa odcinka L oraz posiada system automatycznej kalibracji

pozwalający na stałą kontrolę i utrzymanie stałych warunków podczas każdego badania niezależnie od kalibracji codziennej na fantomie.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 61 (ZAPYTANIE NR 4)**

**Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ, Pakiet nr 7, punkt 12.**

Prosimy o określenie minimalnej ilości elementów detektora oraz wprowadzenie punktacji dla najwyższej zaoferowanej wartości. Takie rozwiązanie zapewni, że Zamawiający otrzyma densytometr o najwyższej jakości i dokładności pomiaru. Proponujemy:

12	Technologia detektora obrazowego	Tak, Min. 64 elementy	TAK/NIE	64 elementy - 0 pkt 128 elementów – 5 pkt 216 elementów – 10 pkt
----	----------------------------------	--------------------------	---------	--

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 62 (ZAPYTANIE NR 4)**

**Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ, Pakiet nr 7.**

Prosimy o określenie minimalnej przestrzeni między blatem stołu a detektorami. Jest to parametr niezmiernie ważny w przypadku badania osób otyłych. Większa przestrzeń ułatwia również pozycjonowanie pacjenta przy badaniu kręgosłupa gdzie wymagane jest podniesienie nóg i ułożeniu ich na podpórce. Proponujemy „Przestrzeń wolna między blatem stołu a detektorem min. 58 cm”

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 63 (ZAPYTANIE NR 4)**

**Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ, Pakiet nr 7.**

Prosimy o wyjaśnienie czy system ma posiadać możliwość zdalnej repozycji pacjenta z poziomu stacji technika dzięki ruchomemu blatowi, bez konieczności siłowego przemieszczania pacjenta?

**Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie 64 (ZAPYTANIE NR 4)**

**Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ, Pakiet nr 7, punkt 22.**

Prosimy o zmianę punktacji na: 150kg – 0pkt; pow. 200kg – 5pkt” . Obecny zapis punktowy premiuje systemy, które posiadają zarówno 1kg jak i 50 kg więcej niż wymagane minimum.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 65 (ZAPYTANIE NR 4)**

**Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ, Pakiet nr 7, punkt 28, 31, 32.**

Prosimy o wprowadzenie punkcji dla Oferenta, który dostarczy opcje wymienione w punktach 28, 31 i 32 razem z systemem a nie jako opcja rozbudowy. W oferowanym przez nas aparacie wymienione opcje są standardem i nie narażają Zamawiającego na dodatkowe koszty w przyszłości.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 66 (ZAPYTANIE NR 4)**

**Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ, Pakiet nr 7, punkt 30.**

Prosimy o dopuszczenie systemu z 7 strefami wokół endoprotezy. Większa ilość regionów nie ma uzasadnienia ponieważ w analizie endoprotezy stosuje się strefy Gruena (Gruen Zones) gdzie używa się 7 stref lub 5 stref (Trevisan).

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 67 (ZAPYTANIE NR 4)**

**Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ, Pakiet nr 7, punkt 36.**

Prosimy o dopuszczenie systemu, który posiada opcję sacropenii dostarczonej już razem z aparatem, ale bez możliwości rozbudowy o uwzględnieniem siły mięśni oraz prędkości przemieszczania.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 68 (ZAPYTANIE NR 5)**

**Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ, Pakiet nr 8, punkt 4. Lampa zabiegowa A.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy lampę zabiegową niemieckiego producenta z oprawą ze szkła bezpiecznego od strony reflektora? Oprawa ze szkła bezpiecznego charakteryzuje się wysoką odpornością na zarysowania, gwarantuje również idealną przezroczystość przez cały okres użytkowania.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 69 (ZAPYTANIE NR 5)**

**Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ, Pakiet nr 8, punkt 5. Lampa zabiegowa A.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy lampę zabiegową niemieckiego producenta z oprawą w kształcie wieloboku o zwartej konstrukcji bez elementów utrudniających utrzymanie lampy w czystości?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**



**Pytanie 70 (ZAPYTANIE NR 5)**

**Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ, Pakiet nr 8, punkt 7. Lampa zabiegowa A.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wysokiej klasy lampę zabiegową niemieckiego producenta o wymiarach 33x35 cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 71 (ZAPYTANIE NR 5)**

**Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ, Pakiet nr 8, punkt 10. Lampa zabiegowa A.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wysokiej klasy lampę zabiegową niemieckiego producenta gdzie natężenie światła w odległości 1m wynosi 60.000 lux? Oferowane rozwiązanie jest wystarczające do wykonywania zabiegów medycznych, drobnych zabiegów itp.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 72 (ZAPYTANIE NR 5)**

**Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ, Pakiet nr 8, punkt 11. Lampa zabiegowa A.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wysokiej klasy lampę zabiegową niemieckiego producenta ze średnicą pola operacyjnego 17 cm? Jest to parametr lepszy od wymaganego.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 73 (ZAPYTANIE NR 5)**

**Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ, Pakiet nr 8, punkt 12. Lampa zabiegowa A.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wysokiej klasy lampę zabiegową niemieckiego producenta z uchwytem sterylnym dedykowanym tylko do pozycjonowania lampy?.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 74 (ZAPYTANIE NR 5)**

**Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ, Pakiet nr 8, punkt 15. Lampa zabiegowa A.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wysokiej klasy lampę zabiegową niemieckiego producenta z głębokością oświetlenia L1/L2 1530 mm przy 20% oświetlenia, parametr ten nieznacznie odbiega od wymaganego?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 75 (ZAPYTANIE NR 5)**

**Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ, Pakiet nr 8, punkt 17. Lampa zabiegowa A.**

Czy Zamawiający będzie oczekiwał wysokiej klasy lampę zabiegową niemieckiego producenta o stałej temperaturze barwowej na poziomie 4500K? ? Dzięki temperaturze barwowej 4500 K (neutralne białe światło) lampa zapewnia wiernie odwzorowanie kolorów w obszarze leczenia.

**Odp. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie 76 (ZAPYTANIE NR 5)**

**Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ, Pakiet nr 8, punkt 19. Lampa zabiegowa A.**

Czy Zamawiający będzie oczekiwał wysokiej klasy lampę zabiegową niemieckiego producenta z możliwością regulacji natężenia światła w zakresie 45-100% poprzez panel umieszczony przy czaszy lampy?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 77 (ZAPYTANIE NR 5)**

**Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ, Pakiet nr 8, punkt 13. Lampa zabiegowa A.**

Podany przez Zamawiającego wymóg dla współczynnika odwzorowania barw Ra w wysokości 95 nie zapewnia dostarczenia produktu najwyższej klasy. Wartość tego współczynnika na poziomie wymaganym wskazuje na produkt starszego typu. Czy wobec tego Zamawiający będzie oczekiwał, iż parametr ten będzie wynosił min. 96?

**Odp. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie 78 (ZAPYTANIE NR 5)**

**Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ, Pakiet nr 8, punkt 21, 22, 23. Lampa zabiegowa A.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wysokiej klasy lampę zabiegową niemieckiego producenta bez układu zasilania awaryjnego?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 79 (ZAPYTANIE NR 5)**

**Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ, Pakiet nr 8, punkt 4. Lampa zabiegowa B.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wysokiej klasy lampę zabiegową niemieckiego producenta ze źródłem światła w postaci 18 diod LED?

**Odp. Zamawiający nie dopuści.**

**Pytanie 80 (ZAPYTANIE NR 5)**

**Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ, Pakiet nr 8, punkt 5. Lampa zabiegowa B.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wysokiej klasy lampę zabiegową niemieckiego producenta z białymi diodami LED o stałej temperaturze barwowej?

**Odp. Zamawiający nie dopuści.**

**Pytanie 81 (ZAPYTANIE NR 5)**

**Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ, Pakiet nr 8, punkt 8. Lampa zabiegowa B.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wysokiej klasy lampę zabiegową niemieckiego producenta ze stałą średnicą pola operacyjnego?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 82 (ZAPYTANIE NR 5)**

**Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ, Pakiet nr 8, punkt 9. Lampa zabiegowa B.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wysokiej klasy lampę zabiegową niemieckiego producenta z możliwością regulacji natężenia światła w zakresie 45-100% poprzez panel umieszczony przy czaszy lampy?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 83 (ZAPYTANIE NR 5)**

**Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ, Pakiet nr 8, punkt 10. Lampa zabiegowa B.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wysokiej klasy lampę zabiegową niemieckiego producenta bez funkcji światła endoskopowego?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 84 (ZAPYTANIE NR 5)**

**Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ, Pakiet nr 8, punkt 11, 12. Lampa zabiegowa B.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wysokiej klasy lampę zabiegową niemieckiego producenta w kształcie wieloboku o wymiarach oprawy 33x35 cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 85 (ZAPYTANIE NR 5)**

**Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ, Pakiet nr 8, punkt 15. Lampa zabiegowa B.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wysokiej klasy lampę zabiegową niemieckiego producenta wyposażoną tylko w dedykowany uchwyt sterylny do pozycjonowania kopuły?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 86 (ZAPYTANIE NR 5)**

**Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ, Pakiet nr 8, punkt 16. Lampa zabiegowa B.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wysokiej klasy lampę zabiegową niemieckiego producenta o klasie szczelności czaszy IP 42?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 87 (ZAPYTANIE NR 5)**

**Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ, Pakiet nr 8, punkt 17. Lampa zabiegowa B.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wysokiej klasy lampę zabiegową niemieckiego producenta z uchwytem sterylnym umieszczonym z boku czaszy?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 88 (ZAPYTANIE NR 5)**

**Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ, Pakiet nr 8, punkt 19. Lampa zabiegowa B.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wysokiej klasy lampę zabiegową niemieckiego producenta w której natężenie światła w odległości 1m wynosi 60.000 lux? Oferowane rozwiązanie jest wystarczające do wykonywania zabiegów medycznych, drobnych zabiegów itp.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 89 (ZAPYTANIE NR 5)**

**Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ, Pakiet nr 8, punkt 20. Lampa zabiegowa B.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wysokiej klasy lampę zabiegową niemieckiego producenta ze stałą temperaturą barwową na poziomie 4500K? Dzięki temperaturze barwowej 4500 K (neutralne białe światło) lampa zapewnia wierne odwzorowanie kolorów w obszarze leczenia.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 90 (ZAPYTANIE NR 5)**

**Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ, Pakiet nr 8, punkt 23. Lampa zabiegowa B.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wysokiej klasy lampę zabiegową niemieckiego producenta ze stałą średnicą pola operacyjnego 170 mm?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 91 (ZAPYTANIE NR 5)**

**Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ, Pakiet nr 8, punkt 24. Lampa zabiegowa B.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wysokiej klasy lampę zabiegową niemieckiego producenta z głębokością oświetlenia L1/L2 1530 mm przy 20% oświetlenia?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 92 (ZAPYTANIE NR 5)****Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ, Pakiet nr 8, punkt 29, 30, 31. Lampa zabiegowa B.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wysokiej klasy lampę zabiegową niemieckiego producenta bez układu zasilania awaryjnego?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.****Pytanie 93 (ZAPYTANIE NR 5)****Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ, Pakiet nr 8, punkt 33. Lampa zabiegowa B.**

Czy Zamawiający dopuści materiały potwierdzające parametry oferowanego produktu tj. foldery lub katalogi, potwierdzające spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego, przygotowanych przez Autoryzowanego Dystrybutora ?

**Odp. Zamawiający wykreśla w pakiecie nr 8 Lampa zabiegową B pkt 33. Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 3 do SIWZ w zakresie Pakietu nr 8, który stanowi załącznik do niniejszej odpowiedzi.****Pytanie 94 (ZAPYTANIE NR 6)****Dotyczy: Pakietu nr 4, 1. USG (C) – 2 szt, pkt 8,9.**

Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu z monitorem spełniającym wymagania:

1.	Monitor LCD, wielkość ekranu (przekątna) [cal]. Rzeczywiste pole zajmowane przez obraz USG (bez elementów sterujących czy opisowych) >50% pola powierzchni	min 19"
2.	Rozdzielczość monitora LCD	min 1280x1024

Czy Zamawiający dopuści nowej generacji monitor o przekątnej 21,5" oraz rozdzielczości 1600x900, który posiada bardzo szerokie kąty obrazowania, wysoki kontrast oraz spełnia normę Dicom?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.****Pytanie 95 (ZAPYTANIE NR 6)****Dotyczy: Pakietu nr 4, 1. USG (C) – 2 szt, pkt 15.**

Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu:

1.	Waga aparatu max. 80 kg
----	-------------------------

Czy Zamawiający dopuści aparat o wadze 90 kg, dodatkowo wyposażony w moduł baterii umożliwiającą ciągłą pracę aparatu przy zaniku zasilania oraz szybkie przemieszczanie się po oddziale.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.****Pytanie 96 (ZAPYTANIE NR 6)****Dotyczy: Pakietu nr 4, 1. USG (C) – 2 szt, pkt 29.**

Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu wyposażonego w:

1.	Wbudowane w aparat wyjście S-VHS
----	----------------------------------

Czy Zamawiający dopuści aparat bez tego typu gniazda jednak wyposażony w wymagane złącze DVI?.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.****Pytanie 97 (ZAPYTANIE NR 6)****Dotyczy: Pakietu nr 4, 2. USG z ciekłokrystalicznym panelem sterującym (D) – 2 szt, pkt 8,9.**

Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu z monitorem spełniającym wymagania:

3.	Monitor LCD, wielkość ekranu (przekątna) [cal]. Rzeczywiste pole zajmowane przez obraz USG (bez elementów sterujących czy opisowych) >50% pola powierzchni	min 19"
4.	Rozdzielczość monitora LCD	min 1280x1024

Czy Zamawiający dopuści nowej generacji monitor o przekątnej 21,5" oraz rozdzielczości 1600x900, który posiada bardzo szerokie kąty obrazowania, wysoki kontrast oraz spełnia normę Dicom?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.****Pytanie 98 (ZAPYTANIE NR 6)****Dotyczy: Pakietu nr 4, 2. USG z ciekłokrystalicznym panelem sterującym (D) – 2 szt, pkt 15.**

Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu :

2.	Waga aparatu max. 80 kg
----	-------------------------

Czy Zamawiający dopuści aparat o wadze 90 kg, dodatkowo wyposażony w moduł baterii umożliwiającą ciągłą pracę aparatu przy zaniku zasilania oraz szybkie przemieszczanie się po oddziale

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy PZP dokonuje ponadto zmiany Formularza Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 3 do SIWZ) w zakresie pakietu nr 1 poz. 1.**

**Zmienione dokumenty Zamawiający umieszcza na dedykowanej Platformie Zakupowej ([https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz\\_zgorzelec](https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_zgorzelec))**

**Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ i dokonuje zmiany terminu składania ofert i otwarcia ofert z dnia 27.05.2019r. na dzień 28.05.2019r. Godziny otwarcia i składania ofert pozostają bez zmian.**

**Jednocześnie Zamawiający informuje, że w dniu 10.05.2018r. zostało przekazane do publikacji ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.**

Z poważaniem

**Z upoważnienia Dyrektora**

**Radosław Jabłoński  
Zastępca Kierownika Działu  
Zamówień Publicznych  
i Zaopatrzenia**

Otrzymują:

1) Platforma zakupowa

3) a/a

---

Sprawę prowadzi: Radosław Jabłoński; e-mail: zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl