

Uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SWZ Nr 1

Sprawa dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup analizatora PCR do badań bakteriologicznych dla SPZOZ w Nowym Tomyślu”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (T.j. Dz.U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

Zestaw pytań nr 1 z dnia 27.10.2023r. :

Pytania do przedmiotu zamówienia

1. Dotyczy Parametrów wymaganych Załącznik nr 1A– Opis przedmiotu zamówienia, wymagania ogólne punkt 10 i pkt 11 oraz par 1 pkt 2d, par 3 pkt 4g: Zgodnie z wytycznymi producenta aparat nie wymaga rocznych przeglądów technicznych, czy w związku z tym Zamawiający odstąpi od wymogu wykonywania rocznych przeglądów? Wykonawca złoży z ofertą oświadczenie
Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ w obecnym brzmieniu.
2. Dotyczy Parametrów wymaganych Załącznik nr 1A – Opis przedmiotu zamówienia, wymagania ogólne punkt 13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zapewnienie 12 miesięcznego okresu gwarancji?
Odp. Nie. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ w obecnym brzmieniu.
3. Dotyczy par 3 pkt 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników z terminem ważności 5-8 mcy co będzie zgodne z zaleceniami producenta?
Odp. Pytanie nie dotyczy niniejszego postępowania. Niniejsze postępowanie dotyczy dostawy analizatora a nie odczynników.

Pytania do Umowy:

4. §7 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu przeznaczonego na zrealizowanie przedmiotu umowy do 30 grudnia 2023 ? Uzasadnienie: Z uwagi na konieczność sprowadzenia analizatora z zagranicy bezpośrednio od producenta oraz mając na uwadze skomplikowane procedury z tym związane, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu przeznaczonego na zrealizowanie przedmiotu umowy do 15 grudnia 2023.
Odp. Nie. Termin określony w SWZ wynika z terminu realizacji Projektu.
5. §8 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie sumy kar umownych należnych Zamawiającemu od Wykonawcy do 35% wynagrodzenia umownego brutto ?
Odp. Nie. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ w obecnym brzmieniu.

Zatwierdził:

Dyrektor SPZOZ
w Nowym Tomyślu
/-/ Tomasz Przybylski