

**Zadanie nr 2 - Stabilizacja międzytrzonowa odcinka szyjnego do zrostu kostnego, materiał tytan**

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Producent/ nazwa handlowa	Nr kat.
1	Stabilizacja międzytrzonowa odcinka szyjnego do zrostu kostnego, materiał tytan Wsuwana klatka międzytrzonowa do stabilizacji kręgosłupa szyjnego ze stopu tytanu (proszek tytanu). Implant o kratowej, przestrzennej strukturze (3D) stwarzającej optymalne warunki do przerostu kostnego (proteza posiadająca do 65% pustej przestrzeni). Klatka dostosowana pod względem geometrii do anatomii i fizjologii odcinka szyjnego kręgosłupa, odzwierciedlająca kształtem obrys trzonu. Implant musi posiadać karbowane płaszczyzny górne stykające się z trzonami, zabezpieczające przed przesuwaniem i dyslokacją po umieszczeniu w przestrzeni międzytrzonowej. Wypukłe płaszczyzny pozwalające na pełniejsze dopasowanie do konkretnej sytuacji w polu operacyjnym. Klatki, w co najmniej 2 typach kształtowych (płaskie oraz jednostronnie wypukłe) obejmując w danym rodzaju pełny typoszereg wymiarowy od 4 do 10mm (skok, co 1mm). Komplet: 1klatka tytanowa na operowany poziom.	szt.	50			8%			
				<b>Razem</b>					