



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

Inowrocław 12.03.2020r.



EZP 91 /2020

**Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w zapytaniu**

**dot. przetargu nieograniczonego nr D-12/2020 na Dostawy specjalistycznego sprzętu
medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Bloku Operacyjnego
dla Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu.**



**I. Zamawiający działając na mocy art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych przedstawia poniżej wyjaśnienia do zadanych pytań:**



Pytanie 1

Pytanie Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 24 cewników do dializy w dostępnych długościach: 24, 28, 32, 36, 40 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zgodnie z SIWZ.



Pytanie 2

dotyczące zadania 23 pozycja 1:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie portów o ciśnieniu min. 300 PSI (Jeżeli ciśnienie w strzykawce, wzrośnie powyżej 300 PSI to zmniejsza się prędkość przepływu a gdy przekroczy wartość graniczną ciśnienia o 20%, iniekcja zostanie natychmiast zatrzymana) oraz akcesoriów do implantacji portów pakowanych oddzielnie i uzna za równoważny zestaw do implantacji portu, w skład którego wchodzi : - serweta na stół narzędziowy 100 x 150cm – 1 szt (opakowanie zestawu) - pęseta chirurgiczna standardowa prosta 14cm – 1 szt - kleszczyki anatomiczne proste typu Pean 14cm – 1 szt - kleszczyki anatomiczne zagięte typu Halsted-Mosquito 12,5 cm – 1 szt - kleszczyki anatomiczne proste typu Micro-Mosquito 12,5cm – 1 szt - imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar 12cm – 1 szt - hak do ran typu Senn Miller 16cm, trójzębny tępy – 1 szt - serweta przylepna 75 x 90cm – 3 szt - plastikowe kleszczyki do mycia pola operacyjnego 14cm – 1 szt - uchwyt Velcro 2x23cm – 1 szt - serweta na stół 80 x 145cm – 1 szt - kompres z gazy z nitką RTG 7,5 x 7,5cm – 10szt - tupfer z gazy No. 3 – 3 szt - kompres z włókniny 5x5cm – 5szt - kompres z włókniny 10x10cm – 10szt - opatrunek pooperacyjny 7,2 x 5cm – 1 szt - opatrunek pooperacyjny 10 x 6cm – 1 szt - miska nerkowa plastikowa 250ml – 1 szt - skalpel jednorazowy nr 11 – 1 szt?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.



g



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

Pytanie 3

Pakiet 23

Czy Zamawiający w pakiecie 23 dopuści Wszczepialny port naczyniowy z tytanową komorą i obudową wykonaną z poliksymetylenu z silikonowym wypełnieniem miejsc przeznaczonych do mocowania portu. Port w rozmiarze 31x22x12mm i wadze 7,7g, objętość wypełnienia 0,6ml. Wyposażony w odłączalny, znakowany silikonowy lub poliuretanowy cewnik w rozmiarach 7,2F i 9,5F Port posiada unikalne znakowanie radiologiczne umożliwiające łatwą identyfikację maksymalnego przepływu oraz położenia portu. Port z zestawem do wprowadzania. W skład zestawu wchodzi : port, odłączalny cewnik silikonowy, rozrywalny zestaw wprowadzający, 2 łączniki, urządzenie do podnoszenia żył, prosta igła typu Huber, urządzenie do płukania, echogeniczna igła wprowadzająca, prowadnica typu J, igła do tunelizacji, strzykawka 10ml. Port odporny na ciśnienie do 325PSI. Dodatkowo w zestawie wysokociśnieniowa igła Hubera z przedłużką 20Gx20mm lub 22Gx20 mm, sterylne obłożenie, bezlateksowa osłona na głowice USG, dwie sterylne gumki i żel. W zestawie paszport w języku polskim, pakiet edukacyjny dla pacjenta oraz bransoletka.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 3a

Wszczepialny port naczyniowy z tytanową komorą i obudową wykonaną z poliksymetylenu z silikonowym wypełnieniem miejsc przeznaczonych do mocowania portu. Port w rozmiarze 26x21x10mm i wadze 5,5g, objętość wypełnienia 0,4ml. Wyposażony w odłączalny, znakowany silikonowy cewnik w rozmiarze 5F i 6,5F. Port posiada unikalne znakowanie radiologiczne umożliwiające łatwą identyfikację maksymalnego przepływu oraz położenia portu. Port z zestawem do wprowadzania. W skład zestawu wchodzi : port, odłączalny cewnik silikonowy, rozrywalny zestaw wprowadzający 7 Fr, 2 łączniki, urządzenie do podnoszenia żył, prosta igła typu Huber 22G x 0,7 mm o dł. 25 mm, urządzenie do płukania, echogeniczna igła wprowadzająca 18Gx70 mm, prowadnik "J"(60 cm) w podajniku umożliwiającym obsługę jedną ręką, igła do tunelizacji, strzykawka 10ml. Port odporny na ciśnienie do 325PSI. Dodatkowo w zestawie bezpieczna wysokociśnieniowa igła Hubera z przedłużką z możliwością obsługi jedną ręką 20Gx20mm , sterylne obłożenie, bezlateksowa osłona na głowice USG, dwie sterylne gumki i żel, bańka Raulersona. W zestawie paszport w języku polskim, pakiet edukacyjny dla pacjenta oraz bransoletka.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 3b

Oraz zestaw do zakładania pakowany oddzielnie:

1 x serweta na stół narzędziowy 100 x 150 cm (opakowanie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm

1 x serweta przylepna 75 x 90 cm 2-częściowa

1 x serweta przylepna 175 x 170 cm

1 x Nożyczki preparacyjne Metzenbaum 14,5 cm

1 x Pęseta chirurgiczna standardowa prosta 14 cm

1 x Kleszczyki anatomiczne proste typu Pean 14 cm

1 x Kleszczyki anatomiczne zagięte typu Halsted- Mosquito 12,5 cm



g



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00



- 1 x Kleszczyki anatomiczne proste typu Micro-Mosquito 12,5 cm
- 1 x Imadło chirurgiczne Mayo Hegar 12 cm
- 1 x Hak do ran typu Senn Miller 16 cm
- 1 x kleszczyki plastikowe proste do mycia pola operacyjnego 14 cm, zielone
- 1 x uchwyt rzepowy przylepny 2 x 23 cm
- 10 x kompres z gazy z nitką RTG 7,5 x 7,5 cm 12 warstw 24 nitek
- 5 x kompres z włókniny 5 x 5 cm 6 warstw, 30 g/m²
- 10 x kompres z włókniny 10 x 10 cm 6 warstw, 30 g/m²
- 3 x tupfer z gazy No. 3 (śliwka) 20 x 20 cm, 20 nitek
- 1 x opatrunek pooperacyjny 7,2 x 5 cm
- 1 x opatrunek pooperacyjny 10 x 6 cm
- 1 x pojemnik plastikowy 250 ml (9,3 x 5,4 cm), przezroczysty z podziałką
- 1 x skalpel jednorazowy Nr 11

Wszystkie elementy zestawu zapakowane w opakowanie jednostkowe posiadające numer katalogowy wraz z czterema etykietami samoprzylepnymi umożliwiającymi identyfikację numeru katalogowego oraz numeru serii zestawu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 4

Pakiet 29

Czy Zamawiający w pakiecie 29 zadaniu 1 dopuści cewnik do naczyń centralnych jednoświatłowy 7F (14Ga), długość 20cm- rozszerzacz 8,5Fr wprowadzany metodą Seldingera

Zestaw zawiera :

- igłę wprowadzająca typu Y 18G 6,5cm,
- nitinolowy przewodnik J 0,035"
- strzykawka 5ml
- cewnik poliuretanowy z miękkim stożkowatym końcem zapobiegającym uszkodzeniu śródbłonna z centymetrowymi znacznikami głębokości,
- skrzydełka mocujące do skóry pacjenta,
- Rozszerzacz 8,5Fr,
- korek z membraną do dodatkowych wstrzyknięć

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4a

Czy Zamawiający w pakiecie 29 zadaniu 2 dopuści cewnik do naczyń centralnych dwuświatłowy 7F (14/18G), długość 20cm- rozszerzacz 8,5Fr wprowadzany metodą Seldingera

Zestaw zawiera :

- igłę wprowadzająca typu Y 18G 6,5cm,
- nitinolowy przewodnik J 0,035"
- strzykawka 5ml
- cewnik poliuretanowy z miękkim stożkowatym końcem zapobiegającym uszkodzeniu śródbłonna z centymetrowymi znacznikami głębokości,

g



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

- skrzydełka mocujące do skóry pacjenta,
- Rozszerzacz 8,5Fr,
- dwa korki z membraną do dodatkowych wstrzyknięć

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4b

Czy Zamawiający w pakiecie 29 zadaniu 3 dopuści cewnik do naczyń centralnych trzyświatłowy 7F (16/16/18G), długość 20cm- rozszerzacz 8,5Fr wprowadzany metodą Seldingera

Zestaw zawiera :

- igłę wprowadzającą typu Y 18G 6,5cm,
- nitinolowy przewodnik J 0,035"
- strzykawka 5ml
- cewnik poliuretanowy z miękkim stożkowatym końcem zapobiegającym uszkodzeniu śródbłonna z centymetrowymi znacznikami głębokości,
- skrzydełka mocujące do skóry pacjenta,
- Rozszerzacz 8,5Fr,
- trzy korki z membraną do dodatkowych wstrzyknięć

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5

Pakiet nr 22 poz. 1

Czy Zamawiający dopuszcza jednorazową, sterylną elektrodę 4-kanalową naklejaną na rurkę intubacyjną, rozmiar 7– 9 mm, powierzchnia elektrody 37,6 x37 w komplecie z elektrodą neutralną?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 6

poz.2

Czy Zamawiający dopuszcza jednorazową, sterylną sondę bipolarną widelec prosta o parametrach: dł. robocza 4,5cm, dł. całkowita 15,5 cm do bezpośredniej stymulacji nerwów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 7

poz.3

Czy Zamawiający dopuszcza jednorazowe, sterylne elektrody Trygon: czerwona/czarna/zielona o dł. Igły 15mm, dł. przewodu 1,5m?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 8

Poz.4



4



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

Czy Zamawiający dopuszcza jednorazowe, sterylne pary elektrod igłowych Trygon (różne kolory przewodów) o dł. Igły 15mm, dł. Przewodu 2,0m?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.



Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 24 w pozycji 1 i 2 :

cewniki w rozmiarze 19, 23, 28, 33 i 44cm, z końcówką schodkową wykonane z miękkiego i wytrzymałego Carbothanu i z mufką dakronową, z uszczelnioną osłoną z zaworem, spełnione pozostałe parametry SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zgodnie z SIWZ.



Pytanie 10

Czy Zamawiający w pozycji 1, 2 zadanie 24 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy poliuretanowy Evolution Flow do implantacji metodą wsteczną (retrograde) z opatentowaną konstrukcją końcówki, która umożliwi proste i precyzyjne umiejscowienie końcówki w prawym przedsionku, o stopniu recyrkulacji poniżej 1%, średnica 15,5 FR i długości cewnika: 19/40, 23/44, 28/49, 33/54? Charakterystyka zestawu: - radioceniujący cewnik - silikonowe ramiona - złącze typu PEEK odporne na ekstremalne obciążenia chemiczne i mechaniczne - zacisk na cewnik ze skrzydełkami do mocowania na skórze - wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość - kompatybilny z MRI - odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg - adapter wypełniający - zacisk cewnika ze skrzydełkami do mocowania na skórze - igła wprowadzająca 18G - rozszerzadło 12 Fr - rozszerzadło 16 Fr z rozrywalną koszulką - nasadki iniekcyjne Luer Lock - kleszczyki – 2 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11

Zadanie nr 16 poz. 6

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 6 z Zadania nr 16 i utworzy z niej oddzielne zadanie? Pozwoli to na uzyskanie większej ilości ofert na ten konkretny asortyment.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12


Pakiet nr 3 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy nie zaistniała omyłka pisarska w zakresie oczekiwanej pojemności materiału hemostatycznego.

Zapis w dotychczasowej formie, wyszczególnia standardowo dostępne pojemności, natomiast brak jest informacji, której pojemności Zamawiający oczekuje. Jeżeli miałyby to być wszystkie rodzaje, to bardzo prosimy o wskazanie ilości dla poszczególnych pojemności.

Informacje te są niezbędne dla poprawnego sporządzenia oferty, ponieważ każda pojemność identyfikowana jest odrębnym numerem katalogowym oraz posiada inną cenę.

Odpowiedź:



6



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

Zapis nie jest omyłką pisarską. Zamawiający oczekuje po 10 sztuk z każdej pojemności wskazanych w SIWZ.

Pytanie 13

Pakiet nr 4 poz. 1-3

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy wymóg w następującym brzmieniu: „*możliwość aplikacji jako proszek, pasta lub żel*” nie jest omyłką pisarską?

Wątpliwość taka nasuwa się, ponieważ z pozostałej treści wynika, że materiał hemostatyczny powinien zapewniać „*możliwość stosowania w procedurach laparoskopowych; produkowany w postaci proszku w jednorazowym aplikatorze*” co jednoznacznie wskazuje, że powinien posiadać postać proszku. Wobec powyższego, bardzo prosimy o odstąpienie od wymogu dotyczącego postaci pasty i żelu.

Odpowiedź:

Zapis nie jest omyłką pisarską. Pozostaje bez zmian. Możliwość stosowania w procedurach laparoskopowych nie wyklucza stosowania środka w innych zabiegach, w których będzie on stosowany jako pasta lub żel.

Pytanie 14

Pakiet nr 19 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania barwnych oznaczników służących do podtrzymywania narządów wypreparowanych podczas operacji, wykonanych z medycznego silikonu o długości 750 mm i konfekcjonowanych po jednej sztuce w saszetce.

W tym wypadku w kolumnie „Ilość” należy uwzględnić 180 sztuk.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe z jednoznacznym uwzględnieniem proponowanych ilości.

Pytanie 15

Pakiet nr 19 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie jakiego rozwiązania Zamawiający oczekuje, tzn.; czy ma to być kompletny jednorazowy trokar o średnicy 10 mm, czy wymienna, jednorazowa głowica z uniwersalną uszczelką 5-10mm do trokara wielorazowego użycia?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga jednorazowej głowicy z uniwersalną uszczelką 5-10mm.

Pytanie 16

Pakiet nr 19 (wymaganie dotyczące użyczenia)

W związku z tym, że klipsownice laparoskopowe do klipsów polimerowych dostępne są w dwóch opcjach, tzn. w wersji standardowej, prostej sztywnej oraz w wersji z artykulacją bransz do 60 stopni, bardzo prosimy o informację, jakiego rozwiązania Zamawiający wymaga.


Odpowiedź:

Zamawiający wymaga klipsownicy w wersji z artykulacją.

Pytanie 17

Pakiet nr 28 poz. 3 i 4

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z dotychczasowego pakietu pozycji nr 3 i 4 i utworzenie odrębnego zadania dla klipsów naczyniowych lub przeniesienie ich do pakietu nr 19 w którym również są wyspecyfikowane klipsy.



4



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

Wszystkie parametry techniczne zgodnie ze SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zgodnie z SIWZ.



Pytanie 18

Pakiet nr 28 poz. 3 i 4

Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie, czy Zamawiający będzie wymagał:

1/ oświadczenia producenta, że zaoferowane klipsy jako implanty chirurgiczne, pozwalają na poddanie pacjenta badaniu w rezonansie magnetycznym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga powyższego.

2/ żeby magazynki posiadały wklejki identyfikacyjne, służące do uzupełnienia dokumentacji pacjenta, zawierające podstawowe informacje o produkcie: z jakiego materiału klips wykonany; nazwę producenta; nr katalogowy; nr serii; datę ważności wyrobu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.




Pytanie 19

Dotyczy zapisów SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiegokolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z – postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.”

Odpowiedź:

Zamawiający uznaje powyższe.



Pytanie 20

Zadanie 25 Dreny do pompy:

Czy Zamawiający może doprecyzować czy dreny mają być jednorazowego lub wielorazowego użytku oraz jaki typ pompy posiada Zamawiający?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga drenów jednorazowego użytku. Pompa laparoskopowa typ: WOLF.

Pytanie 21

Dot. Rozdziału V pkt. 1 a. SIWZ:

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej gdy Wykonawca składając ofertę w ramach pakietu nr 26 przedstawi wykaz dostaw na zrealizowane dostawy:

8



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

- akcesoriów artroskopowych na kwotę 350.982,72 zł brutto;
- wieży artroskopowej i sprzętu medycznego (stół i zestaw wyciągowy, zestawy narzędzi do artroskopii barku, kolana, małych stawów) na kwotę 577.345,40 zł brutto?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 22

dot. Zadania 6 – Ostrza do skalpeli:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby zaoferowane przez Wykonawców ostrza wymienne jednorazowe do skalpeli, wykonane były ze stali węglowej, były zapakowane sterylnie, pojedynczo (w opakowaniach zbiorczych po 100 sztuk, a także, czy na opakowaniach jednostkowych przedmiotowych ostrzy widnieć winno logo producenta, rozmiar skalpela, jego numer LOT oraz rycina ostrza, zaś na samym ostrzu umieszczone powinny być logo producenta oraz rozmiar ostrza dla pełnej, czytelnej identyfikacji rozmiaru, kształtu, numeru serii wykonania oraz ich wytwórcy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 23

dot. Zadania 6 – Ostrza do skalpeli:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje od Wykonawców możliwości dostarczenia ostrzy jednorazowych do skalpeli o numerze 15 w jednym kształcie, czy też w kilku figurach?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga ostrzy do skalpeli o numerze 15 w jednym kształcie

Pytanie 24

Zadanie 18 pozycja 1.

Czy Zamawiający dopuści zestaw jak w opisie, z drenem o długości 210cm lub 270cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 25

Zadanie 18 pozycja 1.

Czy Zamawiający wymaga graficznej instrukcji obsługi?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga powyższego.

Pytanie 26

Zadanie 18 pozycja 2.

Czy Zamawiający dopuści zestaw jak w opisie, z kaniulą wewnętrzną posiadającą 4 otwory boczne oraz z drenem 25CH (różnica między 24CH a 25CH wynosi zaledwie 0,33mm).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 27

Zadanie 1, pozycja 1



8



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny w rozmiarze F 21?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.



Pytanie 28

Zadanie 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny w rozmiarze F 27?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.



Pytanie 29

Zadanie 1, pozycja 1-5

Czy Zamawiający dopuści dreny brzuszne o długości 500mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.



Pytanie 30

Zadanie 16, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści butelki Redona 400ml, posiadające w górnej części butelki jeden oczkowy uchwyt do podwieszania, pakowane w opakowanie łatwe do otwierania, po długiej stronie opakowania, skalowane co 10 ml, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.



Pytanie 31

Zadanie 16, pozycja 3-5

Czy Zamawiający dopuści dreny Redona wykonane z PCV z perforacją na długości 14 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.



Pytanie 32

Zadanie 16, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści dreny Redona 15 w miejsce 16?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 33

Zadanie 16, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści przewody do cystoskopu posiadające miękką końcówkę z silikonu, opakowanie jednostkowe papier-folia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 34

Dotyczy zadania 14 pozycja 1:

46



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

W celu przedłożenia oferty KONKURENCYJNEJ JAKOŚCIOWO, prosimy o dopuszczenie elektrod w pozycji 1 dzielonych (REM) z bezpiecznym pierścieniem ekwipotencjalnym (dodatkowa korzyść = bezpieczeństwo pacjenta) o wymiarach: 170,5mm x 128,5mm; WSZYSTKIE POZOSTAŁE PARAMETRY ZGODNE Z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 35

Dotyczy zadania 27 poz. 1 i 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie narzędzia dostępnego tylko w wersji do zabiegów otwartych (ze względu na wymaganą długość roboczą nie jest możliwe stosowanie takiego narzędzia w zabiegach laparoskopowych)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 36

Dotyczy zadania 27

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostawy wynosił 3 dni robocze?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 37

Dot. umowy par. 7 ust. 3

Prosimy o podanie po ilu dniach opóźnienia Zamawiający dokona zakupu zastępczego.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zakupu zastępczego po 5 dniach roboczych.

Pytanie 38

Dot. SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostawy liczony był w dni robocze?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 39

Dot. SIWZ warunki udziału w postępowaniu

Czy w ramach zadania 27 Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału w postępowaniu wykazanie 2 dostaw przedmiotu zamówienia na łączną kwotę 200 000 zł netto?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 40

Zadanie Nr 6:

Prosimy zamawiającego o określenie, czy wymaga dodatkowego ostrza w rozmiarze 11P, do wyboru przez Zamawiającego przy dokonywaniu zamówienia?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie wymaga powyższego.





Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

Pytanie 41

Prosimy Zamawiającego o możliwość przeliczenia ostrzy na opakowania lub do ceny za sztukę do 4 miejsc po przecinku

Odpowiedź:

Zgodnie z ilością podana w załączniku nr 2 w rubryce „ Nazwa artykułu”, każda z pozycji dotyczy 100 sztuk, wobec czego w rubryce „ cena netto” należy wpisać cenę za 100 sztuk. Wartość brutto należy zgodnie z wymaganą ilością sztuk wyliczyć mnożąc cenę netto odpowiednio razy 15 w pozycji 1-3, razy 10 w pozycji 4 i razy 8 w pozycji 5.



Pytanie 42

Zadanie Nr 18 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ortopedycznego zestawu do odsysania, który usuwa zanieczyszczenia i fragmenty kości bez blokowania się. Specjalny, wbudowany w uchwyt filtr automatycznie wychwytuje wszelkie stałe zanieczyszczenia, w przypadku wypełnienia i zablokowania filtr może być wymieniony w trakcie zabiegu. Zestaw pozwala skrócić czas całej procedury, przez co ogranicza ryzyko uszkodzenia tkanek oraz zmniejsza liczbę powikłań pooperacyjnych. Opatentowany system filtracji skutecznie zapobiega blokowaniu się w trakcie pracy. Duża pojemność zestawu. Ograniczenie blokowania się zmniejsza uszkodzenia tkanek oraz ilość pooperacyjnych powikłań infekcyjnych. Wymiana filtra zajmuje jedynie kilka sekund. Dwustronna końcówka pozwala na odsysanie z kanału kości udowej bez konieczności stosowania dodatkowego sprzętu, opatentowany filtr o krzyżowym przepływie przepuszcza prawie bez oporu treść płynną zatrzymując jednocześnie wszelkie stałe zanieczyszczenia, które mogłyby spowodować blokadę zestawu, antypoślizgowa powierzchnia końcówki pozwala na pewny chwyt i prowadzenie nawet mokrą ręką, otwory odbarczające na końcówce zmniejszają ryzyko traumatyzacji tkanek miękkich, każdy zestaw zawiera 3 różne końcówki ssące, każde opakowanie zawiera dodatkowy filtr, który można szybko wymienić w przypadku wypełnienia pierwszego filtra znaczną ilością zanieczyszczeń. Długości końcówki ssaka 150,230,280 mm, średnica wew. 5,7 mm, śr. Zew. 8,1 mm, dren 24CH o dł. 270 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 43

Zadanie Nr 18 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, czy produkty, mają być pakowane podwójnie: wewnątrz w perforowaną folię dla lepszej ewakuacji tlenu etylenu używanego do sterylizacji oraz zewnątrz w opakowanie foliowo-papierowe.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga opakowania zgodnie z SIWZ.


Pytanie 44

Zadanie Nr 18 poz. 2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do odsysania pola operacyjnego bez kontroli siły ssania, zestaw składający się z końcówki ssącej yankauer oraz drenu łączącego. Rozmiar 24 CH, długość drenu 210 cm, długość końcówki ssącej 220 mm, średnica uchwytu 22 CH. Dren wykonany z medycznego PCV shore A 74.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.



16



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

Pytanie 45

Dotyczy SIWZ:

Prosimy Zamawiającego o określenie, czy dopuszcza sporządzenie oferty w postaci elektronicznej w formacie PDF.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, a ponadto pod rygorem nieważności oferta musi zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.



Z poważaniem

KIEROWNIK DZIAŁU
Zamówień Publicznych
Ewa Sempowicz