

Warszawa, dnia 5 października 2022 roku

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania pn. „Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do wykonania badań z zakresu morfologii krwi oraz płynów z jam ciała przy użyciu analizatora hematologicznego” – sprawa nr 48/PN/2022/BK

Zamawiający, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) zwanej dalej Ustawą, informuje, iż wpłynęły pytania od Wykonawców, na które Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i dokonuje zmian zapisów SWZ:

Pytanie nr 1 dotyczy SWZ, Załącznika nr 1 do SWZ_ Rozdział 2, pkt 3_Załącznika nr 3 do SWZ:

W związku z tym, iż przedmiotem zamówienia jest dzierżawa analizatora hematologicznego, zwracamy się z prośbą o zmianę nazwy przedmiotu zamówienia. Zamawiający w wielu miejscach wskazuje aparaturę do diagnostyki molekularnej metodą mikromacierzy, a przedmiotem zamówienia jest analizator hematologiczny.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 1 do SWZ oraz Załącznik nr 3 do SWZ.

Pytanie nr 2 dotyczy Załącznika nr 2 A do SWZ:

Zamawiający będzie dokonywał zakupu opakowań odczynników, a nie ilości badań - czy w związku z tym w kolumnie 7 nie powinna być Wartość netto [w zł] wyliczona na podstawie kolumny 4 oraz 7 (4x7), czyli ilość szt. Wyrobów/opakowań w skali 36 miesięcy do wykonania badań x Cena jedn. za opak. [zł]?

Odpowiedź: Wykonawca powinien dostosować liczbę opakowań niezbędnych wyrobów do podanej przez zamawiającego liczby oznaczeń diagnostycznych. Jeżeli Wykonawca, uwzględnia liczbę opakowań danych wyrobów, to wartość netto w kolumnie 7 powinien wyliczyć jako iloczyn wartości z kolumny 4 oraz 6.

Pytanie nr 3 dotyczy Załącznika nr 2 B do SWZ:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że hialuronidaza powinna być zaoferowana w ilości pozwalającej na wykonanie 1 980 oznaczeń w płynach z jam ciała (w tym płynie stawowym). **Tak, Zamawiający potwierdza.**

Prosimy również o podanie ilości preparatów wymagających użycia imersji, aby Wykonawca mógł oszacować odpowiednią ilość wymaganego asortymentu, czyli olejka immersyjnego.

Odpowiedź: Zamawiający podaje szacunkową liczbę 10800 rozmazów morfologicznych / 36 m-cy.

Pytanie nr 4 dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ, Parametry wymagane, pkt 1:

Czy w wymaganych parametrach raportowanych przez analizatory na wyniku, Zamawiający wymaga, aby RBC, HCT, HGB, PLT, WBC były parametrami mierzonymi (oznaczanymi), a nie wyliczanymi?

Zastosowanie bezpośredniego pomiaru podstawowych parametrów zwiększa dokładność wyników uzyskanych dla tych parametrów, a także wpływa na dokładność wyliczenia parametrów z nimi związanych (np. MCV, MCH, MCHC).

Odpowiedź: Tak, zamawiający wymaga aby RBC, HCT, HGB, PLT, WBC były parametrami mierzonymi.

Pytanie nr 5 dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ, Parametry wymagane, pkt 15:

Zamawiający wymaga: „Możliwość weryfikacji liczby niskich płytek krwi w osobnym kanale. Możliwość automatycznego zaprogramowania wykonania powtórnych badań (tzw. funkcja reflex - test) przy oflagowaniu trombocytopenii z wykorzystaniem metody fluorescencyjnej cytometrii przepływowej ze specyficznym barwnikiem o wysokim powinowactwie do RNA płytek krwi, który pozwala na raportowanie zweryfikowanej wartości liczby płytek krwi oraz ocenę dojrzałości płytek (wskaźnik niedojrzałości płytek w % i #).”

Czy opisując powyższe wymagania Zamawiający ma na myśli użycie do ww. metody osobnego, dedykowanego odczynnika, który służy tylko wymaganej metodzie oznaczania płytek krwi?

Odpowiedź: Tak, zamawiający ma dokładnie na myśli użycie do ww. metody osobnego, dedykowanego odczynnika, który służy tylko wymaganej metodzie oznaczania płytek krwi, zgodnie z pkt 15 tabeli parametrów wymaganych

Pytanie nr 6 dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ, Parametry wymagane, pkt 15:

Czy wymagając, aby parametry z punktu 15 były zwalidowane przez Producenta, przesłane do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego (LIS) i raportowane na wyniku pacjenta jako parametry diagnostyczne zgodnie z dobrą praktyką laboratoryjną, a wręcz jej wymogami - Zamawiający wymaga, aby parametry te objęte były wewnętrzną kontrolą jakości wykonywaną rutynowo z materiału kontrolnego do krwi obwodowej CBC+DIFF?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 7 dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ, Parametry wymagane, pkt 23:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie materiału kontrolnego, dla którego termin ważności jest zgodny z terminem na opakowaniu i wynosi do 2 miesięcy, a dystrybucja materiału kontrolnego odbywa się wg harmonogramu dostaw materiału kontrolnego, dostępnego na stronie internetowej Wykonawcy?

Krew kontrolna jest materiałem, o krótkim okresie ważności z uwagi na swoją specyfikę wewnętrzną, dostarczana jest zgodnie z harmonogramem tak, aby Zamawiający miał zawsze ważny materiał kontrolny.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek odpowiedniego skalkulowania oferty, dlatego prosimy o wyrażenie zgody na zaferowanie krwi kontrolnej skalkulowanej w ilości uwzględniającej datę przydatności na opakowaniu i w ilości gwarantującej codzienne wykonanie kontroli.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 8 dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ, §4, pkt 3:

Czy ze względu na złożoność procesu instalacji oraz konieczność podłączenia analizatora do systemu informatycznego, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wydania analizatora do 21 dni roboczych od daty podpisania umowy?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 9 dotyczy ROZDZIAŁ V SWZ, pkt. 5.1a i ROZDZIAŁ XV, pkt 15.3.5:

„Wykonawcy powinni w prawym górnym rogu każdego dokumentu oznaczyć, którego zadania i której pozycji formularza asortymentowo – cenowego dotyczy dokument.”

Wykonawca składa ofertę na platformie Zamawiającego, prosimy zatem o wykreślenie powyższego zapisu i zastąpienie go poniższym:

„Wykonawcy powinni oznaczyć każdy dokument, którego zadania i której pozycji formularza asortymentowo – cenowego dotyczy.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji zapisu w następujący sposób:

BYŁO:

15.3.5 Materiały informacyjne (np. Folder/katalog/prospekt/informacja/opis producenta

oferowanego asortymentu medycznego) zawierające jego dane techniczne potwierdzające spełnienie parametrów zawartych w opisie zamówienia – załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku dostarczenia oryginalnych dokumentów **producenta zagranicznego, muszą one posiadać tłumaczenia**. Zamawiający wymaga, aby w/w dokumenty były odpowiednio oznaczone, tj. Wykonawcy powinni w prawym górnym rogu każdego dokumentu oznaczyć, którego zadania i której pozycji formularza asortymentowo – cenowego dotyczy dokument.

JEST:

15.3.5 Materiały informacyjne (np. Folder/katalog/prospekt/informacja/opis producenta oferowanego asortymentu medycznego) zawierające jego dane techniczne potwierdzające spełnienie parametrów zawartych w opisie zamówienia – załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku dostarczenia oryginalnych dokumentów **producenta zagranicznego, muszą one posiadać tłumaczenia**. Zamawiający wymaga, aby w/w dokumenty były odpowiednio oznaczone, tj. **Wykonawcy powinni oznaczyć każdy dokument, którego zadania i której pozycji formularza asortymentowo – cenowego dotyczy.**

Pytanie nr 10 dotyczy Umowy:

Czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11 dotyczy SWZ, Istotne postanowienia umowy – Załącznik nr 3 do SWZ, §1 ust. 2:

Prosimy usunięcie zapisu lub o jego modyfikację poprzez dodanie zdania:

„za wyjątkiem okoliczności, gdy Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 45 dni licząc od terminu zapłaty. Wówczas Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności”.

Zapis w obecnym brzmieniu stanowi klauzulę abuzywną zgodnie z Art. 433 pkt 3) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 12 dotyczy SWZ, Istotne postanowienia umowy – Załącznik nr 3 do SWZ, §1 ust. 3 i ROZDZIAŁ IV, pkt 4.7 SWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby dostarczany towar posiadał termin przydatności do użycia nie krótszy niż 6 miesięcy, za wyjątkiem krwi kontrolnej, której ważność wynosi do 2 miesięcy od momentu dostarczenia zgodnie z harmonogramem, ale skalkulowana jest w ilości uwzględniającej zarówno ważność jak i ilość wymaganą przez Zamawiającego? Jeżeli tak prosimy o modyfikację ww. postanowienia poprzez dodanie zapisu:

„z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności wynosi do 2 miesięcy, w przypadku, gdy ta będzie rozdysponowana wg harmonogramu dostaw materiału kontrolnego”.

Odpowiedź: Tak, dokonuje modyfikacji w SWZ i załącznika nr 3 do SWZ.

BYŁO:

4.7 Dostarczane odczynniki muszą posiadać co najmniej 6 - miesięczny okres zdatności do użycia od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

JEST:

4.7 Dostarczane odczynniki muszą posiadać co najmniej 6 - miesięczny okres zdatności do użycia od daty dostawy do siedziby Zamawiającego, z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności wynosi do 2 miesięcy, w przypadku, gdy ta będzie rozdysponowana wg

harmonogramu dostaw materiału kontrolnego

Pytanie nr 13 dotyczy SWZ, Istotne postanowienia umowy – Załącznik nr 3 do SWZ, §2 ust. 1:

Prosimy o wykreślenie zwrotu „telefonicznie” i usunięcie możliwości składania zamówień telefonicznie jako nieodpowiedniej formy, biorąc pod uwagę brak możliwości po stronie Wykonawcy weryfikacji poprawności składanych zamówień i osoby je składającej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji załącznika nr 3 do SWZ.

Pytanie nr 14 dotyczy SWZ, Istotne postanowienia umowy – Załącznik nr 3 do SWZ, §2 ust. 3:

Czy Zamawiający dopuści możliwość uzyskania dostępu online 24h na dobę do aktualnych kart charakterystyk na stronie internetowej Wykonawcy?

Jeżeli tak proponujemy uzupełnienie zapisu: „lub zapewni całodobowy dostęp online do karty charakterystyki na stronie internetowej pod adresem: www.....”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i dokonuje modyfikacji załącznika nr 3 do SWZ

Pytanie nr 15 dotyczy SWZ, Istotne postanowienia umowy – Załącznik nr 3 do SWZ, §3 ust. 1:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie wraz z towarem elektronicznej faktury VAT na wskazany adres poczty elektronicznej?

Przedmiot zamówienia jest wysyłany do Zamawiającego z magazynu Wykonawcy, który znajduje się w innej lokalizacji niż biuro, w którym pracownik Wykonawcy wystawia faktury VAT po dostarczeniu przedmiotu zamówienia. Ze względów logistycznych i podstawowych zasad bezpieczeństwa Wykonawca nie wysyła faktur wraz z towarem. Istnieje jednak możliwość otrzymywania przez Zamawiającego w dniu dostawy towaru faktury elektronicznej przesyłanej przez Wykonawcę na wskazany adres poczty elektronicznej, dzięki czemu nie zachodzi konieczność dosyłania faktury papierowej.

Jeżeli tak prosimy o zmianę ww. postanowienia poprzez dodanie zapisu „Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur elektronicznych na następujący adres poczty elektronicznej.....”.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 3 do SWZ.

Pytanie nr 16 dotyczy SWZ, Istotne postanowienia umowy – Załącznik nr 3 do SWZ, §6 ust. 1 oraz §9 ust. 1 pkt 6) oraz §10 ust. 1 pkt 2):

Prosimy o zastąpienie omyłki pisarskiej tj. „aparatury do diagnostyki molekularnej metodą mikromacierzy” na „analizatora hematologicznego”.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji załącznika nr 3 do SWZ.

Pytanie nr 17 dotyczy SWZ, Istotne postanowienia umowy – Załącznik nr 3 do SWZ, §11 ust. 4 pkt 2:

Prosimy zastąpienie słowa: „opóźnienia” na „zwłoki”.

Zapis w obecnym brzmieniu stanowi klauzulę abuzywną zgodnie z Art. 433 pkt 1) oraz 2)

Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji załącznika nr 3 do SWZ.

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi są integralną częścią SWZ dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców od dnia przekazania.

Sporządził: Bogumiła Kalinowska