



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Białymstoku
im. Mariana Zyndrama-Kościółkowskiego**

**15-471 Białystok ul. Fabryczna 27
Tel. : (85) 869 35 50 fax: (85) 869 35 66
NIP 542-25-13-061 REGON 050637922**



Białystok, dnia 26.06.2020 r.

DZP.2344.15.2020

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów ochronnych i sprzętu jednorazowego użytku

Zamawiający, SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościółkowskiego, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, uprzejmie informuje, iż do prowadzonego postępowania wpłynęły następujące pytania o wyjaśnienie treści SIWZ:

Pakiet 17 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do trudnych intubacji dla rozmiarów 6,0 – 10,0?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy poniższej treści:

Siła Wyższa

Którakolwiek ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

Dla celów realizacji Umowy „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.

W przypadku zaistnienia stanu Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.

Jeżeli stan Siły Wyższej, będzie trwał nieprzerwanie przez okres 90 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

Stan Siły Wyższej powoduje adekwatne przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 23

Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów w części 23 Zestawu do przezskórnej tracheostomii metodą Ciaglia „Blue Rhino” (do wprowadzenia metodą Seldingera) w skład którego wchodzi:

-Jednostopniowe rozszerzadło o kształcie rogu nosorożca,

-Prowadnik ze znacznikami pozycjonującymi o średnicy 0,052 inch (1,32 mm).

-Rozszerzacze (3 szt.) ładujące do rurki tracheostomijnej (21 dla rurki 7, 24Fr dla rurki 8 i 27Fr dla rurki 9). Zestaw nie zawiera rurki.

- 2x Igła wprowadzająca (z koszulką i bez) 7 cm, rozmiar 15 G
 - Krótkie Rozszerzadło o rozmiarze 14,0 Fr; 6,5 cm
 - Skalpel jednorazowego użytku nr 15
 - Strzykawka jednorazowa
 - Czerwony pojemnik na zużyte igły
 - Żel poślizgowy, gąbki z gazy.
- Całość sterylna. Etykiety samoprzylepne do wklejania do protokołu.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 13 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści (stosowany obecnie przez Zamawiającego) sterylny zestaw do drenażu podwójnie opakowany w zewnętrzną folię-papier i folię wewnętrzną, z oznaczonymi miejscami otwarcia, spełniający pozostałe wymagania przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 13 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści (stosowany obecnie przez Zamawiającego) łącznik schodkowy niebędący wyrobem medycznym, spełniający pozostałe wymagania przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 2 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 1 do oddzielnego pakietu.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 2 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu:

Skład zestawu:

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm, składana w sposób umożliwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

2 serwety przylepne 75 x 90 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta przylepna 180 x 180 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i

organizatorami przewodów 1 serweta przylepna 150 x 240 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (stanowiąca owinięcie zestawu)

Materiał serwet głównych 2 warstwowy PE+PP na całej powierzchni (grubość folii 33µm) o gramaturze 60 g/m² w części podstawowej + łąta chłonna o gramaturze 80g/m².

Opakowanie typu TYVEC/Folia. Na opakowaniu 4 rezerwujonowalne etykiety samoprzylepne zawierające min. numer katalogowy, serię, datę ważności oraz nazwa identyfikująca dostawcę.

Zestaw zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe – dispenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego. Wzmocnienia wraz z organizatorami przewodów trwale przymocowane do warstwy włókninowej polipropylenowej.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 3 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu:

Skład zestawu:

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm, składana w sposób umożliwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki

1 osłona na kończyne 36 x 120 cm

1 serweta 100 x 150 cm

1 przylepna serweta średnia 150 x 300 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta 230 x 260 cm z wycięciem „U” 20 x 85 cm z padem chłonnym 50 x 100 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (stanowiąca owinięcie zestawu)

Materiał serwet głównych 2 warstwowy PE+PP na całej powierzchni (grubość folii 33µm) o gramaturze 60 g/m² w części podstawowej + łata chłonna o gramaturze 80g/m².
Opakowanie typu TYVEC/Folia. Na opakowaniu 4 repositionowalne etykiety samoprzylepne zawierające min. numer katalogowy, serię, datę ważności oraz nazwa identyfikująca dostawcę.
Zestaw zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego. Wzmocnienia wraz z organizatorami przewodów trwale przymocowane do warstwy włókninowej polipropylenowej.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 3 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowani niżej opisanego zestawu:

Skład zestawu:

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 przylepiec Velcro 2,5 x 30 cm

1 ręcznik do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 serweta TUR 175/282 x 172 cm z osłoną na palec o średnicy 3 cm, otworem o średnicy 6 cm i przylepnym otworem o średnicy 8 cm, zintegrowana z torbą na płyny z filtrem i portem do ssaka
Serweta główna posiada zintegrowaną

torbę na płyny, dzięki czemu nie jest potrzebna dodatkowa warstwa chłonna.

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (stanowiąca owinięcie zestawu)

Materiał serwet głównych 2 warstwowy PE+PP na całej powierzchni (grubość folii 33µm) o gramaturze 60 g/m² w części podstawowej.

Opakowanie typu TYVEC/Folia. Na opakowaniu 4 repositionowalne etykiety samoprzylepne zawierające min. numer katalogowy, serię, datę ważności oraz nazwa identyfikująca dostawcę.

Zestaw zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 3 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowani niżej opisanego zestawu:

Skład zestawu:

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm , składana w sposób umożliwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm z elastycznym otworem o średnicy 3,5 cm z padem chłonnym 75 x 80 cm

i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (stanowiąca owinięcie zestawu)

Materiał serwet głównych 2 warstwowy PE+PP na całej powierzchni (grubość folii 33µm) o gramaturze 60 g/m² w części podstawowej + łata chłonna o gramaturze 80g/m².

Opakowanie typu TYVEC/Folia. Na opakowaniu 4 repositionowalne etykiety samoprzylepne zawierające min. numer katalogowy, serię, datę ważności oraz nazwa identyfikująca dostawcę.

Zestaw zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego. Wzmocnienia trwale przymocowane do warstwy włókninowej polipropylenowej

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 3 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowani niżej opisanego zestawu:

Skład zestawu:

1 ręcznik do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 serweta okulistyczna 150 x 140 cm z torbą na płyny 30 x 20 cm, okno z folią operacyjną 8 x 10 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 140 cm, wzmocnienie 75 x 140 cm (stanowiąca owinięcie

zestawu)

Materiał serwet głównych 2 warstwowy PE+PP na całej powierzchni (grubość folii 33µm) o gramaturze 60 g/m² w części podstawowej.

Opakowanie typu TYVEC/Folia. Na opakowaniu 4 repositionowalne etykiety samoprzylepne zawierające min. numer katalogowy, serię, datę ważności oraz nazwa identyfikująca dostawcę.

Zestaw zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego. Wzmocnienia trwale przymocowane do warstwy włókninowej polipropylenowej.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ


Pakiet 10 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zestawu typu ProcedurePack zgodnego z art. 12 Dyrektywy Rady

93/42/EWG o niżej opisanym składzie?

Skład:	Ilość
- Taca niebieska 13,5 x 11,8 x 5cm	1
- Kleszcze Kocher plastikowe, niebieskie 13cm	1
- Skalpel jednorazowy, rozmiar 11, sterylny	1
- Nożyczki Iris 11cm metalowe	1
- Pean 16cm metalowy	1
- Pęseta Adsona 12cm (bez ząbków) metalowa	1
- Kompresy gazowe 5x5cm, 17n, 8w	2
- Kompresy włókninowe 7,5x7,5cm, 4w	6
- Ręcznik do rąk 29x30cm, Spunlace 55g	1
- Tupfer włókninowy 20/20	5
- Opatrunek foliowy do zabezpieczania wkluc centralnych 10x12cm (w oddzielnym opakowaniu)	1
- Strzykawka 10ml (w oddzielnym opakowaniu)	1
- Strzykawka 20ml (w oddzielnym opakowaniu)	1
- Igła iniekcyjna 0,7 x 30mm, 22G (w oddzielnym opakowaniu)	1
- Igła iniekcyjna 1,2 x 40mm, 18G (w oddzielnym opakowaniu)	1
- Serweta podfoliowana Hospidrape 75x90cm	1
- Serweta dwuwarstwowa 75x90cm z otworem 6x8cm	1


Wszystkie komponenty owinięte w Serweta podfoliowana Hospidrape i umieszczone w opakowaniu papierowo-foliowym, 2 etykiety TAG.



Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 10 poz. 2

- Półprzezroczysta dwukomorowa taca z podziałką 21x14x4,5cm	Ilość
- Kleszcze Kocher plastikowe, niebieskie 13cm	1
- Skalpel jednorazowy, rozmiar 11, sterylny	1
- Nożyczki Iris 11cm, matalowe	1
- Pean prosty 14cm, metalowe	1
- Kompresy gazowe 5x5cm, 17n, 8w	2
- Kompresy gazowe 7,5x7,5cm, 17n, 8w	6
- Serweta dwuwarstwowa 75x90cm z perforacją i otworem przylepnym o średnicy 6cm	1
- Pęseta plastikowa zielona 13cm	1
- Tupfer gazowy 30/30	5
- Opatrunek foliowy do zabezpieczania wkluc centralnych 10x12cm (w oddzielnym opakowaniu)	1
- Strzykawka 10ml (w oddzielnym opakowaniu)	1
- Strzykawka 20ml (w oddzielnym opakowaniu)	1
- Igła iniekcyjna 0,7 x 30mm, 22G (w oddzielnym opakowaniu)	1
- Igła iniekcyjna 1,2 x 40mm, 18G (w oddzielnym opakowaniu)	1
- Rękawiczki lateksowe bezpudrowe M (w oddzielnym opakowaniu)	2
- Serweta podfoliowana Hospidrape 75x90cm	1



Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 2, 3, 12

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jaka jest jednostka miary w kolumnie szacunkowa wielkość zamówienia?

Odpowiedź: Sztuki

Pakiet 2 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania poniższego zestawu:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, 80 cm x 140 cm

M
11/17

1 taśma samoprzylepna włókninowa 9 cm x 50 cm
2 samoprzylepne serwety operacyjne 3-warstwowe 75 cm x 90 cm
1 samoprzylepna serweta 3-warstwowa 175 cm x 180 cm z paskiem samoprzylepnym o długości 80 cm
1 samoprzylepna serweta 3-warstwowa 150 cm x 240 cm z paskiem samoprzylepnym dzielonym o długości 100 cm (15 cm , 70 cm, 15 cm)
Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu trzywarstwowego: włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa. Gramatura laminatu 74 g/m². Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów, Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw sterylny. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 2 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania poniższego zestawu:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
2 ręczniki 30 cm x 40 cm
1 serweta na stolik Mayo złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, 80 cm x 145 cm
1 taśma samoprzylepna 9x50cm
2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cm z paskiem samoprzylepnym 80 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna 150x240cm z paskiem samoprzylepnym 80cm
Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,5 g/m². Paski samoprzylepne o szerokości 3cm.
Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.
Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw sterylny. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 2 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania poniższego zestawu:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
2 ręczniki 30 cm x 40 cm
1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm
1 osłona ortopedyczna (elastyczna) na kończynę, krótka 24 cm x 80 cm
1 foliowa taśma samoprzylepna 10 cm x 50 cm
1 samoprzylepna serweta do artroskopii stawu barkowego 225 cm x 380 cm z samouszczelniającym się otworem w kształcie gruszki 11,5 cm x 12,5 cm ze zintegrowaną torbą do zbiórki płynów posiadającą sztywnik z zaworem do podłączenia drenu z trzema uchwytami do mocowania przewodów i drenów typu rzep
Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,5 g/m².
Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.
Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw sterylny. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny.
Serweta o wymiarach: 75 cm x 90 cm pakowana oddzielnie.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 3 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania poniższego zestawu:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

24 11

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 75 cm x 90 cm

1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm

1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna (ekran anestezjologiczny) 225 cm x 270 cm z wycięciem "U" 45 cm x 65 cm, z osłoną podpórek kończyn górnych

1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna 225 cm x 260 cm z wycięciem "U" 10 cm x 100 cm"

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 g/m². Wokół pola operacyjnego polipropylenowe łaty chłonne, w serwecie anestezjologicznej o wymiarach 25 cm x 60 cm (+/- 1 cm), w serwecie dolnej 110 cm x 50 cm (+/- 1 cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m²

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw sterylny. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 3 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania poniższego zestawu:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 Uchwyt na rzepy do mocowania przewodów typu Velcro 2,5x25cm

1 serweta do procedur TUR 175/260x245 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125 cm z otworem na krocze 7 cm x 10 cm otoczonym taśmą lepną, oraz z otworem nadłonowym o średnicy 8 cm otoczonym taśmą lepną, ze zintegrowanym sitem lejkiem odprowadzającym płyny, z bezlateksową osłoną na palec.

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 g/m². Wokół pola operacyjnego polipropylenowe łaty chłonne, w serwecie anestezjologicznej o wymiarach 25 cm x 60 cm (+/- 1 cm), w serwecie dolnej 110 cm x 50 cm (+/- 1 cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m²

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw sterylny. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 3 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania poniższego zestawu:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, 80 cm x 145 cm

1 serweta operacyjna wzmocniona na dłoń/stopę 225 cm x 300 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3 cm i zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 g/m². Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarach (100 cm x 50 cm (+/- 1 cm)). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m²

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu

wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw sterylny. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny.

Serweta o wymiarach 100 cm x 150 cm dwuwarstwowa oddzielnie pakowana.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 3 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania poniższego zestawu:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm

2 ręczniki 30 x 40 cm

1 pasek samoprzylepny 9 cm x 50 cm

1 serweta 225 cm x 240 cm z samoprzylepnym otworem okrągłym o średnicy 12 cm umieszczonym centralnie

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,5 g/m².

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw sterylny. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 12 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania poniższego zestawu:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm (owinięce zestawu)

1 ręcznik 30 cm x 40 cm

1 samoprzylepny organizator przewodów rzep 2,5 cm x 25 cm (uchwyt typu Velcro)

1 x serweta operacyjna o wymiarach 175 cm x 250 cm, posiadająca samoprzylepny otwór w kształcie trójkąta o wymiarach 11x11x11 cm umieszczony decentralnie, 77 cm (+/- 3 cm) od górnej krawędzi serwety.

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wytrzymałość na rozrywanie na sucho/ mokro w strefie krytycznej wyższa niż wymaga Zamawiający. Gramatura laminatu 57,5 g/m².

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

Osobno zapakowana:

Serweta w kształcie worka, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, wykonana z zielonej folii polietylenowej. Obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 83 g/m². Wielkość wzmocnienia 75 cm x 90 cm. Materiał spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Opakowanie posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 12 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania poniższego zestawu:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9x50cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cm z paskiem samoprzylepnym 80 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 150x240cm paskiem samoprzylepnym 80cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,5 g/m². Pylenie 2,2 log₁₀. Paski samoprzylepne o szerokości 3cm.

4 M

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 12 poz. 3

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm

1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm

1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm

1 serweta na kończynę 225 cm x 320 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm i dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 g/m². Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łąta chłonna o wymiarach (100 cm x 50 cm (+/- 1 cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej 109,5 g/m²

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny.

W kartonie a 11 zestawów.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

W związku z możliwością problemów z realizacją dostaw w części lub w całości spowodowanych pandemią choroby COVID-19, która znacznie ograniczyła działalność wielu producentów wyrobów prosimy o dodanie w § 8 wzoru umowy proponowanego zapisu:

„Zamawiający zobowiązuje się odstąpić od dochodzenia kar lub odszkodowań zawartych niniejszej umowie z tytułu opóźnienia w dostawie wyrobów objętych niniejszą umową o ile opóźnienie to wystąpi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a spowodowanych epidemią Covid-19. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy oraz wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość, stosownie do art. 15r ust. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.”.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zwracamy się z prośbą o dopisanie do wzoru umowy następującego paragrafu:

„1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

2. Dla celów Umowy "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.

3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.

4. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

5. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.”

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie w § 6 wzoru umowy zapisu umożliwiającego stronom rozwiązanie umowy z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Proponujemy wprowadzenie następującego zapisu: „Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.”

Należy zauważyć, że w przypadku umów długoterminowych zawieranych na okres 1 - 2 lat w momencie zawierania umowy strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności oraz czynników mogących mieć negatywny wpływ na wykonywanie zobowiązań umownych dla każdej ze stron, jak również w sposób kompleksowy i wyczerpujący uregulować procedury postępowania w takich wypadkach. Wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ma na celu stworzenie podstaw prawnych do zakończenia stosunku prawnego pomiędzy stronami, jeżeli z określonych powodów nie są one zainteresowane dalszym kontynuowaniem współpracy na dotychczasowych warunkach. Mając na względzie dynamikę życia gospodarczego, czyli pojawianie się nowych technologii wykonywania zamówień, czy też nowych środków, może po kilku latach dojść do sytuacji, gdy jedna ze stron w tym również zamawiający będzie chciał skorzystać z jednostronnego uprawnienia do zakończenia umowy przed upływem jej obowiązywania. Obowiązujące przepisy ustawy prawo zamówień publicznych nie zawierają w tym zakresie żadnych zakazów.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 18 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania koszuli operacyjnej z rękawem kimono bez doszywania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełniania pozostałych wymogów SIWZ.

Pakiet 22 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania fartucha z długim rękawem i gumką.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełniania pozostałych wymogów SIWZ.

Prosimy o dodanie do wzoru umowy poniższych zapisów:

„Siła Wyższa

1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

2. Dla celów Umowy "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powódzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.

3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.

4. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

5. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.”

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Prosimy o dodanie do wzoru umowy poniższych zapisów:

„1) Z uwagi na postępującą pandemię koronawirusa i związanymi z tym światowymi ograniczeniami w produkcji m. in. wyrobów medycznych oraz drastycznymi utrudnieniami w transporcie i logistyce,

11 K

czego na etapie prowadzenia postępowania przetargowego Strony nie były w stanie przewidzieć, istnieje realne ryzyko, że określony w umowie termin realizacji dostaw częściowych przedmiotu umowy może nie zostać dotrzymany. Jednocześnie brak jest możliwości określenia orientacyjnego terminu zakończenia/ustania obecnej sytuacji,

2) Strony ustaliły, że celem zapewnienia realizacji umowy nr zasadnym jest czasowe odstąpienia przez Strony od sztywnego respektowania terminów realizacji dostaw częściowych określonych w Umowie oraz konieczności naliczania kar umownych w przypadku niedotrzymania tych terminów.”

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Prosimy Zamawiającego o dopisanie do umowy poniższego zapisu:

„Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego oraz euro w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuchy o następujących parametrach:

- włóknina SMS o gram. 35 g/m²

- dodatkowo pakowane w papier

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuchy o następujących parametrach:

- włóknina SMS o gram. 35 g/m²

- dodatkowo pakowane w papier

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 9 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne spodnie + bluza pakowane razem, wykonane z miękkiej nieprzezroczystej włókniny typu SMS o gramaturze 45g/m² w kolorze niebieskim, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 10 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw zawierający dodatkowo pęsetę plastikową, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 11 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw pakowany w torebkę papierowo-foliową o składzie:

Zestaw obłożeń do zabiegów PCNL z włókniny sztucznej (polietylen/polipropylen) bez zawartości celulozy i wiskozy w składzie: obłożenie PCNL o wymiarach 180 x 300 cm z otworem przylepnym 25 x 15cm z otworem, zintegrowane ze zbiornikiem na płyny z możliwością podłączenia ssaka i sitem filtrującym, 1 taśma samoprzylepna. ochraniacz na przewody 15x250cm, ochraniacz na aparaturę, serweta na stolik instrumentariuszki 150-190cm stolik?

Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Zważywszy na treść § 1 ust. 2 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi? (...)

Odpowiedź: Z uwagi na specyfikę działalności Zamawiającego nie jest on w stanie jednoznacznie określić minimalnego poziomu realizacji umowy, jej realizacja odbędzie się zgodnie z bieżącymi potrzebami

Czy Zamawiający zgadza się aby § 7 ust. 2 lit. b) i c) wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”? (...)

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

u, M

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 lit. a) i b) wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”? (...)

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zważywszy na możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na podstawie § 9 ust. 2 lit. b) umowy, czy Zamawiający uzupełni wzór umowy o postanowienia wymagane przez art. 142 ust. 5 pkt 2) i 3) ustawy Prawo zamówień publicznych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 lit. a) i b) obniżono wartość kary do poziomu 0,5%?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 1 poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na fartuch o długości 116cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 1 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na fartuch o długości 180cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 1 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na prześcieradło o rozmiarze 50cm x50mb?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 1 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na prześcieradło o rozmiarze 60cm x80mb z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnej sztuki?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie długich spodni?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie krótkich spodni z rozcięciem?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie krótkich spodni z rozcięciem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ.

Pakiet 1 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie śliniaków pakowanych a'50 sztuk z podaniem ceny za opakowanie z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 1 poz. 7

Czy Zamawiający oczekuje w pozycji 7 zaoferowania podkładu higienicznego nieprzemakalnego: frotte+PCV?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pakiet 1 poz. 7

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu składania pojedynczego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 1 poz. 7

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 7 do osobnego pakietu co pozwoli na złożenie większej liczby konkurencyjnych ofert?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 1, poz. 8-9

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie czepka z możliwością wywinięcia części przedniej i utworzenia z niej dodatkowej warstwy antypotnej?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

ny M

Pakiet 1 poz. 8-9

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie czepka wiązanego na troki?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 1 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie masek pakowanych a'50 sztuk z podaniem ceny za opakowanie z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 1 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pokrowców na obuwie pakowanych a'100 sztuk z podaniem ceny za opakowanie z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny wzmocniony o niewielkich różnicach:

- serweta na stół narzędziowy ma wzmocnienie 65 x 190 cm (zamiast 75-80 x 190-195 cm)

- serweta samoprzylepna w rozmiarze 180 x 180 cm (zamiast 200-210 x 175 -185 cm)


Pozostałe parametry i skład zestawu zgodny z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii stawu barkowego wykonany z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m², o składzie:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm (wzmocnienie 65 x 190 cm)
- 1 x serweta do artroskopii o wymiarach 263cm x 406cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 13cm x 14cm, zintegrowana z organizatorami przewodów w formie taśmy typu rzep oraz z torbą do przechwytywania płynów o wymiarach 80cm x 100cm z samouszczelniającym się otworem o wymiarach 6cm x 8cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm (wzmocnienie 60 x 85 cm)
- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm
- 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm



Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 2 poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści zestawy z systemem podwójnego zabezpieczenia – worek foliowy oraz karton zewnętrzny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 3 poz.1

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do zabiegów w chirurgii biodra z serwetami operacyjnymi wykonanymi z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów, o składzie:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm, wzmocnienie 65 x 190 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80cmx140cm, wzmocnienie 60x140 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 300cm wzmocnienie o wymiarze 30cm x 80cm

N

- 1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, wzmocnienie o wymiarze 75cm x 100cm
 - 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²
 - 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 35 cm x 120 cm
 - 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
 - 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 3 poz.2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do TUR z serwetą operacyjną wykonaną z chłonnej i nieprzemakalnej włókniny polipropylenowo-polietylenowej o gramaturze 56 g/m², o składzie:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm, wzmocnienie 65 x 190 cm
 - 1 x serweta o wymiarach 175 cm x 240 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem brzuszny oraz kroczywym, zintegrowana z bez lateksową osłoną palca do badania per rectum, torebką do zbiórki płynów
 - 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 40 cm
- Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 3 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji dłoni/stopy z serwetą operacyjną wykonaną z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów, o składzie:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm, wzmocnienie 65 x 190 cm
 - 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80cmx140cm, wzmocnienie 60x140cm
 - 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 3,5 cm
 - 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²
 - 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
 - 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 3 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą z otworem wykonanej z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów, o składzie:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm, wzmocnienie 65 x 190 cm,
 - 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 280 cm z otworem o średnicy 10 cm
 - 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
 - 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 3 poz. 1 – 4

Czy Zamawiający dopuści zestawy z systemem podwójnego zabezpieczenia – worek foliowy oraz karton zewnętrzny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny o gramaturze 35 g/m²? Fartuch spełnia pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

py

Pakiet 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny o gramaturze materiału podstawowego 35 g/m²? Fartuch spełnia pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 4 poz. 1, 2

Czy Zamawiający w celu lepszej identyfikacji oczekuje fartucha z oznaczeniem rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresem procedur?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pakiet 5 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90 x 120 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 5, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150 x 180 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 5 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści obłożenie stolika Mayo z zewnętrzną warstwą chłonnej włókniny (chłonność 350%), o wymiarach 80 x 140 cm. Waga podstawowa folii PE 50g/m², folia niepiaskowana, serweta składana teleskopowo.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 5 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści samoprzylepna kieszeń dwukomorową w rozmiarze 40 x 30 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 5 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści uchwyt typu rzep o rozmiarze 2 x 22 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 5 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 70 x 120 cm, pakowaną a'2 szt.?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 5 poz. 10

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy należy wycenić 50 szt. osłon, czy 50 opakowań a'2 szt.?

Odpowiedź: 50 opakowań, 1 opakowanie zawiera 2 szt.

Pakiet 5 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści ręczniki celulozowe pakowane a'1 szt. z wyceną za 1 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 5 poz. 12

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy jednostką miary w tej pozycji jest sztuka, czy opakowanie?

Odpowiedź: 200 opakowań, opakowanie zawiera 2 sztuki

Pakiet 5 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 37 x 45 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełniania pozostałych wymogów SIWZ.

Pakiet 5 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45 x 45 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełniania pozostałych wymogów SIWZ.

Pakiet 5 poz. 9, 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? (...)

Odpowiedź: Zamawiający z poz. 9 i 11 pakietu nr 5 tworzy pakiet nr 25.

Pakiet 7 poz. 1-5

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu składania pojedynczego.

Odpowiedź: Ze względów epidemiologicznych zgodnie z SIWZ.

Pakiet 7 poz. 2-3

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 2 i 3 do osobnego pakietu co pozwoli naszej firmie na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający z pozycji 2 i 3 pakietu nr 7 tworzy pakiet nr 26

Pakiet 7 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie poszewki w rozmiarze 60 x 80cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 7 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie poszewki w rozmiarze 210 x 160cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 8 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm $\pm 2,5$ cm, wykonany z pięciu warstw:

- włókniny polipropylenowej 18g/m²,
- warstwy celulozowej 16 g/m²,
- pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g ,
- warstwy celulozowej 16 g/m²,
- niebieskiej folii PE 40 g/m²,
- i chłonności 3820,18 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 8 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podkładu z możliwością przenoszenia pacjenta do 150 kg, z wkładem chłonnym zawierającym superabsorbent, umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, w rozmiarze 210x80 cm (wkład chłonny 200x60)?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 8 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści podkład z grubością folii 16 μ m $\pm 1\mu$ m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełniania pozostałych wymogów SIWZ

Pakiet 8, poz. 3b

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podkładu o szerokości 50cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełniania pozostałych wymogów SIWZ

Pakiet 9, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii kolana z workiem o składzie:

- 1 x serweta z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm o wymiarach 230 cm x 320 cm, zintegrowana z torbą do przechwytywania płynów o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m²
- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm
- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta wzmocniona o wymiarach 150 cm x 190 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 9 poz. 2, 3

Czy Zamawiający dopuści serwety o gramaturze 60g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełniania pozostałych wymogów SIWZ

S M

Pakiet 9 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 100 x 150 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełniania pozostałych wymogów SIWZ

Pakiet 9 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści bluzę operacyjną i spodnie operacyjne wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 9 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści bluzę operacyjną w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jasnoniebieski, nie dopuszcza granatowego i czarnego

Pakiet 9 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 4 do osobnego pakietu co pozwoli na złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert?

Odpowiedź: Zamawiający z pozycji 4 pakietu nr 9 tworzy pakiet nr 27

Pakiet 10 poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne na wezwanie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 10 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw do wkłucia lędźwiowego bez serwety z włókniny polipropylenowo-polietylenowej o min gr 56 g/m²? (proponowany przez nas zestaw posiada 2 serwety)

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 10 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw do wkłucia lędźwiowego z serwetą podfoliowaną 50 x 75 cm z centralnym otworem nieprzylepnym o śr. 7 cm (w miejsce serwety 60-65cm x 50-55 cm z otworem o śred.10-11cm przylepcem wokół otworu)?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 10 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw do wkłucia lędźwiowego ze strzykawką 2 ml (zamiast 3 ml)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełniania pozostałych wymogów SIWZ.

Pakiet 10 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw do wkłucia lędźwiowego z kompresami z gazy (zamiast z włókniny)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełniania pozostałych wymogów SIWZ.

Pakiet 10 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw do wkłucia lędźwiowego, który zawiera dodatkowo plastikowa pęsetę?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełniania pozostałych wymogów SIWZ.

Pakiet 10 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw do wkłucia lędźwiowego w opakowaniu typu folia – papier?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełniania pozostałych wymogów SIWZ.

Pakiet 10 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw do wkłucia centralnego z serwetą 50 x 75 cm, z centralnym otworem nieprzylepnym 6 x 8 cm (w miejsce serwety z laminatu gramatura 45x75cm z otworem o śr. 8-9cm i przylepcem wokół otworu)?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 10 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw do wkłucia centralnego z imadłem metalowym 15 cm (zamiast 12-13 cm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełniania pozostałych wymogów SIWZ.

M
MM

Pakiet 10 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw do wklucia centralnego w opakowaniu typu folia – papier?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełniania pozostałych wymogów SIWZ.

Pakiet 11 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów PCNL o składzie:

- 1 x serweta o wymiarach 180cm x 300cm z samoprzylepnym otworem prostokątnym o wymiarach 21.5cm x 24cm, zintegrowana z długim workiem do zbiórki płynów, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m²
 - 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150cmx190cm
- Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 12 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji tarczycy:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 280 cm z otworem o średnicy 10 cm, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów, odporność na rozzerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H₂O
- 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 12 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze 72 g/m².
Współczynnik pylenia 3.4log₁₀.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 12 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 6 cm x 8 cm, z warstwą chłonną 75 x 100 cm, zintegrowana z organizatorami przewodów
- 1 x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta główna wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

ky 2

Pakiet 16 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną zbrojoną z fabrycznie załączoną prowadnicą umożliwiającą nadanie odpowiedniego kształtu rurki jeszcze wewnątrz opakowania, posiadająca niewielką ilość ftalanów, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?


Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 18 poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści koszulę wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40 g/m² w kolorze granatowym?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 18 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści koszulę z krótkim rękawem o długości 40cm (długość liczona jak na załączonym obrazku „C”)?



		Tolerancja	Jednostka miary
A	120	± 2	cm
B	70	± 2	cm
C	40	± 1	cm
D	17	± 1	cm
E	17	± 1	cm
F	20	± 1	cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ

Pakiet 21 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawice w opakowaniu a'100 z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 21 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących właściwościach: posiadające specjalną warstwę antypoślizgową na całej powierzchni zewnętrznej rękawicy, grubość na palcu 0,20mm+/-0,02, na dłoni 0,18mm+/-0,02, długość całkowita 280-300mm w zależności od rozmiaru, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 21 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących właściwościach: warstwa wewnętrzna polimerowana, warstwa zewnętrzna – mikrotekstura zapewniająca pewny chwyt, na całej powierzchni rękawicy, grubość na palcu 0,16mm+/-0,02, długość całkowita 280mm, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 21, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących właściwościach: grubość na palcu 0,16mm +/-0,02, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 21, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawice w opakowaniu a'100 z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Handwritten signature

Pakiet 21 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawice w opakowaniu a'100 z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 24, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawice w opakowaniu a'100 lub a'200 z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 14

Czy zamawiający oczekuje oświadczenia o kompatybilności oferowanych błon z posiadanym urządzeniem. Stosowanie nieoryginalnych materiałów eksploatacyjnych może spowodować uszkodzenie urządzenia i utratę gwarancji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pakiet 21 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości min. 300mm, grubości na palcu – 0,23 mm, na dłoni – 0,20 mm. Polimeryzowane wewnętrznie.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 21 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o minimalnej długości 260-280mm (w zależności od rozmiaru rękawicy). Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakier 21 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubościach pojedynczej ścianki: na palcu 0,23 mm, na dłoni 0,20 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 21, 24

Dnia 9 marca 2016 roku zostało wprowadzone rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej, zastępujące Dyrektywę Rady 89/686/EWG. W wyniku zmiany rozporządzenia, po zakończeniu okresu przejściowego trwającego od 21.04. 2018 r. do 20.04 2019 r., od 21.04.2019 r. obowiązują wymagania zgodnie z nowym rozporządzeniem 2016/425. Normę dotyczącą badania przenikania substancji chemicznych EN 374-3 zmieniono na normę EN 16523-1. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie powyższego zgodnie z nowym rozporządzeniem.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 24

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wymaga rękawic o AQL=1,0.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy którego oferta zostanie uznana za ważną i będzie najwyżej oceniona, dostarczenia dokumentów potwierdzających dopuszczenie produktów do obrotu oraz ulotek, katalogów. Dokumenty te winny zawierać nr katalogowy zaoferowanego asortymentu. Czy należy uznać, iż zapis dotyczący nr katalogowych dotyczy jedynie katalogów i ulotek informacyjnych? Dokumenty dopuszczające do obrotu czy dokumenty zawierające dane techniczne produktów często są dokumentami zbiorczymi, dotyczą wielu produktów i nie wyszczególnia się w ich treści numerów katalogowych.

Odpowiedź: Tak

Pakiet 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów spełniających wymogi określone przez Zamawiającego, ale wykonanych z włókniny SMS (która jest włókniną typu SMMMS) oraz zapinanych nie na rzep, ale przy pomocy bezpiecznej taśmy wielokrotnego użycia (Combitape) umożliwiającej zapięcie fartucha w dowolnym miejscu ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 5 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania taśm samoprzylepnych spełniających wymogi SIWZ ale nierepozycjonowanych ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 5 poz. 10

Poz. nr 10 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na kończynę w rozmiarze 75cm x 120cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 10 poz. nr 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania następującego zestawu do wkłucia lędźwiowego:

- 1 x serweta włókninowa, 75 x 90 cm (barierowa, podfoliowana)
- 1 x serweta włókninowa, 75 x 90 cm, z otworem i przylepną krawędzią boczną (barierowa, z włókniny polipropylenowo – polietylenowej o gramaturze 55 g/m2)
- 1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm
- 1 x strzykawka typu Luer Lock, 5 ml z tłokiem niskooporowym (zapakowana)
- 1 x igła 1,2 x 40 mm, 18G x 1 1/2, różowa (zapakowana)
- 1 x igła 0,7 x 30 mm, 22G x 1 1/4, czarna (zapakowana)
- 6 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki
- 1 x opatrunek Cosmopor E, 7,2 x 5 cm?

Całość zapakowana w opakowanie typu sztywny blister z repozycjonowaną etykietą identyfikowalności do dokumentacji procedur.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 10 poz. nr 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania następującego zestawu do wkłucia centralnego:

- 6 x kompres z gazy bawełnianej, 7,5 x 7,5 cm
- 4 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki
- 1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm
- 1 x pęseta plastikowa, 12,5 cm
- 1 x serweta włókninowa, nieprzylepna, 45 x 75 cm (barierowa)
- 1 x serweta włókninowa, 45 x 75 cm z regulacją otworu (serweta składa się z 2 oddzielnych części), otwór przylepny (barierowa)
- 1 x strzykawka Luer 10 ml (zapakowana)
- 1 x igła 1,2 x 40 mm, 18G x 1 1/2, różowa (zapakowana)
- 1 x igła 0,8 x 40 mm, 21G x 1 1/2, zielona (zapakowana)
- 1 x ostrze — skalpel, 6,5 cm (zapakowane)
- 1 x igłotrzymacz, 13 cm
- 1 x opatrunek transparentny z folii poliuretanowej, 10 x 15 cm, (zapakowany)?

Całość zapakowana w opakowanie typu sztywny blister z repozycjonowaną etykietą identyfikowalności do dokumentacji procedur.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 11:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu zgodnego z opisem, ale wykonanego z materiału o gramaturze min. 55 g/m2 i w którym klej nie jest repozycjonowany i jest wykonany z syntetycznego kauczuku?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 18:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania koszuli operacyjnej z włókniny polipropylenowej, w kolorze granatowym, z krótkim rękawem o długości 25-30 cm, o gramaturze 38 g/m2?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umownych poprzez wprowadzenie do umowy nowego paragrafu regulującego skutki wystąpienia siły wyższej mającej wpływ na realizację obowiązków wynikających z łączącej strony umowy. Proponowane brzmienie:

Siła Wyższa

1. Strony umowy zgodnie z postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa).
2. Strona umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej. Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy, i środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić.
3. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.
4. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.
5. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w części objętej działaniem siły wyższej. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności (...)

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej MSWiA w Białymstoku
im. Mariana Zyndramy-Kościalkowskiego

dr n. med. Marek Kiluk

14 12