



INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „DOSTAWA DETEKTORA ORAZ STACJI OPISOWEJ”

Pytanie nr 1

Pytanie dot. Załącznika nr 5.2 do SWZ Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych, Zadanie 2, lp. 9

Czy w zapisie: „2 p_Gy (RQA5)” nie zaszła oczywista omyłka i Zamawiający nie ma na myśli „2 μGy (RQA5)”?

Odpowiedź: *Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę pisarską. Zmodyfikowany Załącznik w załączeniu.*

Pytanie nr 2

Pytanie dot. Załącznika nr 5.2 do SWZ Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych, Zadanie 2, lp. 9

Czy w zapisie jednostek dla parametrów: „29 % przy 3 p pl/mm” oraz „19 °k przy częstotliwości Nyquista” nie zaszła oczywista omyłka i Zamawiający nie ma na myśli jednostki „,%”?

Odpowiedź: *Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę pisarską. Zmodyfikowany Załącznik w załączeniu.*

Pytanie nr 3

Pytanie dot. SWZ, rozdział V, ust 3, pkt 2 oraz Załącznika nr 2 Wzór umowy § 3, ust. 3, oraz Wzór protokołu odbioru Zadanie 2

Prosimy o odstąpienie od wymogu przeprowadzenia instruktażu dla detektora zgodnie z propozycją Zamawiającego w ust. 3, pkt 2. Zwracamy uwagę, że instruktaż był udzielany podczas dostawy i instalacji aparatu, a detektor stanowi część składową aparatu i jako taki nie wymaga szczegółowego instruktażu w zakresie obsługi.

Odpowiedź: *Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ i Załącznika nr 2 w tym zakresie. Zmodyfikowane dokumenty w załączeniu.*

Pytanie nr 4

Pytanie dot. SWZ, rozdział V, ust 4, Zadanie 2

Prosimy o dopuszczenie fabrycznie nowego detektora rok produkcji wcześniejszy niż 1 stycznia 2022. Wykonawca nie może zagwarantować dostawy detektora wyprodukowanego po 1 stycznia 2022, gdyż z magazynu wydawane są produkty w kolejności wyprodukowania zgodnie z polityką FIFO.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza powyższe.*



Pytanie nr 5

Pytanie dot. SWZ, rozdział V, ust 5 oraz rozdział XIII, ust 4, pkt 7 oraz Załącznika nr 4 Oświadczenie, Zadanie 2

Detektor stanowi zintegrowany komponent systemu radiologicznego i jest używany jedynie jako oryginalny komponent na potrzeby naprawy (część zamienna). Wskazany element nie jest przeznaczony do samodzielnego użytku i pod względem technicznym nie może być używany jako niezależne urządzenie. W związku z tym nie ma konieczności, aby detektor był poddany procedurze oceny oraz oznaczeniu CE dla wyrobów medycznych zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 186).

W związku z powyższym prosimy o odstąpienie od wymogu posiadania certyfikatu CE i deklaracji zgodności dla detektora.

ALTERNATYWNIE:

Czy Zamawiający w ramach obowiązującego wymogu zaakceptuje certyfikat CE i deklarację zgodności dla całego aparatu (Luminos dRF Max)?

Odpowiedź: Zamawiający zaakceptuje certyfikat CE i deklarację zgodności dla całego aparatu (Luminos dRF Max).

Pytanie nr 6

Pytanie dot. SWZ, rozdział V, ust 6, Zadanie 2

Prosimy o skrócenie gwarancji na detektor do 6 miesięcy zgodnie z gwarancją jakiej udziela producent. Z uwagi na powyższe Wykonawca musiałby ryzyka związane z dłuższą gwarancją niż gwarancja producenta ponosić samodzielnie co może wpłynąć na przedstawienie niekorzystnej cenowo oferty w przedmiotowym postępowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 7

Pytanie dot. SWZ, Zadanie 2

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia określony w Zadaniu nr 2 ma posłużyć do naprawy aparatu Luminos dRF Max.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 8

Pytanie dot. Załącznika nr 2 do SWZ, Wzór umowy § 3, ust. 4, lit. a, oraz Wzór protokołu odbioru, Zadanie 2

Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia instrukcji obsługi dla detektora. Zwracamy uwagę, że detektor stanowi część składową aparatu i jako taki nie posiada odrębnej instrukcji obsługi. Instrukcja obsługi dla całego aparatu została dostarczona wraz z dostawą Luminos dRF Max.

Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 2 w tym zakresie. Zmodyfikowany dokument w załączeniu.

Pytanie nr 9

Pytanie dot. Załącznika nr 2 do SWZ, Wzór umowy § 3, ust. 4, lit. b, oraz Wzór protokołu odbioru Zadanie 2

Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia pisemnej informacji na temat wymaganej lub zalecanej przez producenta okresowej obsługi. Zwracamy uwagę, że detektor stanowi część składową aparatu i jako taki nie wymaga odrębnych przeglądów, a jego obsługa jest wykonywana w ramach przeglądów całego aparatu.

Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 2 w tym zakresie. Zmodyfikowany dokument w załączeniu.



Pytanie nr 10

Pytanie dot. Załącznika nr 2 do SWZ, Wzór umowy § 3, ust. 4, lit. c, Zadanie 2

Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia zestawienia elementów wskazanych przez producenta do okresowej wymiany dla detektora. Zwracamy uwagę, że detektor stanowi część składową aparatu i jako taki nie wymaga wymiany części.

Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 2 w tym zakresie. Zmodyfikowany dokument w załączeniu.

Pytanie nr 11

Pytanie dot. Załącznika nr 2 do SWZ, Wzór umowy § 3, ust. 4, lit. d, e, Zadanie 2

Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia zestawienia elementów zestawienia elementów zużywalnych i materiałów eksploatacyjnych. Zwracamy uwagę, że detektor stanowi część składową aparatu i jako taki nie wymaga wymiany części.

Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 2 w tym zakresie. Zmodyfikowany dokument w załączeniu.

Pytanie nr 12

Pytanie dot. Załącznika nr 2 do SWZ, Wzór umowy § 7, Zadanie 2

Celem doprecyzowania warunków gwarancji prosimy o dodanie zapisu w par. 7:

„Warunkiem utrzymania gwarancji jest terminowe, zgodne z instrukcją używania wykonywanie przeglądów całego urządzenia przez autoryzowany serwis.

Gwarancją nie są objęte w szczególności:

a. uszkodzenia i wady części zamiennej wynikłe na skutek: - eksploatacji części zamiennej przez Zamawiającego niezgodnej z jej przeznaczeniem, niestosowania się Kupującego do instrukcji obsługi, wynikające z naturalnego zużycia, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady, - samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby)

b. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.)

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.”

Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 2 w tym zakresie. Zmodyfikowany dokument w załączeniu.


Pytanie nr 13

Pytanie dot. Załącznika nr 2 do SWZ, Wzór umowy § 7, ust. 3, Zadanie 2

Z uwagi na fakt, iż detektor jest elementem zużywalnym i podlega naturalnemu zużyciu w okresie eksploatacji, prosimy o potwierdzenie, iż gwarancja na detektor (niezależnie od jego wymiany lub wymian w okresie gwarancji) jest nieodnawialna, tj. upływie ostatecznie w dniu upływu podstawowego okresu gwarancji. Inne, nieuzasadnione rozumienie przedmiotowej sytuacji tj. każdorazowe odnawianie się okresu gwarancji przy każdej kolejnej wymianie detektora przy tak długim okresie gwarancji powodowałyby sytuację, iż gwarancja nigdy nie wygaśłaby w całym, wieloletnim okresie użytkowania detektora. W związku z tym, w celu usunięcia wszelkich wątpliwości, prosimy o modyfikację ustępu 3 w par. 7 poprzez nadanie mu brzmienia:

„Gwarancja na detektor jest nieodnawialna, tj. niezależnie od jej wymiany lub wymian w okresie gwarancji, upływie ostatecznie w dniu upływu podstawowego okresu gwarancji”.

Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 2 w tym zakresie. Zmodyfikowany dokument w załączeniu.



Pytanie nr 14

Pytanie dot. Załącznika nr 2 do SWZ, Wzór umowy

Prosimy o wyrażenie zgody na dodanie zapisu:

„W celu wykonania usług serwisowych personel Wykonawcy uzyska w nieograniczony sposób dostęp do urządzenia w uzgodnionych wcześniej przez Strony terminach. Zamawiający zapewni, że urządzenie jak również pomieszczenia, w których urządzenie jest zainstalowane nie będą zanieczyszczone krwią, innymi płynami ustrojowymi ani jakimikolwiek substancjami zanieczyszczającymi, aktywnymi biologicznie lub chemicznie. Uchybienie powyższemu obowiązkowi uprawnia Wykonawcę do odmowy wykonania usług serwisowych.”

Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 2 w tym zakresie. Zmodyfikowany dokument w załączeniu.

Pytanie nr 15

Pytanie dot. Załącznika nr 2 do SWZ, Projekt umowy

Czy mając na uwadze fakt, że podczas realizacji umowy zostaną wytworzone przez Wykonawcę odpady, co do których istnieją wiarygodne do przyjęcia podstawy, że mogą wykazywać właściwości klasyfikujące je jako odpady medyczne zakaźne oraz odpady medyczne niebezpieczne, inne niż zakaźne, Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy następującej klauzuli:

Mając na uwadze art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 roku (tj. Dz. U. z 2021 nr 779 r, z późn. zm.), wytwórcą odpadów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, mogących wykazywać właściwości klasyfikujące je jako odpady medyczne zakaźne oraz odpady medyczne niebezpieczne inne niż zakaźne, wraz z odpowiedzialnością za nie, będzie Zamawiający, który potwierdza, że zagospodaruje je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie dotyczy to w szczególności odpadów sprzętu i podzespołów elektronicznych czy mechanicznych.”

Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 2 w tym zakresie. Zmodyfikowany dokument w załączeniu.

Pytanie nr 16

Pytanie dot. SWZ

Czy z uwagi na to, że w instrukcjach, katalogach, ulotkach, folderach przedstawiona jest tylko część parametrów i funkcjonalności sprzętu, Zamawiający w odniesieniu do wymaganych przez siebie parametrów, które nie są prezentowane w tych dokumentach dopuści ich potwierdzenie oświadczeniem Wykonawcy posiadającego pisemną autoryzację producenta dla serwisu i sprzedaży oferowanego przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: *Zamawiający potwierdza powyższe.*

Pytanie nr 17

Pytanie dot. zał. nr 1 do SWZ – III. Cena, termin dostawy, termin gwarancji

Cena oferty zgodnie z formularzem asortymentowo - cenowym do formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1.1 wynosi dla Zadania nr *) :

**) Należy podać nr zadania*

Cena brutto zł

Oferowany okres gwarancji wynosi miesięcy

(Oferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące i dłuższy niż 48 miesięcy)

UWAGA: Okres gwarancji należy podać w miesiącach.



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku składania oferty na oba pakiety Zamawiający oczekuje podania ceny brutto oraz gwarancji na każdy pakiet z osobna.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 18

Pytanie dot. Formularza asortymentowo – cenowego

Czy Zamawiający, w przypadku składania oferty na oba pakiety, oczekuje, że formularz asortymentowo – cenowy zostanie złożony osobno dla każdego z pakietów?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

KIEROWNIK DZIAŁU
Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
Romana Komora

Z-ca Kierownika Działu
Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

Jacek Banaszak
mgr inż. Jacek Banaszak