



# Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza<sup>A</sup> w Chojnicach

89-600 Chojnice, ul. Leśna 10  
tel. centrala (0 52) 39 56 500  
tel. sekr. dyr. (0 52) 39 56 769; fax (0 52) 39 56 569

e-mail: szpital@chojnice.pl

www.szpital.chojnice.pl



Chojnice, dnia 15 czerwca 2022 r.

N/znak: FZAP-380-2/4/22

## Wyjaśnienia treści SWZ

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, o jakim stanowi art. 275 pkt 2 na dostawę opatrunków, serwet i obłożeń jednorazowych.**

- I. Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami w niniejszym postępowaniu:

### **Pytanie nr 1:**

#### **Pytanie – dotyczy Pakiet 2 Zadanie 1 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowej serwety uniwersalnej jednorazowego użytku o wym. 50 x 60 cm, wykonanej z laminatu dwuwarstwowego PE + PP (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>. Odporność na penetrację płynów 165 cm H<sub>2</sub>O Odporność na rozerwanie na sucho i mokro 168 kPa. opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe z 4 etykietami zawierającymi numer REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy, wyrób medyczny klasy I sterylnej zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG, spełniający wymagania normy EN 13795-1:2019.

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

### **Pytanie nr 2:**

#### **Pytanie – dotyczy Pakiet 2 Zadanie 1 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowej serwety uniwersalnej jednorazowego o wym. 75 x 90 cm, wykonanej z laminatu dwuwarstwowego PE + PP (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>. Odporność na penetrację płynów 165 cm H<sub>2</sub>O Odporność na rozerwanie na sucho i mokro 168 kPa. opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe z 4 etykietami zawierającymi numer REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy, wyrób medyczny klasy I sterylnej zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG, spełniający wymagania normy EN 13795-1:2019.

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

### **Pytanie nr 3:**

#### **Pytanie – dotyczy Pakiet 2 Zadanie 1 poz. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowej serwety uniwersalnej jednorazowego użytku **100x150cm**

wykonanej z laminatu dwuwarstwowego PE + PP (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m<sup>2</sup> opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe z 2 etykietami zawierającymi numer REF, LOT, datę ważności, wyrób medyczny klasy I sterylnej zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG, spełniający wymagania normy EN 13795-1:2019.

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 4:**

**Pytanie – dotyczy Pakiet 2 Zadanie 1 poz. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie jałowej serwety uniwersalnej jednorazowego użytku o wym. 50 x 60 cm, wykonanej z laminatu dwuwarstwowego PE + PP (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>. Odporność na penetrację płynów 165 cm H<sub>2</sub>O Odporność na rozerwanie na sucho i mokro 168 kPa. opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe z 4 etykietami zawierającymi numer REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy, wyrób medyczny klasy I sterylnej zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG, spełniający wymagania normy EN 13795-1:2019.

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 5:**

**Pytanie – dotyczy Pakiet 2 Zadanie 1 poz. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie jałowej serwety uniwersalnej jednorazowego o wym. 75 x 90 cm, wykonanej z laminatu dwuwarstwowego PE + PP (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>. Odporność na penetrację płynów 165 cm H<sub>2</sub>O Odporność na rozerwanie na sucho i mokro 168 kPa. opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe z 4 etykietami zawierającymi numer REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy, wyrób medyczny klasy I sterylnej zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG, spełniający wymagania normy EN 13795-1:2019.

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 6:**

**Pytanie – dotyczy Pakiet 2 Zadanie 1 poz. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie jałowej serwety samoprzylepnej 75x90cm wykonanej z laminatu trzywarstwowego PP+PE+PP (chłonna włóknina polipropylenowa nieprzemakalna folia polietylenowa o grubości 33µm + włóknina polipropylenowa). Gramatura 75g/m<sup>2</sup>.

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 7:**

**Pytanie – dotyczy Pakiet 2 Zadanie 1 poz. 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie :

Jałowa osłona na stół Mayo jednorazowego użytku o wym. 79 x 145 cm wykonana: niebieska folia polietylenowa, piaskowana o grubości 60 µm i gramaturze 55g/m<sup>2</sup> + wzmocnienie chłonne 65cm x 85 cm- laminat dwuwarstwowo PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny o gramaturze 85g/m<sup>2</sup>. Całkowita gramatura 140 g/m<sup>2</sup> składana w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki.

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 8:**

**Pytanie – dotyczy Pakiet 2 Zadanie 2 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie jałowej serwety jednorazowego użytku o wymiarach 50 x 60 cm z otworem 6x8cm otoczonym taśmą przylepną wykonane z laminatu dwuwarstwowego PE + PP (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m<sup>2</sup> opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe z 4 etykietami zawierającymi numer REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy, wyrób medyczny klasy I sterylnej zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG, spełniający wymagania normy EN 13795-1:2019,

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 9:**

**Pytanie – dotyczy Pakiet 2 Zadanie 2 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie jałowej serwety jednorazowego użytku o wymiarach 75 x 90 cm z otworem 6x8cm otoczonym taśmą przylepną wykonane z laminatu dwuwarstwowego PE + PP (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze

60g/m<sup>2</sup> opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe z 4 etykietami zawierającymi numer REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy, wyrób medyczny klasy I sterylnej zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG, spełniający wymagania normy EN 13795-1:2019,  
**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 10:**

**Pytanie – dotyczy Pakiet 2 Zadanie 2 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowej serwety jednorazowego użytku o wymiarach 50 x 60 cm z otworem 6x8cm otoczonym taśmą przyklepną wykonane z laminatu dwuwarstwowego PE + PP (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m<sup>2</sup> opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe z 4 etykietami zawierającymi numer REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy, wyrób medyczny klasy I sterylnej zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG, spełniający wymagania normy EN 13795-1:2019,

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 11:**

**PAKIET nr 1**

**Zadanie 1, pozycja 23**

Czy nie zaszła omyłka i w tej pozycji miała być gaza niesterylna? Opakowanie 0,9m x 100mb wskazuje na gazę niesterylną, podczas, gdy w opisie widnieje gaza sterylna.

**Odpowiedź: Tak. Niesterylna.**

**Pytanie nr 12:**

**PAKIET nr 1**

**Zadanie 1, pozycja 23**

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu złożenia próbki dla wyżej wymienionej pozycji.

**Odpowiedź: Zamawiający prosi o przesłanie 1 m wraz z kopią etykiety z opakowania.**

**Pytanie nr 13:**

**PAKIET nr 2**

**Zadanie 1, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45 x 45cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 14:**

**PAKIET nr 2**

**Zadanie 1, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 100 x 150cm?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 15:**

**PAKIET nr 2**

**Zadanie nr 1, pozycja 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 90x120cm?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 16:**

**PAKIET nr 2**

**Zadanie nr 1, pozycja 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 75x75cm?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 17:**

**PAKIET nr 2**

**Zadanie nr 1, pozycja 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 50x70cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 18:**

**PAKIET nr 2**

**Zadanie nr 3, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 2 x serweta bez przylepca o wymiarach 90 cm x 120 cm
- 6 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm
- 2 x podkład wysokochłonny wypełniony pulpą celulozową o wymiarach 60 cm x 90 cm, chłonność 1177ml (0,152ml/cm<sup>3</sup>)?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 19:**

**PAKIET nr 2**

**Zadanie nr 3, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serwetę pod rodzącą 114 x 150 cm, wzmocnioną, z workiem na płyny?
- 1 x serweta 150 x 100 cm
- 1 x serweta chłonna dla noworodka 60 x 80 cm,
- 6 x ręcznik chłonny 25 x 20
- 1 x podkład 60 x 60 o chłonności 789 ml
- 1 x podkład 90 x 60 o chłonności 1177 ml?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 20:**

**PAKIET nr 2**

**Zadanie nr 3, pozycja 1**

Czy zamawiający dopuści zestaw zapakowany w rękaw papierowo-foliowy ze zgrzewem prostym i marginesem ułatwiającym otwieranie?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 21:**

**PAKIET nr 2**

**Zadanie nr 3, pozycja 3 i 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu ze spodnią warstwą wykonaną z niebieskiej nieprzemakalnej folii, bez katalogowego opisu antypoślizgowa?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 22:**

**PAKIET nr 2**

**Zadanie nr 3, pozycja 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu o chłonności 789ml?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 23:**

**PAKIET nr 2**

**Zadanie nr 3, pozycja 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu o chłonności 1 177ml?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 24:**

**PAKIET nr 2**

**Zadanie nr 3, pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny złożony z 5 warstw: folia PE, wata celulozowa, pulpa celulozowa, SAP (superabsorbent), włóknina polipropylenowa. Wymiary 100x225cm, chłonność 3820,18ml. Wkład chłonny o wymiarach 50x208cm zawiera pulpę celulozową i superabsorbent. Waga podkładu 280g (+/- 5g)

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 25:**

**PAKIET nr 2**

**Zadanie nr 3, pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści podkład o chłonności 1600ml?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 26:**

**PAKIET nr 2**

**Zadanie nr 3, pozycja 9**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do chirurgii biodra o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, wzmocnienie o wymiarze 75cm x 100cm, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowane z organizatorami przewodów,
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 300cm wzmocnienie o wymiarze 30cm x 80cm

Powyższe serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup> i chłonności 680%, zintegrowane z organizatorami przewodów, łączna gramatura w strefie wzmocnienia 130g

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>
- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 35 cm x 120 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm, gramatura 45g/m<sup>2</sup>
- 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm, czerwona, składana teleskopowo
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wzmocnienie 65x190cm

Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H<sub>2</sub>O

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 27:**

**PAKIET nr 2**

**Zadanie 3, pozycja 9**

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do operacji biodra o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 230 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 20 cm x 100 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm

Powyższe serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup> w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m<sup>2</sup> i chłonności 680%, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m<sup>2</sup>

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180 cm x 180 cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30cm x 30 cm, gramatura 68g/m<sup>2</sup>
- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 120 cm
- 1 x bandaż elastyczny o wymiarach 10cm x 450cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, niebieska, składana teleskopowo
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wzmocnienie 65x190cm

Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H<sub>2</sub>O?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 28:**

**PAKIET nr 2**

**Zadanie 3, pozycja 9, składowa 1**

Czy zamawiający dopuści wzmocnienie o wymiarach 75 x 140 cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 29:**

**PAKIET nr 2**

**Zadanie 3, pozycja 9, składowa 2**

Czy zamawiający dopuści łatę chłonną 25 x 60 cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 30:**

**PAKIET nr 2**

**Zadanie 3, pozycja 9, składowa 4**

Czy zamawiający dopuści osłonę na kończynę 35 x 120 cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 31:**

**PAKIET nr 2**

**Zadanie 3, pozycja 9, składowa 5**

Czy zamawiający dopuści taśmę medyczną 10 x 50 cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 32:**

**PAKIET nr 2**

**Zadanie 3, pozycja 9, składowa 6**

Czy zamawiający dopuści ręczniki z włókniny spunlace 40g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 33:**

**PAKIET nr 2**

**Zadanie 3, pozycja 9, składowa 8**

Czy zamawiający dopuści wzmocnienie 65 x 190 cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 34:**

**PAKIET nr 2**

**Zadanie 3, pozycja 9**

Czy zamawiający dopuści obłożenie główne z laminatu 60g/m<sup>2</sup>, w obszarze krytycznym wzmocnienie o gramaturze 80g/m<sup>2</sup>, łączna gramatura w strefie krytycznej 140g/m<sup>2</sup>, barierowość dla wody 197 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 180/172 kPa, chłonność pow. 900%?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 35:**

**PAKIET nr 2**

**Zadanie 3, pozycja 9**

Czy zamawiający dopuści zestaw zapakowany w wytrzymałą foliową torbę ze wstawką tyvek?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 36:**

**PAKIET nr 2**

**Zadanie 3, pozycja 11**

Czy Zamawiający dopuści serwetę 180/270 cm x 220 cm zintegrowaną z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w kształcie trapezu o wymiarach 30 cm x 20 cm x 20 cm oraz otworem w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zabezpieczonym klapką?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 37:**

**PAKIET nr 2**

**Zadanie 3, pozycja 12**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta o wymiarach 263cm x 406cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 13cm x 14cm, zintegrowana z organizatorami przewodów w formie taśmy typu rzep oraz z torbą do przechwytywania płynów o wymiarach 80cm x 100cm z samouszczelniającym się otworem o wymiarach 6cm x 8cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 38:**

**PAKIET nr 2**

**Zadanie 3, pozycja 12**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm o wymiarach 230 cm x 320 cm, zintegrowana z torbą do przechwytywania płynów o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 2 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm ?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 39:**

**PAKIET nr 2**

**Zadanie 3, pozycja 13**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 6 cm x 8 cm
- 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm
- 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta elastyczna osłona na kończyne o wymiarach 30 cm x 60 cm
- 1 x torba na płyny o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 40:**


**PAKIET nr 2**

**Zadanie 3, pozycja 15**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cystoskopii o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75 cm x 200 cm z otworem w kształcie rombu o wymiarach 8 cm x 12 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 2 x osłona na kończyne o wymiarach 70 cm x 120 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 100 cm x 150 cm.

Obłożenie pacjenta wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 108/95 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro 45/30N. Odporność na penetrację płynów 188 cm H<sub>2</sub>O. Współczynnik pylenia < 1.3log<sub>10</sub>. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 350%. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795?



**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 41:**

**PAKIET nr 2**

**Zadanie 3, pozycja 16**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cystoskopii o składzie:

- 1 x serweta o wymiarach 190 cm x 230 cm zintegrowana z osłonami na kończyne, z otworem brzuszny o średnicy 6 cm oraz kroczywym 6 cm, zintegrowana z bez lateksową osłoną palca do badania per rectum, torebką do zbiórki płynów
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, dolna część serwety wykonana z folii PE, o odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N.



Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 41.7 cm H<sub>2</sub>O. Współczynnik pylenia 1.4log<sub>10</sub>. Chłonność wzmocnienia min. 680%?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 42:**

**PAKIET nr 2**

**Zadanie 3, pozycja 17**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cystoskopii o składzie:

- 1 x serweta o wymiarach 180cm x 300cm z samoprzylepnym otworem prostokątnym o wymiarach 21.5cm x 24cm, zintegrowana z długim workiem do zbiórki płynów
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup>, o odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 120 cm H<sub>2</sub>O, chłonności warstwy zewnętrznej min. 600% ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 43:**

**PAKIET nr 2**

**Zadanie nr 3, pozycja 19**

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do operacji kończyny o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 3,5 cm, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowane z organizatorami przewodów, wzmocnienie o wymiarze 75x100cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm, z włókniny typu spunlace o podwyższonej chłonności, gramatura 45g/m<sup>2</sup>
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm, składana teleskopowo
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wzmocnienie o wymiarach 65x190cm

Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H<sub>2</sub>O.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 44:**

**PAKIET nr 2**

**Zadanie nr 3, pozycja 21**

Czy zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie, zapakowany w opakowanie typu rękaw papierowo-foliowy:

5 x Kompres włókninowy 30G 4W 7,5cm x 7,5cm

3 x Tupfer gazowy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm

1 x Serweta chirurgiczna 45cm x 75cm 2-warstwowa, laminat 2-warstwowy 60g/m<sup>2</sup>, chłonność 600%

1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 75cm 2 warstwowa, z centralnym otworem przylepnym o śr. 7 cm, laminat 2-warstwowy 60g/m<sup>2</sup>, chłonność 600%

1 x Igotrzymacz MAYO-HEGAR metalowy 13cm

1 x Pęseta chirurgiczna 1x2 ząbki metalowa 14,5cm

1 x Pęseta plastikowa niebieska 13 cm

1 x Nożyczki ostre/ostre metalowe 15cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 45:**

**PAKIET nr 2**

**Zadanie nr 3, pozycja 23**

Czy zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie, zapakowany w opakowanie typu rękaw papierowo-foliowy:

1 x Strzykawka 3-częściowa 2ml Luer

1 x Strzykawka 3-częściowa 3ml Luer-Lock

1 x Igła iniekcyjna (1,2 x 40)\

1 x Igła iniekcyjna (0,5 x 25)

10 x Kompres włókninowy 30G 4W 7,5cm x 7,5cm

1 x Pęseta plastikowa niebieska 13cm

1 x Strzykawka 3-częściowa 5ml Luer-Lock

1 x Opatrunek włókn. z wkładem chłonnym 5cm x 7,2cm

1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 70cm 2-warstwowa, z warstwą celulozową, gramatura 54g/m<sup>2</sup>, chłonność 350%

1 x Serweta chirurgiczna 75cm x 80cm 2-warstwowa, do znieczuleń przewodowych, z otworem przylepnym 6cm x 15cm, 2-warstwowy laminat 56g/m<sup>2</sup>, chłonność 350%, dodatkowe przylepce na rogach serwety?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 46:**

**PAKIET nr 2**

**Zadanie nr 3, pozycja 1, 9, 21, 23**

Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 47:**

**PAKIET nr 2**

**Zadanie nr 3, pozycja 26**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie podkładu o chłonności 789ml?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 48:**

**Pakiet 2, zadanie 3, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu do porodu o następującym składzie?

1 serweta 2-warstwowa 100 cm x 150 cm ( owinięcie zestawu)

10 kompresów włókninowych 10 cm x 10 cm

1 ręcznik 30 cm x 20 cm

1 serweta 2-warstwowa 75 cm x 90 cm

1 serweta dla noworodka 90 cm x 90 cm

1 serweta operacyjna 2-warstwowa pod pośladki 90 cm x 92 cm z zakładką do aseptycznej aplikacji pod pacjentkę i zintegrowanym przezroczystym workiem wykonanym z folii PE.

1 serweta operacyjna 2-warstwowa pod pośladki 85 cm x 92,5 cm typu kieszeń w kształcie różka z zakładką do aseptycznej aplikacji pod pacjentkę,

Serwety wykonane z laminatu 2-warstwowego z folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej o gramaturze 48 g/m<sup>2</sup>, spełniającego pozostałe wymagania SWZ.

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 49:**

**Pakiet 2, zadanie 3, poz. 2**

Prosimy o dopuszczenie zaferowania zestawu do cesarskiego cięcia o następującym składzie:

1 serweta na stół instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stół Mayo 80 cm x 145 cm

1 serweta dla noworodka 90 cm x 100 cm z miękkiej włókniny oddychającej ,absorbującej płyny

1 serweta do cesarskiego cięcia 260/200 cm x 335 cm do zabiegów w pozycji z nogami prostymi, z otworem 27 cm x 33 cm w okolicy jamy brzusznej otoczonym folią operacyjną, okno 14 cm x 20 cm,. Serweta posiada zintegrowaną torbę na płyny w rozmiarze 80 cm x 84 cm z usztywnieniem na całym obwodzie (wysokość ścianek worka 14,5x24,5x28,5x24,5 cm) z lejkiem odprowadzającym płyny. Serweta posiada również zintegrowane osłony podpórek kończyn górnych, spełniającego pozostałe wymagania SWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 50:**

**Pakiet 2 zadanie 3 pozycja 26:** Kierując się ostrożnością procesową, zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie, iż wymogu "Wyrób musi spełniać aktualną normę PN-EN 13795 - 1,2,3" Zamawiający nie odnosi do zadania 2 poz. 26, z uwagi na fakt, że zestaw nie jest obłożeniem chirurgicznym i powyższa norma go nie dotyczy.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza – norma nie dotyczy Zadania nr 2 poz. 26.**

**Pytanie nr 51:**

**Pytania dot. wzoru umowy:**

Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

**Odpowiedź: Tak. Terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych a za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.**

**Pytanie nr 52:**

**Pytania dot. wzoru umowy:**

Czy Zamawiający dopuści dostawy w dni robocze do godz. 15.00 (§2 ust. 4)?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 53:**

**Pytania dot. wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w § 5 ust. 3) wyrażenia „10% (dziesięć procent) ogólnej wartości zamówienia netto, o której mowa w § 1 ust. 4” na „10% (dziesięć procent) niezrealizowanej wartości zamówienia netto, o której mowa w § 1 ust. 4”?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 5 ust. 3).**

**Pytanie nr 54:**

**Pakiet 1, zad.1, poz. 14-17,18-19,**

Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy lub włókniny sklasyfikowane w klasie I reg.4 ? Wyroby, które są przedmiotem oferty są produktami niesterylnymi, w związku z tym nie używa się ich w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby były sklasyfikowane w klasie II a reg.7.

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 55:**

**Pakiet 1, zad.1, poz. 3-8**

Czy zamawiający wymaga siatki 10 mb w stanie luźnym?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 56:**

**Pakiet 1, zad.1, poz. 1-8,14-17,19,20, 23**

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-8,14-17,19,20, 23 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej

konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.  
**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 57:**

**Pakiet 1, zad.1, poz. 19**

Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie, sterylną?

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 58:**

**Pakiet 1, zad.1, poz. 19**

Czy zamawiający dopuści wycenę za serwetę pakowaną indywidualnie, z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 59:**

**Pakiet 1, zad. 2, poz. 1-2**

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 60:**

**pakiet 2 zad. 1 poz. 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwet w rozmiarze 100x150cm.

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 61:**

**pakiet 2 zad. 1 poz. 5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwet 2-warstwowych w rozmiarze 50x70cm.

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 62:**

**Pakiet 2 zadanie 2 poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwet w rozmiarze 30x40cm z otworem 6x8cm.

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 63:**

**Pakiet 2 zadanie 2 poz. 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwet w rozmiarze 75x90cm z otworem 6x8cm.

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 64:**

**Dot. wszystkich pakietów**

Prosimy o dopuszczenie produktów posiadających dwie metki do wklejenia w dokumentację, które w zamian za informacje o producencie posiadają informację o importerze. Pozostałe zgodne z swz.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 65:**

**Pakiet 2, zad.1, poz. 4**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwety w rozmiarze 100x150cm

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 66:**

**Pakiet 2, zad.1, poz. 5**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania serwety dwuwarstwowej o wysokiej gramaturze 62g/m<sup>2</sup>

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 67:**

**Pakiet 2, zad.3, poz. 1**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania zestawu do porodu o poniższym składzie:

- 1 serweta z laminatu 150x100cm (owinięcie zestawu)
- 1 serweta z laminatu 150x100cm
- 2 serwety włókninowe min. 80x60cm
- 6 serwet włókninowych min. 25x20cm
- 1 podkład chłonny 60x60cm
- 1 podkład chłonny 90x60cm

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 68:**

**Pakiet 2, zad.3, poz. 10**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu wykonanego z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 62g/m<sup>2</sup> i chłonności min 300%.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 69:**

**Pakiet 2, zad.3, poz. 10**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu wykonanego z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 62g/m<sup>2</sup> wzmocnionego trzecią warstwą – gramatura w obszarze wzmocnienia 132g/m<sup>2</sup> i chłonności min 900% posiadającego serwetę 175x200cm w zamian 170-175cm.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 70:**

**Pakiet 2, zad.3, poz. 11**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu wykonanego z laminatu o gramaturze 62g/m<sup>2</sup> i opisie:

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm,
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm,
- 1 serweta brzuszno-kroczoowa o wymiarach 230x260 cm posiadająca zintegrowane nogawice, 2 okna : jama brzuszna - przylepne okno o wym. 19x29 cm otoczone wzmocnieniem na min. powierzchni 60x120 cm i nieprzylepne okno do obłożenia krocza o wymiarach 9x12cm otoczone wzmocnieniem na pow. 50x84 cm oraz 3. uchwyty ( typu"rzep") do mocowania kabli i drenów
- 2 ręczniki celulozowe 30x40cm

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 71:**

**Pakiet 2, zad.3, poz. 12**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu wykonanego z laminatu o gramaturze 62g/m<sup>2</sup> i opisie:

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm,
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm,
- 1 serweta główna o minimalnych wymiarach 200x260cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U" o wym. 7x60cm otoczonym wzmocnieniem na powierzchni 100x130cm
- 1 serweta przylepna (ekran anestetyczny) 150x240cm, wzmocnienie o wymiarach 50x75cm
- 1 nieprzylepna serweta pod kończynę 150x150cm,
- 1 osłona na kończynę 25x80cm,

- 1 kieszeń dwukomorowa na instrumenty chirurgiczne 30x40cm,
- 2 włókninowe taśmy samoprzylepne 9x50cm,
- 2 ręczniki celulozowe 30x40cm

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 72:**

**Pakiet 2, zad.3, poz. 13**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu wykonanego z laminatu o gramaturze 62g/m<sup>2</sup>, chłonności min 300% i opisie:

- 1 osłona na stolik Mayo 80x145cm,
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm,
- 1 serweta główna - minimalne wymiary 200x320cm posiadająca 2 elastometryczne (o zmiennej średnicy) otwory na nogę  $\varnothing 7$  i  $\varnothing 5$  cm, worek do przechwytywania płynów z zaworem spustowym i uchwyt („rzep”) do mocowania przewodów i drenów 2,5x25cm
- 1 nieprzylepna serweta pod kończynę 150x150cm,
- 1 osłona na kończynę 35x80cm,
- 2 włókninowe taśmy samoprzylepne 9x50cm,
- 2 ręczniki celulozowe 30x40cm

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 73:**

**Pakiet 2, zad.3, poz. 16**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu wykonanego z laminatu o gramaturze 62g/m<sup>2</sup>, chłonność min 300%, przenikanie cieczy min.200cm H<sub>2</sub>O, i opisie:

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm,
- 1 serweta główna o minimalnych wymiarach 185x200/260cm posiadająca : zintegrowane nogawice, torbę na płyny z sitem, zaworkiem i kształtownikiem, 2 samoprzylepne okna : okno nadłonowe o średnicy 7cm i okno do obłożenia okolic krocza o wymiarach 7x10cm, a także bezłateksową osłonę na palec o średnicy 3cm.
- 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,
- 2 ręczniki celulozowe 30x40cm

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 74:**

**PAKIET NR 1**

**Zadanie nr 1**

**Poz. nr 1-2** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów jałowych w opakowaniach 25 x 2 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań w pakiecie cenowym. Pozostałe parametry kompresów bez zmian.

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 75:**

**PAKIET NR 1**

**Zadanie nr 1**

**Poz. nr 3-8** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania elastycznych siatek opatrunkowych o długości w stanie swobodnym 11,6 m z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań w pakiecie cenowym.

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 76:**

**PAKIET NR 1**

**Zadanie nr 1**

**Poz. nr 14-17** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów włókninowych, jako wyrób medyczny niejadalny, zarejestrowanych w klasie I reg. 4?

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 77:**

**PAKIET NR 1**

**Zadanie nr 1**

**Poz. nr 19** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet gazowych operacyjnych niejałowych 4 warstwy 20 nitek, z taśmą radiacyjną (pvc chip) i trokiem, pakowanych a' 5 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań w pakiecie cenowym? Rozmiar serwet zgodny z SWZ.

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 78:**

**PAKIET NR 1**

**Zadanie nr 1**

**Poz. nr 20** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunków włókninowych spełniających wymagania SWZ, jednakże pakowanych a' 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań w pakiecie cenowym?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 79:**

**PAKIET NR 1**

**Zadanie nr 1**

**Poz. nr 21 i 22** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania podkładów podgipsowych syntetycznych pakowanych a' 5 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań w pakiecie cenowym?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 80:**

**PAKIET NR 1**

**Zadanie nr 1**

**Poz. nr 24** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plastra z opatrunkiem na tkaninie o długości 5m, z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk w pakiecie cenowym?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 81:**

**PAKIET NR 1**

**Zadanie nr 5**

**Poz. nr 2** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plastra z folii, odpornego na brud i wodę, w rozmiarach 16 mm x 57mm (10 x) i 19 mm x 72 mm (10 x)

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 82:**

**PAKIET NR 1**

**Zadanie nr 5**

**Poz. nr 2** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Plastra wodoodpornego z elastycznej folii poliuretanowej w rozmiarach 25 mm x 72 mm (8 x) 30 mm x 40 mm (6 x) i 40 mm x 60 mm (6 x).

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 83:**

**PAKIET NR 2**

**Zadanie nr 2**

**Poz. nr 1** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 75 x 90 cm, z otworem przyklepnym  $\varnothing$  7 cm? Pozostałe parametry serwet bez zmian.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 84:**

**PAKIET NR 2**

**Zadanie nr 2**

**Poz. nr 2** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 50 x 60 cm, z otworem przylepnym  $\varnothing$  7 cm? Pozostałe parametry serwet bez zmian.

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 85:**

**PAKIET NR 2**

**Zadanie nr 2**

**Poz. nr 3 i 4** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 75 x 90 cm, z otworem przylepnym  $\varnothing$ 10 cm? Pozostałe parametry serwet bez zmian

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 86:**

**Pakiet 1.6 poz.7**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozmiaru 7,5x12.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 87:**

**Pakiet 1.6 poz.7**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozmiaru 10x20.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 88:**

**Pakiet 2.1 poz.1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozmiaru 45x50.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 89:**

**Pakiet 2.1 poz.5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozmiaru 75x91,5.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 90:**

**Pakiet 2.1 poz.6**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozmiaru 80x142.

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 91:**

**Pakiet 2.2 poz.1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety rozmiar 75 cm x 90 cm z otworem przylepnym 6 cm x 8 cm . Pozostałe zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 92:**

**Pakiet 2.2 poz.2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety rozmiar 50cm x 60cm - z samoprzylepnym otworem 5cm.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**



**Pytanie nr 93:**

**Pakiet 2.2 poz.3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety rozmiar 100 cm x 100 cm z otworem przylepnym 9 cm x 12 cm . Pozostałe zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 94:**

**Pakiet 2.3 poz.1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestaw do porodu naturalnego:

- 1 x serweta na stół narzędziowy 140x190 cm 50 µm, ze wzmocnieniem w części centralnej
- 2 x nogawice 75x 120 cm
- 1 x kocyk dla noworodka 100x105 cm
- 1 x taśma Lepna 9x50 cm
- 2 x ręcznik chłonny 20x30 cm z mikrościągą zabezpieczającą przed rozrywaniem
- 1 x serweta pod pośladki z folii PE 85x114,5 cm, ze wzmocnieniem 32,5x50 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z kształtką usztywniającą umożliwiającą uformowanie i utrzymanie kształtu worka z portem do ssaka oraz z szeroką zakładką umożliwiającą aseptyczne założenie serwety pod pośladki pacjentki
- 1 x serweta 75x75cm, przylepna

Zestaw pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portem do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 etykiety z dodatkowym kodem EAN. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 95:**

**Pakiet 2.3 poz.2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu:

- 1 x serweta na stół narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50µ ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta na stół Mayo 80x142 cm, ze wzmocnieniem chłonnym 55x90+/-2 cm
- 1 x kocyk dla noworodka 100x105 cm
- 4 x ręcznik chłonny 20x30 cm z mikrościągą zabezpieczającą przed rozerwaniem
- 1 x przylepna kieszka na narzędzia jednokomorowa 30x50 +/-3 cm wykonana z mocnej folii PE
- 1 x serweta do cięcia cesarskiego 200/250x320 +/-10cm z obłożeniem ramion stołu, z otworem 40x35+/-3cm wypełnionym całkowicie folią chirurgiczną , ze zintegrowaną torbą na płyny 360° z 2 portami do ssaka

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 96:**

**Pakiet 2.3 poz.9**

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestawu:

- 1 x serweta na stół narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50 µm ze wzmocnieniem
  - 1 x serweta ortopedyczna na stół Mayo 80x145 cm z folii PE ze wzmocnieniem 75x100cm, składana rewersowo
  - 1 x serweta dolna 240x304 cm z przylepnym wycięciem U 7x108 cm, ze wzmocnieniem chłonnym 65x130cm
  - 1 x serweta górna 170x260cm przylepna, ze wzmocnieniem chłonnym 67x25cm
  - 1x serweta 152x213 cm z folii PE z przylepnym wycięciem U 20x76
  - 1 x serweta nieprzylepna 100x100 cm, pełnobarierowa
  - 1 x stokineta 30x122 cm, elastyczna, 2-warstwowa, antypoślizgowa
  - 2 x taśma przylepna 9x50 cm
  - 2 x ręcznik chłonny 20x30 cm z mikrościągą zabezpieczająca przed rozrywaniem
- Serwety okrywające pacjenta , wykonane z chłonnego (na całej powierzchni) laminatu 2-warstwowego o niskiej gramaturze max.58g/m<sup>2</sup> i wysokiej odporności przenikanie płynów > 175 cm H<sub>2</sub>O, odporności na rozerwanie na mokro/sucho >145 kPa),o niskim współczynniku pylenia

( $\leq 1,7 \log_{10}$ ). W obszarze krytycznym wzmocnienie chłonne pozbawione pyłących włókien wiskozy i celulozy o łącznej gramaturze 121 g/m<sup>2</sup> i wysokiej absorpcji > 700ml/m<sup>2</sup>. I klasa palności. W celu ułatwienia aplikacji serwety złożone książkowo, z nieprzylepnymi końcówkami przy taśmach o szerokości 5cm zabezpieczającymi część lepną serwet pozwalające w rękawicach jednym ruchem odkryć część lepną do aplikacji serwet na pacjencie. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta ( w tym min.2 etykiety dodatkowo z kodem EAN). Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 97:**

**Pakiet 2.3 poz.9**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie:

- 1x serweta na stół narzędziowy 152x190 cm z folii PE z mikroteksturą ze wzmocnieniem
- 1x serweta na stół Mayo 80x145 cm z folii PE cm ze wzmocnieniem, składana rewersowo
- 1x serweta z włókniny typu SMS 135x195 +/-3 cm
- 1x osłona na kończynę antypoślizgowa, dwuwarstwowa, elastyczna "pończocha" 30 x122 cm,
- 4x ręcznik chłonny 35x35 cm +/-1 cm z mikrościecią zabezpieczającą przed rozerwaniem
- 2x taśma lepna 10x50 cm
- 1x serweta 155x215+/-3cm cm z niebieskiej folii PE, z przylepnym wycięciem U 20x75 cm
- 1x serweta do zabiegów na biodrze w kształcie litery T 221x285x352cm +/- 3 cm ze zintegrowanymi dwoma torbami na płyny 81x142 cm, z elastycznym otworem w kształcie gruszki 16x20 cm, wyposażona w 6 uchwytów na przewody typu rzep wykonana z dobrze układającej się „oddychającej” wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMMMS o gramaturze max. 43 g/m<sup>2</sup>, z obszernym wzmocnieniem chłonnym w strefie krytycznej 55x140cm +/- 2 cm o łącznej gramaturze min.115 g/m<sup>2</sup> i odporności na penetrację płynów min. 200 cmH<sub>2</sub>O, odpornym na rozerwanie na mokro/sucho (min. 250 kPa). I klasa palności. Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 98:**

**Pakiet 2.3 poz.11**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy 140x190 cm, 50 μ z folii PE ze wzmocnieniem
  - 1x uchwyt na przewody typu rzep
  - 1 x taśma lepna 9x50 cm
  - 1 x przylepna, przezroczysta, dwukomorowa kieszeń na narzędzia 61x42,5cm
  - 2 x ręcznik chłonny 39x58 cm z mikrościecią zabezpieczającą przed rozrywaniem
  - 1 x serweta do laparoskopii 255x306 cm ze zintegrowanymi nogawicami, z przylepnym otworem brzuszny 26x32cm i kroczywym 15x18cm z klapką
- Prosimy o wyjaśnienie czy należy zaoferować zestawy, w których serwety okrywające pacjenta są złożone książkowo i posiadają nieprzylepne końcówki z obu stron przy taśmach o szerokości ok. 5cm zabezpieczających część lepną pozwalające rękawicach jednym ruchem odkryć część lepną do aplikacji serwet na pacjencie?

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania serwet chłonnych na całej powierzchni?

**Odpowiedź: Minimalne wymagania umieszczono w SWZ.**

**Pytanie nr 99:**

**Pakiet 2.3 poz. 11**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie:

1 x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm

1x serweta na stolik Mayo min 80x142 cm,

1 x serweta do zabiegów brzuszno - kroczywych 258/250x337cm, z osłoną ramion stołu i zintegrowanymi nogawicami z przyklepnym otworem brzuszny 29x29cm i rektalnym 16x7cm ze zintegrowaną serwetką do przykrycia krocza wyposażoną w dodatkowy przyklepiec na dolnym brzegu serwety, z obszernym wzmocnieniem chłonnym wokół otworów 60x170cm +/-2cm, z uchwytami na przewody typu rzep (3 szt.).

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 100:**

**Pakiet 2.3 poz. 13**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do artroskopii stawu kolanowego:

- 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 152x190cm

- 1 x serweta na stolik Mayo 78-80 x 140-145 cm

- min.1 x przyklepiec 9/10 x 50 cm

- 1 x serweta artroskopowa wyposażona w otwór samouszczelniający się 221/290x322cm, otwór Ø5

- 1 x zbiornik na płyny

- 1 x osłona na kamerę

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 101:**

**Pakiet 2.3 poz. 15**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie:

1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z teksturowanej folii PE 50 µ z wzmocnieniem

2 x nogawice 75x120 cm z bilaminatu

1 x serweta pod pośladki 90x120 cm +/-1cm z dodatkowym wywinieciem z warstwą chłonną 20x90 cm +/-2cm dla komfortu pacjenta i łatwej aplikacji pod pośladki

1 x serweta 170x75 cm z decentralnym otworem w okolicy krocza 9x15 cm z przyklepnym paskiem do fiksacji na spojeniu łonowym i z czterema fiksatorami do osłon kończyn

Zestaw pakowany podwójnie we włókninę następnie sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem EAN. Opakowanie zbiorcze - worek foliowy i karton.

**Odpowiedź: Minimalne wymagania umieszczono w SWZ. Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 102:**

**Pakiet 2.3 poz. 16**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie:

1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm z folii PE 50 µ z wzmocnieniem

1 x taśma przyklepna z miękkiej włókniny Spunlance 9 x 50 cm, z nieprzyklepnymi końcami z obu stron

1 x taśma typu rzep o jednoczęściowej konstrukcji, dzięki której podczas rozpięcia nie spowoduje dekompozycji na dwie części (zgrzew z jednej strony i nieprzyklepna zaokrąglona 2 cm końcówka z drugiej) część dolna i górna taśmy 2,5x 14cm

2 x ręcznik chłonny celulozowy 20 x 30 cm z mikrosiecią zapobiegającą rozrywaniu

1x serweta do zabiegów TUR 175/290 x 242 cm ze zintegrowanymi długimi nogawicami min.130cm z przyklepnym otworem brzuszny Ø 8 cm, z otworem na pręcie Ø 5 cm, z osłoną na palec, z torbą na płyny min. 95x55cm +/- 5cm z kształtką, z filtrem i portem do ssaka z zatyczką, z dwoma trokami z włókniny typu Spunlance o długości 100 +/- 2cm i dodatkowo z taśmą lepłą do fiksacji z fartuchem operatora. Serweta wykonana z jednorodnego, chłonnego, 2-warstwowego laminatu o gramaturze max.58g/m2 pozbawionego pylących włókien celulozy i wiskozy o niskim współczynniku pylenia ≤1,7 log10 i wysokiej odporności na przenikanie płynów > 175 cm H2O. I klasa palności. Konstrukcja serwety zapewnia osłonę kończyn warstwą chłonną od strony pacjenta. Osłony na kończyny

wyposażone w dodatkowe przylepce służące do ich dopasowania do pacjenta. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany podwójnie we włókninę i sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo kod EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 103:**

**Pakiet 2.3 poz. 16**

Czy Zamawiający oczekuje aby worek na płyny był wyposażony w troki i taśmę lepłą do fiksacji serwety z fartuchem operatora?

**Odpowiedź: Minimalne wymagania umieszczono w SWZ.**

**Pytanie nr 104:**

**Pakiet 2.3 poz. 16**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga, aby konstrukcja serwety głównej zapewniała osłonę kończyn warstwą chłonną od strony pacjenta i aby osłony na kończyny wyposażone były w dodatkowe przylepce służące do ich dopasowania do pacjenta?

**Odpowiedź: Minimalne wymagania umieszczono w SWZ. Zamawiający nie doprecyzowuje tego parametru.**

**Pytanie nr 105:**

**Pakiet 2.3 poz. 16**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje serwety głównej zintegrowanej z workiem na płyny.

**Odpowiedź: Dopuszcza.**

**Pytanie nr 106:**

**Pakiet 2.3 poz. 16**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga serwety z długimi osłonami na kończyny > 130cm?

**Odpowiedź: Dopuszcza.**

**Pytanie nr 107:**

**Pakiet 2.3 poz. 16**

Prosimy o wyjaśnienie czy ze względu na dużą ilość płynów i rozbryzgi w trakcie zabiegów TUR, URS należy zaoferować obłożenie z torbą na min. 90 cm.

**Odpowiedź: Minimalne wymagania umieszczono w SWZ.**

**Pytanie nr 108:**

**Pakiet 2.3 poz. 16**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje serwety z przylepnym otworem krocowym.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 109:**

**Pakiet 2.3 poz. 16**

Prosimy o wyjaśnienie czy w trosce o ochronę środowiska naturalnego Zamawiający oczekuje aby zaoferowane zestawy pochodziły od producentów spełniających wymogi normy ISO 14001 (potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej załączonym do oferty), która odnosi się do zarządzania programami ochrony środowiska danego producenta. Obejmuje on strukturę organizacyjną, planowanie i zasoby służące rozwojowi, wdrażaniu i utrzymaniu polityki w zakresie ochrony środowiska. Celem systemu zarządzania środowiskowego jest zwiększenie przestrzegania zasad środowiskowych i zmniejszenie ilości odpadów.

**Odpowiedź: Zamawiający nie precyzuje.**

**Pytanie nr 110:**

**Pakiet 2.3 poz.17**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie:

2 x serweta na stolik narzędziowy min .150 x 190 cm, wzmocnienie 74x190 cm

1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm

2 x ręczniki chłonne 30x20 cm z mikrościągą zabezpieczająca przed rozrywaniem

1 x osłona na kończynę 36x72 +/-1 cm

2 x taśma przyklepna 9 x 50 cm

1 x serweta do operacji kończyny 220x295x335 +/-1cm w kształcie litery T (z obłożeniem ramion stołu), z samouszczelniającym się otworem  $\varnothing$  6 cm, ze wzmocnieniem 80 x 115 +/-3 cm, ze zintegrowanymi dwoma podwójnymi organizatorami przewodów, wykonana z laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze max. 58g/m<sup>2</sup> , wysokiej odporności na penetrację płynów >175 cmH<sub>2</sub>O.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 111:**

**Pakiet 2.3**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje aby obłożenia były zbiorczo pakowane w kartony ze strunowym systemem otwierania, dzięki któremu nie ma konieczności używania ostrych przedmiotów czy narzędzi do ich otworzenia co eliminuje ryzyko uszkodzenia opakowań jednostkowych obłożeń.

**Odpowiedź: Brak wymagań w tym zakresie.**

**Pytanie nr 112:**

**Pakiet 2.3**

Prosimy o dopuszczenie zestawów pakowanych w opakowanie czterowarstwowe, tj. karton transportowy, torba foliowa (zabezpieczenie przed kurzem i pyłami), wentylowana torba foliowa (opakowanie jednostkowe zestawu), papier krepowy lub włóknina lub serweta na stolik narzędziowy (druga warstwa opakowania o jałowej zawartości).

Zestaw spełnia wymagania wg normy EN 13795:1,2,3, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Minimalne wymagania umieszczono w SWZ.**

**Z poważaniem**

Z-ca DYREKTORA  
działu ekonomicznych  
Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza  
w Chojnicach

*Monika Frymark-Fifielska*

M.K.

