

Zamawiający  
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ  
ul. Lwowska 178 a  
33-100 Tarnów  
tel/fax. 014 621 25 81  
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl

WYKONAWCY  
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG:271.KS.21.....<sup>2140</sup>/2024

Tarnów, dnia 06.03.2024 r.

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu dla Centralnej Pracowni Endoskopii, Bloku Operacyjnego, Poradni Kardiologicznej Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie - nr sprawy 21/2024

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 04.03.2024 r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 – dot. Załącznika nr 1B - ZAKRES NR 10 - Zestaw do testów wysiłkowych dla Poradni Kardiologicznej Pkt 42

Czy Zamawiający dopuści parametr lepszy w zakresie częstotliwości - zakres 2400 – 2483 MHz  
0,4 mW, zgodnie z częścią FCC 15.249?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 – dot. Załącznika nr 1B - ZAKRES NR 10 - Zestaw do testów wysiłkowych dla Poradni Kardiologicznej Pkt 46

Czy Zamawiający dopuści nadajnik wyposażony w przycisk włączanie/wyłączania oraz wskaźniki funkcyjne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 – dot. Załącznika nr 1B - ZAKRES NR 10 - Zestaw do testów wysiłkowych dla Poradni Kardiologicznej Pkt 47

Czy Zamawiający dopuści wymiary nadajnika 140 x 95 x 50 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 – dot. Załącznika nr 1B - ZAKRES NR 10 - Zestaw do testów wysiłkowych dla Poradni Kardiologicznej Pkt 48

Czy Zamawiający dopuści wagę nadajnika 350g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5 – dot. Załącznika nr 1B - ZAKRES NR 10 - Zestaw do testów wysiłkowych dla Poradni Kardiologicznej Pkt 49

Czy Zamawiający dopuści zasilanie nadajnika z 2 baterii typu AA?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 – dot. Załącznika nr 1B - ZAKRES NR 10 - Zestaw do testów wysiłkowych dla Poradni Kardiologicznej Pkt 50

Czy Zamawiający dopuści akwizycję sygnału EKG z częstotliwością próbkowania 8000 próbek/sekundę/kanał oraz z rozdzielczością 24 bity co jest parametrem równoważnym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7 – dot. Załącznika nr 1B - ZAKRES NR 10 - Zestaw do testów wysiłkowych dla Poradni Kardiologicznej Pkt 51

Czy Zamawiający dopuści rozdzielczość 24 bity (0,286 uV/LSB)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8 – dot. Załącznika nr 1B - ZAKRES NR 10 - Zestaw do testów wysiłkowych dla Poradni Kardiologicznej Pkt 62

Czy Zamawiający dopuści odległość pasa od podłoża 18 cm? Różnica 1 centymetra nie ma znaczenia technicznego i klinicznego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9 – dot. Załącznika nr 1B - ZAKRES NR 10 - Zestaw do testów wysiłkowych dla Poradni Kardiologicznej Pkt 66

Czy Zamawiający dopuści bieżnię posiadającą poręczę boczne bez możliwości przedłużenia do całej długości pasa, ale z możliwością zainstalowania dodatkowej poręczy przedniej o regulowanej wysokości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10 – dot. SWZ Rozdz. 7.2 b)

Materiały firmowe oferowanego sprzętu są materiałami reklamowymi tworzonymi dla szerokiego grona odbiorców, a nie konkretnego Zamawiającego, Wobec powyższego nie jest możliwe umieszczenie na nich wszystkich informacji i parametrów, które są wymagane w danym postępowaniu. Czy w przypadku braku potwierdzenia parametru w materiałach firmowych, Zamawiający dopuści załączenie oświadczenia autoryzowanego dystrybutora potwierdzające spełnianie opisanego wymagania?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza oświadczenia dystrybutora - dopuszcza szeroki zakres materiałów firmowych producenta zgodnie z SWZ pkt. 7.2.

Pytanie nr 11 – dot. wzór umowy Par. 6 ust. 10) – dotyczy Zestaw do testów wysiłkowych dla Poradni Kardiologicznej  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący?

Stwierdzone przy odbiorze niezgodności lub wady Wykonawca zobowiązany jest usunąć w terminie 14 dni roboczych od podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego.

Odpowiedź: Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 12 – dot. wzór umowy Par. 5 ust. 1.b) – dotyczy ZAKRES NR 1 – APARAT DO ZNIECZULENIA

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący?

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujący przypadkach i wysokościach :

b)w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu umowy Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,2 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak, niż 10% wartości umowy brutto. Tę samą karę stosuje się w przypadku zwłoki w wykonaniu obowiązków wynikających z rękojmi lub gwarancji jakości

*W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są zbyt wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/wykonaniu napraw gwarancyjnych. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu.*

Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy tego postępowania

Otrzymują: Adresat  
a/a

SPECJALISTA  
DZIAŁU LOGISTYKI  
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ  
w Tarnobrzegu  
*mgr Karolina Czarłaba*

DZIAŁ LOGISTYKI  
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ  
w Tarnobrzegu  
*[Signature]*

DYREKTOR  
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnobrzegu  
*[Signature]*