



Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448 BDO: 000150922
tel. 571 334 686
www.spzoz.zgorzelec.pl
Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”

Numer sprawy 34/ZP/2024
DZP/304/2024

Zgorzelec, dnia 23.09.2024r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy postępowania przetargowego na: Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych oraz rękawic chirurgicznych do Apteki Szpitalnej.

W związku z zapytaniami od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2009r. (Dz. U. z 2024r., poz. 1320 t.j.) odpowiada na następujące pytania:

(ZAPYTANIE NR 1)

Pytanie 1 – dot. pakietu nr 16 poz. 7, 8, 9

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wykreślenie tych pozycji z pakietu-niestety z przyczyn od nas niezależnych wyroby te nie są już dostępne. W przypadku braku zgody na powyższe czy możemy wpisać ostatnią cenę z dopiskiem "nieдоступny"?

Odp. Asortyment z poz. 7, 8, 9 pakietu nr 16 należy wycenić podając cenę z ostatniego zakupu, zaznaczając przy tych pozycjach, że ich produkcja została zakończona.

(ZAPYTANIE NR 2)

Pytanie 1 – dot. umowy paragraf 7

Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 7 dopisać na końcu ustęp 8 o treści:

Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku z opóźnieniem w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy.

lub

o dopisanie na końcu paragrafu 7 ustęp 8 o treści:

"W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 0.2% wartości brutto z faktury za każdy dzień zwłoki w płatności.

lub

Prosimy o zmniejszenie kar umownych, którym podlegać ma Wykonawca. W obecnej sytuacji chronione są głównie interesy Zamawiającego. Prosimy o wprowadzenie zapisów chroniących interesy Wykonawcy, równoważnie do tych chroniących interesy Zamawiającego.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów.

(ZAPYTANIE NR 3)

Pytanie 1 – dot. pakietu nr 1 poz. 2

Proszę o dopuszczenie opatrunku z podkładką o średnicy 16 mm, reszta parametrów zgodna z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

(ZAPYTANIE NR 4)

Pytanie 1 - dot. pakietu nr 13 poz. 1-2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie gazy sterylizowanej tlenkiem etylenu.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 2 – dot. pakietu nr 13 poz. 5

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kompresów sterylizowanych tlenkiem etylenu.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 3 – dot. pakietu nr 13 poz. 5

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kompresów w opakowaniu pośrednim a100szt.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 4 – dot. pakietu nr 13 poz. 6

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kompresów sterylizowanych tlenkiem etylenu

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 5 – dot. pakietu nr 13 poz. 6

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kompresów pakowanych pojedynczo w blister papierowy lub papierowo-foliowy, a następnie spakowany w blister papier-folia po 3 szt.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania strerylności każdej ze sztuk kompresu, do czasu otwarcia pojedynczego blistra oraz pod warunkiem zaferowania innego produktu niż w poz. 5 pakietu 13.

Pytanie 6 – dot. pakietu nr 13 poz. 8

- Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kompresów sterylizowanych tlenkiem etylenu
- Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kompresów w opakowaniu pośrednim a100szt.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 7 – dot. pakietu nr 13 poz. 9

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kompresów sterylizowanych tlenkiem etylenu.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 8 – dot. pakietu nr 13 poz. 9

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kompresów pakowanych pojedynczo w blister papierowy lub papierowo-foliowy, a następnie spakowany w blister papier-folia po 3 szt.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania strerylności każdej ze sztuk kompresu, do czasu otwarcia pojedynczego blistra oraz pod warunkiem zaferowania innego produktu niż w poz. 8 pakietu 13.

Pytanie 9 – dot. pakietu nr 13 poz. 9

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kompresów w opakowaniu pośrednim a100szt.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 10 – dot. pakietu nr 13 poz. 10

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie kompresów o czasie tonięcia ≤ 10 sekund

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 11 – dot. pakietu nr 13 poz. 11

- Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kompresów sterylizowanych tlenkiem etylenu
- Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kompresów w opakowaniu pośrednim a100szt.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 12 – dot. pakietu nr 13 poz. 12

- Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kompresów sterylizowanych tlenkiem etylenu
- Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kompresów w opakowaniu pośrednim a100szt.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 13 – dot. pakietu nr 13 poz. 13

- Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie serwet sterylizowanych tlenkiem etylenu

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

(ZAPYTANIE NR 5)

Pytanie 1 – dot. pakietu nr 9 poz. 5-7

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania opaski elastycznej podtrzymującej o właściwościach kohezyjnych o rozciągliwości min. 80% ?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

(ZAPYTANIE NR 6)

Pytanie 1 – dot. pakietu nr 15 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu równoważnego :

Rękawice chirurgiczne, neoprenowe w kolorze naturalnym, bezpudrowe. Wolne od lateksu i katalizatorów chemicznych, zapobiegające alergiom na lateks (typ I) i substancje chemiczne (typ IV). Jałowe, sterylizowane radiacyjnie (promieniami Gamma). Kształt anatomiczny z zakrzywionymi palcami. Mankiet o rolowanym zakończeniu z niechlorowaną opaską samoprzylepną. Powierzchnia zewnętrzna gładka z wykończeniem z mikroteksturą. Powierzchnia wewnętrzna ułatwiająca zakładanie rękawic zarówno na suchą jak i mokrą dłoń (zawierająca powłokę hydrofobową z hydrofilową substancją aktywowaną w zależności od środowiska). Długość min. 301 mm. Typowa grubość na palcu 0.14 ± 0.03 mm, na dłoni 0.13 ± 0.03 mm, na mankiecie 0.14 ± 0.03 mm. Poziom AQL 0.65. Typowa wartość siły zrywu przed starzeniem min. 11N i po starzeniu min. 12N. Wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kat. III typ B. Rękawice odporne na przenikanie wirusów . Rękawice chroniące przed skażeniem radioaktywnym. Potwierdzony przez producenta brak przebicia rękawicy dla min. 27 cytotatyków przez min. 240 min. oraz Karmustyny do 30 min. Pakowane parami w szczelne opakowania foliowe odporne na wilgoć. Opakowanie zbiorcze po 50 par. Okres trwałości 3 lata.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 2 – dot. pakietu nr 15 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu równoważnego :

Rękawice chirurgiczne ortopedyczne, lateksowe w kolorze brązowym (eliminujący refleks świetlny w polu operacyjnym), bezpudrowe. Jałowe, sterylizowane radiacyjnie (promieniami Gamma). Kształt anatomiczny z zakrzywionymi palcami. Mankiet rolowany z niechlorowaną opaską samoprzylepną. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana na palcach i we wnętrzu dłoni. Powierzchnia wewnętrzna ułatwiająca zakładanie rękawic zarówno na suchą jak i moką dłoń (zawierająca powłokę hydrofobową z hydrofilową substancją aktywowaną w zależności od środowiska). Długość min. 301 mm. Grubość na palcu 0.33 ± 0.03 mm, na dłoni 0.31 ± 0.03 mm, na mankiecie 0.25 ± 0.03 mm. Potwierdzony przez niezależne laboratorium niski poziom protein lateksu $<20\mu\text{g/g}$. Poziom AQL 0.65. Typowa wartość siły zrywu przed starzeniem min. 27N i po starzeniu min. 21N. Wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kat. III typ B. Rękawice odporne na przenikanie wirusów. Potwierdzony przez producenta brak przebicia rękawicy dla min. 27 cytostatyków przez min 240 min. Pakowane parami w szczelne opakowania foliowe odporne na wilgoć. Opakowanie zbiorcze po 50 par. Okres trwałości 3 lata.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3 – dot. pakietu nr 15 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu równoważnego :

Rękawice chirurgiczne do mikrochirurgii, lateksowe w kolorze brązowym (eliminujący refleks świetlny w polu operacyjnym), bezpudrowe. Jałowe, sterylizowane radiacyjnie (promieniami Gamma). Kształt anatomiczny z prostymi palcami. Mankiet prosty z opaską lepłą adhezyjną zapobiegającą zsuwaniu się rękawicy . Powierzchnia zewnętrzna gładka z wykończeniem z mikroteksturą. Powierzchnia wewnętrzna ułatwiająca zakładanie rękawic zarówno na suchą jak i moką dłoń (zawierająca powłokę hydrofobową z hydrofilową substancją aktywowaną w zależności od środowiska). Długość min. 290 mm. Grubość na palcu 0.20 ± 0.02 mm, na dłoni 0.18 ± 0.02 mm, na mankiecie 0.16 ± 0.02 mm. Potwierdzony przez niezależne laboratorium niski poziom protein lateksu max. 10 $\mu\text{g/g}$. Poziom AQL 0.65. Typowa wartość siły zrywu przed starzeniem min. 16N i po starzeniu min. 13N. Wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kat. III typ B. Rękawice odporne na przenikanie wirusów. Potwierdzony przez producenta brak przebicia rękawicy dla min. 17 cytostatyków przez min. 240 min. Pakowane parami w szczelne opakowania foliowe odporne na wilgoć. Opakowanie zbiorcze po 50 par. Okres trwałości 3 lata.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4 – dot. pakietu nr 15 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu równoważnego :

Rękawice chirurgiczne, lateksowe w kolorze naturalnym, bezpudrowe. Jałowe, sterylizowane radiacyjnie (promieniami Gamma). Kształt anatomiczny . Mankiet rolowany . Powierzchnia zewnętrzna gładka z mikroteksturą. Powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana ułatwiająca zakładanie rękawic zarówno na suchą jak i moką dłoń. Długość min. 290 mm. Grubość na palcu 0.22 ± 0.02 mm, na dłoni 0.18 ± 0.03 mm, na mankiecie 0.15 ± 0.02 mm. Potwierdzony przez niezależne laboratorium niski poziom protein lateksu poniżej 10 $\mu\text{g/g}$. Poziom AQL 0.65. Typowa wartość siły zrywu przed starzeniem min. 15N i po starzeniu min. 15N. Wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kat. III typ B. Rękawice odporne na przenikanie wirusów. Potwierdzony przez producenta brak przebicia rękawicy dla min. 17 cytostatyków przez min. 240 min. Pakowane parami w szczelne opakowanie foliowe odporne na wilgoć. Opakowanie zbiorcze po 50 par. Okres trwałości 3 lata.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 5 – dot. pakietu nr 15 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu równoważnego :

Rękawice chirurgiczne, lateksowe w kolorze naturalnym, bezpudrowe. Jałowe, sterylizowane radiacyjnie (promieniami Gamma). Kształt anatomiczny . Mankiet prosty z niechlorowaną opaską samoprzylepną adhezyjną zapobiegającą zsuwaniu się rękawicy. Powierzchnia zewnętrzna gładka z wykończeniem z mikroteksturą . Powierzchnia wewnętrzna ułatwiająca zakładanie rękawic zarówno na suchą jak i moką dłoń (zawierająca powłokę hydrofobową z hydrofilową substancją aktywowaną w zależności od środowiska). Długość min. 290 mm. Grubość na palcu 0.22 ± 0.02 mm, na dłoni 0.20 ± 0.02 mm, na mankiecie 0.20 ± 0.02 mm. Potwierdzony przez niezależne laboratorium niski poziom protein lateksu poniżej 4 $\mu\text{g/g}$. Poziom AQL 0.65. Typowa wartość siły zrywu przed starzeniem min. 15N i po starzeniu min. 15N. Wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kat. III typ B. Rękawice odporne na przenikanie wirusów. Potwierdzony przez producenta brak przebicia rękawicy dla min. 25 cytostatyków przez min. 240 min. Pakowane parami w szczelne opakowanie foliowe odporne na wilgoć. Opakowanie zbiorcze po 50 par. Okres trwałości 3 lata.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 6 – dot. pakietu nr 15 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu równoważnego :

Rękawice chirurgiczne do stosowania w systemie podwójnego zakładania rękawic jako rękawica spodnia, lateksowe w kolorze zielonym (umożliwia identyfikację uszkodzeń rękawicy), bezpudrowe. Jałowe, sterylizowane radiacyjnie (promieniami Gamma). Kształt anatomiczny z zakrzywionymi palcami. Mankiet o prostym zakończeniu z niechlorowaną opaską samoprzylepną. Powierzchnia zewnętrzna gładka z wykończeniem z mikroteksturą. Powierzchnia wewnętrzna z nawilżającą warstwą pielęgnacyjno-ochronną, która zapobiega wysuszeniu i pękaniu skóry, a także ułatwia zakładanie rękawic na sucho i na mokro oraz zmianę w trakcie operacji. Typowa długość min. 290 mm. Grubość typowa na palcu 0.23 ± 0.02 mm, na dłoni 0.21 ± 0.03 mm oraz na mankiecie $0.19 \pm$

0.02 mm. Potwierdzony przez niezależne laboratorium niski poziom protein lateksu max. 10 µg/g. Poziom AQL 0.65. Typowa wartość siły zrywu przed starzeniem min. 16N i po starzeniu min. 13.9N. Wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kat. III typ B. Rękawice odporne na przenikanie wirusów. Potwierdzony przez producenta brak przebicia rękawicy dla min. 27 cytostatyków przez min. 240 min. Pakowane parami w szczelne opakowania foliowe odporne na wilgoć. Opakowanie zbiorcze po 50 par. Okres trwałości 3 lata.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 7 – dot. pakietu nr 15 poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu równoważnego :

Rękawice chirurgiczne, jałowe, z lateksu, w kolorze jasnożółtawy, bezpudrowe, wewnątrznie polimeryzowane, o anatomicznym kształcie, z rolowanym mankietem i z teksturowaną powierzchnią. Długość min. 280 mm. Grubość na palcu 0.19 mm, na dłoni 0.18 mm oraz na mankiecie 0.14. Potwierdzone badaniem w niezależnym laboratorium: niski poziom protein lateksu poniżej 30µg/g oraz siła zrywu przed starzeniem mediana min. 13 N. Poziom AQL 0.65. Wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kat. III typ B. Rękawice odporne na przenikanie wirusów. Pakowane parami w szczelne opakowanie. Opakowanie zbiorcze po 50 par. Okres ważności 5 lat.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 8 – dot. pakietu nr 15 poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu równoważnego :

Rękawice chirurgiczne, jałowe, z lateksu, w kolorze jasnokremowym, pudrowane, o anatomicznym kształcie, z rolowanym mankietem i lekko teksturowaną powierzchnią. Długość min. 280 mm.

Grubość na palcu 0.20 mm, na dłoni 0.18 mm oraz na mankiecie 0.14 mm. Potwierdzone badaniem w niezależnym laboratorium: niski poziom protein lateksu poniżej 30 µg/g oraz siła zrywu przed starzeniem mediana min. 14 N i po starzeniu mediana min. 12 N. Poziom AQL 0.65. Wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kat. III typ B. Rękawice odporne na przenikanie wirusów. Pakowane parami w szczelne opakowanie. Opakowanie zbiorcze po 50 par. Okres ważności 5 lat.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 9 – dot. pakietu nr 15 poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu równoważnego :

Rękawice neoprenowe w kolorze zielonym, wolne od lateksu i katalizatorów chemicznych, zapobiegające alergiom na lateks (typ I) i substancje chemiczne (typ IV), bezpudrowe. Jałowe, sterylizowane radiacyjnie (promieniami Gamma). Kształt anatomiczny z zakrzywionymi palcami. Mankiet o prostym zakończeniu z niechlorowaną opaską samoprzylepną. Powierzchnia zewnętrzna gładka z wykończeniem z mikroteksturą. Powierzchnia wewnętrzna ułatwiająca zakładanie rękawic zarówno na suchą jak i mokrą dłoń (zawierająca powłokę hydrofobową z hydrofilową substancją aktywowaną w zależności od środowiska). Długość min. 295 mm. Grubość na palcu min. 0.19+/-0,02 mm, na dłoni min. 0.18+/-0,02 mm, na mankiecie min. 0.15+/-0,02 mm. Poziom AQL 0.65. Środek ochrony indywidualnej kat. III typ A (zapewniające najwyższą ochronę przed substancjami chemicznymi). Rękawice odporne na przenikanie wirusów. Potwierdzony przez producenta brak przebicia rękawicy dla min. 25 cytostatyków przez min. 240 min. oraz Karmustyny do 30 min. Rękawice chroniące przed skażeniem radioaktywnym. Pakowane parami w szczelne opakowania foliowe odporne na wilgoć. Opakowanie zbiorcze po 10 par. Okres trwałości 3 lata.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 10 – dot. pakietu nr 15 poz. 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu równoważnego :

Rękawice chirurgiczne, jałowe, syntetyczne , w kolorze zielonym, bezpudrowe, wewnątrznie polimeryzowane, o anatomicznym kształcie, z rolowanym mankietem i powierzchnią zewnętrzną gładką z wykończeniem z mikroteksturą. Rękawice o zwiększonej wrażliwości dotykowej, stosowane jako rękawica spodnia w systemie podwójnym lub do mikrochirurgii. Długość min. 280 mm. Grubość na palcu 0,20±0,02 mm, na dłoni min. 0,14 mm, na mankiecie min. 0,13 mm. Siła zrywu przed starzeniem i po starzeniu min. 10N (potwierdzone badaniem niezależnym). AQL 0.65(potwierdzone badaniem niezależnym). Wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kat. III typ B. Rękawice odporne na przenikanie wirusów. Rękawice zapobiegające alergiom -wolne od szkodliwych akceleratorów chemicznych (potwierdzone niezależnym badaniem). Pakowane parami w szczelne opakowanie foliowe odporne na wilgoć. Opakowanie zbiorcze po 50 par. Okres ważności 3 lata.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 11 – dot. pakietu nr 15 poz. 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu równoważnego :

Rękawice chirurgiczne, jałowe, syntetyczne z elastomeru, w kolorze białym, bezpudrowe, wewnątrznie polimeryzowane, o anatomicznym kształcie, z rolowanym mankietem i powierzchnią mikroteksturowaną. Długość typowa min. 280 mm. Typowa grubość na palcu 0,23±0,02 mm, na dłoni min. 0,18 mm, na mankiecie min. 0,17 mm. Siła zrywu przed starzeniem min. 14N i po starzeniu min. 13N (potwierdzone badaniem niezależnym). AQL 0.65 (potwierdzone badaniem niezależnym). Wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kat. III typ B. Rękawice odporne na przenikanie wirusów. Potwierdzone badaniem z niezależnego laboratorium brak przebicia rękawicy dla min. 17 cytostatyków przez min. 240 min. Rękawice zapobiegające alergiom -wolne od

szkodliwych akceleratorów chemicznych (potwierdzone niezależnym badaniem). Pakowane parami w szczelne opakowanie foliowe odporne na wilgoć. Opakowanie zbiorcze po 50 par. Okres ważności 3 lata.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

(ZAPYTANIE NR 7)

Pytanie 1 – dot. projektu umowy paragraf 7

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1, 3:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań umownych:

c) w przypadku nie złożenia w terminie informacji, wymaganych zapisami § 2 ust. 10 niniejszej umowy, w wysokości 50 zł za każdy przypadek.

3. Za odstąpienie lub wypowiedzenie od umowy z winy Strony przeciwnej – obie Strony zastrzegają możliwość żądania kary umownej w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów.

(ZAPYTANIE NR 8)

Pytanie 1 – dot. pakietu nr 22 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szew o długości nici 75 cm ? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 2 – dot. pakietu nr 22 poz. 19

Czy Zamawiający dopuści szew na pętli w opakowaniu standardowym czyli nić nawinięta w ósemkę na papierowy nośnik ? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

(ZAPYTANIE NR 9)

Pytanie 1 – dot. pakietu nr 5 poz. 1-5

Czy zamawiający wydzieli poz.1-5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z pakietu.

Pytanie 2 – dot. pakietu nr 5 poz. 1-5

Czy zamawiający oczekuje wyceny za 1 szt. = 1 opakowanie?

Odp. Tak, Zamawiający oczekuje wyceny za 1szt. = 1 opakowanie.

Pytanie 3 – dot. pakietu nr 10 poz. 22

Czy zamawiający wydzieli poz.22 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z pakietu.

Pytanie 4 – dot. pakietu nr 10 poz. 22

Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 5 – dot. pakietu nr 13 poz. 1-2

Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, , które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych.

Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia

Odp. Zamawiający dopuszcza metodę sterylizacji tlenkiem etylenu pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 6 – dot. pakietu nr 13 poz. 1-2

Czy zamawiający dopuści opakowanie typu blister papier-foli, bez opakowania pośredniego, bez etykiety pośredniej, zbiorczo pakowane w karton?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że zbiorcze opakowanie będzie nie większe niż 100szt.

Pytanie 7 – dot. pakietu nr 13 poz. 3, 4, 7, 10

Z dniem wejścia w życie rozporządzenia MDR produkty winny spełniać nałożone jej treścią wymogi, zgodnie z tym prosimy o odstąpienie od wymogu klasy II a reg.7 i dopuszczenie klasy I reg. 4, w przeciwnym razie prosimy o uzasadnienie podjętej decyzji. W związku z powyższym, czy zamawiający dopuści w pozycji wyroby z gazy niejałowej - sklasyfikowane w klasie I reg.4, gdyż zgodnie z normą MDR produkty gazowe niejałowe wcześniej sklasyfikowane w klasie IIa reg. 7 aktualnie zostały zaszeregowane do klasy I reg. 4?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaklasyfikowanie produktów do klasy I reg. 4 tylko w poz. nr 3 pakietu 13. Pozostałe pozycje pozostają bez zmian.

Pytanie 8 – dot. pakietu nr 13 poz. 3

Czy zamawiający dopuszcza opakowanie papierowe, gaza w rolce po 100 mb?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 9 – dot. pakietu nr 13 poz. 4-11

Czy zamawiający dopuści kompresy o wykoju 19 cm x 38 cm dla rozmiaru 10 cm x 10 cm ; o wykoju 14,5 cm x 28,5 cm dla rozmiaru 7,5 cm x 7,5 cm, o wykoju 9,5 cm x 18,5 cm; dla rozmiaru 5 cm x 5 cm ?

Odp. Zamawiający dopuszcza podane wymiary tylko w poz. nr 7 pakietu 13 pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

Pytanie 10 – dot. pakietu nr 13 poz. 5, 8, 11

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie `a 3 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 11 – dot. pakietu nr 13 poz. 12

Czy zamawiający dopuści kompresy z brzegami podwijanymi z dwóch stron?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 12 – dot. pakietu nr 13 poz. 12-13

Czy zamawiający wydzieli poz.12-13 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwiał. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z pakietu.

(ZAPYTANIE NR 10)

Pytanie 1 – dot. pakietu nr 5 poz. 6-7

Czy Zamawiający dopuści poliuretanową folię operacyjną o grubości 0,03mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2 – dot. pakietu nr 5 poz. 6-7

Czy Zamawiający dopuści folie w opakowaniu folia-papier?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3 – dot. pakietu nr 5 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści folie w rozmiarze 40x42cm o powierzchni lepnej 40x36cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 4 – dot. pakietu nr 5 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści folie w rozmiarze 15x28cm o powierzchni lepnej 15x22cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 5 – dot. pakietu nr 5 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści folie w opakowaniu zbiorczym a'20szt?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 6 – dot. pakietu nr 5 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści folie w opakowaniu zbiorczym a'40szt?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 7 – dot. pakietu nr 8 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści tufery 12cm x 12cm typu rożek, pakowane a'5szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 8 – dot. pakietu nr 8 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści tufery 15cm x 15cm typu kula?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 9 – dot. pakietu nr 8 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści tufery pakowane a'10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 10 – dot. pakietu nr 8 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści tufery typu kula 15x15cm z nitką rtg, pakowane a'250szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 11 – dot. pakietu nr 8 poz. 6-8

Czy Zamawiający dopuści setony pakowane a'25szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 12 – dot. pakietu nr 8 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=25szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 13 – dot. pakietu nr 8 poz. 12-14

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z dwuwarstwowego laminatu?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 14 – dot. pakietu nr 8 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x60cm z otworem o średnicy 6cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 15 – dot. pakietu nr 8 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x45cm z otworem o średnicy 6cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 16 – dot. pakietu nr 8 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x45cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 17 – dot. pakietu nr 8 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75x90cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 18 – dot. pakietu nr 8 poz. 16

Czy Zamawiający dopuszcza zestaw o poniższym składzie, zapakowany w rękaw papierowo-foliowy, z dołączonym pojemnikiem 3-komorowym w ramach blistra oraz mogącym służyć jako pojemnik na płyny bądź odpady powstające podczas zabiegu:

1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 70cm 2-warstwowa, z warstwą celulozową

1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 75cm 2-warstwowa, z centralnym otworem przyklepnym o śr. 7cm

3 x Tupfer z gazy bez nitki RTG, 17N 20cm x 20cm

5 x Kompres z włókniny 30G 4W 7,5cm x 7,5cm

1 x Pęseta plastikowa 13cm niebieska

1 x Pęseta chirurgiczna 1x2 ząbki metalowa 14cm

1 x Igłotrzymacz MAYO-HEGAR metalowy 12,5cm

1 x Nożyczki IRIS proste metalowe 11,5cm

1 x Pojemnik PP 3-komorowy 19,5cm x 13cm x 3,5cm, przezroczysty?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 19 – dot. pakietu nr 8 poz. 20, 24

Czy Zamawiający dopuści opaskę elastyczną o składzie: 55% przędzy bawełnianej, 43% przędzy poliamidowej, 2% spandex?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 20 – dot. pakietu nr 8 poz. 20

Czy Zamawiający dopuści opaskę elastyczną o masie 30g?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 21 – dot. pakietu nr 8 poz. 21

Czy Zamawiający dopuści opaski dziane o masie 3,5g?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 22 – dot. pakietu nr 8 poz. 21

Czy Zamawiający dopuści opaski dziane o masie 3,5g?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 23 – dot. pakietu nr 8 poz. 22

Czy Zamawiający dopuści opaski dziane o masie 7,3g?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 24 – dot. pakietu nr 8 poz. 23

Czy Zamawiający dopuści opaski dziane o masie 10,1g?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 25 – dot. pakietu nr 8 poz. 24

Czy Zamawiający dopuści opaskę elastyczną o masie 37g?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 26 – dot. pakietu nr 8 poz. 25-26

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe nawinięte na plastikowy trzpień typu krzyżak?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 27 – dot. pakietu nr 8 poz. 25-26

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie modelowania do 3 minut, i czasie wiązania do 3minut?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 28 – dot. pakietu nr 8 poz. 25-26

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o zawartości gipsu min 94%?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 29 – dot. pakietu nr 8 poz. 25-26

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe na nośniku z gazy bawełnianej 20nitkowej?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 30 – dot. pakietu nr 9 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 31 – dot. pakietu nr 9 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści nieprzylepny, wysokochłonny opatrunek z alginianu wapnia, karboksymetylocelulozy oraz kompleksem srebra jonowego; możliwość docięcia nożyczkami; działanie hemostatyczne - zdolność do zatrzymywania niewielkich krwawień; wskazany w zakresie ran o różnej wielkości, kształcie i głębokości ze średnim lub dużym wysiękiem w rozmiarze 10x10cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 32 – dot. pakietu nr 9 poz. 5-7

Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne o właściwościach kohezyjnych o rozciągliwości min. 60%?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 33 – dot. pakietu nr 9 poz. 8-9

Czy Zamawiający dopuści opatrunek z siatki bawełnianej impregnowanej parafiną?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 34 – dot. pakietu nr 9 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 15x20cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 35 – dot. pakietu nr 9 poz. 11-13

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 40g/m²?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 36 – dot. pakietu nr 9 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x60cm z otworem?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 37 – dot. pakietu nr 9 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 38 – dot. pakietu nr 9 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści tampony z celulozy pakowane 2 x 500szt, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 39 – dot. pakietu nr 13 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wykroju 11,5x19cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 40 – dot. pakietu nr 13 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wykroju 16x19cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 41 – dot. pakietu nr 13 poz. 6,9

Czy Zamawiający dopuści kompresy sterylizowane tlenkiem etylenu?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 42 – dot. pakietu nr 13 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wykroju 12x19cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 43 – dot. pakietu nr 13 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wykroju 17,5x28,5cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 44 – dot. pakietu nr 13 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wykroju 18x28,5cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 45 – dot. pakietu nr 13 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wykroju 17,5x30,5cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 46 – dot. pakietu nr 13 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści kompresy o czasie tonięcia <10 sekund?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 47 – dot. pakietu nr 13 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 48 – dot. pakietu nr 13 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wykroju 22,5 x 38cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 49 – dot. pakietu nr 13 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści kompresy 8 warstwowe?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 50 – dot. pakietu nr 14 poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści przylepiec o paro przepuszczalności >500 gm/sqm/24h?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 51 – dot. pakietu nr 14 poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści siłę zrywającą 1,0-5,0 N/cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 52 – dot. pakietu nr 14 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści przylepiec na tkaninie elastycznej 100% bawełna z wkładem chłonnym o składzie: 70% wiskoza i 30% polipropylen?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 53 – dot. pakietu nr 14 poz. 4-5

Czy Zamawiający dopuści przylepiec o paro przepuszczalności >500 gm/sqm/24h?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 54 – dot. pakietu nr 14 poz. 4-5

Czy Zamawiający dopuści siłę zrywającą 1,0-5,0 N/cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

(ZAPYTANIE NR 11)

Pytanie 1 – dot. pakietu nr 7 poz. 18

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku o wymiarach 7,5x10cm. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 2 – dot. pakietu nr 7 poz. 20

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku pakowanego po 150 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

(ZAPYTANIE NR 12)

Pytanie 1 – dot. pakietu nr 8 poz. 9

Czy Zamawiający miał na myśli rozmiar 2m x1cm, jeśli tak to czy dopuści opakowanie a 200 szt? Cena zostanie podana za 1 szt.

Odp. Tak, Zamawiający miał na myśli rozmiar 2m*1cm i dopuszcza opakowanie 200szt. pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 2 – dot. pakietu nr 8 poz. 9

Czy Zamawiający miał na myśli rozmiar 2mx10cm?

Odp. Nie, Zamawiający miał na myśli rozmiar 2m*1cm.

Pytanie 3 – dot. pakietu nr 8 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści zestaw, w którym pęseta metalowa chirurgiczna ma 12,5 cm (a nie 12 cm).Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 4 – dot. pakietu nr 8 poz. 17

Czy Zamawiający dopuści zestaw z nerką plastikową? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 5 – dot. pakietu nr 8 poz. 18

Czy Zamawiający dopuści maski medyczne typu II, zgodne z wymaganiami normy PN-EN14683:2019, poziomem filtracji minimum 98% BFE, ciśnieniem różnicowym 25 Pa/cm² +/-5 Pa/cm² i czystością mikrobiologiczną na poziomie maximum 30 Cfu/g zgodnie z normą PN-EN ISO 11737-1? Szczególnie ważne jest ciśnienie różnicowe, które na poziomie 25 Pa/cm² daje gwarancję swobody w oddychaniu, co pozwala na zachowanie pełnego komfortu pracy przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa użytkownika.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 6 – dot. pakietu nr 8 poz. 19

Czy Zamawiający dopuści mokre ręczniki do mycia pacjenta, które mają przyjazne dla skóry pH 5,5, wzbogacone wyciągiem z alantoiną i witaminą E. Delikatnie oczyszczają skórę, łagodzą podrażnienia. Nie zawierają parabenów, alkoholu i kompozycji zapachowych. Duża powierzchnia umożliwi proste i szybkie utrzymanie higieny przez cały dzień. Rozmiar: 20x30 cm Składniki aktywne: alantoina, witamina E. Asortyment obecnie dostarczany do Państwa szpitala.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 7 – dot. pakietu nr 8 poz. 20

Czy Zamawiający dopuści opaskę o zbliżonych parametrach:

Skład: 65,2% bawełna, 30,8% jedwab poliamidowy,4% nić elastomerowa,

Elastyczność min. 95%

Waga: min. 31 g

Opakowanie foliowe

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 8 – dot. pakietu nr 8 poz. 24

Czy Zamawiający dopuści opakowanie foliowe?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 9 – dot. pakietu nr 8 poz. 25-26

Czy Zamawiający dopuści opaski o następującej charakterystyce:

opaska gipsowa szybkowiążąca na perforowanym tubusie z tworzywa sztucznego, czas modelowania 3min – 3 min. 30 s, czas wiązania 5 min, op.a2szt. Minimalna zawartość gipsu naturalnego 95%, gaza bawełniana 17 nitkowa 23g/m², ilość gipsu wypłukiwana podczas namaczania 0,8%, ilość nie związanego z opaską proszku nie przekracza 0,5%.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 10 – dot. pakietu nr 13 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści gazę w klasie I, reguła 4?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 11 – dot. pakietu nr 13 poz. 5, 6, 8, 9, 11, 12

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane w opakowanie papierowo –foliowe typu blister?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 12 – dot. pakietu nr 13 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane w opakowanie papierowo –foliowe typu blister, których karton zbiorczy to 300 op, z możliwością zamawiania dowolnej ilości opakowań.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 13 – dot. pakietu nr 13 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane w opakowanie papierowo –foliowe typu blister, pakowane po 2 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości? Karton zbiorczy to 300 op, z możliwością zamawiania dowolnej ilości opakowań.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 14 – dot. pakietu nr 13 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane w opakowanie papierowo –foliowe typu blister,? Karton zbiorczy to 500 op, z możliwością zamawiania dowolnej ilości opakowań.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 15 – dot. pakietu nr 13 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane w opakowanie papierowo –foliowe typu blister? Karton zbiorczy to 350 op, z możliwością zamawiania dowolnej ilości opakowań.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 16 – dot. pakietu nr 13 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane w opakowanie papierowo –foliowe typu blister, pakowane po 2 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości? Karton zbiorczy to 300 op, z możliwością zamawiania dowolnej ilości opakowań.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 17 – dot. pakietu nr 13 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane w opakowanie papierowo –foliowe typu blister, pakowane po 3 szt? Karton zbiorczy to 500 op, z możliwością zamawiania dowolnej ilości opakowań.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 18 – dot. pakietu nr 13 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane w opakowanie papierowo –foliowe typu blister, pakowane po 10 szt? Karton zbiorczy to 100 op, (bez dodatkowego opakowania foliowego kartonu zbiorczego) z możliwością zamawiania dowolnej ilości opakowań.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ

Z poważaniem,

Karina Suttor

Specjalista ds.
Zamówień Publicznych

DYREKTOR
Wielospecjalistycznego Szpitala
- Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
Zofia Barczyk

Otrzymują:

- 1) Dedykowana Platforma Zakupowa https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_zgorzelec
- 2) A/a

Sprawę prowadzi: Karina Suttor; e-mail: zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl