

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19



GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY

IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO
UNIwersytetu Medycznego Im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. Polna33, 60-535 Poznań, NIP: 781-16-21-484, REGON: 000288840, KRS: 0000002866

Poznań, 02.10.2023r.

Oznaczenie sprawy: TP-112/23

Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę aparatury medycznej w ramach projektu POiŚ (2 części)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Dotyczy: część nr 1 - Nawilżacz do respiratorów (26 szt.)

Pytanie 1, pkt.9:

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności wysokiej klasy nawilżacz do respiratorów o wymiarach maksymalnych 175x145x200 mm ?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2, pkt.10:

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności wysokiej klasy nawilżacz do respiratorów o wadze urządzenia maksymalnie 3,5 kg ?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3, pkt.12:

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności wysokiej klasy nawilżacz do respiratorów z zalecanym przepływem 2-80 l/min ale z możliwością pracy w szerszym zakresie przepływów ?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.



GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO
UNIwersytetu Medycznego Im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

kontakt: office@gpsk.ump.edu.pl

KONTO BANKOWE BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 37 1130 1088 0001 3124 0720 0002



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Pytanie 4, pkt.13:

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności wysokiej klasy nawilżacz do respiratorów z zakresem temperatury: w trybie inwazyjnym (IV) 36-40°C, w trybie nieinwazyjnym (NIV) 34-39°C oraz dodatkowym trybie użytkownika do stosowania (IV/INV) w zakresie 28-40°C?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy: część nr 2 – Nawilżacz do respiratorów (10 szt.)

Pytanie 5, pkt.32:

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności wysokiej klasy nawilżacz do respiratorów z czytelny kolorowym ekranem obsługiwany za pomocą klawiszy funkcyjnych dla każdej grupy pacjentów w tym dla noworodków ?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 6, pkt.33:

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności wysokiej klasy nawilżacz do respiratorów z zalecanym przepływem 2-80 l/min ale z możliwością pracy w szerszym zakresie przepływów ?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

(podpis Zamawiającego)