



wielkopolskie centrum onkologii

Poznań, dnia 2023-09-06

EZ/350/94/2023/...

Wg rozdzielnika

Do wszystkich zainteresowanych i uczestników

Dotyczy: 94/2023 Zakup i dostawa środków myjąco - dezynfekujących do endoskopów giętkich

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

poz.1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do maszynowego mycia narzędzi oraz wyrobów medycznych w tym endoskopów giętkich, oprzyrządowania anestezjologicznego, na bazie niejonowych związków powierzchniowo czynnych, enzymów, glikoli konserwujących i inhibitorów korozji, działającego w stężeniu 0,5%, o pH koncentratu 6-7,5, wyrób medyczny, w opakowaniach a 5l?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza preparatów opisanych w pytaniu do SWZ. Zamawiający uruchomił nowe myjnie do mycia i dezynfekcji endoskopów giętkich firmy Olympus, posiadające 2 lata gwarancji. Gwarancja udzielona pod warunkiem stosowania środków eksploatacyjnych oferowanych przez firmę Olympus. Zamawiający nie wyklucza dopuszczenia do oceny środków zaoferowanych przez oferenta po okresie gwarancji na w/w myjnie.

poz.2. Czy Zamawiający dopuści do oceny dwukomponentowy płyn na bazie kwasu nadoctowego do automatycznego reprocessowania endoskopów giętkich. Oferowany produkt może być używany do endoskopów wszystkich wiodących producentów np.: Fujinon, Olympus, Karl Storz, Richard Wolf. Spektrum działania: B; Tbc, F, V, S. Skład: 100 g produktu typu „base” zawiera: 5g kwasu nadoctowego, nadtlenek wodoru, kwas octowy. preparat używany w stężeniu 1%. Produkt do stosowania z preparatem typu „additive” opisanym poniżej (w poz.3). Wyrób medyczny, produkt „typu baza”, opakowanie handlowe 2 x 4L z roztworem bazowym, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza preparatów opisanych w pytaniu do SWZ. Zamawiający uruchomił nowe myjnie do mycia i dezynfekcji endoskopów giętkich firmy Olympus, posiadające 2 lata gwarancji. Gwarancja udzielona pod warunkiem stosowania środków eksploatacyjnych oferowanych przez firmę Olympus. Zamawiający nie wyklucza dopuszczenia do oceny środków zaoferowanych przez oferenta po okresie gwarancji na w/w myjnie.

Poz.3. Czy Zamawiający dopuści środek aktywujący /aktywator/. Skład produktu „typu additive” zawiera: wodorotlenek potasu, fosforany, inhibitor korozji. Preparat używany w stężeniu 1%. Produkt do stosowania z preparatem typu „base” opisanym powyżej (w poz.2) Wyrób medyczny, produkt „typu additive”, opakowanie handlowe 2 x 5L z roztworem bazowym, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza preparatów opisanych w pytaniu do SWZ. Zamawiający uruchomił nowe myjnie do mycia i dezynfekcji endoskopów giętkich firmy Olympus, posiadające 2 lata gwarancji. Gwarancja udzielona pod warunkiem stosowania środków eksploatacyjnych oferowanych przez firmę Olympus. Zamawiający nie wyklucza dopuszczenia do oceny środków zaoferowanych przez oferenta po okresie gwarancji na w/w myjnie.

Z poważaniem, Wielkopolskie Centrum Onkologii
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych


mgr inż. Magdalena Kraszewska

Kierownik Działu
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia


mgr Marcin Schneider