



Kraków, dn. 15.07.2022r.

wg rozdzielnika

NR POSTĘPOWANIA: DZP.271-19/22

Przetarg nieograniczony pn. „Dostawa sprzętu medycznego”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA_3

I. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. ze zm.) udziela odpowiedzi na następujące pytania:

PYTANIA XII

Pakiet 12: Kardiomonitor transportowy – 1 szt.

1. Pkt 24, Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z pomiarem tętna w zakresie 25-240 /min.? Oferowany przez nas zakres pomiaru jest w praktyce w stu procentach wystarczający. Maksymalny pomiar rytmu serca 240 jest bardzo rzadko osiągalny w rzadkich przypadkach niewydolności serca i układu krążenia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2. Pkt 33, Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z pomiarem tętna w zakresie 25-300 /min.? Jest to parametr nieznacznie różniący się do wymaganego zakresu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIA XIII

Dotyczy: Pakiet nr 11 - Sonda przezprzełykowa do badań USG kardiologicznych– Głowica przezprzełykowa typ I I

Pytanie 1

Dot. wzoru umowy, § 10, ust. 1

Zwracamy się z prośbą o obniżenie kar umownych z tytułu nieterminowej dostawy przedmiotu zamówienia do powszechnie stosowanego poziomu 0,1-0,2%. Przewidziana przez Zamawiającego kara na poziomie 2% jest w naszej opinii zbyt wygórowana w stosunku do realnej szkody jaką mógłby ponieść Zamawiający z tytułu nieterminowej dostawy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraził zgodę na obniżenie kary umownej w odniesieniu do § 10 ust. 1 załącznika nr 4 do SWZ – wzór umowy, pismem z dnia 12.07.2022r. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na stronie internetowej prowadzonego postępowania.



Pytanie 2

Dot. wzoru umowy, § 10, ust. 2, pkt a oraz b

Zwracamy się z prośbą o obniżenie kar umownych z tytułu zwłoki w usunięciu wady lub usterki w okresie gwarancji/rękojmi oraz w przystąpieniu do realizacji naprawy gwarancyjnej w terminie określonym w § 5 ust.6 do powszechnie stosowanego poziomu 0,1-0,2%. Przewidziana przez Zamawiającego kara na poziomie 2% jest w naszej opinii zbyt wygórowana w stosunku do realnej szkody jaką mógłby ponieść Zamawiający z tytułu nieterminowej naprawy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraził zgodę na obniżenie kary umownej w odniesieniu do § 10 ust. 2 załącznika nr 4 do SWZ – wzór umowy, pismem z dnia 12.07.2022r. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pytanie 3

Dot. wzoru umowy, § 10, ust. 2, pkt a oraz b

Zwracamy się z prośbą o rezygnację z naliczania kar umownych z tytułu zwłoki w usunięciu wady lub usterki w okresie gwarancji/rękojmi oraz w przystąpieniu do realizacji naprawy gwarancyjnej w terminie określonym w § 5 ust.6 w przypadku zapewnienia przez Wykonawcę głowicy zastępczej na czas przedłużającej się naprawy.

Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje § 5 ust. 7 załącznika nr 4 do SWZ – wzór umowy i nadaje mu następujące brzmienie:

„Czas zakończenia naprawy od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu będzie wynosił:

- a) do 7 dni bez konieczności sprowadzenia części zamiennych;**
- b) do 14 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części;**
- c) do 21 dni, jednakże tylko w uzasadnionych przypadkach, o czym Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego na piśmie (dotyczy Pakietu nr 4,7,11).”**

PYTANIA XIV

Pytanie 1, § 5 , pkt 6

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji do 72h od dnia otrzymania zgłoszenia?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. W związku z tym Zamawiający modyfikuje §5 ust. 6 załącznika nr 4 do SWZ – wzór umowy, który otrzymuje brzmienie :

„Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia naprawy sprzętu w ciągu:

a) 48 godzin (dotyczy pakietu nr 1-5,7-9,11,12)

b) 72 godzin (dotyczy pakietu nr 6,10,13)

od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.”

Pytanie 2, § 5 , pkt 10

Czy zamawiający wyrazi na dostarczenia sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż sprzęt zastępowany w przypadku gdy naprawa sprzętu będzie trwała dłużej niż 10 dni roboczych, do czasu zakończenia naprawy gwarancyjnej? Dostarczanie sprzętu do 48h od zgłoszenia bez zdiagnozowania usterki, często może być nie zasadne i generować ogromne koszty.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na następującą modyfikację §5 ust. 10 załącznika nr 4 do SWZ – wzór umowy, który otrzymuje brzmienie:



„W przypadku awarii, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż sprzęt zastępowany w ciągu:

a) 48 godzin (dotyczy pakietu nr 2,4,7,8,11,12);

b) 7 dni (dotyczy pakietu nr 6,10,13);

od momentu otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu do czasu zakończenia naprawy gwarancyjnej.”

Pytanie 3, § 10 , pkt 2, a), b) oraz c)

Czy zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych dla punktu a), b) oraz c) do 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki? Obecna kara jest rażąco wysoka w stosunku do rynkowych wartości kar w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraził zgodę na obniżenie kary umownej w odniesieniu do § 10 ust. 2 załącznika nr 4 do SWZ – wzór umowy, pismem z dnia 12.07.2022r. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Odpowiedzi do pytań i zmiana treści SWZ wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Otrzymują:

- ✓ strona internetowa prowadzonego postępowania
- ✓ a/a