



ISO 9001
ISO 14001
ISO/IEC 27001
ISO 45001
ISO 22000

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

www.biziel.umk.pl e-mail: kancelaria@biziel.pl tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31
NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Bydgoszcz, dnia 19.03.2024

NZZ/13/P/24

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:
Dostawa sprzętu i aparatury medycznej

Wszyscy Wykonawcy

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 135 ust. 1, 2 i 6 oraz art. 137 ust 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, w związku z pytaniami zadanymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ww. sprawie, Zamawiający udziela odpowiedzi/wyjaśnień oraz zmienia treść SWZ

Pytanie 1

Pakiet nr 5

Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności, w zakresie poz. 1-30, materacy o poniższych parametrach:

- Materac przeznaczony do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie według skali IV stopniowej u pacjentów o wadze do 230 kg
- Materac kładziony bezpośrednio na leże łóżka
- Rozmiar materaca 85 x 200 cm, wysokość 20 cm
- Komory materaca nylonowo – poliuretanowe
- Materac składający się z 20 komór
- Komory materaca podzielone na 3 sekcje, możliwość wymiany całej sekcji
- Wbudowany powietrzny materac bezpieczeństwa
- Zawór CPR zintegrowany ze złączem przewodu powietrznego
- Obniżona komory w sekcji pięt w celu dodatkowej redukcji ucisku na tym obszarze
- Pokrowiec materaca wyposażony w tunel zabezpieczający przewód zasilający
- Materac posiadający trwałe oznaczenie w postaci etykiety umieszczonej na złączu CPR materaca zawierającej informacje na temat materaca, co najmniej: model materaca, wymiary materaca, dopuszczalna waga użytkownika.
- Pokrowiec zawierający trwałe oznaczenie w postaci wszytej etykiety zawierającej informacje na temat pokrowca, co najmniej: wymiar pokrowca, datę produkcji, instrukcję prania pokrowca.
- Materac wyposażony miękki, elastyczny pokrowiec zewnętrzny, paroprzepuszczalny, składający się z górnej warstwy o gramaturze min. 170 gr/m² wykonanej z tkaniny poliestrowej pokrytej poliuretanem o przepuszczalności pary wodnej na poziomie min. 600 gr/m²/24H oraz dolnej antypoślizgowej warstwy, przeznaczony do prania w temp. 95°C i suszenia w suszarce, przystosowany do dezynfekcji powierzchniowej oraz czyszczenia środkami na bazie alkoholu ze środkami powierzchniowo czynnymi lub bez nich albo środkami na bazie roztworu chloru lub nadtlenu wodoru o maksymalnym stężeniu do 10000 ppm/1%.
- Komory materaca, przewody oraz moduł CPR przystosowane do czyszczenia środkami na bazie roztworu zawierającego alkohol z substancjami powierzchniowo czynnymi lub bez takich substancji, substancje utleniające, chlor w stężeniu maksymalnie 10 000 ppm/1% lub nadtlenek wodoru w stężeniu maksymalnie 10 000 ppm/1%
- W przypadku awarii zasilania materac pozostaje w pełni napompowany bez wycieku powietrza
- Cyfrowa pompa z łatwym w obsłudze panelem sterowania wyposażonym w:
 - * funkcja blokady panelu
 - * przycisk funkcji maksymalnego wypełnienia z indykatorem aktywacji
 - * przycisk funkcji wyciszenia alarmu dźwiękowego z indykatorem aktywacji
 - * diodowy wskaźnik odłączenia zaworu CPR
 - * diodowy wskaźnik wystąpienia błędu
 - * diodowy wskaźnik kodu błędu
 - * funkcja trybu naprzemiennego i stałego
 - * przycisk ustawienia komfortu
- 3 tryby pracy: tryb terapeutyczny zmiennociśnieniowy, tryb terapeutyczny statyczny niskociśnieniowy, tryb statyczny pielęgnacyjny z automatycznym powrotem do trybu terapeutycznego po 20 min.



ISO 9001
ISO 14001
ISO/IEC 27001
ISO 45001
ISO 22000

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

www.biziel.umk.pl e-mail: kancelaria@biziel.pl tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

-Dwa tryby transportowe realizowane poprzez zamknięcie przewodu materaca za pomocą zintegrowanej pokrywy lub wyjęcie zasilacza z gniazdka ściennego i pozostawieniu jednostki sterującej wiszącej na szczycie łóżka, w obu przypadkach materac pozostanie napompowany przez co najmniej 12 godzin.

-Czas trwania cyklu w trybach dynamicznych regulowany: 10, 15, 20 lub 25 min

-Pompa wyposażona w funkcję 2 stopniowej korekty/zwiększenia poziomu ciśnienia w komorach, realizowana na podstawie automatycznego ustawienia dokonywanego przez pompę zgodnie z masą użytkownika – wykorzystywana w celu lepszego dostosowania komfortu do potrzeb pacjenta lub w sytuacji, gdy tylko część materaca znajduje się pod obciążeniem, na przykład u osób po amputacji kończyn.

-Pompa wolna od wibracji, charakteryzująca się bardzo cichą pracą max. 25 dbA (pomiar wg. EN ISO 11201)

-Pompa odporna na zalanie na poziomie minimum IP42

-Maksymalna waga pompy 1,7 kg

-Pompa zasilana niskim napięciem - max 12V za pomocą dedykowanego zasilacza zewnętrznego 100–240 V / 50–60 Hz / 0,6 A

-Pompa przystosowana do zawieszenia na szczycie łóżka – wyposażona w uchwyty pokryte tworzywem z regulacją rozstawu

-Dźwiękowy i wizualny alarm niskiego ciśnienia, wysokiego ciśnienia, wysokiej temperatury systemu, nieprawidłowego zasilania, wizualny alarm nieszczelności ze wskazaniem sekcji

-Możliwość wyciszenia alarmu dedykowanym przyciskiem, wstrzymanie alarmu dźwiękowego na 5 minut

-Wbudowany w pompę filtr powietrza

-Jednostka sterująca przystosowana do dezynfekcji powierzchniowej oraz czyszczenia środkami na bazie alkoholu ze środkami powierzchniowo czynnymi lub bez nich albo środkami na bazie roztworu chloru lub nadtlenku wodoru o maksymalnym stężeniu 10000 ppm/1%.

-Pompa przeznaczona do współpracy z kilkoma typami dedykowanych materaców przeciwoleżynowych w formie nakładki i kładzionych bezpośrednio

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 2

Dotyczy zadania nr 6 i 8

Czy Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych z tytułu nieterminowej naprawy gwarancyjnej w przypadku, kiedy wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy o tej samej funkcjonalności?

Odpowiedź:

Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych z tytułu nieterminowej naprawy gwarancyjnej w przypadku, kiedy wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy o tej samej funkcjonalności – **dotyczy wszystkich zadań**

Pytanie 3

Dotyczy zadania nr 6 i 8

Czy w celu umiarkowania kar umownych Zamawiający obniży wysokość kary, o której mowa we wzorze umowy §3 ust.6.a z 2% na 1%?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 4

Dotyczy zadania nr 6 i 8

Prosimy o potwierdzenie, że udzielana gwarancja i nie obejmują uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych oraz spowodowanych uszkodzeniem z winy użytkownika.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że udzielana gwarancja przez Wykonawcę nie obejmują uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych oraz spowodowanych uszkodzeniem z winy użytkownika – **dotyczy wszystkich zadań**

Pytanie 5

dot. załącznika nr 1 do SWZ, Przedmiot zamówienia, Zadanie nr 2, pkt. II, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby zaoferowany sprzęt był fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do użytkowania, pozbawiony wad technicznych i na najwyższym poziomie technologicznym obecnie promowanym na rynku, z gwarancją liczoną od daty instalacji z rokiem produkcji nie wcześniejszym niż 2023?

Pragniemy zapewnić Zamawiającego, iż nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność gwarancyjna, jest



ISO 9001
ISO 14001
ISO/IEC 27001
ISO 45001
ISO 22000

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

www.biziel.umk.pl e-mail: kancelaria@biziel.pl tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty instalacji (a instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę produkcji sprzętu.

Odpowiedź:

Zamawiający w zakresie zadania 2 dopuszcza możliwość zaferowania urządzenia:

Rok produkcji nie wcześniej niż 2023. Urządzenie/a fabrycznie nowe.

Pytanie 6

dot. załącznika nr 1 do SWZ, Przedmiot zamówienia, Zadanie nr 2, pkt. 6 „Warunki gwarancji i serwisu wymagane przez użytkownika”

Upzejmie informujemy że długość udzielanej przez Wykonawcę gwarancji opiewa na 12 miesięcy. Gwarancja obejmuje przeglądy techniczne urządzenia w zakresie i z częstością zalecaną przez producenta oraz instrukcję obsługi w czasie trwania gwarancji. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o skrócenie okresu gwarancji do 12 miesięcy?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany w:

1. SWZ – Rozdział VII - Opis kryteriów oceny ofert którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz waga kryteriów i sposobu oceny ofert

w miejscu 3.1: Dotyczy wszystkich zadań

po zdaniu:

W przypadku zaferowania okresu dłuższego niż 48 miesięcy – Zamawiający przyzna 24 pkt

wprowadza się następujące zdanie:

W przypadku zaferowania okresu dłuższego niż 36 miesięcy – Zamawiający przyzna 24 pkt – dotyczy zadania 2.

2. Załącznik nr 1 do SWZ. Przedmiot zamówienia. Zadanie 2 pkt.6 „Warunki gwarancji i serwisu wymagane przez użytkownika” ppkt. 2:

skreśla się zapis:

„Długość udzielanej gwarancji nie mniej niż **24 miesiące** (podać ilość miesięcy). Przeglądy techniczne urządzenia w zakresie i z częstością zalecaną przez producenta oraz instrukcję obsługi w czasie trwania gwarancji”.

w zamian wprowadza się nowy zapis:

„Długość udzielanej gwarancji nie mniej niż **12 miesiące** (podać ilość miesięcy). Przeglądy techniczne urządzenia w zakresie i z częstością zalecaną przez producenta oraz instrukcję obsługi w czasie trwania gwarancji”.

Pytanie 7

dot. załącznika nr 1 do SWZ, Przedmiot zamówienia, Zadanie nr 2, pkt. 7 „Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika”

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy w Zadaniu 2, pkt. 7, ppkt.4 nie została popełniona oczywista omyłka pisarska? Czy Zamawiający pisząc „Średnica zewnętrzna sondy nie większa niż 13,5 cm.”, miał na myśli „Średnica zewnętrzna sondy nie większa niż 13,5 mm.”?

Zadanie 2, pkt. 7 - Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika.

Odpowiedź:

Zamawiający w załącznika nr 1 do SWZ, Przedmiot zamówienia, Zadanie nr 2, pkt. 7 „Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika ppkt.4

skreśla zapis:

„Średnica zewnętrzna sondy nie większa niż 13,5 cm”

w zamian wprowadza się zapis:

„Średnica zewnętrzna sondy nie większa niż 13,5 mm”.



ISO 9001
ISO 14001
ISO/IEC 27001
ISO 45001
ISO 22000

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

www.biziel.umk.pl e-mail: kancelaria@biziel.pl tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Pytanie 8

dot. załącznika nr 1 do SWZ, Przedmiot zamówienia, Zadanie nr 2, pkt. 7 „Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika”

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie czy w Zadaniu 2, pkt. 7, ppkt. 14 nie została popełniona oczywista omyłka pisarska? Czy Zamawiający pisząc „Wideoduodenoskop kompatybilny z procesorami CLV-190 PLUS, CV 150.”, miał na myśli „Wideoduodenoskop kompatybilny z procesorami CV-190 PLUS, CV-1500.”?

Odpowiedź:

Zamawiający w załączniku nr 1 do SWZ, Przedmiot zamówienia, Zadanie nr 2, pkt. 7 „Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika ppkt.14

skreśla zapis:

„Wideoduodenoskop kompatybilny z procesorami CLV-190 PLUS, CV 150”

w zamian wprowadza się zapis:

„Wideoduodenoskop kompatybilny z procesorami CV-190 PLUS, CV-1500”

Pytanie 9

dot. załącznika nr 1 do SWZ, Przedmiot zamówienia, Zadanie nr 2, pkt. 7 „Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika”

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie czy w Zadaniu 2, pkt. 7, ppkt. 15 nie została popełniona oczywista omyłka pisarska? Czy Zamawiający pisząc „W ramach dostawy odbiór od Zamawiającego starego używanego do tej pory duodenoskopu TJF-Q190V w celu jego utylizacji.”, miał na myśli „W ramach dostawy odbiór od Zamawiającego starego używanego do tej pory duodenoskopu TJF-145 w celu jego utylizacji.” który jest na wyposażeniu szpitala?

Odpowiedź:

Zamawiający w załączniku nr 1 do SWZ, Przedmiot zamówienia, Zadanie nr 2, pkt. 7 „Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika ppkt.15

skreśla zapis:

„W ramach dostawy odbiór od Zamawiającego starego używanego do tej pory duodenoskopu TJF- Q190V w celu jego utylizacji”.

w zamian wprowadza się zapis:

„W ramach dostawy odbiór od Zamawiającego starego używanego do tej pory duodenoskopu TJF- 145 w celu jego utylizacji”.

Pytanie 10

dot. załącznika nr 3 do SWZ, Projekt umowy, § 3, ust. 13, pkt. a)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej wskazanej w § 3, ust. 13, pkt. a) do 0,5% wartości brutto wadliwego towaru?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ

1. Skreśla się w całości zapis SWZ - Rozdział XI – Sposób oraz termin składania ofert: pkt.1:

Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im dr. Jana Bizuela w Bydgoszczy, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, znajdującej się pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/890754> w terminie do **28.03.2024** r. do godz. **10:00**.

w zamian wprowadza się nowy zapis SWZ w Rozdziale XI – Sposób oraz termin składania ofert: pkt.1, który otrzymuje brzmienie:

Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im dr. Jana Bizuela w Bydgoszczy, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, znajdującej się pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/890754> w terminie do **02.04.2024** r. do godz. **10:00**.



ISO 9001
ISO 14001
ISO/IEC 27001
ISO 45001
ISO 22000

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

www.biziel.umk.pl e-mail: kancelaria@biziel.pl tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31
NIP: 9532582266 REGON: 340517145

2. Skreśla się w całości zapis SWZ – Rozdział XVI – Termin otwarcia ofert: pkt. 1:

Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert, tj. w dniu **28.03.2024** r., o godzinie **10:20**.

w zamian wprowadza się nowy zapis SWZ w Rozdziale XVI – Termin otwarcia ofert: pkt. 1:

Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert, tj. w dniu **02.04.2024** r., o godzinie **10:20**.

Zamawiający