



Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny  
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu  
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec  
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448  
tel. 571 334 686 fax +48 75 77 50 173  
www.spzoz.zgorzelec.pl  
*Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”*

Numer sprawy 11/ZP/2019  
DZP/165/2019

Zgorzelec, dnia 18.04.2019r.

## Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

### ZAPYTANIE NR 1

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy endoprotez, implantów oraz drobnego sprzętu do zabiegów ortopedycznych - zakup oraz depozyt (z opcją kupna na potrzeby własne) wraz z najmem (lub użyczeniem) instrumentarium/innego sprzętu)**

W związku z zapytaniami od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2018r. Poz. 1986 j.t. ze zmianami) Zamawiający odpowiada na następujące pytania:

### PYTANIE NR 1

#### Dotyczy Pakietu 4

Czy Zamawiający dopuści manualny, zamknięty zestaw jednorazowy wraz z elementami służącymi do pobrania, preparatyki i aplikacji materiału biologicznego. Umożliwia przygotowanie koncentratu leukocytarno-bogatopłytkowego w trakcie 5min. wirowania (3000obr./min.). Charakteryzuje się:

1. Przegroda skośna trwale oddzielająca warstwę erytrocytów z płytkami krwi od osocza.
2. Element konstrukcji wewnętrznej w postaci tulei umożliwiającej kumulowanie płytek w celu ich precyzyjnej aspiracji po przeprowadzeniu frakcjonowania.
3. Gwintowana podstawa separatora umożliwiająca podnoszenie frakcji erytrocytów z zachowaniem szczelności zamkniętego systemu oraz regulująca objętość przetwarzanej krwi.
4. Bagnet z gwintem blokującym, regulującym ujście erytrocytów.
5. Możliwość przetwarzania od 15 do 30ml (50ml) krwi i uzyskania 0.2-3ml (6ml) PRP przy stężeniu 4-6 razy wartość bazowa, ale nie mniej niż 1mln.płytek w mikrolitrze.
6. Preparatyka wyłącznie przy użyciu wirówki o wymaganych parametrach prędkość do 4400 obr./min., energia kinetyczna 2280 Nm, 230V, 1,2A, 50-60Hz.
7. Wirówka posiada certyfikat dopuszczenia do obrotu CE w kategorii urządzenie medyczne (Directive 93/42/EEC)

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podnosi, iż wymaga zaoferowania zestawu do liposukcji, a nie do krwi.**

#### Dotyczy Pakietu 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści substytut w postaci macierzy komórkowej hydroksyapatyt i beta-trójfosforanu wapnia (65%/35%) w formie klina L35; I 25; H10 mm?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

#### Dotyczy Pakietu 5 poz. 2-4

Czy Zamawiający dopuści substytut kości w postaci macierzy komórkowej na bazie hydroksyapatytu (70%) i beta-trójfosforanu wapnia (30%) w formie cylindrów o wymiarach: średnica 10mm, 20mm, 38mm i wysokości 15mm?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

#### Dotyczy Pakietu 5 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści substytut kości w postaci macierzy komórkowej na bazie beta-trójfosforanu wapnia (100%) w formie granulki 2-4mm, 5cc?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

## PYTANIE NR 2

### Dot. Gwoździ Steinmanna –Pakiet 8

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 8 poz. A1** groty Steinmanna z końcówka zaokrągloną ?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

### Dot. Gwoździ Steinmanna – Pakiet 8

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 8 poz. A2** groty Steinmanna z końcówka zaokrągloną ?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

### Dot. Drutów do wiązania odłamów kostnych –Pakiet 8

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 8 poz. C 1-7** druty do odłamów kostny o długości 10 m z adekwatnym przeliczeniem zapotrzebowanej ilości.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

### Dot. Drutów do wiązania odłamów kostnych –Pakiet 8

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 8 poz. C 5** drut do wiązania odłamów o średnicy  $\emptyset$  1,5 mm ?

Pytanie wynika głównie z tego iż średnica  $\emptyset$  1,4 jest rzadko dostępna na rynku medycznym bądź wcale.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

## PYTANIE NR 3

1. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 8 poz. 5** dopuści możliwość zaoferowania drutów do wiązania odłamów fi 1,5 zamiast fi 1,4?
2. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 8 poz. 7** dopuści możliwość zaoferowania drutów do wiązania odłamów fi 2,0 zamiast fi 1,8?
3. Czy zamawiający w **Pakiecie nr 9 poz. 1-12** dopuści możliwość zaoferowania wkrętów z gniazdem sześciokątnym zamiast krzyżowym?
4. Czy zamawiający w **Pakiecie nr 9 poz. 12** dopuści możliwość zaoferowania wkrętów do kości gąbczastej o długości gwintu B=32 mm zamiast 45 mm?

**Odp. 1, 2, 3, 4: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.**

Starszy specjalista  
ds. zamówień publicznych  
WS-SP ZCZ w Zgorzelcu  
mgr Aneta Mrygoń

Z-ca Kierownika Działu  
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  
WS-SP ZCZ w Zgorzelcu  
mgr Radosław Jabłoński

Otrzymują:

- 1) strona internetowa
- 2) A/a

Sprawę prowadzi: Aneta Mrygoń  
e-Mail: zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl