

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego

Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

ul. Długa 1/ 2, 61-848 Poznań
tel. centrala 61 854 90 00
tel. sekretariat: 61 854 91 21, fax. 61 852 94 72
e-mail: szpital@skpp.edu.pl

Dyrektor: dr hab. med. Szczepan Cofta

Nasz znak: EZP/176/19

Poznań, 10 stycznia 2020 r.

Szanowni Wykonawcy

Dotyczy: Zakup (dostawa) artykułów różnych dla jednostek organizacyjnych Szpitala – 16 pakietów

I Zamawiający wprowadza zmiany do SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 4 Pzp. w sposób jak poniżej:

1. Załącznik nr 2 do SIWZ, pakiet nr 14.

a) Zamawiający dodaje pod tabelą treść o brzmieniu:

Pojemniki muszą być:

- wystarczająco twarde, aby nie nastąpiło przekłucie ścianek
- uniemożliwiające wyciek materiału skażonego
- uniemożliwiające przypadkowe wysypanie zawartości
- pojemniki przeznaczone do spalarni

b) pakiet nr 14, poz. 2. Zamawiający poprawia omyłkę pisarską jak poniżej:

Jest:

0,2 L

Zmieniono na:

2,0 L

W załączeniu do pisma aktualny pakiet nr 14.

2. Załącznik nr 2 do SIWZ, pakiet nr 16, Przedmiot zamówienia. Zamawiający wprowadza zmianę dotyczącą chłonności przedmiotu jak poniżej:

Jest:

Chłonność min. 35ml/ 100 cm²

Zmieniono na:


Chłonność min. 50ml/ 100 cm²

W załączeniu do pisma aktualny pakiet nr 16.



salus aegroti, educatio, scientio
SZPITAL TRADYCYJNY I INNOWACYJNY
www.skpp.edu.pl, e-mail: szpital@skpp.edu.pl
NIP 778-13-43-588, REGON 000288828, KRS 0000001853
nasze obiekty: ul. Długa 1/2, ul. Szamarzewskiego 84, Osiedle Rusa 55





Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego

Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

ul. Długa 1/ 2, 61-848 Poznań
tel. centrala 61 854 90 00
tel. sekretariat: 61 854 91 21, fax. 61 852 94 72
e-mail: szpital@skpp.edu.pl

Dyrektor: dr hab. med. Szczepan Cofta

II Informujemy, że do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania następującej treści:

Pytanie nr 1. Dotyczy: Pakiet nr 14, pozycja 1.

Czy Zamawiający dopuści, jako równoważny, pojemnik na odpady medyczne w kształcie wiaderka o średnicy dolnej 102 mm i górnej 140 mm oraz otworze wrzutowym 60 mm, reszta zgodna z SIWZ.

Pojemniki na odpady nie są wyrobami medycznymi, pozostają bez jakiegokolwiek wpływu na przeprowadzane procedury i ich efektywność, pełnią wyłącznie rolę pomocniczą, dlatego precyzyjne konkretyzowanie poszczególnych wymiarów, jest niczym nie uzasadnione i stanowi naruszenie zasad opisu przedmiotu zamówienia.

Opisany przedmiot zamówienia jest powszechnie stosowany w placówkach ochrony zdrowia i w pełni wystarczający do przeprowadzenia poprawnej procedury, a dopuszczenie powyższego, pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć. Pragniemy również nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne.

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2. Dotyczy: Pakiet nr 14, pozycja 1.

W trosce o bezpieczeństwo personelu medycznego i pomocniczego, zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający wymaga pojemników na odpady medyczne ze ściankami o grubości powyżej 0,9 mm i odpornością na przebicie igłą medyczną z siłą powyżej 20N, potwierdzonymi badaniami niezależnego instytutu? Pytanie podyktowane jest faktem, iż ostatnio na rynku pojawiły się małe pojemniki (o pojemnościach 0,7L – 2,0L) na ostre odpady medyczne, o ściankach zbyt cienkich, by spełniać wymogi bezpieczeństwa użytkowników, absolutnie nie zapewniających sztywności ani odporności na jakiegokolwiek uszkodzenia.

Należy dodać, że Zgodnie z dyspozycją § 3 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5.10.2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1975), odpady medyczne o ostrych końcach i krawędziach zbiera się w miejscu ich powstawania do pojemników j. u. sztywnych (...) mechanicznie odpornych na przekłucie lub przecięcie.

Jednakże nawet w przypadku przywołania w SIWZ powyższego rozporządzenia, cienkie pojemniki są oferowane w postępowaniach przetargowych, znacząco obniżając wartości pakietów.

Dlatego koniecznym staje się wprowadzenie do SIWZ wymogu, wskazanego w pierwszym zdaniu niniejszego pytania.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ, w tym z wprowadzonymi zmianami do treści pakietu nr 14. Część I pisma.

Pytanie nr 3. Dotyczy: Pakiet nr 14, pozycja 1 i 2.

Czy Zamawiający dopuści pojemniki na odpady medyczne ze ściankami o grubości 0,8 mm lub cieńsze?

Odpowiedź:

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do SIWZ, część I pisma.

salus aegroti, educatio, scientio

SZPITAL TRADYCYJNY I INNOWACYJNY

www.skpp.edu.pl, e-mail: szpital@skpp.edu.pl

NIP 778-13-43-588, REGON 000288828, KRS 0000001853

nasze obiekty: ul. Długa 1/2, ul. Szamarzewskiego 84, Osiedle Rusa 55



CERTYFIKAT 2019/10





Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego

Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

ul. Długa 1/ 2, 61-848 Poznań
tel. centrala 61 854 90 00
tel. sekretariat: 61 854 91 21, fax. 61 852 94 72
e-mail: szpital@skpp.edu.pl

Dyrektor: dr hab. med. Szczepan Cofta

Pytanie nr 4. Dotyczy: Pakiet nr 14, pozycja 2.

Czy Zamawiający dopuści, jako równoważny, pojemnik na odpady medyczne o pojemności 0,2L w kształcie owalu o wymiarach 77 x 38 mm oraz otworze wrzutowym 25 mm, reszta zgodna z SIWZ.

Pojemniki na odpady nie są wyrobami medycznymi, pozostają bez jakiegokolwiek wpływu na przeprowadzane procedury i ich efektywność, pełnią wyłącznie rolę pomocniczą, dlatego precyzyjne konkretyzowanie poszczególnych wymiarów, jest niczym nie uzasadnione i stanowi naruszenie zasad opisu przedmiotu zamówienia.

Opisany przedmiot zamówienia jest powszechnie stosowany w placówkach ochrony zdrowia i w pełni wystarczający do przeprowadzenia poprawnej procedury, a dopuszczenie powyższego, pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć. Pragniemy również nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne.

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi SIWZ, część I pisma.

Pytanie nr 5. Dotyczy: Pakiet nr 14, pozycja 2.

Czy nie zaszła omyłka w opisie przedmiotu zamówienia i Zamawiający wymaga pojemników o pojemności 2L? Zapytanie wynika z faktu, że biorąc pod uwagę wymiary pojemnika podane przez Zamawiającego osiągnięcie pojemności 0,2L jest niemożliwe i bardziej wskazuje na pojemność 2L.

Jeśli Zamawiający wymaga pojemników o pojemności 2L, to zwracamy się z prośbą o dopuszczenie, jako równoważny, pojemnik na odpady medyczne:

- **pozycja 1** – pojemnik na odpady medyczne o pojemności 2L (**wysoki**) o wysokości 230 mm w kształcie wiaderka średnicy dolnej 105 mm i górnej 140 mm oraz otworze wrzutowym 70 mm, etykieta zgodna z SIWZ

lub

- **pozycja 2** – pojemnik na odpady medyczne o pojemności 2L (**niski**) o wysokości 160 mm w kształcie wiaderka średnicy dolnej 120 mm i górnej 165 mm oraz otworze wrzutowym 70 mm, etykieta zgodna z SIWZ.

Pojemniki na odpady nie są wyrobami medycznymi, pozostają bez jakiegokolwiek wpływu na przeprowadzane procedury i ich efektywność, pełnią wyłącznie rolę pomocniczą, dlatego precyzyjne konkretyzowanie poszczególnych wymiarów, jest niczym nie uzasadnione i stanowi naruszenie zasad opisu przedmiotu zamówienia.

Opisane przedmioty zamówienia są dopuszczone i powszechnie stosowane w placówkach ochrony zdrowia i w pełni wystarczają do przeprowadzenia poprawnej procedury, a dopuszczenie powyższego, pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć. Pragniemy również nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne.

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ, w tym z wprowadzonymi zmianami. Część I pisma.



salus aegroti, educatio, scientio


SZPITAL TRADYCYJNY I INNOWACYJNY

www.skpp.edu.pl, e-mail: szpital@skpp.edu.pl

NIP 778-13-43-588, REGON 000288828, KRS 0000001853

nasze obiekty: ul. Długa 1/2, ul. Szamarzewskiego 84, Osiedle Rusa 55





Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego

Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

ul. Długa 1/ 2, 61-848 Poznań
tel. centrala 61 854 90 00
tel. sekretariat: 61 854 91 21, fax. 61 852 94 72
e-mail: szpital@skpp.edu.pl

Dyrektor: dr hab. med. Szczepan Cofa

Pytanie nr 6. Dotyczy:

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Pytanie nr 7. Dotyczy: Pakiet nr 12, pozycja 1.

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie strzygarki charakteryzującej się współczynnikiem zacięć wynoszącym 2% który jest najniższym spośród wszystkich strzygarek dostępnych na rynku; chirurgicznej przeznaczonej do przygotowania pola operacyjnego; bezprzewodowej; wodoodpornej IPX7, z jednym uniwersalnym ruchomym ostrzem do usuwania każdego rodzaju owłosienia, co ułatwia pracę personelowi i eliminuje problemy wynikające z użycia niewłaściwego ostrza; wyposażonej w ładowarkę drop-in.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8. Dotyczy: Pakiet nr 12, pozycja 2.

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie ostrzy uniwersalnych pasujących do strzygarki z pozycji 1 oraz strzygarki 3M model 9661 będących na wyposażeniu szpitala.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 9. Dotyczy: Pakiet nr 9, pozycja 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do automatycznych płuczek – dezynfektorów, przeznaczonego do termicznego przygotowywania do ponownego użycia kaczek, basenów itp., płynnego preparatu zmiękczającego i płuczającego, przeznaczonego do podawania pompą dozującą, zapobiegającego powstawaniu i usuwającego powstałe osady, o dobrych właściwościach myjących, zawierającego kwasy organiczne, stabilizatory twardości, substancje chroniące przed korozją. Oferowany przez nas produkt po wyschnięciu nie pozostawia plam, wykazuje bardzo dobrą zgodność materiałową ze stalą szlachetną, aluminium i tworzywami sztucznymi, ma dobre właściwości myjące, posiada rekomendację producenta produktu do stosowania wraz z myjniemi Meiko. Stężenie użytkowe: 0,01 % na każde 1° dH co odpowiada z reguły 0,1-0,3% tzn. 1-3 ml/l. pH ok. 1,3. Wyrób medyczny. Preparat w postaci płynnego koncentratu w opakowaniach 5 kg z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Wyrób medyczny.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10. Dotyczy: Pakiet nr 9, pozycja 1.

W przypadku ułamkowej ilości opakowań, prosimy o dookreślenie, czy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

salus aegroti, educatio, scientio

SZPITAL TRADYCYJNY I INNOWACYJNY

www.skpp.edu.pl, e-mail: szpital@skpp.edu.pl

NIP 778-13-43-588, REGON 000288828, KRS 0000001853

nasze obiekty: ul. Długa 1/2, ul. Szamarzewskiego 84, Osiedle Rusa 55



CERTYFIKAT 2019/10





Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego

Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

ul. Długa 1/ 2, 61-848 Poznań
tel. centrala 61 854 90 00
tel. sekretariat: 61 854 91 21, fax. 61 852 94 72
e-mail: szpital@skpp.edu.pl

Dyrektor: dr hab. med. Szczepan Cofta

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 11. Dotyczy: Pakiet nr 9, pozycja 1 i 2; Pakiet nr 10, pozycja 1,

Czy do wycień przyjąć 1L = 1kg?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 12. Dotyczy: Pakiet nr 9, pozycja 2.

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do zastosowania w maszynach myjących - do narzędzi chirurgicznych, do mycia narzędzi chirurgicznych, mikrochirurgicznych, sztywnych endoskopów, osprzętu stosowanego w anestezjologii, basenów, butów używanych na salach operacyjnych, butelek niemowlęcych, kontenerów ze stali szlachetnej oraz pojemników na narzędzia, niepieniący, o pH ok 14, przeznaczony do podawania pompą dozującą, zawierający < 5 % fosfonianów, wodorotlenek potasu, inhibitory korozji, nie zawierającym fosforanów i związków powierzchniowo czynnych. Preparat w postaci płynnego koncentratu w opakowaniach a 5 kg. Wyrób medyczny.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 13. Dotyczy: Pakiet nr 10, pozycja 1.

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do zastosowania w maszynach myjących - do narzędzi chirurgicznych, do mycia narzędzi chirurgicznych, mikrochirurgicznych, sztywnych endoskopów, osprzętu stosowanego w anestezjologii, basenów, butów używanych na salach operacyjnych, butelek niemowlęcych, kontenerów ze stali szlachetnej oraz pojemników na narzędzia, niepieniący, o pH ok 14, przeznaczony do podawania pompą dozującą, zawierający < 5 % fosfonianów, wodorotlenek potasu, inhibitory korozji, nie zawierającym fosforanów i związków powierzchniowo czynnych. Preparat w postaci płynnego koncentratu w opakowaniach a 5 kg. Wyrób medyczny.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 14. Dotyczy: Pakiet nr 4, pozycja 1.

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania kieliszków w opakowaniu a75 z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości na 5400 opakowań a75 sztuki, tj. 405 000 szt.

Odpowiedź:

Wykonawca może zaproponować inne opakowanie pod warunkiem, że wymagana przez Zamawiającego ilość nie ulegnie zmianie. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wpisać w kolumnie „Przedmiot zamówienia” i kolumnie „Ilość” proponowane wielkości i ilości opakowań.

Pytanie nr 15. Dotyczy: Pakiet nr 16, pozycja 1.

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji dłoni o poniższym opisie:

„Podkład ochronny na stół operacyjny

Serweta ochronna na stół operacyjny pięciowarstwowa z rdzeniem chłonnym, wykonana z włókniny polipropylenowej, polimerowej masy w warstwie środkowej i folii PE.

Całkowita Gramatura podkładu: 268 g/m²

Wymiar: 101 x 225 cm (+/- 3 cm)

salus aegroti, educatio, scientio

SZPITAL TRADYCYJNY I INNOWACYJNY

www.skpp.edu.pl, e-mail: szpital@skpp.edu.pl


NIP 778-13-43-588, REGON 000288828, KRS 0000001853

nasze obiekty: ul. Długa 1/2, ul. Szamarzewskiego 84, Osiedle Rusa 55



CERTYFIKAT 2019/10





Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego

Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

ul. Długa 1/ 2, 61-848 Poznań
tel. centrala 61 854 90 00
tel. sekretariat: 61 854 91 21, fax. 61 852 94 72
e-mail: szpital@skpp.edu.pl

Dyrektor: dr hab. med. Szczepan Cofta

Chłonność min. 35ml/100cm²,

Marginesy z nieprzeziernego laminatu – szerokość: 12 cm (+/- 3 cm)

Rdzeń chłonny o wymiarze minimum 50 x 200cm (+/- 3 cm) z dodatkowymi marginesami po obu stronach podkład.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 16. Dotyczy: Wzór umowy.

Zwracamy się z zapytaniem, czy jest możliwość dopisania do umowy adresu mailowego przedstawiciela/osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego?

Odpowiedź:

Realizacją umów zajmują się wszyscy pracownicy Sekcji Zaopatrzenia.

Pytanie nr 17. Dotyczy: Pakiet nr 16.

Prosimy o wyjaśnienie czy w trosce o ochronę środowiska naturalnego Zamawiający oczekuje aby zaoferowane zestawy pochodziły od producentów spełniających wymogi normy ISO 14001 (potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej załączonym do oferty), która odnosi się do zarządzania programami ochrony środowiska danego producenta. Obejmuje on strukturę organizacyjną, planowanie i zasoby służące rozwojowi, wdrażaniu i utrzymaniu polityki w zakresie ochrony środowiska. Celem systemu zarządzania środowiskowego jest zwiększenie przestrzegania zasad środowiskowych i zmniejszenie ilości odpadów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 18. Dotyczy: Pakiet nr 16.

Prosimy o doprecyzowanie jakiej minimalnej chłonności Zamawiający oczekuje dla podkładu według normy ISO 9073-6?

Odpowiedź:

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do SIWZ, część I pisma.

Pytanie nr 19. Dotyczy: Pakiet nr 16.

Czy w związku z wdrożeniem przez Zamawiającego systemu zarządzania jakością ISO zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający oczekuje, aby oferowane w pakiecie 16 serwety produkowane były przez wytwórcę posiadającego wdrożone i certyfikowany system zarządzania jakością dla producentów wyrobów medycznych ISO 13485?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 19. Dotyczy: Pakiet nr 16.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie : Jednorazowe wysokochłonne, niepylny wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany polipropylenu, poliestru oraz SAP. Zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego niebieskiego laminatu. Wymiary prześcieradła 100 cm (+/- 2cm) x 225cm (+/- 4cm). Warstwa chłonna o równomiernie rozmieszczonej rowkowo-kanalikowej perforacji chłonnej powodującej szybkie wchłanianie płynów o wymiarach - długość 190cm (+/- 2cm) i

salus aegroti, educatio, scientio


SZPITAL TRADYCYJNY I INNOWACYJNY

www.skpp.edu.pl, e-mail: szpital@skpp.edu.pl

NIP 778-13-43-588, REGON 000288828, KRS 0000001853

nasze obiekty: ul. Długa 1/2, ul. Szamarzewskiego 84, Osiedle Rusa 55





Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego

Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

ul. Długa 1/ 2, 61-848 Poznań
tel. centrala 61 854 90 00
tel. sekretariat: 61 854 91 21, fax. 61 852 94 72
e-mail: szpital@skpp.edu.pl

Dyrektor: dr hab. med. Szczepan Cofta

szerokość 50cm (+/- 1cm). Wchłaniałość co najmniej. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu (opatrzone nazwą produktu lub wytwórcy).

Odpowiedź:

Wykonawca może zaproponować przedmiot o którym mowa w zapytaniu. Spełnia oczekiwania Zamawiającego.

Referent
Dział Zamówień Publicznych

Marta Mularczyk
Sekretarz Komisji Przetargowej

Z wyrazami szacunku

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomicznych i Eksploatacyjnych

mgr Piotr Bogacz
Dyrektor Szpitala

W załączeniu:

- aktualny pakiet nr 14, 16

Oprac. Marta Mularczyk



salus aegroti, educatio, scientio

SZPITAL TRADYCYJNY I INNOWACYJNY

www.skpp.edu.pl, e-mail: szpital@skpp.edu.pl

NIP 778-13-43-588, REGON 000288828, KRS 0000001853

nasze obiekty: ul. Długa 1/2, ul. Szamarzewskiego 84, Osiedle Rusa 55



PAKIET 14
Wadium: 505,00 zł

Ip.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jedn. brutto Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP	Wartość pozycji brutto Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP	Cena jednostkowa bez podatku VAT Wypełnia Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP	Wartość bez podatku VAT Wypełnia Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP	Stawka podatku VAT dla wykonawców z terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnym nabywcim towarów	Producent / nazwa własna/ numer katalogowy (jeśli Wykonawca posiada) ilość sztuk w opakowaniu
1.	<p>Pojemniki okrągłe na odpady medyczne (ostre) z polipropylenu w kolorze czerwonym, wyposażone w otwór z perforacją do usuwania igieł ze strzykawek o poj. 0,7 L – wysokość 100-125 mm, średnica pojemnika 95-100 mm, średnica otworu wlotowego 40-44 mm</p> <p>Oznaczenie na każdym opakowaniu Kod odpadów: 18 01 03* i znak „Biohazard” Uwaga: NAPIS NA KAŻDYM DOSTARCZONYM POJEMNIKU PRZEDSTAWIONY JEST PONIŻEJ, POD TABELĄ</p>	Szt.	12000						
2.	<p>Pojemniki okrągłe na odpady medyczne (ostre) z polipropylenu w kolorze czerwonym, wyposażone w otwór z perforacją do usuwania igieł ze strzykawek o poj. 2,0 L – wysokość 200 mm, średnica pojemnika 95-125 mm, średnica otworu wlotowego 40-44 mm</p> <p>Oznaczenie na każdym opakowaniu Kod odpadów: 18 01 03* i znak „Biohazard” Uwaga: NAPIS NA KAŻDYM DOSTARCZONYM POJEMNIKU PRZEDSTAWIONY JEST PONIŻEJ, POD TABELĄ</p>	Szt.	24000						
	Suma	xxxxxx	xxxxxx				xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto):
Słownie zł:
Cena pakietu bez podatku VAT (netto):
Słownie zł:

Pojemniki muszą być:

- *wystarczająco twarde, aby nie nastąpiło przekłucie ścianek*
- *uniemożliwiające wyciek materiału skażonego*
- *uniemożliwiające przypadkowe wysypanie zawartości*
- *pojemniki przeznaczone do spalarni*

PAKIET 16
Wadium: 730,00 zł

Ip.	Przedmiot zamówienia	Ilość	Cena jedn. brutto Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP	Wartość brutto pozycji Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP	Cena jednostkowa bez podatku VAT Wypełnia wyłączenie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP	Wartość bez podatku VAT Wypełnia wyłączenie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP	Stawka podatku VAT dla wykonawców w z terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnym nabywcim towarów	Producent / nazwa własna/ numer katalogowy (jeśli Wykonawca posiada) ilość sztuk w opakowaniu
1.	Serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwoleźynowa, 5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo – brak możliwości tworzenia zagłęb pod pacjentem zmieniających ilość warstw, samowygładzająca się; wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej polimerowej warstwy środkowej i spodniej pełnobarierowej teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. Chłonność min. 50ml/100 cm² , gramatura podstawowa 295 g/m ² , wymiary: min. 100 x 225 cm ± 5 cm, rdzeń chłonny o długości co najmniej 51x205 (+/- 3) cm zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu o szerokości nie większej niż 10 (+/-3) cm po obu stronach na całej szerokości podkładu, odprowadzanie wilgoci min. 45 mm w czasie 60 s, wskaźnik chłonności min. 2650%	5000						
	Suma	xxxxxxx					xxxxxxx	xxxxxxx

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto):
Słownie zł:
Cena pakietu bez podatku VAT(netto):
Słownie zł: