

**ZESTAWIENIE WYMAGANYCH – OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
I UŻYTKOWYCH**

Zadanie nr 2.1

Przedmiot zamówienia – Zestaw aktualizacji Active Sentry do urządzenia Centurion.– **1 szt.**

Nazwa własna.....

Oferowany typ /model

Nazwa producenta

Nr katalogowy.....

Kraj pochodzenia / rok produkcji - **2024**

Lp.	Opis wymaganych warunków, parametrów technicznych, właściwości użytkowych i innych	Parametr wymagany	Parametr oferowane/ *)
1.	Kompatybilność z posiadanym aparatem Fakoemulsyfikator CENTURION Vision System prod Alcon Labolatories Inc.	aktualizacja dotyczy wyłącznie urządzenia Centurion Vision System	

Zadanie nr 2.2

Przedmiot zamówienia – Głowica ultradźwiękowa Active Sentry – **3 szt.**

Nazwa własna.....

Oferowany typ /model

Nazwa producenta

Nr katalogowy.....

Kraj pochodzenia / rok produkcji - **2024**

Lp.	Opis wymaganych warunków, parametrów technicznych, właściwości użytkowych i innych	Parametr wymagany	Parametr oferowane/ *)
1.	Kompatybilne z aparatem Centurion Vision System (dokumenty potwierdzające kompatybilność- katalog producenta sprzętu Wykonawca składa wraz z ofertą)	<u>po aktualizacji do wersji Activ Sentry</u> prod Alcon Labolatories Inc.	

**) w kolumnie należy opisać parametry oferowane i podać ewentualne zakresy*

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami wymaganymi. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń