

Nr postępowania: GUM2024ZP0033

Gdańsk, dnia 09.04.2024 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania na dostawę wytrząsarki, zamrażarek niskotemperaturowych i spirometru

Gdański Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający, zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych jak niżej:

Pytanie 1 – Pakiet 3:

Czy dopuszczają Państwo spirometr, który na wyposażeniu nie posiada klips na nos i nie ma możliwości eksportu danych do pliku tekstowego i arkusza kalkulacyjnego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza takiego spirometru. Klips jest potrzebny do wykonania badania, a możliwość eksportu danych do ich analizy.

p.o. Kanclerza

/-/

Prof. dr hab. Jacek Bigda

Sprawę prowadzi: Katarzyna Starula