

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na:

### ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA NOWEGO SKRZYDŁA SZPITALA W PAJĘCZNI

#### ZP 1/U/2024

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605, zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

#### **Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o wymiarach zewnętrznych:

Szerokość: 626mm

Głębokość: 600mm

Wysokość: 845mm

#### **Odpowiedź:**

Tak.

#### **Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o pojemności komory brutto 130 litrów?

#### **Odpowiedź:**

Tak.

#### **Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o zakresie temperatury w komorze od +2 do +8st.C z możliwością przestawienia przez użytkownika na zakres od +3 do +16st.C?

#### **Odpowiedź:**

Tak.

#### **Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę, której alarm utraty zasilania uruchamiany jest zaraz po zaniku napięcia zasilania?

#### **Odpowiedź:**

Tak.

## **Pytanie nr 5**

### ***Dt. przedmiotowych środków dowodowych***

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie jeżeli produkty medyczne zostały zarejestrowane w bazie EUDAMED <https://ec.europa.eu/tools/eudamed/#/screen/home> zgodnie z obowiązującymi przepisami wpis do bazy Eudamed jest równoznaczny potwierdzenia zgłoszenia wyrobu do URPLW MiPB (zgodnie z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylecia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG artykuł 29 „Rejestracja wyrobów” obowiązkiem producenta jest zarejestrowanie wyrobu w Europejskiej Bazie Danych o Wyrobach Medycznych – Eudamed. Komunikat Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ( URPLW MiPB) z dnia 11 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia ustawy o wyrobach medycznych informuje, że wejście w życie ustawy oznacza że od dnia 26 maja 2022r. dopuszczalne jest rejestracja wyrobów w bazie EUDAMED bez konieczności złożenia zgłoszenia do Prezesa Urzędu).

### **Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza.

## **Pytanie nr 6**

### ***Dt. tabeli nr 9 Lockers meblowy***

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie iż doszło do omyłki pisarskiej i w pkt. 1 tabeli, gdzie wymiary szafy zostały podane w cm a powinny być w mm? a poprawny zapis to: „Szafa typu lockers o wymiarach 402x432x2010 mm (+/-30mm) - szafka 5 modułowa z zamkiem patentowym”

### **Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza.

## **Pytanie nr 7**

### ***Dt. tabeli nr 11 lada punktu pielęgniarstwa***

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie iż doszło do omyłki pisarskiej i w pkt. 1 tabeli, gdzie wymiary lady zostały podane w mm a powinny być w cm? a poprawny zapis to: „Lada punktu pielęgniarstwa w formie biurka o wymiarach 220x80x74 cm (+/-3%)”

### **Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza.

## **Pytanie nr 8**

### ***Dt. tabeli nr 24 Taboret medyczny***

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie iż w nazwie opisu przedmiotu zamówienia wkradł się czeski błąd zamiast zapisu: „ 42 taboret medyczny ” powinno być „ 24 taboret medyczny ”

### **Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza.

## **Pytanie nr 9**

**Dt. tabeli nr 36 Stolik zabiegowy**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik o wymiarach 865x720x880 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

**Pytanie 10**

Dotyczy załącznika nr 1.1 - Formularz asortymentowo -cenowy oraz załącznika nr 7 Opis przedmiotu zamówienia:

Czy Zamawiający dopuści szafę na środki czystości (załącznik nr 6) wyposażoną w zamek baskwilowy ryglujący szafę w dwóch miejscach?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

**Pytanie 11**

Dotyczy załącznika nr 1.1 - Formularz asortymentowo -cenowy oraz załącznika nr 7 Opis przedmiotu zamówienia:

Czy Zamawiający dopuści podwójny zbieracz (załącznik nr 16) o równoważnych poniższych parametrach i zgodnie z wizualizacją?

Stelaż do worków foliowych podwójny, z pokrywami. Pojemność 70-120l. Wózek wyposażony w dwie obręcze na worki oraz w dwie pokrywy satynowe matowe niemalowane lub tworzywowe (min. 8 kolorów) - do wyboru przez Zamawiającego - podnoszone nożnie. Możliwość wyboru pokryw, które po otwarciu zatrzymują się w pozycji 90° (standardowo otwarcie na 83°). Na obręczach - klipsy tworzywowe, służące do przytrzymania worka. Podstawa z kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wózek wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Stelaża z pokrywami wolnoopadającymi. Konstrukcja z rurki ze stali nierdzewnej o średnicy min. 20 mm, całkowicie spawanej, bez śrub i połączeń, gdzie może gromadzić się brud. Pokrywy z możliwością regulacji stopnia otwarcia pokryw. Bez mechanizmu pedału skonstruowanego tak, że jego przyciśnięcie hamuje stelaż. Wymiary: 860x580x1050 mm.



**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

**Pytanie 12**

Dotyczy załącznika nr 1.1 - Formularz asortymentowo -cenowy oraz załącznika nr 7 Opis przedmiotu zamówienia:

Czy Zamawiający dopuści lampę mobilną (załącznik nr 22) o temperaturze barwowej 4800K? – dotyczy l.p. 14

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

**Pytanie 13**

Dotyczy załącznika nr 1.1 - Formularz asortymentowo -cenowy oraz załącznika nr 7 Opis przedmiotu zamówienia:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy (załącznik nr 22), w której uchwyt brudny znajduje się poza czaszą - nad panelem do sterowania - jak pokazano na poniższej wizualizacji? Kopuła lampy bez uchwytów brudnych. Pozycjonowanie lampy dodatkowo za pomocą uchwyty sterylne umieszczonego centralnie w czaszy – dotyczy l.p. 2 i 5



**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

**Pytanie 14**

Dotyczy załącznika nr 1.1 - Formularz asortymentowo -cenowy oraz załącznika nr 7 Opis przedmiotu zamówienia:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy (załącznik nr 22), w której podstawa wyposażona jest w 5 pótek (min. 2 z hamulcem) – dotyczy l.p. 1

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

**Pytanie 15**

Dotyczy załącznika nr 1.1 - Formularz asortymentowo -cenowy oraz załącznika nr 7 Opis przedmiotu zamówienia:

Czy Zamawiający dopuści lampę mobilną (załącznik nr 22) z głębokością oświetlenia 800mm? – dotyczy l.p. 12

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego parametru.

**Pytanie 16**

Dotyczy załącznika nr 1.1 - Formularz asortymentowo -cenowy oraz załącznika nr 7 Opis przedmiotu zamówienia:

Czy Zamawiający dopuści lampę mobilną (załącznik nr 22) o współczynniku Ra=95? – dotyczy l.p. 13

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego parametru.

**Pytanie 17**

Dotyczy załącznika nr 1.1 - Formularz asortymentowo -cenowy oraz załącznika nr 7 Opis przedmiotu zamówienia:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy mobilnej (załącznik nr 22), w której regulacja natężenia odbywa się za pomocą panelu sterującego z przyciskami membranowymi znajdującego się przy czaszy (zakres 5-100%). Poniżej wizualizacja oferowanego równoważnego rozwiązania. – dotyczy l.p. 15



**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego parametru.

**Pytanie 18**

Dotyczy załącznika nr 1.1 - Formularz asortymentowo -cenowy oraz załącznika nr 7 Opis przedmiotu zamówienia:

Czy Zamawiający dopuści lampę mobilną (załącznik nr 22) z poborem mocy 25W? – dotyczy l.p. 16

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

**Pytanie 19**

Dotyczy załącznika nr 1.1 - Formularz asortymentowo -cenowy oraz załącznika nr 7 Opis przedmiotu zamówienia:

Czy Zamawiający dopuści taboret lekarski (załącznik nr 24) wyposażony w siedzisko tapicerowane (wewnątrz pianka) o grubości 40mm? – dotyczy l.p. 2

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

**Pytanie 20**

Dotyczy załącznika nr 1.1 - Formularz asortymentowo -cenowy oraz załącznika nr 7 Opis przedmiotu zamówienia:

Czy Zamawiający dopuści taboret lekarski (załącznik nr 24) z regulacją wysokości w zakresie 490/630? – dotyczy l.p. 5

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego parametru.

**Pytanie 21**

Dotyczy załącznika nr 1.1 - Formularz asortymentowo -cenowy oraz załącznika nr 7 Opis przedmiotu zamówienia:

Czy Zamawiający dopuści taboret lekarski (załącznik nr 24) wyposażony w siedzisko o średnicy 35cm? – dotyczy l.p. 6

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

**Pytanie 22**

Dotyczy załącznika nr 1.1 - Formularz asortymentowo -cenowy oraz załącznika nr 7 Opis przedmiotu zamówienia:

Czy Zamawiający dopuści taboret lekarski (załącznik nr 24) wyposażony w podstawę trójramienną z pięcioma kółkami? Poniżej wizualizacja oferowanego rozwiązania. – dotyczy l.p. 10



**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

**Pytanie 23**

Dotyczy załącznika nr 1.1 - Formularz asortymentowo -cenowy oraz załącznika nr 7 Opis przedmiotu zamówienia:

Czy Zamawiający dopuści kozetkę (załącznik nr 32) z zagłówkiem regulowanym w zakresie 0-30°? – dotyczy l.p. 2

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

**Pytanie 24**

Dotyczy załącznika nr 1.1 - Formularz asortymentowo -cenowy oraz załącznika nr 7 Opis przedmiotu zamówienia:

Czy Zamawiający dopuści kozetkę (załącznik nr 32) o konstrukcji z profili nierdzewnych zamkniętych spawanych? – dotyczy l.p. 3

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

**Pytanie 25**

Dotyczy załącznika nr 1.1 - Formularz asortymentowo -cenowy oraz załącznika nr 7 Opis przedmiotu zamówienia:

Czy Zamawiający dopuści kozetkę (załącznik nr 32) o wymiarach: 1950x650x700 mm? – dotyczy l.p. 9-11

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

**Pytanie 26**

Dotyczy załącznika nr 1.1 - Formularz asortymentowo -cenowy oraz załącznika nr 7 Opis przedmiotu zamówienia:

Czy Zamawiający dopuści kozetkę (załącznik nr 32) o dopuszczalnym obciążeniu 160kg? – dotyczy l.p. 7

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego parametru.

**Pytanie 27**

Dotyczy załącznika nr 1.1 - Formularz asortymentowo -cenowy oraz załącznika nr 7 Opis przedmiotu zamówienia:

Zamawiający podał tylko szerokość regału. Proszę o określenie głębokości i wysokości regału oraz ilości półek (4-5)? – dotyczy pozycji nr 37, 95, 165, 174 wg formularza cenowego

**Odpowiedź:**

Regał 5 półkowy, głębokość ok 50 cm, wysokość min.180 cm.

**Pytanie 28**

Dotyczy załącznika nr 1.1 - Formularz asortymentowo -cenowy oraz załącznika nr 7 Opis przedmiotu zamówienia:

Czy Zamawiający może podać wymiary szafki ze zlewem dwukomorowym? Czy Wykonawca ma zaoferować również baterię zlewozmywakową sztorcową lub ścienną do stołu? - dotyczy pozycji nr 38, 177 wg formularza cenowego

**Odpowiedź:**

Szafka o wymiarach ok 1000x600x850 mm, należy uwzględnić baterię sztorcową.

**Pytanie 29**

Dotyczy załącznika nr 1.1 - Formularz asortymentowo -cenowy oraz załącznika nr 7 Opis przedmiotu zamówienia:

Czy Zamawiający zaakceptuje wózek o podanych parametrach? - dotyczy pozycji nr 178 wg formularza cenowego

Wózek do przewożenia zwłok na tacach ze stałą wysokością. Wymiary: 2480x850x820mm. Obciążenie robocze: 250kg. Materiał: stal nierdzewna, gatunek 304. Koła: Ø125mm. Wózek wyposażony w tacę (wymiary: 2200x670x80mm. materiał: stal nierdzewna, gatunek 304. Wewnętrzne skosy 45°) i pokrywę (wymiary: 2065x740x340 mm, materiał: stal nierdzewna, gatunek 304)



**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

**Pytanie 30**

Dotyczy załącznika nr 1.1 - Formularz asortymentowo -cenowy oraz załącznika nr 7 Opis przedmiotu zamówienia:

Czy Zamawiający zaakceptuje szafę o głębokości 470mm? - dotyczy pozycji nr 10, 59, 92, 157,192 wg formularza cenowego

**Odpowiedź:**



Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

**Pytanie 31**

Dotyczy załącznika nr 1.1 - Formularz asortymentowo -cenowy oraz załącznika nr 7 Opis przedmiotu zamówienia:

Czy Zamawiający zaakceptuje szafę wyposażoną w półki wykonane ze stali nierdzewnej? - dotyczy pozycji nr 10, 59, 92, 157,192 wg formularza cenowego

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego parametru.

**Pytanie 32**

Dotyczy załącznika nr 1.1 - Formularz asortymentowo -cenowy oraz załącznika nr 7 Opis przedmiotu zamówienia:

Czy Zamawiający zaakceptuje szafę wyposażoną w półki przestawne co 45mm? - dotyczy pozycji nr 10, 59, 92, 157,192 wg formularza cenowego

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego parametru.

**Pytanie 33**

Dotyczy – rozdziału V SWZ - DOPUSZCZENIE SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i przychyli się do utworzenia odrębnego zadania obejmującego swoim zakresem wyposażenie ze stali nierdzewnej? Proponowane rozwiązanie jest korzystne dla Zamawiającego, ponieważ daje szansę startu firmom – producentom tego typu mebli często z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Podział na części sprawi, że ceny również będą korzystniejsze dla Zamawiającego, gdyż uniknie się dodatkowych marż nakładanych na wyroby przez firmy handlowe.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na utworzenie odrębnego zadania.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

**Dotychczasowy termin składania i otwarcia ofert NIE ULEGA zmianie.**