

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - Analizator parametrów krytycznych

Lp	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4
1	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, nierekondycjonowane, rok produkcji nie później niż 2018.	TAK	
2	Producent.	Podać	
3	Model / typ oferowanego urządzenia.	Podać	
4	Zasilanie 230V, 50Hz.	TAK	
5	Klasa wyrobu medycznego.	Podać	
6	Analizator do oznaczania parametrów krytycznych pracujący w oparciu o: zintegrowany pakiet odczynnikowy zawierający odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne oraz pojemnik na ścieki oddzielną kasetę zawierającą elektrody pomiarowe z możliwością przetykania skrzepów. Wymiana powyższych elementów niezależna od siebie.	TAK	
7	Analizator w pełni automatyczny i bezobsługowy.	TAK	
8	Wykonywanie badań z krwi tętniczej, włóśniczkowej oraz żyłnej.	TAK	
9	Mierzone parametry min.: pH, pCO ₂ , pO ₂ , Na ⁺ , K ⁺ , Ca ²⁺ , Cl ⁻ , glukoza, mleczażny, bilirubina, , frakcje oksymetryczne, Hct lub Hb.	TAK	
10	Możliwość oznaczania kreatyniny i mocznika.	TAK	
11	Objętość materiału badanego max.: 100 µl.	TAK	
12	Czas uzyskania wyniku (łącznie z wydrukiem) max.: 60s.	TAK	
13	Wydruk mapy równowagi kwasowo-zasadowej zawierający wykresy wyników pacjenta w odniesieniu do wyników standardowych.	TAK	
14	Automatyczne wykrywanie nieprawidłowości w pracy w tym obecności skrzepu.	TAK	
15	Monitorowanie poziomu odczynników.	TAK	
16	Łączny dobowy czas kalibracji analizatora max.: 30 min.	TAK	
17	Automatyczna kontrola jakości z płynów znajdujących się w pakiecie odczynnikowym	TAK	
18	Obsługa za pomocą ekranu dotykowego.	TAK	
19	Archiwizacja wyników i możliwość ponownego odtwarzania.	TAK	
20	Komunikacja analizatora w języku polskim.	TAK	
21	Wbudowana drukarka.	TAK	
22	Wbudowany skaner kodów kreskowych.	TAK	
23	Możliwość wyboru przez użytkownika stosowania różnych rodzajów zestawów odczynnikowych pod względem ilości oznaczeń.	TAK	
24	Podłączenie aparatu do szpitalnego systemu informatycznego wraz z uruchomieniem dwukierunkowej transmisji danych pomiędzy systemem informatycznym i aparatem w zakresie badań i odbioru wyników. Zlecenie badań i odbiór wyników w systemie HIS Optimed NXT firmy Comarch S.A. Informacja dodatkowa: Zamawiający używa również systemu LIS Infomedica firmy Asseco S.A. Zlecenia nie muszą być realizowane z wykorzystaniem systemu LIS, jednak w przypadku braku możliwości uruchomienia bezpośredniej transmisji Optimed-Aparat, Zamawiający wyraża zgodę na pośrednie wykorzystanie systemu LIS przez Wykonawcę.	TAK	
25	Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy, uwzględniająca koszt naprawy, wymiany wszelkich niezbędnych materiałów i podzespołów, okresowych przeglądów w okresach zgodnie z zaleceniami producenta z wystawieniem dokumentu potwierdzającego sprawność, zapewnienie pełnej sprawności aparatu w okresie obowiązywania umowy.	TAK	
26	Instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczyć wraz z urządzeniem.	TAK	

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.