



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 Uniwersytecki Szpital Kliniczny
 im. Wojskowej Akademii Medycznej
 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 Centralny Szpital Weteranów

Łódź, dnia 13.05.2024 r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania,
 którzy pobrali SWZ**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego 64/PN/ZP/D/2024 –dostawy materiałów opatrunkowych

W związku z nadesłanymi pytaniami do SP ZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnego Szpitala Weteranów, dotyczącymi SIWZ, na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 – j.t. ze zm.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Dotyczy Pakietu 9 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowych, hydrofilowych serwet operacyjnych z gazy bawełnianej 20-nitkowej, 4-warstwowe, z nitką RTG i tasiemką. Z podwójną samoprzylepną etykietą do dokumentacji medycznej oraz kodem QR, zgodne z EN 14079. Serwety sterylizowane parą wodną, klasa IIa, reguła 7, wymiar całkowity 45cm x 45cm +/- 10% (100% włókna bawełnianego po wstępnym praniu), op. a'2szt.. Opakowanie jednostkowe typu peel-open (papier-folia) wymagane normą EN 868 z marginesem otwarcia zapewniającym łatwe i prawidłowe użycie produktu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści produkt o powyższym opisie

Pytanie nr 2

Dotyczy Pakietu 9 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowych, hydrofilowych serwet operacyjnych z gazy bawełnianej 20-nitkowej, 4-warstwowe, z nitką RTG i tasiemką. Z podwójną samoprzylepną etykietą do dokumentacji medycznej oraz kodem QR, zgodne z EN 14079. Serwety sterylizowane parą wodną, klasa IIa, reguła 7, wymiar całkowity 45cm x 45cm +/- 10% (100% włókna bawełnianego po wstępnym praniu), op. a'5szt.. Opakowanie jednostkowe typu peel-open (papier-folia) wymagane normą EN 868 z marginesem otwarcia zapewniającym łatwe i prawidłowe użycie produktu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści produkt o powyższym opisie

Pytanie nr 3

Dotyczy Pakietu 14 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów gazowych niejałowych przewyższających liczbę 13-stu nitek, 8-warstw, o masie ≥ 20 g/m², a'100szt. Wyrób zakwalifikowany do klasy I reguły 4 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2017/745, wyrób niesterylny nie może być stosowany jako wyrób chirurgicznie inwazyjny. Rozmiar **10cm x 10cm**. Opakowanie – worek polietylenowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę na powyższy opis produktu



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 Uniwersytecki Szpital Kliniczny
 im. Wojskowej Akademii Medycznej
 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 Centralny Szpital Weteranów

Pytanie nr 4
Dotyczy Pakietu 14 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kompresów gazowych niejałowych przewyższających liczbę 13-stu nitek, 8- warstw, o masie ≥ 20 g/m², a'100szt. Wyrób zakwalifikowany do klasy I reguły 4 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2017/745, wyrób niesterylny nie może być stosowany jako wyrób chirurgicznie inwazyjny. Rozmiar **7,5cm x 7,5cm**. Opakowanie – worek polietylenowy

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę na powyższy opis produktu

Pytanie nr 5
Dotyczy Pakietu 14 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kompresów gazowych niejałowych przewyższających liczbę 13-stu nitek, 8- warstw, o masie ≥ 20 g/m², a'100szt. Wyrób zakwalifikowany do klasy I reguły 4 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2017/745, wyrób niesterylny nie może być stosowany jako wyrób chirurgicznie inwazyjny. Rozmiar **5cm x 5cm**. Opakowanie – worek polietylenowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę na powyższy opis produktu

Pytanie nr 6
Pakiet 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek sterylny w rozmiarze 6 cm x 7,5 cm do mocowania kaniul składający się z pokrytej klejem włókniny poliestrowej. Strona klejąca pokryta jest dwoma papierami silikonowymi. Opatrunek zawiera dodatkowo materiał wyścielający. 1 op.=50 sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści produkt o powyższym opisie

Pytanie nr 7
Pakiet 5 poz.2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek sterylny w rozmiarze 6 cm x 7,5 cm. składający się z pokrytej klejem włókniny poliestrowej, z wyciętym okienkiem wypełnionym przylepną folią poliuretanową, umożliwiającym obserwację miejsca wkłucia;

- dodatkowo materiał wyścielający wykonany z mieszanki wiskozy i PP / PE
 - strona klejąca pokryta jest dwoma papierami silikonowymi
- Pakowany po 50szt z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści produkt o powyższym opisie

Pytanie nr 8
Pakiet 9 poz. 1,2

Czy Zamawiający dopuści serwety operacyjne, jałowe, w podwójnym opakowaniu jałowym (op. zewnętrzne papier-folia wewnątrz naklejka do dokumentacji, op. wewnętrzne papier-folia z naklejką do liczenia na zewnątrz). Materiał opatrunkowy z przędzy 14,2-15 TEX. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści produkt o powyższym opisie



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. Wojskowej Akademii Medycznej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Centralny Szpital Weteranów

Pytanie nr 9

Pakiet 5, poz. 1

Proszę o dopuszczenie opatrunku do kaniul pokrytego hypoalergicznym klejem akrylowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza klej akrylowy. Pozostałe zapisy zgodne z SWZ.

Pytanie nr 10

Pakiet 5, poz. 2

Proszę o dopuszczenie Transparentnego opatrunku do mocowania cewników dożylnych wykonanego z folii poliuretanowej w rozmiarze 9 x 11 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza klej akrylowy. Pozostałe zapisy zgodne z SWZ.

Pytanie nr 11

Pakiet 5, poz. 2

Proszę o dopuszczenie Opatrunku w rozmiarze 70mm x 90mm (+/- 5mm). Posiada wyraźne wycięcie wzdłuż środka zakończone owalnie i transparentne okno do obserwacji miejsca wkłucia o wymiarze 34mm x 39mm (+/- 2mm). Z klejem akrylowym. Opatrunek posiada dodatkowe taśmy zabezpieczające. Dwie taśmy włókninowe o wymiarach 12,5mm x 9mm oraz jedną taśmę o wymiarze 25mm x 90mm. Opakowanie 50 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści produkt o powyższym opisie

Pytanie nr 12

PAKIET NR 1

1. Poz. nr 3-4- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunków mogących pozostawać na ranie do 7 dni? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: : Zamawiający dopuści

Pytanie nr 13

PAKIET NR 2

Poz. nr 1-3- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku spełniającego wymagania SWZ, który od strony rany otoczony jest miękką, hydrofilową włókniną poliamidowo- wiskozową zapobiegającą przywieraniu opatrunku do rany?

Odpowiedź: : Zamawiający dopuści. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 14

PAKIET NR 2

Poz. nr 6- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku pakowanego w opakowanie a' 5 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: : Zamawiający dopuści. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 15

PAKIET NR 2

Poz. nr 7- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku wykonanego z miękkiej, cielistej tkaniny w rozmiarze 6 cm x 1 m lub opatrunku wykonanego z miękkiej, cielistej włókniny o długości 5 m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku wykonanego z miękkiej, cielistej tkaniny w rozmiarze 6 cm x 1 m



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. Wojskowej Akademii Medycznej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Centralny Szpital Weteranów

Pytanie nr 16

PAKIET NR 3

Poz. nr 1-4- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku wyspowego posiadającego wkład chłonny z 100% wiskozy? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści produkt o powyższym opisie

Pytanie nr 17

PAKIET NR 4

Poz. nr 1-3- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowych zestawów opatrunkowych posiadających w swoim składzie samoprzylepną podkładkę z portem połączoną z dwuświatłowym drenem wykonanym z miękkiego poliwinylu? Pozostały skład i parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści produkt o powyższym opisie

Pytanie nr 18

PAKIET NR 4

Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania średniego zestawu opatrunkowego pakowanego w opakowania a' 3 szt. lub a' 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści produkt o powyższym opisie

Pytanie nr 19

PAKIET NR 4

Poz. nr 5-6- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania nowoczesnych jałowych zbiorników o tej samej funkcjonalności bez wewnętrznego systemu komór, kompatybilnych z systemem terapii podciśnieniowej, co przekłada się na ich niższą wagę ułatwiając mobilność pacjenta podczas terapii? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści produkt o powyższym opisie

Pytanie nr 20

PAKIET NR 5

Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku do mocowania kaniul, jałowego, wykonanego z miękkiej włókniny oraz powlekanego laminatu, który stanowi materiał podłoża. Kontrola wzrokowa miejsca wkłucia bez potrzeby zmiany opatrunku dzięki wbudowanemu okienku (pokrytemu folią PU). Warstwa przylepna z przezroczystego, powlekanego paskami kleju na bazie kauczuku syntetycznego. Rozmiar 9cm x 7cm. 1op. =100 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści produkt o powyższym opisie

Pytanie nr 21

PAKIET NR 8

Poz. nr 1-10- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych i włókninowych nie posiadających na opakowaniu jednostkowym etykiet kontrolnych do wklejenia do dokumentacji medycznej?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 22

PAKIET NR 8

Poz. nr 1-4- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych o masie 1 sztuki min. 1,59g?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 23

PAKIET NR 8

Poz. nr 7- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych w rozmiarze 10 x 10 cm i masie 1 szt. min. 2,80 g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści produkt o powyższym opisie



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 Uniwersytecki Szpital Kliniczny
 im. Wojskowej Akademii Medycznej
 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 Centralny Szpital Weteranów

Pytanie nr 24

PAKIET NR 8

Poz. nr 9-10- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowych kompresów z włókny 30 g 6-warstwowych w rozmiarze 10 x 10 cm z nacięciem w kształcie litery „Y”, pakowanych a’ 2 szt. w opakowanie typu miękki blister z intuicyjnym dla użytkownika miejscem/sposobem otwierania, zawierającym symbol/oznaczenie sposobu sterylizacji, sklasyfikowanych w klasie I sterylnej, reg. 4?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 25

PAKIET NR 8

Poz. nr 10- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów pakowanych w opakowanie a’ 2 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści

Pytanie nr 26

PAKIET NR 9

Poz. nr 1-2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet operacyjnych, pakowanych podwójnie w opakowania papierowo- foliowe (zewnętrzne i wewnętrzne), każde z nadrukowaną etykietą główną oraz jedną etykietą kontrolną do wklejenia do dokumentacji medycznej. Dodatkowo serwety pakowane karton- dyspenser? Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 27

PAKIET NR 12

Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania podkładu podgipsowego w rozmiarze 6 cm x 3 m lub 10 cm x 3 m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści rozmiar 10 cm x 3 m bez przeliczania ilości

Pytanie nr 28

PAKIET NR 12

Poz. nr 3-4- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek gipsowych, o czasie wiązania do 4 min., których gaza nośna impregnowana jest 90% (+/- 2%) gipsem naturalnym? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści

Pytanie nr 29

PAKIET NR 12

Poz. nr 3-4- czy Zamawiający oczekuje zaoferowania opasek gipsowych, których gaza nawinięta jest na tekturowy rulonik (ulegający biodegradacji) ułatwiający modelowanie i nakładanie opaski, pakowanych w opakowania odporne na zwilgocenie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści

Pytanie nr 30

PAKIET NR 13

Poz. nr 1-6- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku wyspowego posiadającego wkład chłonny z 100% wiskozy? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści

Pytanie nr 31

PAKIET NR 15



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. Wojskowej Akademii Medycznej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Centralny Szpital Weteranów

Poz. nr 1-3- czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania taśmy przylepnej włókninowej zwiniętej w rulon, nie nawiniętej na rolkę, pakowanej w kartonik, który może posłużyć jako dyspenser? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści

Pytanie nr 32
PAKIET NR 16

Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania kompresów gazowych o masie 1 szt. min. 0,74 g, pakowanych w opakowanie a' 20 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 33
PAKIET NR 16

Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania kompresów gazowych o masie 1 szt. min. 1,58 g?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 34
PAKIET NR 16

Poz. nr 3- czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania kompresów gazowych o masie 1 szt. min. 1,58 g, pakowanych w opakowanie a' 40 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 35
PAKIET NR 16

Poz. nr 1-3- czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania kompresów gazowych pakowanych w opakowanie papierowo- foliowe z nadrukowaną etykietą główną oraz jedną etykietą kontrolną do wklejania do dokumentacji medycznej zawierającą m.in. nazwę produktu, datę ważności i nr katalogowy?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 36
ZAPISY SWZ

PROJEKT UMOWY

§ 4, ust. 9-10- wnosimy o modyfikację zapisów umowy poprzez wykreślenie zapisów w/w ustępu i zastąpienie ich następującymi:

„W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę braku lub wady towaru, objętego danym zamówieniem, skutkującego brakiem możliwości zrealizowania konkretnego zamówienia, Wykonawca będzie uprawniony do dostarczenia Zamawiającemu wyrobów medycznych równoważnych do tych, które zostały wskazane w zamówieniu. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca będzie zobowiązany do wskazania zamiennego wyrobu medycznego w terminie 24 godzin od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego”

Zgodnie z § 7 Zamawiający będzie naliczał kary umowne za niedostarczenie towaru w wyznaczonym terminie. Obciążenie wykonawcy różnicą kosztów zakupu interwencyjnego jest dodatkową karą finansową, która w dobie niestabilnych zachowań rynkowych może być rażąco wygórowana i prowadzić do nierównego traktowania stron umowy


Odpowiedź: Zgodnie z SWZ



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. Wojskowej Akademii Medycznej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Centralny Szpital Weteranów

Pytanie nr 37

Pakiet 2, poz. 1-6 - Czy Zamawiający dopuści kompres wysokochłonny jałowy, o budowie warstwowej: hydrofilowa włóknina - warstwa celulozy - pulpa celulozowa - hydrofobowa włóknina. Zewnętrzna nieprzemakalna dla płynów hydrofobowa włóknina w kolorze niebieskim?



Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 38

Pakiet 2, poz. 1-2, 5 - Czy Zamawiający dopuści kompres pakowany zbiorczo a'25 szt?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

Pytanie nr 39

Pakiet 2, poz. 1-2, 6 - Czy Zamawiający dopuści kompres pakowany zbiorczo a'8 szt?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

Pytanie nr 40

Pakiet 2, poz. 1-6 - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za 1szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

Pytanie nr 41

Pakiet 2, poz. 4-6 - Czy Zamawiający dopuści kompresy sterylizowane tlenkiem etylenu, pakowane w opakowanie papier folia bez podziałki centymetrowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

Pytanie nr 42

Pakiet 2, poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści kompres w rozmiarze 20 x 25 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

Pytanie nr 43

Pakiet 2, poz. 7 - Czy Zamawiający dopuści plaster z białej włókniny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

Pytanie nr 44

Pakiet 3, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a'30 szt z przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. Wojskowej Akademii Medycznej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Centralny Szpital Weteranów

Odpowiedź: Zamawiający dopuści. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

Pytanie nr 45

Pakiet 5, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek z klejem hypoalergicznym akrylowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

Pytanie nr 46

Pakiet 5, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek przezroczysty z folii PU do zabezpieczania kaniul obwodowych i cewników do żył centralnych, z wycięciem umożliwiającym dopasowanie opatrunku do założonej kaniuli, z systemem aplikacji typu ramka, z jedną taśmą do opisu, ze skrzydełkami wzmocnionymi od wewnątrz włókniną, z dwoma paskami mocującymi z włókniny, bez dodatkowej podkładki, z klejem akrylowym nakładanym metodą ciągłą. Rozmiar 9 x 7,2 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści produkt o powyższym opisie.

Pytanie nr 47

Pakiet 6, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści opaski o masie min. 20g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

Pytanie nr 48

Pakiet 6, poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści opaski o masie min. 25g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

Pytanie nr 49

Pakiet 6, poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści opaski o masie min. 30g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

Pytanie nr 50

Pakiet 6, poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści opaski o masie min. 37g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

Pytanie nr 51

Pakiet 6, poz. 1-4 – Czy Zamawiający dopuści opaski o masie powierzchniowej 54,5g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 52

Pakiet 6, poz. 2-4 – Czy Zamawiający dopuści opaski o rozciągliwości min. 150%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

Pytanie nr 53

Pakiet 6, poz. 7 – Czy Zamawiający dopuści opaski o gramaturze min. 14g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

Pytanie nr 54

Pakiet 8, poz. 1-4 – Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze min. 1,49g?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 Uniwersytecki Szpital Kliniczny
 im. Wojskowej Akademii Medycznej
 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 Centralny Szpital Weteranów

Pytanie nr 55

Pakiet 8, poz. 1, 5, 6, 7 – Czy Zamawiający dopuści kompresy bez etykiet do dokumentacji?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 56

Pakiet 8, poz. 7 – Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze min. 0,57g, tak jak w pozycji nr 5? Jednocześnie zwracamy się z doprecyzowaniem, czy nie doszło do omyłki – w poz. 5 i 7 są opisane te same kompresy, jednak o różnej masie.

**Odpowiedź: W pozycji 7 zamawiający miał na myśli rozmiar 10 cm x 10 cm
 Zamawiający zmienia treść w zakresie Pakietu 8 poz. 7 w Załączniku nr 2-Formularzu asortymentowo-cenowym.**

W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 2 do SWZ-formularz asortymentowo-cenowy.

Pytanie nr 57

Pakiet 8, poz. 8 – Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze min. 2,58g?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 58

Pakiet 8, poz. 10 – Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'5 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 59

Pakiet 8, poz. 10 – Czy Zamawiający dopuści kompresy bez wskaźnika sterylizacji i etykiet do dokumentacji?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 60

Pakiet 9, poz. 1, 2 – Czy Zamawiający dopuści serwety z gazy 17-nitkowej, ze znacznikiem RTG i tasiemką, w pojedynczym opakowaniu papier-folia?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 61

Pakiet 10, poz. 4, 5 – Czy Zamawiający dopuści tufery pakowane a'10 szt z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 62

Pakiet 12, poz. 3, 4 – Czy Zamawiający dopuści opaski pakowane a'1 szt z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 63

Pakiet 12, poz. 3, 4 – Czy Zamawiający dopuści opaski o czasie moczenia i aktywacji ok. 5 sek?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 64

Pakiet 12, poz. 3, 4 – Czy Zamawiający dopuści opaski o czasie wiązania wstępnego około 5-6 minut?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

Pytanie nr 65



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. Wojskowej Akademii Medycznej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Centralny Szpital Weteranów

Pakiet 13, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opak. handlowe a'100 szt z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

Pytanie nr 66

Pakiet 13, poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opak. handlowe a'50 szt z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

Pytanie nr 67

Pakiet 13, poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opak. handlowe a'30 szt z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

Pytanie nr 68

Pakiet 13, poz. 4, 5, 6 – Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opak. handlowe a'25 szt z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

Pytanie nr 69

Pakiet 14, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści kompresy o min. wadze 1,27g?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 70

Pakiet 14, poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści kompresy o min. wadze 0,75g?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 71

Pakiet 14, poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści kompresy o min. wadze 0,35g?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 72

Pakiet 16, poz. 2, 3 – Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'10 szt z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 73

Pakiet 16, poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści kompresy 8 warstwowe?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 74

pakiet 8, poz. 1-10
czy zamawiający dopuści opakowania bez etykiety typu TAG?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 75

pakiet 8, poz. 1-8
czy zamawiający dopuści kompresy 17 nit. 8 warstwowe?
Czy zamawiający dopuści kompresy o wadze nominalnej –dla wyrobów z gazy 17 nitkowych, 8 warstwowych : dla rozmiaru 5 cm x 5cm – 0,46 g (+/-5%); dla 7,5 cm x 7,5 cm – 0,985 g; dla 10 cm x 10 cm - 1,65 g?



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. Wojskowej Akademii Medycznej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Centralny Szpital Weteranów

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 76

Pakiet 8, poz. 9-10

Czy zamawiający wydzieli poz.9-10 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Czy zamawiający dopuści kompresy 30 g?

Czy zamawiający dopuści kompresy bez wskaźnika sterylizacji?

Czy zamawiający dopuści standardowe kompresy bez nacięcia?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 77

Pakiet 8, poz. 10

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie `a 2 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 78

Pakiet 8, poz. 5,6,7,8

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie `a 2 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 79

Pakiet 8, poz. 1

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie `a 3 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 80

Pakiet 14, poz. 1-3

Czy zamawiający dopuści kompresy o wadze nominalnej –dla wyrobów z gazy 13 nitkowych, 8 warstwowych
rozmiar 5cm x 5cm 0.32g ±5%
rozmiar 7.5cm x 7.5cm 0.74g ±5%
rozmiar 10cm x 10cm 1.3g±5%

Czy zamawiający dopuści kompresy o wadze nominalnej –dla wyrobów z gazy 17 nitkowych, 8 warstwowych :
dla rozmiaru 5 cm x 5cm – 0,46 g (+/-5%); dla 7,5 cm x 7,5 cm – 0,985 g; dla 10 cm x 10 cm - 1,65 g?

Z dniem wejścia w życie ustawy MDR produkty winny spełniać nałożone jej treścią wymogi, zgodnie z tym prosimy o odstąpienie od wymogu klasy II a reg.7 i dopuszczenie klasy I reg. 4, w przeciwnym razie prosimy o uzasadnienie podjętej decyzji. W związku z powyższym, czy zamawiający dopuści w pozycji wyroby z gazy niejałowej - sklasyfikowane w klasie I reg.4, gdyż zgodnie z normą MDR produkty gazowe niejałowe wcześniej sklasyfikowane w klasie IIa reg. 7 aktualnie zostały zaszeregowane do klasy I reg. 4?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści klasę I reg. 4 Pozostałe zapisy zgodne z SWZ

Pytanie nr 81



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. Wojskowej Akademii Medycznej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Centralny Szpital Weteranów

pakiet 20, poz. 1

Z dniem wejścia w życie ustawy MDR produkty winny spełniać nałożone jej treścią wymagania, zgodnie z tym prosimy o odstąpienie od wymogu klasy II a reg.7 i dopuszczenie klasy I reg. 4, w przeciwnym razie prosimy o uzasadnienie podjętej decyzji. W związku z powyższym, czy zamawiający dopuści w pozycji wyroby z gazy niejałowej - sklasyfikowane w klasie I reg.4, gdyż zgodnie z normą MDR produkty gazowe niejałowe wcześniej sklasyfikowane w klasie IIa reg. 7 aktualnie zostały zaszeregowane do klasy I reg. 4?

Czy zamawiający dopuszcza i wymaga gazę pakowaną w rolkę 100 mb, z uwagi na higieniczny sposób przechowywania i możliwość łatwego oraz wygodnego odcinania potrzebnej ilości, ograniczając przy tym ewentualne zanieczyszczenie produktu, ponadto sposób pakowania w roli znacząco ogranicza miejsce magazynowania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści klasę I reg. 4 Pozostałe zapisy zgodne z SWZ

Pytanie nr 82

dot. pak. 3, poz. 1 i 2: Czy Zamawiający dopuści opatrunki wyspowe w opakowaniu A'50 szt. z przeliczeniem ilości oferowanych opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści. Pozostałe zapisy zgodne z SWZ

Pytanie nr 83

dot. pak. 3 oraz 13: Czy Zamawiający dopuści opatrunek wyspowy posiadający wkład chłonny z włókniny wiskozowo-polipropylenowo-polietylenowej, zamiast wiskozowo-poliestrowej?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 84

dot. pak. 6, poz. 4: Czy Zamawiający dopuści opaskę elastyczną tkaną w opakowaniu papierowym (nie kartoniku)? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści. Pozostałe zapisy zgodne z SWZ

Pytanie nr 85

dot. pak. 6, poz. 5-7: Czy w podanych pozycjach gramatura opasek nie została omyłkowo przyporządkowana do złych rozmiarów? Czy Zamawiający wymaga opasek 4m x 5cm o masie 5g, 4m x 10cm o masie 10g oraz 4m x 15cm o masie 15g?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść w zakresie Pakietu 6 poz. 5-7 w Załączniku nr 2-Formularzu asortymentowo-cenowym.

W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 2 do SWZ-formularz asortymentowo-cenowy.

Pytanie nr 86

dot. pak. 7: Czy w pakiecie 7 Zamawiający wymaga setonów niejałowych czy jałowych?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga setonów jałowych

Zamawiający zmienia treść w zakresie Pakietu 7 w Załączniku nr 2-Formularzu asortymentowo-cenowym.

W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 2 do SWZ-formularz asortymentowo-cenowy.

Pytanie nr 87

dot. pak. 8, poz. 5 i 6: Czy Zamawiający miał na myśli kompresy gazowe 17N 8W?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 Uniwersytecki Szpital Kliniczny
 im. Wojskowej Akademii Medycznej
 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 Centralny Szpital Weteranów

Pytanie nr 88

dot. pak. 8, poz. 7: Czy Zamawiający miał na myśli kompresy gazowe 17N 8W w rozmiarze 10x10cm?

Odpowiedź: W pozycji 7 rozmiar 10x10 cm. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ Zamawiający zmienia treść w zakresie Pakietu 8 poz. 7 w Załączniku nr 2-Formularzu asortymentowo-cenowym. W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 2 do SWZ-formularz asortymentowo-cenowy.

Pytanie nr 89

dot. pak. 9: Czy można zaoferować serwety wykonane z gazy po wstępnym praniu, zapakowane w podwójny system pakowania – dwie torebki papierowo-foliowe, sterylizowane w parze wodnej (najbezpieczniejszej metodzie sterylizacji dla materiałów opatrunkowych, wykonanych z gazy). Wszystkie pozostałe zapisy zgodnie z SWZ. Pragniemy poinformować, że aktualnie dostarczamy zaoferowane serwety do Państwa szpitala, które cieszą się bardzo dobrą opinią wśród personelu medycznego

Odpowiedź: Zamawiający dopuści

Pytanie nr 90

dot. pak. 12, poz. 1: Czy Zamawiający dopuści podkład podgipsowy w rozmiarze 6 cm x 3 m lub 10 cm x 3 m, zamiast 8 cm x 3 m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści rozmiar 10cm x 3 m bez możliwości przeliczenia ilości

Pytanie nr 91

dot. pak. 12, poz. 3 i 4: Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową o czasie moczenia 5 sekund oraz czasie trwania plastyczności 3 min. - 3 min. 30 sek?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 92

dot. pak. 12, poz. 3 i 4: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania opaski gipsowej w przezroczystym opakowaniu foliowym zapobiegającym zabrudzeniu i zawilgoceniu opaski oraz pozwalającym na ocenę ilości niezwiązanego gipsu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie

Pytanie nr 93

dot. pak. 12, poz. 3 i 4: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania opaski gipsowej na perforowanym tubusie z tworzywa sztucznego, ułatwiającego szybkie i równomierne namaczanie opaski, który nie ulega zniszczeniu i deformacji podczas odciskania opaski z nadmiaru wody i nakładania opatrunku?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie

Pytanie nr 94

dot. pak. 1 oraz pak. 13, poz. 3-6: Czy nie doszło do omyłki? W podanych pakietach Zamawiający wymaga tych samych wyrobów.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 95

dot. pak. 20, poz. 1: Czy Zamawiający dopuści gazę w klasie I reg. 4 w rozmiarze 90cm x 200m z przeliczeniem oferowanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści produkt o powyższym opisie

Pytanie nr 96



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. Wojskowej Akademii Medycznej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Centralny Szpital Weteranów

Czy Zamawiający zgodzi się na dostawy do godz. 15:00?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 97

Czy Zamawiający zgodzi się na skrócenie minimalnego terminu ważności dostarczanych wyrobów medycznych z 12 do 6 miesięcy? Biorąc pod uwagę fakt, że dostawy realizowane są na bieżąco, w bardzo krótkich terminach i Szpital nie buduje sobie zapasów, 6 miesięczny termin ważności wydaje się być wystarczający.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 98

Czy Zamawiający zgodzi się wezwać Wykonawcę do należytego wykonania umowy przed dokonaniem zakupu u wykonawcy zastępczego?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 99

Czy Zamawiający zgadza się aby w §7 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”? Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 100

Czy Zamawiający zgodzi się odstąpić od wymogu przedkładania Zamawiającemu zaktualizowanych deklaracji zgodności w terminie 7 dni od daty zaistnienia okoliczności uzasadniających aktualizację? Informujemy, że oferowane przez nas wyroby medyczne odpowiadają obowiązującym normom i ich dokumentacja jest na bieżąco aktualizowana. Zobowiązujemy się do dostarczania aktualnych deklaracji zgodności na każde wezwanie Zamawiającego

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 101

Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kary umownej z tytułu niewykonania obowiązku określonego w § 9 ust 2 do 50 zł lub na inne złagodzenie kary? Kara w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki w odniesieniu do każdej deklaracji jest w naszej opinii rażąco wysoka.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 102

Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od kary umownej z tytułu niewykonania obowiązku określonego w § 9 ust 2? Kara w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki w odniesieniu do każdej deklaracji jest w naszej opinii rażąco wysoka

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 103

Czy Zamawiający zgodzi się przyjąć, że waloryzacja wynagrodzenia będzie dopuszczalna jeśli suma dwóch kolejnych kwartalnych wskaźników wzrostu cen towarów i usług w stosunku do poprzednich okresów kwartalnych, wynikających z komunikatów Prezesa GUS ogłaszanych na podstawie art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2022 poz. 504) i przypadających na okres realizacji umowy przekroczy 4%, a nie 8%?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 Uniwersytecki Szpital Kliniczny
 im. Wojskowej Akademii Medycznej
 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 Centralny Szpital Weteranów

Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605, j.t. ze zm.) Zamawiający **zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia** w zakresie :

- Modyfikacji pakietu 6,7 i 8 w załączniku nr 2 do SWZ-formularzu asortymentowo-cenowym

Na podstawie art. 137 ust. 2 PZP **Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmodyfikowany załącznik nr 2 do SWZ**

Na podstawie art. 137 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605, j.t. ze zm.) Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert:

- **Nowy termin składania ofert: 21.05.2024 r. godz. 08:30**
- **Nowy termin otwarcia ofert: 21.05.2024 r. godz. 09:00**
- **Nowy termin związania ofertą: 18.08.2024**

Działając w oparciu o art. 137 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605, j.t. ze zm.) Zamawiający w dniu 09.05.2024 przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.

Zamawiający zwraca się z prośbą, aby w przypadku dopuszczenia parametrów / zapisów innych niż opisane w SWZ zaznaczyć, iż parametr /zapisy zostały dopuszczone w drodze udzielonych wyjaśnień treści SWZ.

Z poważaniem

Stefania Kierowiczka Działu Zamówień Publicznych
Maria Dyl-Niedźwiecka
 Maria Dyl-Niedźwiecka

