

Odpowiedzi na pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

W związku z wpływaniem zapytań dotyczących treści SWZ postępowania znak: **DZP/160/ZP-13/24** pn. „DOSTAWA SYMULATORA AMBULANSU Z WYPOSAŻENIEM” zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023, poz. 1605 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie udziela wyjaśnień:

Pytanie 1:

Ponieważ toczy się inne postępowanie (lub jest w trakcie realizacji) "2024/BZP 00416086/01 znak: DZP/129/ZP-9/24 ADAPTACJI POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 6 DLA POTRZEB KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE" czy Zamawiający rozpocznie odliczanie czasu realizacji dostawy symulatora ambulansu - 90 dni od momentu przekazania wykonawcy ciągów komunikacyjnych o min. wymiarach 3,7 x 2,6 m (w celu transportu do docelowego pomieszczenia elementów symulatora) oraz późniejszemu przekazaniu wykonawcy pomieszczenia docelowego do prac? Jeśli tak, to prosimy o dokonywanie stosownej modyfikacji SWZ oraz umowy. Uzasadnienie: bez otworów w ciągach transportowych o wymiarach umożliwiających wniesienie elementów symulatora oraz bez zakończenia prac remontowo-budowlanych w pomieszczeniu docelowym rozpoczęcie montażu i sam montaż symulatora ambulansu nie jest możliwy. Udzielenie negatywnej odpowiedzi utrudni lub nawet uniemożliwi wykonanie umowy.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami rozdziału II ust. 4 SWZ, oraz § 2 ust. 1 wzoru umowy (zał. nr 4.1 do SWZ) Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie do 90 dni od dnia podpisania umowy. W związku z powyższym 90-cio dniowy termin dostawy liczony będzie od momentu podpisania umowy, a nie od momentu przekazania Wykonawcy ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczenia docelowego do prac. Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia zapewni ciągi komunikacyjne o wymiarach w najwęższym miejscu (w świetle) 2,0 x 1,0 m w celu transportu do docelowego pomieszczenia elementów symulatora.

Ponadto zgodnie z zapisami rozdziału I ust. 4 SWZ Wykonawca ma możliwość odbycia wizji lokalnej na miejscu u Zamawiającego.

Pytanie 2:

Czy po dokonaniu wyboru Wykonawcy Zamawiający zaakceptuje projekt konstrukcji wsporczej przed podpisaniem umowy tak, aby czas realizacji - montażu symulatora wewnątrz pomieszczenia docelowego mógł trwać max. do wymaganych przez SWZ 90 dni?



Jeśli tak, to prosimy o dokonanie modyfikacji SWZ oraz naniesienie stosownych zmian w projekcie umowy. Udzielenie negatywnej odpowiedzi utrudni lub nawet uniemożliwi wykonanie umowy.

Odpowiedź:

Wszelkie uzgodnienia, oraz akceptacje Zamawiający będzie dokonywał z wybranym w postępowaniu Wykonawcą, po podpisaniu umowy.

Pytanie 3:

Ze względu na konieczność wykonania instalacji w symulatorze ambulansu oraz przystosowania wzmocnień do mocowania konkretnego wyposażenia medycznego, które jest przedmiotem oddzielnych postępowań Zamawiającego, czy czas 90 dni na realizację dostawy symulatora ambulansu będzie mógł być liczony od momentu, gdy Zamawiający przedstawi wybranemu wykonawcy wybrane modele i dokumentację systemu wsparcia multimedialnego wirtualnej rzeczywistości oraz modeli i fabrycznych, dedykowanych do danych modeli mocowań wyposażenia medycznego, które ma się znaleźć w symulatorze ambulansu? Poza dokumentacją elementy wymagające montażu w symulatorze muszą być przekazane wykonawcy symulatora ambulansu w czasie maksimum 30 dni od momentu podpisania umowy z wykonawcą na dostawę symulatora ambulansu – czy Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązania?

Uzasadnienie: przygotowanie symulatora, jego wzmocnień, instalacji elektrycznej bez znajomości wag, wymiarów i napięć zasilania oraz mocy urządzeń odbiorczych (sprzętu medycznego kupowanego w oddzielnych postępowaniach) nie jest możliwe. Udzielenie negatywnej odpowiedzi utrudni lub nawet uniemożliwi wykonanie umowy.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami rozdziału II ust. 4 SWZ, oraz § 2 ust 1 wzoru umowy (zał. nr 4.1 do SWZ) Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie do 90 dni od dnia podpisania umowy. W związku z powyższym 90-cio dniowy termin dostawy liczony będzie od momentu podpisania umowy.

Pytanie 4:

Proszę o odpowiedź na poniższe pytanie dotyczące części drugiej opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu na dostawę symulatora ambulansu z wyposażeniem, "II-wyposażenie ambulansu":

Czy Zamawiający wymaga aby nosze główne z podwoziem wymagały dostarczenia przez wykonawcę kompletu, tzn. wraz z noszami i wózkiem dedykowanego systemu mocowania do podstawy noszy? Uzasadnienie: Zamawiający wspomina o "mocowaniu", ale jest ono wpisane w punkt dotyczący noszy i można rozumieć, że dotyczy mocowania noszy do wózka, a nie całego zestawu do podstawy. Bez tego systemu mocowania kompletnych noszy z wózkiem do podstawy nie będzie możliwe bezpieczne wpinanie i wypinanie zarówno pustych noszy na wózku, jak i z pacjentem czy symulatorem pacjenta leżących na nich.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby nosze główne opisane w poz. 1 części II przedmiotu zamówienia zostały dostarczone w komplecie tzn. nosze i wózek muszą być wyposażone w system mocowania do podstawy noszy.

Pytanie 5:

Dotyczy Materac podciśnieniowy:

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy dopuści materac próżniowy wyposażony we wzmocnioną podłogę zintegrowaną z materacem,

posiadającym 8 uchwytów do przenoszenia o wymiarach min 200x90 cm, z pompką jednokierunkową, spełniający pozostałe wymagania OPZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania i dostawy materaca o ww. parametrach. Materac próżniowy (podciśnieniowy) musi spełniać wszystkie minimalne wymagania opisane w poz. 3 cz. II przedmiotu zamówienia.

Pytanie 6:

Dotyczy Krzeselko kardiologiczne z odpinanym systemem trakcyjnym:

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy dopuści krzeselko kardiologiczne z systemem trakcyjnym zintegrowanym na stałe z krzeselkiem, o wymiarach: 114 cm wysokość, 55 cm szerokość, głębokość po złożeniu 23 cm, tylne ręczki stałe zintegrowane z ramą krzeselka?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania i dostawy krzeselka kardiologicznego o ww. parametrach. Krzeselko kardiologiczne musi spełniać wszystkie minimalne wymagania opisane w poz. 4 cz. II przedmiotu zamówienia.

KANCELERZ

mgr Franciszek Tereszkiwicz