

K-dzpz/24-ZO/2022

Tarnów, 9.08.2022 r.

**Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w zapytaniu ofertowym**

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr K-dzpz/24-ZO/2022 z dnia 5.08.2022 r. na „**Dostawę akcesoriów laboratoryjnych oraz odczynników chemicznych dla ANS w Tarnowie w ramach projektu - Małopolska Chmura Edukacyjna**” - część 2.

Pytanie nr 1:

pkt.1 Kolba stożkowa szl.29/32 250ml + korek.

Czy korek ma być plastikowy czy szklany?

Odpowiedź ANS w Tarnowie do pytania nr 1:

Korek ma być szklany.

Pytanie nr 2:

pkt.4 Biureta 50ml.

Pytanie: Kl A czy B i kran szklany czy z tworzywa?

Odpowiedź ANS w Tarnowie do pytania nr 2 :

Biureta klasy B, kran szklany lub z tworzywa

Rektor ANS w Tarnowie
dr hab. Małgorzata Kołpa