

Nr sprawy: AG.072.15.2.2022.MR

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający – Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzinie zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Zakup wraz z dostawą sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie”

I. Opis przedmiotu zamówienia: „Zakup wraz z dostawą sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie” (zał. nr 1 - formularz ofertowy)

Przedmiotem zamówienia jest „Zakup wraz z dostawą sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie”.

Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do zakupu i dostarczenia sprzętu rehabilitacyjnego o podstawowych cechach:

1. Balkonik rehabilitacyjny sztywny – 3 szt.

	WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY	Wymagane parametry
1.	Balkonik kroczący składany – ułatwiający poruszanie się	TAK
2.	Wzmocniona podwójna rama aluminiowa	TAK
3.	Miękkie piankowe uchwyty	TAK
4.	Szerokość całkowita: 52 cm ±1 cm	TAK
5.	Szerokość wewnętrzna: 46 cm ±1 cm	TAK
6.	Głębokość całkowita: 47 cm ±1 cm	TAK
7.	Wysokość całkowita: 80-96 cm ±1 cm	TAK
8.	Waga: <3 kg	TAK
9.	Maksymalne obciążenie: min. 135 kg	TAK
10.	Certyfikat CE	TAK

2. Balkonik rehabilitacyjny z kółkami – 3 szt.

	WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY	Wymagane parametry
1.	Aluminiowy balkonik czterokołowy dla osób o obniżonej sprawności	TAK
2.	Konstrukcja krzyżakowa o podwyższonej wytrzymałości	TAK
3.	Hamulec postojowy	TAK
4.	Siedzisko z oparciem;	TAK
5.	Specjalny uchwyt na kule;	TAK
6.	Koła o wąskim przekroju i średnicy min. 8”;	TAK
7.	Kosz na zakupy	TAK
8.	Funkcja składania do transportu	TAK
9.	Szerokość całkowita: 64 cm ±1 cm	TAK

10.	Głębokość całkowita: 69 cm ±1 cm	TAK
11.	Wymiary siedziska: 46 x 26 cm ±1 cm	TAK
12.	Wysokość siedziska od podłoża: 53 cm ±1 cm	TAK
13.	Regulacja wysokości uchwytów: 79 – 92 cm ±1 cm	TAK
14.	Waga: 7-8 kg	TAK
15.	Maksymalne obciążenie: 130 kg	TAK
16.	Maksymalne obciążenie torby na zakupy: min. 5 kg	TAK
17.	Certyfikat CE	TAK

3. Krzesło toaletowe – 3 szt.

	WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY	Wymagane parametry
1.	Krzesło ułatwiające wykonywanie czynności fizjologicznych	TAK
2.	Rama składana, stalowa - chromowana	TAK
3.	Deska sanitarna z klapą;	TAK
4.	Pojemnik sanitarny z pokrywką;	TAK
5.	Szerokość całkowita: 53 cm ±1 cm	TAK
6.	Szerokość wewnętrzna: 47 cm ±1 cm	TAK
7.	Głębokość całkowita: 53 cm ±1 cm	TAK
8.	Regulowana wysokość siedziska od podłoża: 44-53 cm ±1 cm	TAK
9.	Regulowana wysokość całkowita od podłoża: 72-83 cm ±1 cm	TAK
10.	Waga: 7 kg ±0,5 kg	TAK
11.	Maksymalne obciążenie min.: 100 kg	TAK
12.	Certyfikat CE	TAK

4. Łóżko rehabilitacyjne elektryczne – 8 sztuk

	WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY	Wymagane parametry
1	Elektrycznie sterowane czterosegmentowe łóżko rehabilitacyjne w obudowie drewnianej.	TAK
2	Łóżko wyposażone w cztery siłowniki elektryczne w obudowie w kolorze jasny popiel.	TAK
3	Regulacja oparcia pleców i uda dokonywana jest za pomocą siłowników umieszczonych pod leżem, sekcja podudzia regulowana jest za pomocą sześciostopniowego systemu zapadkowego.	TAK
4	Płynna regulacja kąta sekcji podudzia za pomocą dwóch elementów ślizgowych umieszczonych pod leżem.	TAK
5	Konstrukcja szczytów wypełniona płytą meblowej MDF o grubości 10mm.	TAK
6	System opuszczania poręczy wykonany w całość z aluminium, w tym bolce podtrzymujące barierki boczne aluminiowe o średnicy 11mm, co wpływa na trwałość całego systemu.	TAK
7	Szyna aluminiowa systemu opuszczania poręczy obudowana od strony zewnętrznej estetycznym elementem drewnianym.	TAK
8	Konstrukcja łóżka szpitalnego wykonana jest z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne.	TAK
9	Skrzynka kontrolna siłowników o podwyższonej odporności na ciec o IP X4	TAK
10	Leże czterosegmentowe, wypełnione płaskownikami o	TAK

	szerokości min. 40mm, co ułatwia utrzymanie w czystości i dezynfekcje leża.	
11	Podwójne bariery boczne na całej długości łóżka wykonane zgodnie z nową normą PN-EN 60601-2-52:2010 – Wymagane przedstawienie certyfikatu/testu.	TAK
12	Wymiary zewnętrzne łóżka: - długość całkowita: 2110 mm, (+/- 10 mm) - szerokość całkowita: 1030 mm, (+/- 10 mm)	TAK
13	Wymiary leża: - szerokość: 900 mm, (+/- 5 mm) - długość: 2000 mm, (+/- 5 mm)	TAK
14	Elektryczna regulacja wysokości leża w zakresie: 380 mm – 820 mm (+/-10 mm)	TAK
15	Minimalny zakres regulacji wysokości leża 420mm.	TAK
16	System regulacji leża wykonany z czterech kolumn o średnicy 40 x1,5mm.	TAK
17	Regulacja segmentu oparcia pleców, w zakresie: 0-70 °, (+/- 5°)	TAK
18	Regulacja segmentu oparcia uda: 0-40 °, (+/- 5°)	TAK
19	Kąt przechyłu Trendelenburga 0 - 12°	TAK
20	Kąt przechyłu anty-Trendelenburga 0 - 12°	TAK
21	Łóżko wyposażone w funkcję Autokontur, pozwalającą na jednoczesne uniesienie segmentu oparcia pleców oraz uda.	TAK
22	Układ jezdy: cztery koła o średnicy min. 100 mm, każde z kół wyposażone jest w hamulec jazdy i obrotu. Hamulec metalowy odporny na uszkodzenia.	TAK
23	Kolor obudowy drewnianej buk	TAK
24	Pilot wyposażony w trzy diody LED informujące o podłączeniu łóżka do sieci elektrycznej, o pracy silowników, jak również o zablokowaniu/odblokowaniu funkcji pilota.	TAK
25	Blokada wszystkich funkcji łóżka za pomocą kluczyka z tyłu obudowy pilota.	TAK
26	Regulacja wysokości i sekcji leża za pomocą pilota 10 – funkcyjnego.	TAK
27	Pilot o podwyższonej odporności na ciecz o IPX6	TAK
28	Dodatkowa blokada funkcji Trendelenburga z tyłu obudowy pilota.	TAK
29	Minimalne bezpieczne obciążenie robocze 215kg	TAK
30	Leżę wykonane z profili 50x25x1,5mm	TAK
31	Łóżko przystosowane do zasilania sieciowego 230V 50/60 Hz.	TAK
32	Wysięgnik z uchwytem do ręki wykonany z rury o wymiarach 33,7x4 mm o regulowanej długości, mocowany w tulejach, możliwość mocowania po lewej i po prawej stronie wezglowia.	TAK
33	Łóżko wyposażone w system transportowy ułatwiający magazynowanie i transport łóżka. Wymiary łóżka do transportu głębokość 33cm x szerokość 106 cm x wysokość 135 cm.	TAK
34	Waga łóżka na adapterze transportowym 75,5 kg.	TAK
35	Transformator 24V umieszczony we wtyczce łóżka.	TAK
36	Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.	TAK

5. Wózek inwalidzki – 12 szt.

	WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY	Wymagane parametry
1	Składana, rama stalowa o konstrukcji krzyżakowej (podwójny krzyżak)	TAK
2	Miękkie nylonowe siedzisko i oparcie	TAK
3	Pas zabezpieczający przed wypadnięciem	TAK
4	Uchylnie podłokietniki	TAK
5	Tylna kieszonka	TAK
6	Podnóżki odchylane i zdejmowane	TAK
7	Zabezpieczający pas pod łydkami	TAK
8	Przednie koła pełne	TAK
9	Tylne koła pompowane wyposażone w system szybkiego demontażu, rozmiar min. 24"	TAK
10	Wyposażony w hamulce stalowe z regulacją docisku	TAK
11	Szerokość siedziska: 44-50 cm	TAK
12	Głębokość siedziska min.: 40 cm	TAK
13	Długość wózka max: 112 cm	TAK
14	Waga: 17-19 kg	TAK
15	Maksymalne obciążenie: 120 kg	TAK
16	Certyfikat CE	TAK

6. Wózek inwalidzki (dla dzieci) – 2 szt.

	WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY	Wymagane parametry
1	Wykonany z aluminium dedykowany dla dzieci do samodzielnego poruszania się	TAK
2	Konstrukcja modułowa, umożliwiająca różne regulacje	TAK
3	Zmiana wysokości siedziska od podłoża	TAK
4	Zmiana kąta nachylenia siedziska	TAK
5	Aluminiowe ochraniacze	TAK
6	Możliwość zmiany głębokości siedziska	TAK
7	szerokość siedziska max.: 37 cm	TAK
8	Szerokość zewnętrzna max.: 55 cm	TAK
9	Waga wózka max.: 15 kg	TAK
10	Maksymalny ciężar użytkownika: 70 kg	TAK
11	Wysokość oparcia: 35-40 cm	TAK
12	Głębokość siedziska: 31-37 cm	TAK
13	Certyfikat CE	TAK

Wszystkie sprzęty muszą być nowe, kompletne oraz spełniać wymagania opisane w instrukcji obsługi urządzenia.

Należność za wykonanie usługi będzie opłacana na podstawie:

- 1) faktury za dostarczony towar
- 2) ustrukturyzowanej faktury elektronicznej wysłanej za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (www.efaktura.gov.pl);

II. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

33196200-2 – Sprzęt dla osób niepełnosprawnych

III. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2022r.

IV. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia wyznaczonego jako termin składania ofert. Dzień składania ofert jest pierwszym dniem związania ofertą.

V. Warunki udziału wykonawców w postępowaniu:

1. Wykonawca:

- a) zobowiązany jest posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,
- b) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- c) w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządził szkody nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania.

2. W stosunku do Wykonawcy:

- a) nie otwarto likwidacji i nie ogłosił upadłości,
- b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

VI. Oświadczenia lub dokumenty wymagane od wykonawców na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- 1. Do składanej oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile nie wynika to z KRS lub z CEIDG – w oryginale lub kserokopii poświadczonej notarialnie.

VII. Kryteria oceny ofert i sposób ich oceny:

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie kryterium 100% cena.

VIII. Opis sposobu przygotowywania ofert:

- 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
- 2. Zamawiający poprawi w tekście oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
- 3. Ofertę według załączonego wzoru (załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia), formularz asortymentowo-cenowy (załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz dokumentami określonymi w pkt VI należy składać w terminie do dnia 18.10.2022r. do godz. 12:00 za pośrednictwem platformy zakupowej OPEN NEXUS.

IX. Wymagania dotyczące wadium lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy: nie dotyczy.

X. Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami:

- 1. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Malwina Raczkowiak tel.68 4750 829,
mail: malwina.raczkowiak@ops.swiebodzin.pl

XI. Załączniki do Zaproszenia do składania ofert:

- 1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1;
- 2) Formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 2;
- 3) Wzór umowy - załącznik nr 3;
- 3) Klauzula informacyjna – załącznik nr 4.

DYREKTOR
OSRÓDKA POMOCY SPOŁECZNEJ
mgr Monika Filińska

