



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie

ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, tel.: 91 43 29 503 lub 500, fax 91 43 29 501

www.spzozmswia.szczecin.pl biuro@spzozmswia.szczecin.pl

BGK 32 1130 1176 0022 2137 2520 0006, NIP 852-21-98-181, REGON 810733454, KRS 0000001757

Szczecin, dnia 26.10.2022 r.

WZZ-2375-41-1458-10/22

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) – dalej „ustawa Pzp” pn.: „Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz szybkich testów diagnostycznych w tym odczynników chemicznych dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”.

Nr postępowania: 42/2022.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że od Wykonawców wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ o następującej treści:

Pytanie nr 1: dotyczy Pakietu nr 1 poz. 10

Czy w Pakiecie nr 1 poz. 10 Zamawiający dopuści zaoferowanie testów kasetkowych, które wymagają minimalnej ilości moczu (2-3 krople) do wykonania badania? Prosimy o uwzględnienie faktu, że w przypadku skąpomoczu występującego podczas odurzenia narkotykami (zwłaszcza w przypadku uzależnienia od opiatów) ilość otrzymanego moczu może być niewystarczająca do wykonania badania za pomocą testu paskowego, który należy zanurzyć w moczu.

Odpowiedź nr 1:

Tak, zamawiający dopuszcza testy kasetkowe do wykrywania narkotyków w moczu, które wymagają 2-3 kropli moczu.

**Dyrektor
SP ZOZ MSWiA w Szczecinie
dr Elżbieta Kasprzak**

