

Gdańsk, dnia 26.02.2021 r.

### Do uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 7 pakietach.**

nr postępowania: GUM2021 ZP0012

Gdański Uniwersytet Medyczny zawiadamia, iż udziela wyjaśnień zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy pzp.

#### Dotyczy Pakietu 1.

**Pytanie 1:** Czy Zamawiający dopuści blok grzejny ze stabilnością temperatury 0,5°C?

**Odpowiedz:** Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 2:** Czy Zamawiający dopuści blok grzejny z wyświetlaczem LCD aktualnej temperatury?

**Odpowiedz:** Zamawiający dopuszcza blok grzejny z wyświetlaczem LCD aktualnej temperatury

#### Dotyczy Pakietu 3.

**Pytanie 3:** Czy Zamawiający dopuści miernik o zakresie pomiaru pH 0-14 i dokładności  $\pm 0.02$  pH?

**Odpowiedz:** Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 4:** Czy Zamawiający dopuści miernik o zakresie pomiaru potencjału oksydoredukcyjnego od -1500 do 1500 mV?

**Odpowiedz:** Zamawiający dopuszcza miernik o zakresie pomiaru potencjału oksydoredukcyjnego od -1500 do 1500 mV.

**Pytanie 5:** Czy Zamawiający dopuści miernik o zakresie pomiaru temperatury 0 - 60 °C i dokładności  $\pm 0.3$ °C?

**Odpowiedz:** Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 6:** Czy Zamawiający dopuści miernik z elektrodą o złączu cyfrowym M12?

**Odpowiedz:** Zamawiający dopuszcza miernik z elektrodą o złączu cyfrowym M12.

Ponadto:

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ w rozdz. X ustęp 1 – w Pakiecie 2 i 4. Zamawiający wykreślił zapis dotyczący oceny ofert w zakresie parametrów technicznych. Zapis nie miał zastosowania w zakresie Pakietu 2 i 4.
2. Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ poprzez dodanie rozdziału XVI - informacje o podstawie wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy pzp.

Kanclerz  
/-/  
Marek Langowski

Sprawę prowadzi: Joanna Laskowska