

Zamawiający – Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie, ul. Kościuszki 96, 64-700 Czarnków

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

„Zakup i dostawa łóżek wielofunkcyjnych z napędem elektrycznym i materacem dla ZZOZ w Czarnkowie”

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): **ZP/TP/7/2024**

Czarnków, data jak w podpisie

Wszyscy zainteresowani Wykonawcy

***Strona internetowa prowadzonego
postępowania***

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.: „Zakup i dostawa łóżek wielofunkcyjnych z napędem elektrycznym i materacem dla ZZOZ w Czarnkowie”.

Pytania do treści SWZ i odpowiedzi Zamawiającego

Zamawiający informuje, że do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wpłynęły pytania. W związku z tym, zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) dalej: pzp, Zamawiający udostępnia treść pytań wraz z wyjaśnieniami (odpowiedzi) Zamawiającego:

Pytanie nr 1:

1. Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisów dotyczących antybakteryjności, która to technologia krytykowana jest przez wiele osób i może mieć bardzo negatywne skutki dla zdrowia pacjenta (<http://www.uwm.edu.pl/egazeta/nanoczasteczki-toksykolodzy-bija-na-alarm>)?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 2:

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko z klasą ochrony I typ B?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 3:

3. Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością przedłużenia leża o 18 cm?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 4:

4. Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością przedłużenia leża o 28 cm?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 4:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 5:

5. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu uda oparcia w zakresie 0-32°?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 5:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 6:

6. Czy w związku z pkt. 19 i 20 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łóżko tylko z autoregresją w części lędźwiowej wynoszącą 4 cm? Funkcja autoregresji nie ma nic wspólnego z odleżynami. Przy okolicach wyższego stopnia w okolicach kości ogonowej nie powinno się stosować pozycji łamanych wysokich leża. Podnoszenie się segmentu uda spowoduje ucisk na część lędźwiową co doprowadzi do powstania odleżyn. Zapis wymagań Zamawiającego nie znajduje żadnego uzasadnienia naukowego jak również przeczy zasadom fizyki – w związku z tym prosimy o uzasadnienie powyższego zapisu. Pacjent z odleżynami powinien leżeć na leżu prostym i właściwym materacu przeciwoodleżynowym zmiennociśnieniowym. Autoregresja służy tylko i wyłącznie do bezpiecznego załamywania się i nie zakleszczania materaca piankowego podkładowego oraz większego komfortu siedzenia. Dzięki autoregresji przedłużamy czas użytkowania materaca, który nie posiada ryflowań (nacięć) we właściwym miejscu złamań leża.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 6:

Zamawiający dopuszcza zaferowanie systemu podwójnej autoregresji (oparcie pleców + segment udowy) 150 mm (+/-10mm) zmniejszający ryzyko uszkodzeń kręgosłupa i szyjki kości udowej.

Pytanie nr 7:

7. Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością uzyskania funkcji Fowlera za pośrednictwem więcej niż jednego przycisku?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 7:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 8:

8. Czy w związku z pkt. 23 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łóżko z możliwością uzyskania pozycji mobilizacyjnej za pośrednictwem więcej niż jednego przycisku?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 8:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

9. Czy w związku z pkt. 26 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łóżko z selektywną blokadą funkcji elektrycznych, bez jednego przycisku blokującego wszystkie funkcji?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 9:

Zamawiający dopuszcza łóżko posiadające możliwość selektywnej blokady wszystkich funkcji z wyjątkiem funkcji ratunkowych (m.in. Trendelenburga ratunkowego i elektrycznego CPR).

10. Czy w związku z pkt. 34 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łóżko tylko z segmentem oparcia pleców wypełnionym płytą tworzywową HPL, przezierną dla promieni RTG?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 10:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

11. Czy Zamawiający dopuści łóżko z bezpiecznym obciążeniem 250 kg, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 11:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

12. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w materac pasywny przeciwdleżynowy o parametrach równoważnych?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 12:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

13. Czy jako rozwiązanie równoważne Zamawiający dopuści materac o parametrach – materac przeciwdleżynowy pasywny w pokrowcu dopasowany do rozmiarów leża o wysokości 15 cm, przeciwdleżynowy, wykonany z dwóch warstw nietoksycznej i antyalergicjnej pianki poliuretanowej podzielony na 3 strefy. Górna warstwa zapewnia redukcję nacisku i równomierne rozkładanie ciężaru całego ciała. Dolna warstwa poprawiająca stabilność. Profil materaca zapewniający efektywny przepływ powietrza. Gęstość pianek: 25kg/m³ – warstwa górna, 28/kg/m³ – warstwa dolna. Pokrowiec materaca: zmywalny, nieprzemakalny, odporny na środki dezynfekcyjne rozsuwany na zamek. Obciążalność do 130 kg?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 13:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

14. Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 14:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji umowy.

Z poważaniem

Bożena Sadowska

Dyrektor ZZOZ w Czarnkowie

/dokument podpisany podpisem elektronicznym/