

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

Zakup foteli do poboru krwi - 4 sztuki

1. Całkowita długość fotela powinna wynosić maksymalnie 215 cm. Rozmiar obicia : długość obicia pomiędzy 200 cm a 215 cm, szerokość maksymalnie 60 cm, , grubość materaca 9,5 cm.
2. Fotel powinien być wyposażony w cztery podwójne koła o średnicy 7,5 cm z możliwością blokady. Metalowa osłona na części mechaniczne i silnik.
3. Fotele powinny posiadać możliwość regulacji oparcia pleców w zakresie od minimum -14° do maksymalnie +80°. Oparcie pleców wyposażone jest w zdejmowany zagłówek.
4. Możliwość ustawienia pozycji Trendelenburga.
5. Fotele powinny być wyposażone w silniki niezależnie od siebie działające, umożliwiające niezależną regulację: oparcia pleców, oparcia na nogi, kąt nachylenia siedziska i/lub oparcia stóp.
6. Fotele powinny posiadać stałą wysokość siedziska. Dopuszczalna wysokość pomiędzy 60 cm a 62 cm. Segment z oparciem na nogi powinien być wyposażony w tapicerowane oparcie stóp o regulowanym wysuwie. Regulacja manualna lub elektroniczna.
7. Fotele powinny posiadać po obu stronach siedziska tapicerowane podłokietniki pod ręce z możliwością regulacji wysokości i długości. Podłokietniki mogą być regulowane za pomocą pokrętki lub być wyposażone w przegub kulowy 3 D umożliwiający także regulację kąta nachylenia. Rozmiar podłokietnika minimum 55x15 cm, maksimum 57x15 cm.
8. Fotele powinny posiadać maksymalnie dopuszczalne obciążenie do 200 kg.
9. Całkowita waga fotela nie przekraczająca 65 kg.
10. Zasilanie 230V
11. Fotele powinny być sterowane za pomocą automatycznego pilota. Dedykowany przycisk powinien umożliwić szybkie ustawienie pozycji Trendelenburga, dedykowany przycisk powinien umożliwić uzyskanie pozycji poziomej (leżącej) oraz pozycji siedzącej.
12. Siedzisko, oparcie pleców, segment podudzia tapicerowane skajem, odpornym na proces dezynfekcji. Wymienne obicie.
13. Kolor podstawowy czerwony, kolor wstawek : beż
14. Fotele powinny posiadać plastikowy pokrowiec na oparcie stóp i nóg, uchwyt na papier.