

Starogard Gdański, 29 listopada 2023 r.

ZP/06/23/TP

### OFERENCI BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1605 ze zm.) Zamawiający udostępnia treść zapytań złożonych w ww. postępowaniu wraz z wyjaśnieniami.

**Pytanie nr 1** - Dotyczy części nr 1 punkt V 1 parametry techniczne.

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta o maksymalnej mierzonej prędkości dopplera kolorowego +/- 490 cm/s.

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuści aparat USG o maksymalnej mierzonej prędkości dopplera kolorowego +/- 490 cm/s.

**Pytanie nr 2** - Dotyczy części nr 1 punkt VII 1 parametry techniczne.

Zamawiający zamierza kupić aparat USG klasy Premium w związku z tym czy: Zamawiający będzie wymagał zakresu prędkości dopplera ciągłego min. 2200 cm/s. Wysokie zakresy prędkości dopplera ciągłego podnoszą jakość i dokładność pomiarową, a jednocześnie jakość badania. Zmiana w/w parametru pozwoli na zaoferowanie aparatu o wysokich parametrach.

**Odpowiedź**

Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ.

Zatwierdzam

Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
Przychodnia Lekarska im. Marii Orlikowskiej-Płaczek  
w Starogardzie Gdańskim