



# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU

AL. LEGIONÓW 10, 41902 BYTOM

NIP: 626-25-10-567, REGON: 000296271



32 281 02 71  
32 396 51 00



32 396 45 09



SZPITAL@SZPITAL4.BYTOM.PL

Bytom, dnia 27.05.2024 r.

DZP-11/2024

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup aparatu RTG wraz z modernizacją pomieszczenia w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu**

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

### **Pytanie nr 1 – dot. Załącznika Nr 1B, poz. 104**

Poprosimy o dopuszczenie do postępowania aparatu, którego dana wartość wynosi 25 obr/s. Ta nieznacząca różnica wynosząca 5 obr/s nie ma wpływu na funkcjonalność systemu i pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

**Odp.:** Zamawiający nie dopuszcza.

### **Pytanie nr 2 – dot. Załącznika Nr 1B, poz. 108**

Zamawiający określił „Obrotu obrazu co  $\leq 1^\circ$  lub o dowolny kąt”

Poprosimy o dopuszczenie systemu z możliwością obrotu obrazu o  $90^\circ$  lub punktowanie danego parametru, co pozwoli nam na złożenie ważnej oferty. Aktualna postać pkt. 108 wskazują na jedno rozwiązanie na rynku. Tym samym naruszając zasady uczciwej konkurencji.

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza.

### **Pytanie nr 3 – dot. Załącznika Nr 1B, poz. 25, 72, 73**

Czy zamawiający dopuści do postępowania możliwość zaoferowania wraz z aparatem telekomando i statywem płucnym dodatkowej lampy na zawieszeniu sufitowym, która zrealizuje parametry opisane w punktach: poz. 25. „Ścianka automatycznie ustawia się do pozycji zapisanej w programie narządowym, w tym dostępna pozycja do zdjęcia wykonywanego przy statywie” poz. 72. „Podczas zmiany wysokości statywu lampa śledzi ten ruch zachowując synchronizację promień centralny – środek detektora”, poz. 73 „Zmotoryzowany obrót lampy RTG do wykonywania zdjęć na statywie płucnym ” i uzna je za równoważne. Takie rozwiązanie jest rozwiązaniem droższym, jednak dużo lepszym dla obsługi i pozwala zwiększyć funkcjonalność całej pracowni: tj. szybkość wykonywanych badań, obsługę pacjentów z niepełnosprawnością, możliwości diagnostyczne i ogólny komfort pracy, dodatkowo druga lampa zabezpieczy zamawiającego od przestoju w pracy w przypadku awarii jednej z lamp rentgenowskich lub drugiej pracowni z aparatem kostno-płucnym.

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL**

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU  
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo  
Śląskie

**Pytanie nr 4 – dot. Załącznika Nr 1B**

Dbając o dobro zamawiającego i zgodnie z powyższym pytaniem, z uwagi, że każdy producent może zaoferować taką konfigurację w przypadku aparatu typu telekomando, czy zamawiający będzie wymagał dodatkowej lampy na zawieszeniu sufitowym jako wymóg obligatoryjny?

**Odp.:** Zamawiający nie dopuszcza.

Podpisał:  
Dyrektor  
Wojciech Michalik

**WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL**

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU  
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo  
Śląskie