

Nr postępowania: SPZOZ.DZP.241.01.21

Nowy Tomyśl, dnia 15.06.2021 r.

## Uczestnicy postępowania

### WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SWZ Nr 1 WRAZ Z INFORMACJĄ O MODYFIKACJI SWZ

*Sprawa dotyczy:* Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Zakup ambulansu ratownictwa medycznego wraz z jego wyposażeniem oraz środków ochrony indywidualnej dla SPZOZ w Nowym Tomyślu**”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

#### Zestaw pytań nr 1 z dnia 10.06.2021r. :

(...) We are interested in participating in the tender mentioned above hence want to get more information about the same.

Considering the geographical constraint of personally reviewing the document, I request you to provide us the following details before we buy the document:

- 1) List of Items, Schedule of Requirements, Scope of Work, Terms of Reference, Bill of Materials required.
- 2) Soft Copy of the Tender Document through email.
- 3) Names of countries that will be eligible to participate in this tender.
- 4) Information about the Tendering Procedure and Guidelines
- 5) Estimated Budget for this Purchase
- 6) Any Extension of Bidding Deadline?
- 7) Any Addendum or Pre Bid meeting Minutes?

We will submit our offer for the same if the goods or services required fall within our purview.

Also we would like to be informed of future tenders from your organization. Hence, we request you to add our name to your bidder's list and do inform us about upcoming Projects, Tenders.

We will be highly obliged if you can send us your complete & latest contact information. This will help us reaching to you faster.

Please revert back to this same mail .

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy Pzp postępowanie prowadzone jest w języku polskim. W związku z powyższym wszelkie zapytania do treści SWZ winny być składane w języku polskim. Informacje dotyczące niniejszego postępowania można uzyskać na stronie prowadzonego postępowania: [https://platformazakupowa.pl/pn/szpital\\_nowytomysl](https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_nowytomysl) w zakładce „postępowania” ID postępowania: 467609 „Zakup ambulansu ratownictwa medycznego wraz z jego wyposażeniem oraz środków ochrony indywidualnej dla SPZOZ w Nowym Tomyślu”.

#### Zestaw pytań nr 2 z dnia 11.06.2021r. :

- 1) "Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans ratunkowy (typ B wg PN-EN 1789) przeznaczony do transportu maksymalnie jednego pacjenta na noszach oraz trzyosobowego zespołu specjalistycznego / podstawowego Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego?

**Wyjaśnienie:**

Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 lutego 2019r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne, zespoły specjalistyczne i podstawowe mogą wykorzystywać zarówno ambulans typu C jak i B (wg PN-EN 1789) w Państwowym Systemie Ratownictwa Medycznego".

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuści ambulans ratunkowy typ B wg PN-EN 1789 przeznaczony do transportu maksymalnie jednego pacjenta na noszach oraz trzyosobowego zespołu specjalistycznego / podstawowego Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego.

- 2) Prosimy o potwierdzenie, iż ambulans będzie przeznaczony do transportu maksymalnie jednego pacjenta na noszach oraz trzyosobowego zespołu specjalistycznego / podstawowego Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający potwierdza.

- 3) Dotyczy eksploatacji – czy przeglądy okresowe adaptacji medycznej mają być wliczone w cenę oferty, co podniesie jej cenę?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak.

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje Zał. 1A Opis przedmiotu zamówienia **WYMAGANIA POZOSTAŁE (OGÓLNE, ZWIĄZANE Z ZAKRESEM USŁUG PO ZREALIZOWANIU DOSTAWY)** punkt 11. w sposób następujący: 11. Bezpłatne przeglądy zabudowy medycznej ambulansu co 12 m-cy w okresie gwarancji(2 przeglądy w okresie gwarancji). Naprawy gwarancyjne zabudowy medycznej będą w siedzibie Zamawiającego, za wyjątkiem zakresów wymagających wizyty w warsztacie Serwisanta. Zgłoszenie awarii bądź usterki nastąpi telefonicznie, e-mail, lub faksem.  
Stosownie do powyższego zapisu Zamawiający modyfikuje Zał. 2A § 3 ust. 3 następująco:  
3. Przeglądy gwarancyjne zabudowy medycznej ambulansu oraz sprzętu medycznego zamontowanego w ambulansie będą bezpłatne (tj. są uwzględnione w ramach ceny oferty); co 12 m-cy - 2 przeglądy w okresie 2 lat łącznie z wszystkimi kosztami transportu sprzętu do wskazanego serwisu gwarancyjnego (w przypadku sprzętu, dotyczy to sprzętu dla którego zgodnie z wymogami producenta sprzętu wymagane jest dokonywanie przeglądów).

- 4) Z uwagi, iż drukarka Canon Tr150 nie jest standardową drukarką systemu SWD PRM prosimy o dopuszczenie dostawy uchwytu do drukarki wraz drukarką HP202 lub M15PROW.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

- 5) Z uwagi na okres urlopowy oraz problem z dostępności samochodów i części prosimy o dopuszczenie realizacji umowy do 30.09.2021.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez Wykonawcę modyfikację zapisów SWZ.

**Zestaw pytań nr 3 z dnia 11.06.2021r. :**

**1. Zadanie 3, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości do 100 opakowań?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuści. **Wykonawca winien zmienić jednostkę miary na op. á 100 szt. i zmienić ilość na 100 .**

**2. Zadanie 3, poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'5 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości, tj. 100 opakowań?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuści. **Wykonawca winien zmienić jednostkę miary na op. á 5 szt. i zmienić ilość na 100.**

**3. Zadanie 3, poz. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kombinezonów w rozmiarze M-XXL?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuści.

**Zestaw pytań nr 4 z dnia 11.06.2021r. :**

**Zadanie 2**

**1. Pozycja nr 4 – nosze podbierakowe**

a) Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania noszy podbierających, które posiadają pojedynczą zapadkę umieszczoną w zamkach łączących łopatki, które w pełni zabezpieczają przez przypadkowym rozpięciem? Wymaganie podwójnej zapadki / zamków jednoznacznie wskazuje na konkretny produkt jednego producenta, co jest sprzeczne z zasadą według, której Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, a pojedyncza zapadka w zamku w zupełności wyklucza możliwość przypadkowego rozpięcia noszy.

b) Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania noszy podbierających z możliwością złożenia ich w 41% ich długości?

Większość noszy podbierakowych oferowanych w chwili obecnej na rynku medycznym jest składana właśnie w ten sposób. Wprowadzenie powyższej modyfikacji pozwoli na zachowanie konkurencyjności ofert przetargowych i umożliwi złożenie ofert przez większą ilość Wykonawców, co wpłynie na uzyskanie przez Zamawiającego korzystniejszych ofert cenowych.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuści.

**2. Pozycja nr 3 – materac próżniowy**

Czy zamawiający dopuści możliwość zaferowania materaca próżniowego z dodatkową podłogą mocowaną na stałe?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuści.

**3. Pozycja nr 5 – deska ortopedyczna**

Czy zamawiający dopuści możliwość zaferowania deski ortopedycznej kompletnej ze stabilizacją klockową głowy i kpl. pasów z wagą ok. 8 kg?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuści.

Jednocześnie Zamawiający informuje o modyfikacji Opisu Przedmiotu Zamówienia (Zał. 1B do SWZ) dla poz. V. Deska ortopedyczna - punkt 8 otrzymuje brzmienie:

**8. Obciążenie dopuszczalne powyżej 150 kg (podać).**

**4. Pozycja nr 6 – unieruchomienie pediatryczne**

Czy zamawiający dopuści możliwość zaferowania unieruchomienia pediatrycznego z poniższymi parametrami technicznymi:

- Waga 4,85 kg

- Wymiary: dł/szer.gr 125cm/27cm/2,5cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuści.

**5. Pozycja nr 9 – Torba ratownicza**

Czy zamawiający dopuści możliwość zaferowania torby ratowniczej z poniższymi parametrami technicznymi:

-Torba z 3 kieszeniami zewnętrznymi oraz przegrodami, kieszeniami i uchwytami wewnętrznymi

- Wymiary: 50x27x25 cm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez Wykonawcę modyfikację zapisów SWZ.

#### 6. Pozycja nr 10 – Torba na zestaw pierwszej pomocy

Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania torby na zestaw pierwszej pomocy z poniższymi wymiarami:

Długość: 32 cm

Szerokość: 42 cm

Wysokość: 12 cm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez Wykonawcę modyfikację zapisów SWZ.

#### Zestaw pytań nr 5 z dnia 11.06.2021r. :

##### Pytanie 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby odbiór ambulansu odbył się w siedzibie Wykonawcy tj. w zakładzie wykonującym zabudowę medyczną, co pozwoli na przeprowadzenie gruntownego szkolenia z zakresu Obsługi ambulansu i jego wyposażenia ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

##### Pytanie 2.

Prosimy o podanie sposobu dostawy ambulansów, czy dopuszcza się dojazd na kołach?

Wyjaśniamy, że ma to duży wpływ na cenę przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza dojazdu na kołach.

##### Pytanie 3.

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, z drzwiami lewymi przesuwными z nieprzeźroczystą szybą w kolorze nadwozia ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuści.

##### Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, którego przedział medyczny ma długość 3,05 m, szerokość 1,73 m oraz wysokość 1,85 m, które to wymiary są całkowicie zgodne z normą PN EN 1789 i wymogiem NFZ dla ambulansu typu C?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację SWZ.

##### Pytanie 3.

Czy Zamawiający wymaga kolor nadwozia fabryczny zgodny z normą PN EN 1789 żółty RAL 1016 ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wskazał w Zał. 1A, iż wymaga ambulansu w kolorze żółtym RAL 1016.

##### Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, w którym stabilizacja toru jazdy, precyzja prowadzenia, komfort oraz bezpieczeństwo użytkownika zostały uzyskane przez inne rozwiązania konstrukcyjne (budowa układu jezdnych obu osi, rozmieszczenie elementów przeniesienia napędu na przód ze stabilizatorem poprzecznym, szeroki rozstaw kół, szeroki rozstaw osi, nisko umieszczony środek ciężkości pojazdu, niska podłoga) niż stabilizator osi tylnej ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuści.

##### Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada regulację kolumny kierownicy w jednej płaszczyźnie, oraz fotel kierowcy z regulacją w 3 płaszczyznach, plus dodatkowa pełną regulację oparcia oraz odcinka lędźwiowego, co w pełni umożliwia zajęcie przez kierowcę właściwej pozycji względem kierownicy ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuści.

**Pytanie 6**

Czy fabryczna klimatyzacja kabiny kierowcy z filtrem przeciw pyłkowemu ma być automatyczna typu Climatronic, co zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo prowadzenia pojazdu przez kierowcę?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuści.

**Pytanie 7**

Czy Zamawiający dopuszcza do zaferowania ambulans z przednimi poduszkami powietrznymi oraz z poduszkami bocznymi o zwiększonym polu ochrony chroniącymi pasażerów podobnie, jak boczne poduszki i kurtyny, co wypełnia zapisy siwz ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuści.

**Zestaw pytań nr 6 z dnia 13.06.2021r. :**

**Pytanie 1**

Nosze podbierające

Prosimy o doprecyzowanie ilu uchwytów do przenoszenia zdystansowanych od podłoża wymaga Zamawiający. W pkt. 5 Zamawiający wymaga minimum 8 uchwytów a w pkt. 9, min. 6 uchwytów. Jednocześnie zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie noszy podbierających posiadających 10 zdystansowanych uchwytów znajdujących się na obwodzie noszy.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający prostuje omyłkę pisarską i ujednotacza zapisy SWZ – ilość uchwytów minimum 8. Zamawiający wykreśla z Zał. 1B OPZ dla Noszy podbierających punkt 9.

Rozwiązanie proponowane przez wykonawcę (tj. 10 uchwytów) spełnia minimalne wymagania określone przez Zamawiającego.

**Zestaw pytań nr 7 z dnia 14.06.2021r. :**

**Zadanie nr 2 – Sprzęt medyczny i wyposażenie**

1. Ad. 1

Czy Zamawiający z uwagi na niejednorodny charakter produktów zawartych w zadaniu nr 2 wydzieli pozycje: 1 i utworzy z niej odrębny pakiet/zadanie? Umożliwi to przygotowanie dla Zamawiającego korzystniejszej oferty

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację SWZ.

2. Ad. 2

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności najnowocześniejsze rozwiązanie techniczne na rynku aparatów do mechanicznej kompresji klatki piersiowej pacjenta, które pracuje w zakresie głębokości kompresji, zależnej od i reagującej na podatność klatki piersiowej pacjenta w zakresie od 4 do 6 cm, co stanowi szerszy zakres niż wymagany przez zamawiającego zakres 5 – 6 cm.

Taki zakres pozwala na objęcie funkcją mechanicznej kompresji także pacjentów pediatrycznych, co w obszarze działań Pogotowia jest rzeczą istotną.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuści.

**Zestaw pytań nr 8 z dnia 14.06.2021r. :**

1. Pozycja nr 3 – materac próżniowy

Czy zamawiający dopuści możliwość zaferowania materaca próżniowego o wymiarach: 85 cmx200 cm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuści.

**Zestaw pytań nr 9 z dnia 14.06.2021r. :**

1. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy wszędzie tam, gdzie w treści Opisu Przedmiotu Zamówienia mowa jest o normach PN EN 1789 oraz PN EN 1865, Zamawiający ma na myśli polskie normy zharmonizowane ujęte w Obwieszczeniu Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego tj. PN-EN 1789+A1:2011 i PN-EN 1865-1+A1:2015 i w związku z tym czy Zamawiający oczekuje dostarczenia dokumentów zgodnych z harmonizowanymi normami, dodatkowo zwracamy uwagę na fakt, że nie istnieje pojęcie norm równoważnych w odniesieniu do norm zharmonizowanych?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający określił wymagania w SWZ.

2. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający wymaga aby system transportu pacjenta wraz z mocowaniem transportera był zgodny z wymogami aktualnych zharmonizowanych norm PN-EN 1865-1+A1:2015 i PN-EN 1789+A1:2011, poświadczony odpowiednimi dokumentami tj. certyfikatem zgodności wystawionym przez niezależną jednostkę notyfikującą zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC?

Wyjaśniamy, iż zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia i NFZ oraz zgodnie z przepisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym Zespół Ratownictwa Medycznego (ZRM) wyposażony jest w specjalistyczny środek transportu sanitarnego, spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących Europejskie Normy zharmonizowane, przynajmniej w zakresie minimalnym, który określa Norma i dotyczy to w szczególności wyposażenia medycznego. Normy powoływane są w sposób normatywny, co oznacza, że ich zastosowanie jest wymagane. Stosuje się najnowszą, aktualną wersję Norm, dodatkowo zgodnie ze stanowiskiem PKN (Polski Komitet Normalizacyjny) spełnienie danej normy może potwierdzić jedynie organ wyznaczony w systemie oceny zgodności czyli specjalna jednostka certyfikowana uprawniona do weryfikacji wyrobu medycznego. W związku z tym tylko niezależna jednostka notyfikująca może potwierdzić, że nosze reanimacyjne spełniają wymagania norm PN EN 1789 i PN EN 1865. Brak dokumentów jednoznacznie potwierdzających zgodność noszy z normami zharmonizowanymi stanowić może przeszkodę w uzyskaniu finansowania z NFZ, winno być zatem szczegółowo przez Zamawiającego weryfikowane. Dodatkowo zwracamy uwagę na fakt, że w przypadku np. zdarzenia drogowego z udziałem ambulansu w skład, którego będą wchodzić urządzenia niezgodne z aktualnymi zharmonizowanymi normami (stan na dzień zarejestrowania ambulansu jako pojazdu specjalnego) ambulans taki nie jest traktowany jako pojazd zgodny z normą PN EN 1789, traci status pojazdu specjalnego co może nieść za sobą konsekwencje finansowe i prawne.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający określił wymagania w SWZ.

3. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy oczekuje aby dostarczone nosze wyposażone były w cztery skrętne kółka o 360 stopni o średnicy przynajmniej 160 mm, dzięki czemu łatwiejszy będzie transport pacjenta na nierównym podłożu, miękkim terenie?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga kółka obrotowe o 360 stopni o średnicy minimum 150 mm.

4. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy dopuści nosze niezgodne z aktualną, zharmonizowaną normą PN EN 1865-1?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający określił wymagania w SWZ.

**Zestaw pytań nr 10 z dnia 14.06.2021r. :**

1. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający dopuści nosze główne rozłączne renomowanego europejskiego producenta wyposażone w 4 kółka na otwartej feldze?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.



### Zestaw pytań nr 11 z dnia 16.06.2021r. :

W celu zapewnienia odpowiedniego terminu na rzetelne przygotowanie oferty, uprzejmie prosimy o zmianę terminu składania ofert i wyznaczenie go na dzień 22.06.2021 r., godz. 10:00. Pozytywna odpowiedź Zamawiającego przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności postępowania

#### Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w związku z dokonanymi modyfikacjami przedłużył składanie ofert.

#### Uwaga!

1. Wykonawcy w pozycjach, dla których Zamawiający dopuścił zaoferowanie produktu o parametrach odbiegających od pierwotnego opisu przedmiotu zamówienia winni samodzielnie w opisie danej pozycji uwzględnić zmiany i opisać faktycznie oferowane parametry produktu, dopuszczone przez Zamawiającego na etapie zadawania pytań (zmiany prosimy opisać, np. zgodnie z wyjaśnieniami lub w inny sposób zaznaczyć). Zmodyfikowane przez Zamawiającego Zał. 1B i 1A uwzględniają tylko modyfikacje dokonane przez Zamawiającego, nie uwzględniają rozwiązań dopuszczonych w udzielonych wyjaśnieniach.
2. Powyższe zmiany należy traktować jako modyfikację SWZ.

## INFORMACJA O MODYFIKACJI SWZ

Na podstawie art. 286 ust. 1, 3, 5-9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 2019 ze zm.), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu informuje, że dokonuje następującej zmiany SWZ:

- W załączniku **1A i 1B i 1C do SWZ Opis przedmiotu zamówienia** – zgodnie z odpowiedziami udzielonymi na pytania Wykonawców.
- W załączniku 1B do SWZ Opis przedmiotu zamówienia:
  - a. dla poz. V. Deska ortopedyczna - punkt 8 otrzymuje brzmienie: *Obciążenie dopuszczalne powyżej 150 kg (podać).*
  - b. dla poz. IV. **NOSZE PODBIERAJĄCE** wykreślono punkt 9.
- Załącznik **2A Istotne postanowienie umowy** - § 3 ust. 3 zmodyfikowany został następująco:

Przeglądy gwarancyjne zabudowy medycznej ambulansu oraz sprzętu medycznego zamontowanego w ambulansie będą bezpłatne (tj. są uwzględnione w ramach ceny oferty); co 12 m-cy - 2 przeglądy w okresie 2 lat łącznie z wszystkimi kosztami transportu sprzętu do wskazanego serwisu gwarancyjnego (w przypadku sprzętu, dotyczy to sprzętu dla którego zgodnie z wymogami producenta sprzętu wymagane jest dokonywanie przeglądów).
- w dokumencie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział II w punkcie 1 poprzez dopuszczenie ambulansu drogowego typu B (jako ambulansu przeznaczonego do transportu maksymalnie jednego pacjenta na noszach oraz trzyosobowego zespołu specjalistycznego / podstawowego Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego). Zmodyfikowane zapisy SWZ Zamawiający zamieszcza poniżej:

### 1. Przedmiot zamówienia

**1.1.** Przedmiot zamówienia stanowi dostawa ambulansu ratownictwa medycznego z wyposażeniem medycznym oraz środków ochrony osobistej. Przedmiot zamówienia został podzielony na zadania:

- **Zadanie I:** dostawa pojazdu bazowego z adaptacją (zabudową specjalistyczną) na ambulans sanitarny typu C lub typu B i wyposażeniem medycznym (nosze wraz z transporterem oraz krzeselko kardiologiczne z systemem płozowym). Szczegółowy opis oraz wymagane parametry graniczne, warunki gwarancji, serwisu, szkolenia, wyposażenia przedziału medycznego, wyposażenia pojazdu oraz wyposażenia medycznego zostały określone w załączniku 1A do SWZ (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – ambulans z wyposażeniem) i Istotnych postanowieniach umowy Zał. 2A do SWZ.
- **Zadanie II:** dostawa wyposażenia medycznego – w tym m.in. urządzenia do kompresji klatki piersiowej, ssaka, deski ortopedycznej, noszy podbierakowych, toreb ratowniczych. Szczegółowy opis, ilości oraz wymagane parametry graniczne sprzętu medycznego i pozostałego wyposażenia

zostały określone w załączniku 1B do SWZ (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - wyposażenie medyczne) i Istotnych postanowieniach umowy Zał. 2B do SWZ.

- **Zadanie III:** dostawa środków ochrony indywidualnej Szczegółowy opis oraz ilości wymaganych środków zostały określone w załączniku 1C do SWZ (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - środki ochrony indywidualnej) i Istotnych postanowieniach umowy Zał. 2C do SWZ.

**1.2.** Przedmiot zamówienia winien być wolny od wad fizycznych i prawnych, fabrycznie nowy (rok produkcji 2021), nieużywany wcześniej przez osoby trzecie, w szczególności nie służył jako przedmiot używany do celów demonstracyjnych oraz jest dobrej jakości. Nie był również wcześniej rekondukcjonowany. Ambulans musi spełniać wymagania ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. 2021 poz. 450 ze zm.) oraz warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. (Dz.U. 2016 poz. 2022 ze zm.) w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Oferowany ambulans musi spełniać także wymagania dla ambulansu drogowego typu C lub B (dla ambulansu przeznaczonego do transportu maksymalnie jednego pacjenta na noszach oraz trzyosobowego zespołu specjalistycznego / podstawowego Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego) określone w następujących normach:

- PN EN 1789+A2 lub równoważnej dla środka transportu drogowego typ C lub B , z zabudową części medycznej, spełniających wymogi zharmonizowanej normy PN EN 1789+A2 lub równoważnej, wymaganej przez NFZ,
- normy PN EN 1865 "Wymagania dotyczące noszy i innego sprzętu do przemieszczania pacjenta, stosowanego w ambulansach drogowych w zakresie odpowiednim do przedmiotu zamówienia" lub normy równoważnej w tym zakresie.

**Zabudowany pojazd wraz z wyposażeniem nie może przekroczyć dopuszczalnej masy całkowitej DMC do 3,5 t.** Pod pojęciem DMC należy rozumieć definicję zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym.

**1.3.** Ambulans drogowy musi posiadać:

- a) aktualne świadectwa homologacji pojazdu skompletowanego (na samochód bazowy i zabudowany) , wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz.U. z 2015 r. poz. 1475) lub dopuszczenie jednostkowe, podsumowanie badań. Homologacja /dopuszczenie jednostkowe oferowanego ambulansu musi umożliwić rejestrację ambulansu w Polsce.
- b) Certyfikat zgodności zgodnie z normą PN EN 1789+A2 lub równoważną dla ambulansu typu C lub B (w zależności od typu zaoferowanego ambulansu).
- c) komplet dokumentacji niezbędnej do rejestracji pojazdu na terenie RP wraz z kartą pojazdu

**We wszelkich innych dokumentach składających się na Specyfikację Warunków Zamówienia (w szczególności w załącznikach stanowiących Opis Przedmiotu zamówienia lub Istotnych postanowieniach umowy), w których zamawiający określił, iż wymaga ambulansu typu C, Zamawiający informuje, iż dopuszcza ambulans typu B, tj. w związku z powyższym należy czytać te wymagania odpowiednio jako: dla ambulansu typu C lub typu B.**

Jednocześnie informuję, że w celu umożliwienia Państwu uwzględnienia w treści przygotowywanych ofert wprowadzonych modyfikacji, Zamawiający ustala termin składania ofert na dzień **22 czerwca 2021r.** do godz. **10:00**. W związku z tym Zamawiający dokonuje modyfikacji treści dokumentu zawierającego Specyfikację Warunków Zamówienia w następujący sposób:

- Termin składania ofert ulega przedłużeniu i upływa dnia **22 czerwca 2021r.** o godz. **10:00**
- Otwarcie ofert nastąpi w dniu **22 czerwca 2021r.** o godz. **10:15**
- Okres związania ofertą upływa dnia: **21 lipca 2021r.**

Miejsce składania ofert pozostaje bez zmian tj. [https://platformazakupowa.pl/pn/szpital\\_nowytomysl](https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_nowytomysl) w zakładce „postępowania” ID: 467609 *Zakup ambulansu ratownictwa medycznego wraz z jego wyposażeniem oraz środków ochrony indywidualnej dla SPZOZ w Nowym Tomyślu.*

W związku z dokonanymi modyfikacjami Zamawiający działając na podstawie art. 271 wyżej cytowanej ustawy Pzp dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu.