

Wodzisław Śląski 09.01.2023

L.dz. TP /23

Oferenci biorący udział w postępowaniu:
Dostawa implantów ortopedycznych
Nr sprawy 34/Zp/22

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim informuje, że do ww. postępowania wpłynęły następujące pytania:

1. Pytanie nr 1 do Zadania 01-implanty I pozycja 47

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie czy w zadaniu 01-implanty I pozycja 47, druty Kirschnera, średnica 0.8, oraz 1.1 mm, pakowanych po 10 szt. w opakowaniu zbiorczym nie nastąpiła omyłka pisarska i w kolumnie „jm” zamiast „sztuk” Zamawiający miał na myśli „opakowań”, co też wynika z opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że nastąpiła omyłka pisarska, w kolumnie zamiast „sztuk” ma być „opakowanie”.

2. Pytanie nr 2 do Zadania 01-implanty I pozycja 51

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie czy w zadaniu 01-implanty I pozycja 51, druty Kirschnera, średnica 1.6 mm, pakowanych po 10 szt. w opakowaniu zbiorczym nie nastąpiła omyłka pisarska i w kolumnie „jm” zamiast „sztuk” Zamawiający miał na myśli „opakowań”, co też wynika z opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że nastąpiła omyłka pisarska, w kolumnie zamiast „sztuk” ma być „opakowanie”.

3. Pytanie nr 3 do Zadania 01-implanty I pozycja 53

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie czy w zadaniu 01-implanty I pozycja 53, druty Kirschnera, średnica 2.2 mm, pakowanych po 10 szt. w opakowaniu zbiorczym nie nastąpiła omyłka pisarska i w kolumnie „jm” zamiast „sztuk” Zamawiający miał na myśli „opakowań”, co też wynika z opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że nastąpiła omyłka pisarska, w kolumnie zamiast „sztuk” ma być „opakowanie”.

4. W imieniu Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) (dalej: „**ustawa Pzp**”) zwracam się z wnioskiem o wyjaśnienie i zmianę treści SWZ w następującym zakresie.

Jako producent napędów, jest zainteresowany utrzymaniem używanych napędów w dobrym stanie w celu zapewnienia operowanym pacjentom maksymalnego bezpieczeństwa podczas przeprowadzanego zabiegu. Z postanowień SWZ i umowy wynika jednoznacznie, że użyczenie sprzętu nie obejmuje usługi serwisowania go, wobec czego poprawność jego działania pozostaje poza sferą kontroli użyczającego.

W przypadku napędów stanowiących przedmiot użyczenia zwykłym kosztem utrzymania rzeczy będzie prowadzenie jego okresowej konserwacji serwisowej, zgodnie z zaleceniami producenta. W przypadku nabycia takiego napędu wprost od producenta koszty konserwacji serwisowej w okresie gwarancji zawarte są w cenie urządzenia. W przypadku umowy użyczenia – przede wszystkim ze względu na rodzaj zawartej umowy – Użyczający nie może ponosić dodatkowych kosztów bezpłatnego użyczenia sprzętu. Biorącemu nie przysługuje względem użyczającego roszczenie o utrzymanie przedmiotu użyczenia w stanie zdatnym do umówionego użytku przez okres trwania umowy, co wynika przede wszystkim z nieodpłatności stosunku użyczenia. Biorący nie może zatem domagać się od użyczającego ponoszenia nakładów na przedmiot użyczenia.

To na Zamawiającym w ramach niniejszego zamówienia publicznego ciążyć będzie obowiązek utrzymania używanych wyrobów (napędów) w należytej kondycji w celu zminimalizowania ryzyka realizacji świadczeń medycznych wykorzystując do tego celu wyrób medyczny uszkodzony bądź też taki, który nie był konserwowany zgodnie z zaleceniami jego producenta. Warto przy tym podkreślić, że cytowane wyżej przepisy nie uzależniają odpowiedzialności placówki medycznej od nabycia prawa własności urządzeń medycznych –

obowiązek postępowania zgodnie z art. 63 ustawy o wyrobach medycznych ciąży na tym kto wyroby użytkuje, nie zaś na tym kto jest ich właścicielem bądź producentem.

Jednocześnie, odpowiedzialność Użyczającego (tj. Wykonawcy) za wadliwość wyrobu ogranicza się do sytuacji, w której przekazał on przedmiot użyczenia wadliwy, o tejże wadzie wiedząc i zatajając ją przez Biorącym w użyczenie – art. 711 kc:

„Jeżeli rzecz użyczona ma wady, użyczający obowiązany jest do naprawienia szkody, którą wyrządził biorącemu przez to, że wiedząc o wadach nie zawiadomił go o nich. Przepisu powyższego nie stosuje się, gdy biorący mógł wadę z łatwością zauważyć.”

Wobec powyższego – biorąc pod uwagę fakt, że Wykonawca pragnie złożyć ofertę, która w sposób jak najpełniejszy wychodziłaby naprzeciw oczekiwaniom Zamawiającego, jednocześnie zabezpieczając interesy Zamawiającego związane z użytkowaniem wyrobów medycznych jako świadczeniodawca usług medycznych – proponujemy aby Zamawiający rozważył dodatkowy zakup usługi serwisowej użyczanych urządzeń.

W ocenie Wykonawcy takie działanie zabezpieczy Zamawiającego przed ewentualnym zarzutem naruszenia ustawy o wyrobach medycznych, a Wykonawcy umożliwi czuwanie nad prawidłową konserwacją i serwisem użyczanego wyrobu. W ocenie Wykonawcy koszt takiej usługi będzie nie wyższy niż 1.200,00 złotych netto + VAT miesięcznie.

Zatem – wnosimy o zmianę treści SWZ poprzez dodanie do SWZ:

„W czasie trwania umowy wykonawca zobligowany jest do świadczenia usług serwisowych wyrobów medycznych podlegających użyczeniu zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji obsługi każdego z użyczanych sprzętów. Serwis świadczony będzie wyłącznie przez podmiotu posiadające autoryzację producentów urządzeń”

W związku z dodaniem powyższego postanowienia niezbędne będzie również dostosowanie treści SWZ do niniejszej sytuacji, w tym zmiana formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ (pakiet X) poprzez dodanie pozycji „serwis użyczanego urządzenia – koszt roczny”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Jednocześnie do treści załącznika nr 5 – Pakiet nr X dodaje się zapis: Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia zgodnie z umową przechowania na Bloku Operacyjnym Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej pełnego zestawu rozmiarów powyższych implantów wraz z instrumentarium do ich zakładania (zgodnie z umową użyczenia) i napędem przed każdym planowanym zabiegiem.

Z poważaniem