



Grudziądz, dnia 08.02.2024 r.

ZP-307/24

## Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy implantów na Oddział Neurochirurgii na okres 24 miesięcy (znak sprawy: Z/4/PN/24).

Informuję, działając w oparciu o treść art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 1605 ze zm.), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawy implantów na Oddział Neurochirurgii na okres 24 miesięcy” (znak sprawy: Z/4/PN/24), wpłynęły zapytania do postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia

o następującej treści:

### Zapytanie nr 1

**Zadanie nr 2 – Dostawy implantów cementowych do wertebroplastyki złamanych trzonów odcinka piersiowego i lędźwiowego kręgosłupa z zestawem do biopsji**

*Czy Zmawiający dopuści*

*1) Cement PMMA -czas zastygania cementu min 8 min*

*Podwyższona gęstość i lepkość natychmiast po rozmieszaniu- konsystencja plasteliny*

*Cement nieprzezierny dla promieni RTG*

*2)Zestaw sterylny jednorazowy-*

*Sterylnie urządzenie mieszająco-podające z własnym zasilaniem elektrycznym, pozwalające na automatyczne mieszanie składników cementu w zamkniętym pojemniku z wykluczeniem błędu czynnika ludzkiego oraz samoczynne wypełnianie cementem zestawu do jego podawania ze strzykawką z możliwością podania do 14 ml cementu.*

*Przewód o długości 40 cm giętki zabezpieczający operatora przed bezpośrednim oddziaływaniem promieniowania Rtg*

*3)igły z trokarem przeznaczowe do podawania cementu kostnego min.*

*3 różne średnice, 2 długości*

*oraz 2 kształty ostrzy - stożkowe i jednostronnie ścięte*

*4) Igła do pobrania materiału histopatologicznego z trzonu kręgu.*

*Dostępna w rozmiarach 8g, 10g, 11g i 13g.*





Zestaw posiadający współosiową igłę biopsyjną z mandrynem i strzykawkę 3 cm<sup>3</sup>. Zestawy do biopsji kości posiadający obrotowy uchwyt.

### **Odpowiedź**

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji we wnioskowanym zakresie i pozostaje przy zapisach określonych w treści SWZ.

### **Zapytanie nr 2**

**Zadanie nr 2 – Dostawy implantów cementowych do werrebroplastyki złamanych trzonów odcinka piersiowego i lędźwiowego kręgosłupa z zestawem do biopsji**

Czy Zamawiający wymaga :

*Sterylnie urządzenie mieszająco-podające z własnym zasilaniem elektrycznym, pozwalające na automatyczne mieszanie składników cementu w zamkniętym pojemniku z wykluczeniem błędu czynnika ludzkiego oraz samoczynne wypełnianie cementem zestawu do jego podawania ze strzykawką z możliwością podania do 14 ml cementu*

### **Odpowiedź**

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji we wnioskowanym zakresie i pozostaje przy zapisach określonych w treści SWZ.

### **Zapytanie nr 3**

**Zadanie nr 2 – Dostawy implantów cementowych do werrebroplastyki złamanych trzonów odcinka piersiowego i lędźwiowego kręgosłupa z zestawem do biopsji**

Czy Zamawiający do poprawnej wyceny zadania nr 2 zmienia elementy składowe zestawu z istniejących:

1a	Cement <b>Komis: 2 szt</b>
1b	Mieszalnik cementu <b>Komis: 2 szt</b>





1c	<i>Pistoletowy podajnik cementu</i> <b>Komis: 2 szt</b>
1d	<i>Igła biopsyjna</i> <b>Komis: 1 szt</b>
1e	<i>Igła przeznasadowa</i> <b>Komis: 3 szt</b>

na

1a	<i>Cement</i> <b>Komis: 2 szt</b>
1b	<i>Mieszalnik cementu</i> <b>Komis: 2 szt</b>
1c	<i>Zestaw do biopsji</i> <b>Komis: 1 szt</b>
1d	<i>Igła przeznasadowa opakowanie (6szt)</i> <b>Komis: 3 szt</b>

### **Odpowiedź**

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji we wnioskowanym zakresie i pozostaje przy zapisach określonych w treści SWZ.

### **Zapytanie nr 4**

*Zadanie 5: Dostawy implantów do stabilizacji międzytrzonowej odcinka lędźwiowego kręgosłupa PLIF*

*Czy Zamawiający z uwagi na niewielką ilość procedur wyrazi zgodę aby zestaw każdorazowo docierał przed zgłoszoną operacją w ciągu 48h od zgłoszenia?*

### **Odpowiedź**

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji we wnioskowanym zakresie i pozostaje przy zapisach określonych w treści SWZ.