



**Ortopedyczno - Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny
im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu**



ul. 28 Czerwca 1956r. 135/147
61-545 Poznań
tel. 61 83 10 331/132
fax 61 83 34 421
orsk@orsk.pl
<https://orsk.pl>

O-RSK.SZP.29.4.(APT-MI/17).2024.M.P.

Poznań, dnia 15 maja 2024 r.

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pod nazwą: „**DOSTAWA ENDOPROTEZ STAWU BIODROWEGO I KOLANOWEGO ORAZ IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH**” nr referencyjny postępowania: **SZP/APT-MI/17/2024.**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 2

W związku z zapytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Warunków Zamówienia złożonym przez Wykonawcę, Zamawiający tj.: Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.) udziela wyjaśnień na zadane pytania.

Pytanie nr 1

Celem doprecyzowania informacji zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie:

CZEŚĆ nr 1

Punkt 5 – Czy Zamawiający dopuści panewkę hemisferyczną bezcementową, wykonana ze stopu tytanu Ti6Al4V, o strukturze umożliwiającej wzrost kostniny w głąb panewki, w rozmiarach od 44 mm do 66 mm ze skokiem co 2 mm, pełna z zaślepionymi otworami umożliwiającymi dodatkowe mocowanie za pomocą śrub. Pressfit 1 mm. Bez opcji wielootworowej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego

Przemysław Daroszewski
Dyrektor Szpitala

dokument podpisany elektronicznie

Opracowała: Monika Pietrzyk
Sporządzono w 1 egzemplarzu
1 egz. strona internetowa prowadzonego postępowania /aa