

Akcesoria i sprzęt ratowniczy

1. TORBA MEDYCZNA w ilości 3 szt.

Torba lekarska o pojemności ok. 35l.

Wykonana z wytrzymałego i wodoodpornego materiału

Komora główna oraz kieszenie zewnętrzne.

Pas nośny odpinany, regulowany, z antypoślizgowym naramiennikiem. Uszy z taśmy spinane rączką.

Użyte materiały mają chronić torbę przed wilgocią, brudem i uszkodzeniami.

2. Zestaw resuscytacyjny w ilości 6 sztuk

Skład zestawu:

- a) resuscytator jednorazowy dla dorosłych z maską nr 4 i nr 5 i rezerwuarem tlenu
- b) maska nr 4 i nr 5
- c) filtr bakteryjno - wirusowy
- d) rurki ustno - gardłowe w trzech rozmiarach 3,4,5
- e) przewód tlenowy
- f) plastikowy pojemnik

Zestaw opisany czytelną datą produkcji oraz datą przydatności do użycia.

Data ważności całego zestawu nie krótsza niż 24 miesięcy od dnia zakupu.

3. Ampularium na 60 ampulek w ilości 6 sztuk

Sztywne wykonanie i miękkie zabezpieczenie, które ma zapobiegać uszkodzeniom ampulek z lekami podczas transportu.

Miejsce na 60 małych ampulek oraz wewnętrzna przegroda zabezpieczająca ampulki.

Bezpieczne zamknięcie na zamek błyskawiczny.

4. Glukometr w ilości 6 sztuk

Bez kodowania.

Duży, czytelny ekran, duże, łatwe w użyciu testy paskowe, które szybko zasysają kroplę krwi. Mała próbka krwi do pomiaru.

Parametry:

- wyświetlacz: duży ekran LCD,
 - czas pomiaru: około 5 sekund,
 - ostrzeżenie o za małej kropli krwi: TAK,
 - testy paskowe kompatybilne z glukometrem
 - **stabilność testów paskowych: 18 miesięcy od daty produkcji**
 - etui
 - karta gwarancyjna
- Produkt musi posiadać znak CE

5. Maska krtaniowa I-GEL nr 3 w ilości 2 sztuki

Produkt musi posiadać znak CE.

Produkt opisany czytelną datą produkcji oraz datą przydatności do użycia.

Data ważności produktu nie krótsza niż 24 miesiące od dnia zakupu.

6. Maska krtaniowa I-GEL nr 4 w ilości 6 sztuk

Produkt musi posiadać znak CE.

Produkt opisany czytelną datą produkcji oraz datą przydatności do użycia.

Data ważności produktu nie krótsza niż 24 miesiące od dnia zakupu.

7. Maska krtaniowa I-GEL nr 5 w ilości 6 sztuk

Produkt musi posiadać znak CE.

Produkt opisany czytelną datą produkcji oraz datą przydatności do użycia.

Data ważności produktu nie krótsza niż 24 miesiące od dnia zakupu.

8. Pulsoksymetr medyczny napalcowy w ilości 6 sztuk

Pomiar wysycenia krwi tlenem (saturacja), tętno oraz wartość indeksu perfuzji

Wyrób medyczny zgodny z normami europejskimi - produkt musi posiadać znak CE

Z zamontowanym wskaźnikiem zużycia akumulatora.

Etui