



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku  
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46

[www.szpital.rybnik.pl](http://www.szpital.rybnik.pl) e-mail: [sekretariat@szpital.rybnik.pl](mailto:sekretariat@szpital.rybnik.pl)

Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701



ISO 9001

ISO 27001

TAM-682/1-PN/66-2023.BS

Rybnik, dnia 15.11.2023 r.

Do Wykonawców uczestniczących  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

### WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

**Zakup i dostawa 1 sztuki pompy do kontrapulsacji wewnątrzortalnej  
oraz 20 sztuk pomp infuzyjnych dwustrzykawkowych  
(zamówienie nr TAM-682-PN/66-2023.BS)**

ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 25.10.2023 r., nr 2023/S 206-647431

W związku z otrzymanymi pytaniami odnośnie ww. postępowania, działając na podstawie art. 135 ust 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2023 r. poz. 1605) Zamawiający przekazuje niniejszym treść otrzymanych zapytań oraz udzielonych odpowiedzi:

#### **Pytanie 1: „Dotyczy umowy § 5. Ust. 1 a)**

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kar umownych w przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 1 ust. 5 – do 0,5 % wartości umowy brutto określonej w § 1 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,”

**Odpowiedź 1: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i nie wyraża zgody na powyższe.**

#### **Pytanie 2: „Dotyczy umowy § 5. Ust. 1 b)**

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kar umownych w przypadku zwłoki w wykonaniu reklamacji określonej w § 3 umowy lub w przypadku zwłoki w wywiązaniu się z zobowiązań wynikających z gwarancji – do 0,1 % wartości umowy brutto określonej w § 1 ust. 1 za każdy dzień.”

**Odpowiedź 2: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i nie wyraża zgody na powyższe.**

#### **Pytanie 3: „Dotyczy załącznik Załącznik nr 1.3 WARUNKI GWARANCJI JAKOŚCI I SERWISU pkt 4.**

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu na usunięcie usterki w okresie gwarancji w przypadku konieczności sprowadzenia części spoza granic Polski do 14 dni roboczych?”

**Odpowiedź 3: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 4: „Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 1 dopuści pompę do kontrapulsacji typu Arrow AC-3 Optimus, z następującymi parametrami:**

Pkt 2 – Stan wypełnienia balonu pośrednio w formie krzywej ciśnienia

Pkt 5 – Tryby pracy pompy: automatyczny oraz operatora (ręczny)

Pkt 15 – Kondensat magazynowany w specjalnym zbiorniku dla zachowania kontroli procesu usuwania.

Pkt 19 – pompa bez konieczności rozkładania w celu transportu – z wagą poniżej 48 kg

Pkt 20 – Pompa wyposażona we własne kółka

Pkt 21 – Bez wewnętrznego zbiornik z helem, z możliwością wymiany butli bez przerywania pracy pompy

Pkt 22 – W zestawie butla z helem jednorazowego użytku, minimum 8 sztuk

#### Telefony:

Kancelaria: 32 429-12-90

Główny Księgowy: 32 429-12-99

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 32 429-12-54

Dział Organizacyjny: 32 429-26-19

Fax: 32 422-82-72

BNP Paribas Bank Polska SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001

- kabel EKG 5-cio odprowadzeniowy, minimum 3 sztuki
- papier do drukarki, minimum 3 zestawy

*Pompa spełnia wszystkie pozostałe wymogi SWZ.”*

**Odpowiedź 4: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania opisanego w pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2a (dla pakietu nr 1) w tym zakresie. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.**

**UWAGA:**

Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją załącznika nr 1.2a do SWZ tj. „Specyfikacja techniczna” w zakresie Pakietu nr 1.

**Załącznik do niniejszego pisma (zmodyfikowana wersja specyfikacji technicznej, którą należy posłużyć się składając ofertę:**

- z1.2a - pakiet nr 1 – modyfikacja.

**Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie.**