

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl

WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG:271.KS.101...⁴⁶⁹.../2024

Tarnów, dnia 05.02.2024 r.

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest --„dostawa stołu operacyjnego, fotela operatora, myjnio – dezynfektora dla oddziału okulistyki sprawa nr 101/2024

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 13.10.2023 r. Zamawiający wyjaśnia:

Zakres nr 1 – stół operacyjny okulistyczny – szt./kpl. 1

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stołu operacyjnego okulistycznego z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 400 mm (530-930 mm)? Oferowane rozwiązanie jest lepsze od wymaganego.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stołu operacyjnego okulistycznego z możliwością zaprogramowania 3 pozycji na pilocie oraz dodatkowo pozycji „0” – wejściowej, CPR, Trendelenburga, wyjściowej – poz. ułatwiającej pacjentowi opuszczenie stołu, resetowanie zaprogramowanych uprzednio pozycji realizowane jest poprzez zaprogramowanie nowych pozycji zabiegowych stołu? Oferowane rozwiązanie jest lepsze od wymaganego.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stołu operacyjnego okulistycznego z podstawą o wymiarach 900x620 mm, wykonaną ze stali nierdzewnej, wyposażoną centralną blokadę kół? Oferowane rozwiązanie jest lepsze od wymaganego.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stołu operacyjnego okulistycznego wyposażonego w podwójne antystatyczne koła jezdne o średnicy 100 mm?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stołu operacyjnego okulistycznego o szerokości całkowitej stołu wraz z podłokietnikami 898 mm?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stołu operacyjnego okulistycznego o długości całkowitej stołu 1740 mm oraz 2040 mm przy maksymalnym wydłużeniu zagłówka? Oferowane rozwiązanie jest lepsze od wymaganego.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stołu operacyjnego okulistycznego z możliwością wyboru kolorystyki obicia stołu spośród 24 dostępnych kolorów?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza

8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny okulistyczny z regulacją podpory nóg w zakresie 68°?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny okulistyczny z regulacją segmentu siedziska w zakresie 36° (+/-18°)?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny okulistyczny o wadze 120 kg?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza

Otrzymują: Adresat
a/a

SPECJALISTA
DZIAŁU LOGISTYKI
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ
w Tarnowie
mgr Karolina Strzałba

DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
Anna Czech

KIEROWNIK
DZIAŁU LOGISTYKI
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ
w Tarnowie
mgr Anna Hajdu