

Znak sprawy: 38/PN/2019/JS

Warszawa, dnia 31 lipca 2019 r.

**NARODOWY INSTYTUT GERIATRII, REUMATOLOGII
I REHABILITACJI
IM. PROF. DR HAB. MED. ELEONORY REICHER
02-637 Warszawa ul. Spartańska 1**

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na:

**DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH
WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW DO OZNACZANIA PRZECIWCIAŁ
W PODZIALE NA ZADANIA**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

**ZATWIERDZIŁ:
Brygida Kwiatkowska
Z-ca Dyrektora ds.
Klinicznych**

Materiały przygotowane przez Komisję Przetargową
powołaną Decyzją Dyrektora Instytutu
z dnia 19 lipca 2019 r.

1. ZAMAWIAJĄCY

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher 02-637 Warszawa ul. Spartańska 1
tel. nr 22/67 09 143
Adres internetowy: www.spartanska.pl
NIP 525-001-10-42, REGON 000-288-567

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- 2.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie **przetargu nieograniczonego** na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej uPzp.
- 2.2 Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami uPzp dla postępowań, których wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp tj. równowartość kwoty 221 000,00 EURO.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- 3.1 Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do wykonywania oznaczeń przeciwciał techniką immunochemii z zastosowaniem technologii blottingu wraz z dzierżawą aparatury do ich wykonania w podziale na zadania.
- 3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera **Formularz asortymentowo – cenowy** stanowiący odpowiednio **załączniki nr 2.1 dla zadania nr 1, 2.2 dla zadania nr 2 i 2.3 dla zadania nr 3 do SIWZ** oraz **Zestawienie parametrów granicznych** stanowiące odpowiednio **załącznik nr 2A dla zadania nr 1, 2B dla zadania nr 2 i 2C dla zadania nr 3 do Formularza oferty**.
- 3.3 W przypadku braku zapotrzebowania Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części asortymentu.
- 3.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym. Zakup każdego asortymentu, uzależniony będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
- 3.5 Odczynniki i automatyczny analizator stanowiący przedmiot zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i w placówkach służby zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 poz. 211 z późn. zm.)
- 3.6 Dostarczane odczynniki muszą posiadać co najmniej 6 miesięczny okres zdatności do użycia liczony od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.
- 3.7 Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu odczynniki w czasie nie dłuższym niż **10 dni roboczych** od daty złożenia zamówienia.
- 3.8 Oznakowanie dostarczonych wyrobów, instrukcje użytkowania, opis wyrobu, etykiety (oryginalne) muszą być sporządzone w języku polskim.
- 3.9 Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 33696500-0 – Odczynniki laboratoryjne, 38434000-6- Analizatory

4. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Liczba części – 3. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części, z tym że tylko jedną ofertę na daną część zamówienia.

5. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 7 UPZP

Zamawiający **nie przewiduje** możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 uPzp.

6. INFORMACJA O OFERTACH WARIANTOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. WYKONANIE ZAMÓWIENIA PRZY UDZIALE PODWYKONAWCÓW

- 7.1 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
- 7.2 Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi w ofercie wskazać część (zakres zamówienia), którą wykonywać będzie rzeczywiście w jego imieniu podwykonawca i podania firm podwykonawców.
- 7.3 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
- 7.4 Należy wypełnić odpowiednio załącznik nr 1 – Formularz ofertowy. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wskazać w formularzu „nie dotyczy”. W przypadku niewskazania części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i firm podwykonawców, przyjmuje się, iż przedmiot zamówienia zostanie w całości wykonany samodzielnie przez Wykonawcę.
- 7.5 Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

8. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- 8.1 Wymagany termin realizacji zamówienia **36 miesięcy** od daty zawarcia umowy.
- 8.2 Miejsce realizacji zamówienia: Centralne Laboratorium Kliniczne w siedzibie NIGRIr.

9. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY

- 9.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1b uPzp, dotyczące:
- 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny,
 - 2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny,
 - 3) zdolności technicznej lub zawodowej – warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej **2 dostawy** odczynników o wartości nie mniejszej niż **300 000,00 zł każda**.
- 9.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 uPzp. Zgodnie z art. 24 ust. 1 uPzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
- 1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu,
 - 2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
 - a) którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553 z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
 - b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
 - c) skarbowe,

- d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
- 3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2),
 - 4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,
 - 5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów,
 - 6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
 - 7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
 - 8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu,
 - 9) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,
 - 10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544),
 - 11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,
 - 12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- 9.3 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie:
- 9.3.1 art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp – Zamawiający przewiduje wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz.

- 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615),
- 9.3.2 art. 24 ust. 5 pkt 8 – Zamawiający przewiduje wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
- 9.4 Wykluczenie Wykonawcy następuje:
- 1) w przypadkach, o których mowa w ust. 9.2 pkt 2) lit. a) – c) i pkt 3), gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 9.2 pkt 2) lit. a) – c), jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia,
 - 2) w przypadkach, o których mowa:
 - a) w ust. 9.2 pkt 2) lit. d) i pkt 3), gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 9.2 pkt 2) lit. d),
 - b) w ust. 9.2 pkt 4),– jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
 - 3) w przypadkach, o których mowa w ust. 9.2 pkt 7) i 9), jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia,
 - 4) w przypadku, o którym mowa w ust. 9.2 pkt 10), jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,
 - 5) w przypadku, o którym mowa w ust. 9.2 pkt 11), jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
- 9.5 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 9.2 pkt 2) i 3) oraz 5) – 9) lub ust. 9.3, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
- 9.6 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 9.5.
- 9.7 W przypadkach, o których mowa w ust. 9.2 pkt 8), przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.

10. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA

10.1 Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę wraz z ofertą w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:

10.1.1 Aktualny na dzień składania ofert jednolity europejski dokument zamówienia sporządzony zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE (zwany dalej: Jednolity dokument). Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W części IV Jednolitego dokumentu w celu wykazania warunku udziału w postępowaniu opisanego w Rozdziale 9 ust. 9.1 pkt 3 SIWZ Wykonawca wypełnienia jedynie sekcję α .

10.1.2 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć **aktualne materiały źródłowe producenta dotyczące automatycznego analizatora oraz manualnego systemu stanowiącego zabezpieczenie pracy analizatora będącego przedmiotem dzierżawy**, tj. foldery, prospekty, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów we wszystkich dostępnych źródłach, w tym również poprzez zwrócenie się do Wykonawców o udzielenie wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

10.1.3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także Jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

10.1.4 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa Jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców.

10.1.5 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

10.2 Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24aa ustawy, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza według kryterium oceny ofert określonych w SIWZ, nie podlega wykluczeniu (art. 24 ust. 1 pkt 12-23, art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Rozdziale 9 SIWZ).

10.3 Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, **zostanie wezwany** przez Zamawiającego do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1.

10.4 **Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w Rozdziale 9 ust. 9.1 dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu:**

- 1) **Wykaz dostaw** wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawa została wykonana, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały należycie wykonane, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy

były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

10.5 Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w Rozdziale 9 ust. 9.2:

- 1) **Odpis z właściwego rejestru** lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
- 2) **Informacja z Krajowego Rejestru Karnego** w zakresie określonym w Rozdziale 9 ust. 9.2 pkt 2), 3) i 10), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- 3) **Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych**, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy,
- 4) **Oświadczenie wykonawcy** o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (wzór Oświadczenia – załącznik nr 4 do SIWZ),
- 5) **Oświadczenie wykonawcy** o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wzór Oświadczenia – załącznik nr 5 do SIWZ),
- 6) **Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego** potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- 7) **Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych** lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

10.6 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na wezwanie Zamawiającego, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 10.5 pkt 1)– składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w Rozdziale 9 ust. 9.2 pkt 2), 3) i 10).

10.7 Dokument, o którym mowa w ust. 10.6, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- 10.8 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 10.5 pkt 1), zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 10.7 stosuje się.
- 10.9 Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 10.5 pkt 2), składa dokument, o którym mowa w ust. 10.6, w zakresie określonym w Rozdziale 9 ust. 9.2 pkt 3) i 10). Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 10.10 Wykonawca w stosownych sytuacjach może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale 9 ust. 9.1 pkt 2-3, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, na zasadach określonych w art. 22a uPzp. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
- 10.11 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
- 10.12 Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a uPzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 10.5 pkt 1) – 7).
- 10.13 Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w ust. 10.5 pkt 1) – 7), dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a uPzp.
- 10.14 Wykonawca może wskazać oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w ust. 10.5, 10.6, 10.7, 10.8 i 10.9, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w Rozdziale 9 ust. 9.1, 9.2 i 9.3.
- 10.15 W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 10.5, 10.6, 10.7, 10.8 i 10.9, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnymi i bezpłatnymi baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
- 10.16 Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub Wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym Wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w ust. 10.4 pkt 1).

10.17 Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego:

- 1) **Oświadczenia Wykonawcy**, że dysponuje kompletem dokumentów wystawionych przez uprawnione jednostki, wymaganych przepisami prawa (np. znak CE, Deklarację zgodności, niezbędne świadectwa, atesty, certyfikaty, pozwolenia, zgłoszenia, dopuszczenie do obrotu, świadectwa rejestracji wydane przez uprawnione organy np. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Minister Zdrowia), w tym ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. 2017 poz. 211 z późn. zm.).
- 10.18 Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 10 dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a uPzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
- 10.19 Dokumenty, o których mowa w Rozdziale 10, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, poprzez złożenie na każdej zapisanej stronie kopii dokumentu podpisu wraz z adnotacją „za zgodność z oryginałem”.
- 10.20 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
- 10.21 Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
- 10.22 Zgodnie z art. 24 ust. 11 uPzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekaze Zamawiającemu **w formie elektronicznej (bez wezwania)**, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp, **z zastrzeżeniem, iż oświadczenie musi być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę**. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (wzór oświadczenia stanowi **załącznik nr 7 do SIWZ**).
- 10.23 W zakresie nieuregulowanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowanie mają postanowienia Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 roku, w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

11. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

- 11.1 Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: p. Julita Skonieczna, e-mail: julita.skonieczna@spartanska.pl
- 11.2 Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej jako „Platforma”) pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/spartanska>
- 11.3 Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość” znajdującego się na stronie danego postępowania. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku „wyślij wiadomość”, po których pojawi się

- komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
- 11.4 Zamawiający z Wykonawcami będzie przekazywał informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany siwz, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji "Komunikaty".
- 11.5 Korespondencja której, zgodnie z obowiązującymi przepisami, adresatem jest konkretny Wykonawca będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do tego konkretnego Wykonawcy.
- 11.6 Zamawiający, zgodnie z §3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320, dalej: „Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:
- 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
 - 2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
 - 3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
 - 4) włączona obsługa JavaScript,
 - 5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf.
- 11.7 Zalecane formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 75 MB. Zalecany format: .pdf.
- 11.8 Zalecany format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
- 1) dokumenty w formacie .pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES,
 - 2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf, wtedy zaleca się użyć formatu XAdES.
- 11.9 Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin> w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący.
- 11.10 Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści siwz, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- 12.1 Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium do dnia **19 sierpnia 2019** roku do **godz. 12³⁰** w wysokości:
- dla zadania nr 1 – 21 800,00 zł (słownie: złotych dwadzieścia jeden tysięcy osiemset groszy 00/100),
- dla zadania nr 2 – 15 900,00 zł (słownie: złotych piętnaście tysięcy dziewięćset groszy 00/100),
- dla zadania nr 3 – 8 500,00 zł (słownie: złotych osiem tysięcy pięćset groszy 00/100).
- 12.2 Forma wpłaty wadium:
- 1) Wadium może być wnoszone w:

- a) pieniądzu, płatne na konto pieniądzu, płatne na konto 24 2490 0005 0000 4600 8185 8973 w Alior Banku,
 - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 - c) gwarancjach bankowych,
 - d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
- 2) Wadium wnoszone w pieniądzu uważa się za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed upływem terminu określonego w Rozdziale 12 ust. 12.1 nastąpi uznanie na rachunku Zamawiającego.
- 3) Wadium wnoszone w formie niepieniężnej uważa się za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed upływem określonego terminu zostanie dostarczone w oryginale w postaci elektronicznej. Wniesienie dokumentu wadium w postaci elektronicznej powinno obejmować przekazanie tego dokumentu w takiej formie w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginału dokumentu.
- 4) Wszystkie dokumenty, potwierdzające wniesienie wadium muszą zawierać numer przetargu, którego dotyczą.
- 5) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy wskazany w ust. 2 pkt 1) lit. a).
- 6) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia niepieniężnego, gwarancja lub poręczenie powinno być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winno zawierać następujące elementy:
- a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji lub podmiotu udzielającego poręczenia) oraz wskazanie ich siedziby, nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego, nazwę zamówienia,
 - b) określenie wiarygodności, którą ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem,
 - c) kwotę gwarancji lub poręczenia,
 - d) termin ważności gwarancji lub poręczenia,
 - e) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, (nie później niż w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia żądania), w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4 a i art. 46 ust. 5 uPzp,
- 7) Zwrot bądź zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art. 46 uPzp.
- 12.3 W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, za pośrednictwem Platformy Zakupowej – Zamawiający wymaga złożenia dokumentu w formie elektronicznej wraz z ofertą na zasadach określonych w Rozdziale 11 SIWZ - **z zastrzeżeniem, iż musi on być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta tj. wystawcę gwarancji/ poręczenia.**

13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

- 13.1 Wykonawca jest związany ofertą przez 60 dni.
- 13.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 13.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
- 13.4 Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem

nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

- 14.1 Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane w niniejszej SIWZ oświadczenia i dokumenty, bez dokonywania w ich treści jakichkolwiek zastrzeżeń lub zmian ze strony Wykonawcy. Oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w zdaniu powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
- 14.2 Oferta powinna być:
- 1) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SIWZ w języku polskim,
 - 2) złożona w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy,
 - 3) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
- 14.3 Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
- 14.4 Wykonawca, za pośrednictwem Platformy może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.
- 14.5 Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
- 14.6 Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.
- 14.7 Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę powinny być w języku polskim chyba, że w SIWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.
- 14.8 Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.

Uwaga: W przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.

15. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- 15.1 Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/spartanska> do dnia **19 sierpnia 2019 r.**, o godzinie **12³⁰**.
- 15.2 Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w Rozdziale 10 dokumenty w postaci elektronicznej – w tym m. in. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.
- 15.3 Po wypełnieniu Formularza składania oferty i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
- 15.4 Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana kwalifikowanym elektronicznym podpisem. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformy Wykonawca może złożyć podpis w następujący sposób:
 - 1) bezpośrednio na dokumencie przesłanym za pośrednictwem Platformy – jeżeli jest to wymagane, oraz
 - 2) dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty (po kliknięciu w przycisk „Przejdź do podsumowania”).
- 15.5 Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) wraz z wgraniem paczki w formacie XML w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona.
- 15.6 Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresami: <https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin> oraz <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.
- 15.7 Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
- 15.8 Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
- 15.9 Otwarcie ofert nastąpi w dniu **19 sierpnia 2019** roku o **godzinie 12³⁰** za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych.
- 15.10 Informację z otwarcia ofert Zamawiający udostępni na Platformie Zakupowej w zakładce „Komunikaty”.

16. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- 16.1 Cenę oferty należy określić w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ilekroć mowa o cenie należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej). Cena w przypadku Wykonawców nie mających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest ceną netto.
- 16.2 Cena podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (**załącznik nr 1 do SIWZ**) musi stanowić sumę załączników nr 2A, 2B i 2C do SIWZ stanowiącą całkowitą ceną brutto za wykonanie zamówienia, natomiast suma cen netto za wynik powiększona o należny podatek od towarów i usług VAT winna być równa sumie cen w załączniku nr 2A i 2B.
- 16.3 Cena powinna zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę.
- 16.4 Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała żadnym negocjacom.

- 16.5 Cena podana przez Wykonawcę musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia i obowiązywać będzie przez cały okres związania ofertą.
- 16.6 Wykonawca sporządzając ofertę powinien określić ceny w sposób rzetelny, tj. w taki, żeby wybór jego oferty gwarantował Zamawiającemu realizację zamówienia każdej z pozycji.
- 16.7 Cenę oferty należy obliczyć jako sumę iloczynów ilości jednostkowych opakowań i ceny opakowania netto oraz ilości miesięcy dzierżawy i ceny za miesiąc dzierżawy netto – powiększonych o należny podatek od towarów i usług VAT zaokrąglonych do dwóch miejsc po przecinku.
- 16.8 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłyby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. **Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.**

17. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych.

18. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

- 18.1 Kryteriami oceny ofert ze wskazaniem procentowego znaczenia tych kryteriów są:

| Lp. | Kryterium | Ranga |
|-----|--|-------|
| 1. | Cena brutto oferty | 80% |
| 2. | Ocena techniczna (kryteria jakościowe) | 20% |

- 18.2 Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego. Dotyczy wszystkich zadań.

- 18.2.1 W kryterium nr 1 – „**Cena brutto oferty**” maksymalną liczbę punktów, tj. 80 otrzyma oferta z najniższą ceną brutto, natomiast pozostałe oferty otrzymają punkty wynikające z przeliczeń arytmetycznych, zgodnie z poniższym wzorem:

$$C = \frac{C_{min}}{C_{ob}} \times R$$

gdzie: C – liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium Cena brutto oferty

Cmin – najniższa zaoferowana cena brutto oferty

Cob – Cena brutto oferty zaoferowana w badanej ofercie

R – ranga

- 18.2.2 W kryterium nr 2 – **Ocena techniczna** (kryterium jakościowe), maksymalną ilość punktów w kryterium nr 2, tj. **20** otrzyma oferta, która uzyska największą ilość punktów za Parametry oceniane określone w tabeli stanowiącej Załącznik nr 2 do Formularza oferty. Pozostałe oferty otrzymają punkty wynikające z przeliczeń arytmetycznych, zgodnie z poniższym wzorem:

$$O_t = \frac{O_{t \text{ of. b.}}}{O_{t \text{ max}}} \times R$$

gdzie: Ot – Liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną w kryterium Ocena techniczna

Ot of. b. – Ilość punktów uzyskanych przez ofertę badaną w Parametrach ocenianych

Ot max – Najwyższa ilość punktów uzyskanych w Parametrach ocenianych w kryterium
Ocena techniczna
R – ranga

Parametry oceniane należy wpisać w kolumnę „Odpowiedź Wykonawcy” w Załączniku nr 2 do Formularza oferty stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ).

UWAGA!!! W przypadku braku odpowiedzi w którymkolwiek wierszu Zamawiający uzna to za brak punktowanego parametru i przydzieli 0 punktów.

- 18.3 W trakcie dokonywania obliczeń Zamawiający zaokrągli każdy z wyników do dwóch miejsc po przecinku.
- 18.4 Maksymalna ilość punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w wyniku oceny według w/w kryteriów wynosi 100 pkt.
- 18.5 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów łącznie w kryterium nr 1 i 2.

19. INFORMACJE DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

20. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- 20.1 Po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed zawarciem umowy, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana do dopełnienia następujących formalności:
- 1) osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty,
 - 2) jeżeli wybrana zostanie oferta Wykonawców występujących wspólnie, będą oni zobowiązani, przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamówienia, do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
- 20.2 Niezłożenie dokumentów, o których mowa w ust. 20.1 pkt 1) – 2), przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie przed podpisaniem umowy, Zamawiający potraktuje jako uchylanie się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, zgodnie z art. 94 ust. 3 uPzp, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny (chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 uPzp).

21. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

22. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANA WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- 22.1 Istotne postanowienia umowy – załącznik nr 3 do SIWZ.
- 22.2 Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) uPzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, zostały przewidziane w załączniku nr 3 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy.

23. ZGODNIE Z ART. 13 UST. 1 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO) INFORMUJEMY, ŻE:

- 23.1 administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, adres: 02-637 Warszawa ul. Spartańska 1,
- 23.2 administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@spartanska.pl,
- 23.3 administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
- 23.4 dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych). Odbiorcami danych będą także osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Pzp),
- 23.5 administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
- 23.6 mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

24. DODATKOWO ZGODNIE Z ART. 13 UST. 2 RODO INFORMUJEMY, ŻE:

- 24.1 Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
- 24.2 przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
- 24.3 podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
- 24.4 administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

25. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- 25.1 Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów uPzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI uPzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp.
- 25.2 Środkami ochrony prawnej są:
 - 1) odwołanie,
 - 2) skarga do sądu.
- 25.3 Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180-198 uPzp.
- 25.4 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198a-198g uPzp.

26. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Formularz ofertowy – załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2

Istotne dla Stron postanowienia umowy – załącznik nr 3

Oświadczenie Wykonawcy art. 24 ust. 1 pkt 15 Ustawy – załącznik nr 4

Oświadczenie Wykonawcy art. 24 ust. 1 pkt 22 Ustawy – załącznik nr 5

Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 6

Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 7

Informacja o przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej – załącznik nr 8

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY**

....., dnia

1. INFORMACJE O WYKONAWCY

1) Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

.....
nazwa Wykonawcy

.....

.....
adres Wykonawcy (siedziba)

NIP REGON

Nr Krajowego Rejestru Sądowego (jeżeli dotyczy)

tel. fax

e-mail www (jeżeli posiada)

województwo powiat

w przypadku oferty wspólnej (Konsorcjum)¹:

Pełnomocnik Konsorcjum:
nazwa Wykonawcy

.....

.....

adres Wykonawcy (siedziba)

NIP REGON

Nr Krajowego Rejestru Sądowego (jeżeli dotyczy)

tel. fax

e-mail www (jeżeli posiada)

województwo powiat

Uczestnik Konsorcjum:
nazwa Wykonawcy

.....

.....

adres Wykonawcy (siedziba)

NIP REGON

Nr Krajowego Rejestru Sądowego (jeżeli dotyczy)

¹ Należy podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców wskazując również Pełnomocnika

tel. fax

e-mail www (jeżeli posiada)

województwo powiat

2) Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:

.....
nazwa
.....

numer telefonu:

numer faksu:

adres poczty elektronicznej:

2. PRZEDMIOT OFERTY

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu na „Dostawę odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów do oznaczania przeciwciał w podziale na zadania” – sprawa nr 38/PN/2019/JS, my niżej podpisani składamy ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne:

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), za cenę całkowitą brutto dla :

ZADANIE NR 1

..... PLN

stanowiącą sumę wszystkich załączników składających się na Formularz asortymentowo – cenowy.

Uwaga: Suma cen netto za wynik powiększona o należny podatek od towarów i usług VAT winna być równa sumie cen w załączniku nr 2.1.1 i 2.1.2.

| Nr załącznika | Opis przedmiotu zamówienia | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto |
|---------------|--|---------------|---------------|----------------|
| 2.1.1 | Dostawa odczynników do wykonywania oznaczeń autoimmunologicznych metodą immunofluorymetryczną | | | |
| 2.1.2 | Dostawa materiałów zużywalnych, w tym kalibratory, kontrole, płyny płuczące oraz wszelkie materiały eksploatacyjne potrzebne do wykonywania oznaczeń do wykonywania oznaczeń autoimmunologicznych metodą immunofluorymetryczną | | | |
| 2.1.3 | Dzierżawa analizatora | | | |
| | SUMA | | | |

ZADANIE NR 2

..... PLN

stanowiącą sumę wszystkich załączników składających się na Formularz asortymentowo – cenowy.

Uwaga: Suma cen netto za wynik powiększona o należny podatek od towarów i usług VAT winna być równa sumie cen w załączniku nr 2.2.1 i 2.2.2.

| Nr załącznika | Opis przedmiotu zamówienia | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto |
|---------------|--|---------------|---------------|----------------|
| 2.2.1 | Dostawa odczynników do wykonywania oznaczeń autoimmunologicznych metodą immunofluorymetryczną | | | |
| 2.2.2 | Dostawa materiałów zużywalnych, w tym kalibratory, kontrole, płyny płuczące oraz wszelkie materiały eksploatacyjne potrzebne do wykonywania oznaczeń do wykonywania oznaczeń autoimmunologicznych metodą immunofluorymetryczną | | | |
| 2.2.3 | Dzierżawa analizatora | | | |
| | SUMA | | | |

ZADANIE NR 3

..... PLN

stanowiącą sumę wszystkich załączników składających się na Formularz asortymentowo – cenowy.

Uwaga: Suma cen netto za wynik powiększona o należny podatek od towarów i usług VAT winna być równa sumie cen w załączniku nr 2.3.1 i 2.3.2.

| Nr załącznika | Opis przedmiotu zamówienia | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto |
|---------------|--|---------------|---------------|----------------|
| 2.3.1 | Dostawa odczynników do wykonywania oznaczeń autoimmunologicznych metodą immunofluorymetryczną | | | |
| 2.3.2 | Dostawa materiałów zużywalnych, w tym kalibratory, kontrole, płyny płuczące oraz wszelkie materiały eksploatacyjne potrzebne do wykonywania oznaczeń do wykonywania oznaczeń autoimmunologicznych metodą immunofluorymetryczną | | | |
| 2.3.3 | Dzierżawa analizatora | | | |
| SUMA | | | | |

2. Oświadczamy, że odczynniki dostarczymy do siedziby Zamawiającego w terminie **do 10 dni roboczych** od daty złożenia zamówienia.
3. Przedmiotem umowy dzierżawy jest urządzenie dla zadania nr:
Nazwa (podać),
producent/firma (podać),
oferowany model, typ(podać),
rok produkcji (podać).
4. Oświadczamy, że²:
 - 1) wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
 - 2) wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego:

.....
nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego, wartość bez kwoty podatku

5. Ponadto oświadczamy, że jesteśmy³:
 - 1) mikro przedsiębiorcą, tj. zatrudniamy <10 osób, a roczny obrót lub roczna suma bilansowa wynosi < 2 mln euro,
 - 2) małym przedsiębiorcą, tj. zatrudniamy <50 osób, a roczny obrót lub roczna suma bilansowa wynosi < 10 mln euro,

² Stwierdzenie nieprawdziwe skreślić

³ Stwierdzenia nieprawdziwe skreślić

- 3) średnim przedsiębiorcą, tj. zatrudniamy <250 osób, a roczny obrót wynosi < 50 mln euro lub roczna suma bilansowa wynosi < 43 mln euro.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część) oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Istotnymi postanowieniami umowy, które stanowią załącznik nr 3 do SIWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w tym załączniku warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO⁴ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.⁵
9. Osoby uprawnione do kontaktowania się w sprawach wykonania przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy: p., tel., e-mail
10. Wadium zostało wniesione:
a) w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego⁶
b) drogą elektroniczną w formie⁷
11. Prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46 uPzp, na następujący rachunek bankowy⁸
12. W przypadku wyboru naszej oferty osobą upoważnioną do podpisania umowy z naszej strony będzie
13. Deklarujemy **60 dniowy** termin płatności od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
14. Zamówienie wykonamy sami/ wykonanie następujących części zamówienia powierzymy podwykonawcom⁹.
15. Oświadczamy, że powierzymy podwykonawcom część zamówienia:

| Część zamówienia | Nazwa (firma) podwykonawcy |
|------------------|----------------------------|
| | |
| | |
| | |

16. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, czyli przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.
17. Oświadczamy, że na podstawie art. 8 ust. 3 uPzp¹⁰:
- 1) żadne z informacji zawartych w ofercie oraz załączonych do niej dokumentach, nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 - 2) wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie oraz załączonych do niej dokumentach,

⁴ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

⁵ W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

⁶ Jeżeli tak, należy wpisać nr rachunku, na który dokonano wpłaty

⁷ Jeżeli tak, należy wpisać formę, w jakiej została złożona gwarancja

⁸ Niepotrzebne skreślić

⁹ **Niepotrzebne skreślić**

¹⁰ Niepotrzebne skreślić

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania.

| Lp. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) | |
|-----|---------------------------------------|--------------------------------------|----|
| | | od | do |
| | | | |

Uwaga! W przypadku braku wykazania (złożenia właściwego uzasadnienia w terminie składania ofert), iż zastrzeżone dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający uzna, iż nie została spełniona przesłanka podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania ich poufności i dane te staną się jawne od momentu otwarcia ofert.

18. Oferta została złożona na zapisanych stronach, kolejno ponumerowanych od nr do

19. Niniejszym potwierdzam załączenie do oferty następujących dokumentów:

(numerowany wykaz załączników wraz z tytułami)

a) Załącznik nr

b) Załącznik nr

.....
Podpis (y) Wykonawcy (ów) lub
upoważnionego(ych) przedstawiciela(li)
Wykonawcy(ów)

Załącznik nr 2A

ZADANIE NR 1 – DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO WYKONYWANIA OZNACZEŃ PRZECIWCIAŁ TECHNIKĄ IMMUNOCHEMII Z ZASTOSOWANIEM TECHNOLOGII BLOTTINGU WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATURY DO ICH WYKONANIA

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy – obowiązujące w okresie realizacji umowy – odczynników i materiałów zużywalnych do wykonywania oznaczeń przeciwciał techniką immunochemii z zastosowaniem technologii blottingu wraz z dzierżawą aparatury do ich wykonania dostarczonych przez Wykonawcę.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH

| Lp. | Parametr wymagany | Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE | Odpowiedź Wykonawcy Opis oferowanego parametru ¹¹ |
|-----|--|--------------------------------|---|
| 1. | Nowy, automatyczny system wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018 roku, przeznaczony do kompleksowej inkubacji testów typu immunoblot (identyfikacja próbki, rozcieńczanie próbki, etapowa inkubacja, płukanie, rejestr rezultatów, interpretacja rezultatów, archiwizacja rezultatów). Do systemu powinien być dołączony zewnętrzny komputer, drukarka (laserowe), skaner oraz UPS-y (producent systemu/nazwa systemu/rok produkcji) | | |
| 2. | Szeroki panel oznaczeń: wszystkie niezbędne odczynniki i materiały zużywalne (kompletne zestawy testowe) do wykonywania oznaczeń przeciwciał techniką immunochemii z zastosowaniem technologii blottingu – wymienione w formularzu asortymentowo-cenowym | | |
| 3. | Urządzenie, na którym można przygotowywać wszystkie wymienione w formularzu asortymentowo – cenowym zestawy testowe | | |
| 4. | Dostarczenie nieujętych w umowie jakichkolwiek odczynników i/lub materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonywania analiz na koszt Wykonawcy | | |
| 5. | Wydajność systemu do wykonywania kompleksowej inkubacji testów typu immunoblot – minimalny czas oczekiwania na wynik: 200 minut, maksymalny czas oczekiwania na wynik: 300 minut | | |

¹¹ W tabeli Zamawiający określił wymagania konieczne do spełnienia przez Wykonawcę. Wykonawca winien udzielić odpowiedzi binarnej: Tak – w przypadku spełnienia warunku, Nie – w przypadku niespełnienia warunku. W przypadku udzielenia odpowiedzi negatywnej Zamawiający uzna, że oferta nie spełnia warunku koniecznego, co będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów do oznaczania przeciwciał
w podziale na zadania – sprawa nr 38/PN/2019/JS

| | | | |
|-----|--|--|--|
| 6. | System do testów typu immunoblot pozwalający w jednym cyklu inkubacji na wykonanie badań minimum w 40 próbkach pacjentów | | |
| 7. | System do testów typu immunoblot pozwalający na wykonanie oznaczeń z maksymalnie 200 µl surowicy (minimalna objętość martwa próbki badanej wstawianej do systemu - 100 µl) | | |
| 8. | System do testów typu immunoblot umożliwiający pracę z minimum dwoma różnymi koniugatami w jednym cyklu | | |
| 9. | System do testów typu immunoblot umożliwiający pracę z minimum piętnastoma różnymi testami w jednym cyklu | | |
| 10. | Zestawy testowe zawierające materiały do przeprowadzenia kontroli wewnętrznej, umożliwiające skontrolowanie czułości i swoistości testu | | |
| 11. | Komunikacja i obsługa analizatorów przez klawiaturę alfanumeryczną | | |
| 12. | System dozujący, eliminujący kontaminacje próbek badanych (płukanie igły dozującej) | | |
| 13. | Monitorowane przez system niezbędnej do wykonania analizy objętości próbki badanej | | |
| 14. | Szacowanie przez system, wymaganej do danego cyklu, niezbędnej objętości odczynników | | |
| 15. | Brak konieczności rozcieńczania próbki poza system (automatyczne rozcieńczanie próbek przez analizator buforem do rozcieńczeń) | | |
| 16. | System do testów typu immunoblot posiadający pojemną pamięć pozwalającą na przechowywanie minimum 10 000 wyników badań oraz łatwe ich poszukiwanie w bazie danych | | |
| 17. | System do testów typu immunoblot dający możliwość podłączenia do sieci (dwukierunkowa transmisja danych między analizatorem i komputerem zewnętrznym) | | |
| 18. | System do testów typu immunoblot dający możliwość pracy z system identyfikacji kodów kreskowych (identyfikacja próbek badanych i kontrolnych) | | |
| 19. | Przekazanie parametrów interfejsu i podłączenie oferowanego systemu do testów typu immunoblot do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego na koszt Wykonawcy | | |

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów do oznaczania przeciwciał
w podziale na zadania – sprawa nr 38/PN/2019/JS

| | | | |
|-----|---|--|--|
| 20. | W czasie trwania umowy uczestnictwo (2 raz w roku) – na koszt Wykonawcy – w międzynarodowym programie niezależnej zewnętrznej oceny kontroli jakości. Kontrola powinna obejmować wszystkie oznaczane na dostarczonym systemie i wykonywane przez zamawiającego oznaczenia | | |
| 21. | W przypadku awarii system do testów typu immunoblot przystąpienie do naprawy serwisowej w ciągu 48 godzin roboczych | | |
| 22. | Serwis, przeglądy konserwacyjne i części zamienne do systemu do testów typu immunoblot obowiązujące w okresie umowy na koszt Wykonawcy | | |
| 23. | Możliwość dostarczenia urządzenia zastępczego (podobnej generacji) w przypadku awarii trwającej dłużej niż 4-5 dni | | |
| 24. | Instalacja i szkolenie na koszt Wykonawcy (z możliwością - na życzenie zamawiającego - szkoleń uzupełniających) dotyczące obsługi system do testów typu immunoblot zakończone uzyskaniem stosownego certyfikatu przez osoby, które zostaną przeszkolone | | |
| | Dostarczenie podczas instalacji systemu instrukcji obsługi w języku polskim i angielskim | | |
| | Użyczenie i serwis w okresie trwania umowy, klimatyzatora typu „SPLIT” do pomieszczenia o kubaturze 60 m ³ , w którym będzie znajdował się analizator, w celu zapewnienia jego sprawnego działania w różnych porach roku. Po zakończeniu umowy klimatyzator przechodzi na własność zamawiającego | | |
| | Użyczenie i serwis zewnętrznej drukarki służącej do drukowania etykiet na probówki: - interfejs drukarki umożliwiający podłączenie do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego (podłączenie na koszt Wykonawcy | | |

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aktualne materiały źródłowe producenta, tj. foldery, prospekty, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem. W kolumnie „Odpowiedź Wykonawcy, opis oferowanego parametru” należy wyraźnie wskazać dokument i stronę, na której znajdują się informacje potwierdzające podane informacje. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów we wszystkich dostępnych źródłach, w tym również poprzez zwrócenie się do Wykonawców o udzielenie wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Załącznik nr 2B

ZADANIE NR 2 – DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO WYKONYWANIA BADAŃ Z ZAKRESU IMMUNOCHEMII Z ZASTOSOWANIEM TECHNOLOGII ELISA WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATURY DO ICH WYKONANIA

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy – obowiązujące w okresie realizacji umowy – odczynników i materiałów zużywalnych do wykonywania badań z zakresu immunochemii z zastosowaniem technologii ELISA wraz z dzierżawą aparatury do ich wykonania dostarczonych przez Wykonawcę.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH

| Lp | Parametr wymagany | Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE¹² | Odpowiedź Wykonawcy Opis oferowanego parametru |
|-----------|--|---|---|
| 1. | Automatyczny (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2017 roku) analizator do wykonywania oznaczeń techniką ELISA. Do analizatora powinny być dołączone: zewnętrzny komputer, drukarka oraz UPS (producent aparatu/ nazwa aparatu/ rok produkcji) | | |
| 2. | Analizator dający możliwość jednoczesnego umieszczenia na pokładzie minimum 6 płytek titracyjnych przeznaczonych do różnych oznaczeń (tj. płytki opłaszczane różnymi antygenami i wykrywające różnej klasy przeciwciała) | | |
| 3. | Analizator, na którym można wykonywać wszystkie oznaczenia wymienione w formularzu asortymentowo - cenowym | | |

¹² W tabeli Zamawiający określił wymagania konieczne do spełnienia przez Wykonawcę. Wykonawca winien udzielić odpowiedzi binarnej: Tak – w przypadku spełnienia warunku, Nie – w przypadku niespełnienia warunku. W przypadku udzielenia odpowiedzi negatywnej Zamawiający uzna, że oferta nie spełnia warunku koniecznego, co będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów do oznaczania przeciwciał
w podziale na zadania – sprawa nr 38/PN/2019/JS

| | | | |
|----|--|--|--|
| 4. | <p>Wymogi dla odczynników zawartych w formularzu asortymentowo-cenowym:</p> <p>1) Antygen użyty do testów ilościowych do oznaczania <i>Borrelia</i> w surowicy w klasie IgG i IgM – składający się z pełnego, natywnego ekstraktu <i>Borrelia burgdorferii</i>, <i>Borrelia garinii</i>, <i>Borrelia azfелиi</i></p> <p>2) Antygen użyty do testów ilościowych do oznaczania <i>Borrelia</i> w surowicy w klasie IgG – wzbogacony rekombinowanym, zwiększającym czułości oznaczania antygenem VlsE</p> <p>3) Antygen użyty do testów oceniających skuteczność monitorowania leczenia boreliozy składający się z rekombinowanego VlsE</p> | | |
| 5. | <p>Wymogi dla odczynników zawartych w formularzu asortymentowo-cenowym:</p> <p>1) Antygen użyty do testów ilościowych do oznaczania <i>Chlamydia trachomatis</i> w klasie IgA i IgG stanowi natywny antygen MOMP</p> | | |
| 6. | <p>Wymogi dla odczynników zawartych w formularzu asortymentowo-cenowym:</p> <p>1) Antygen użyty do testów ilościowych do oznaczania <i>Chlamydia pneumoniae</i> w klasie IgA, IgM i IgG stanowi szczep <i>Chlamydia pneumoniae</i> „CWL-29”</p> | | |
| 7. | <p>Wymogi dla odczynników zawartych w formularzu asortymentowo-cenowym:</p> <p>1) Antygen użyty do testów ilościowych do oznaczania <i>Mycoplasma pneumoniae</i> w klasie IgA, IgM i IgG stanowi ekstrakt szczepu Mac ATCC 15531</p> | | |
| 8. | <p>Wymogi dla odczynników zawartych w formularzu asortymentowo-cenowym:</p> <p>1) Antygen użyty do testów ilościowych do oznaczania <i>Campylobacter jejuni</i> w klasie IgA i IgG stanowi ekstrakt szczepu ATCC 33291</p> | | |

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów do oznaczania przeciwciał
w podziale na zadania – sprawa nr 38/PN/2019/JS

| | | | |
|-----|---|--|--|
| 9. | <p>Wymogi dla odczynników zawartych w formularzu asortymentowo-cenowym:</p> <p>1) Test pośredni do wykrywania bakterii z rodzaju Mycobacterium (M.teberculosis, M.bovis, M.africanum)</p> <p>2) Antygen użyty w testach pośrednich do wykrywania bakterii z rodzaju Mycobacterium naśladujący peptydy białka ESAT-6, CFP-1-, TB7, (p4)</p> <p>3) Zestaw probówek do pobierania krwi - do wykonywania testu pośredniego - do wykrywania bakterii z rodzaju Mycobacterium w celu zwiększenia swoistości oznaczenia musi zawierać minimum 4 rodzaje probówek</p> | | |
| 10. | Dostarczenie nieujętych w umowie jakichkolwiek odczynników i/lub materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonywania analiz na koszt Wykonawcy | | |
| 11. | Analizator umożliwiający przeprowadzenie procesu diagnostycznego w pełni zautomatyzowanego (od momentu załadowania próbek na pokład analizatora) do zakończenia badania i uzyskania rezultatów | | |
| 12. | Analizator wyposażony w czytnik kodów, który automatycznie identyfikuje i lokalizuje wstawiane na pokład odczynniki, próbki badane i materiały kontrolne | | |
| 13. | <p>Użyczenie i serwis zewnętrznej drukarki służącej do drukowania etykiet na probówki:</p> <p>1) interfejs drukarki umożliwiający podłączenie do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego (podłączenie na koszt Wykonawcy)</p> | | |
| 14. | Analizator dozujący materiał badany za pomocą końcówek jednorazowych (system eliminujący kontaminacje próbek badanych) rozpoznający typy końcówek | | |

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów do oznaczania przeciwciał
w podziale na zadania – sprawa nr 38/PN/2019/JS

| | | | |
|-----|--|--|--|
| 15. | Analizator wyposażony w funkcję automatycznego zliczania zużytych końcówek jednorazowych | | |
| 16. | Analizator wyposażony w czujniki i alarm poziomów odczynników/ cieczy | | |
| 17. | Analizator wyposażony w funkcję automatycznego rozcieńczania i mieszania surowic i odczynników na płytach | | |
| 18. | Analizator wyposażony w filtry o długości fali (minimum): 405 nm, 450 nm, 492 nm, 570 nm, 620 nm, 690 nm | | |
| 19. | Analizator dający możliwość wyboru przez użytkownika zakresu temperatur przebiegu procesu badawczego (zakres minimum 20-56 stopnie C) | | |
| 20. | Analizator wyposażony w układ pipetujący pozwalający na pobieranie małych objętości materiału biologicznego (od 5 mikrolitrów) | | |
| 21. | Analizator pozostawiający minimalną objętość resztkową buforu płuczącego do 3 mikrolitrów na dnie wypukłym i do 4 mikrolitrów na dnie płaskim | | |
| 22. | Ośmiokanałowa głowica płucząca | | |
| 23. | Wykonanie („napisanie”) i wdrożenie – w trakcie trwania umowy – oprogramowania analizatora, które umożliwi wykonywanie testów ELISA – niezależnie od producenta testu i nie ujętego we wcześniejszej umowie – na koszt Wykonawcy | | |
| 24. | Oprogramowanie analizatora informujące użytkownika o nieprawidłowościach/ odchyleniach procedury badawczej | | |
| 25. | Analizator wyposażony w specjalną osłonę ograniczającą możliwość zanieczyszczenia płytek titracyjnych artefaktami ze środowiska zewnętrznego | | |
| 26. | Analizator posiadający pojemną pamięć pozwalającą na przechowywanie minimum 10 000 wyników badań oraz łatwe ich poszukiwanie w bazie danych | | |

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów do oznaczania przeciwciał
w podziale na zadania – sprawa nr 38/PN/2019/JS

| | | | |
|-----|--|--|--|
| 27. | Analizator z oprogramowaniem pozwalającym na prowadzenie i analizę statystyczną systemu kontroli jakości (QC) | | |
| 28. | Analizator umożliwiające zdefiniowanie własnych zakresów wartości referencyjnych dla różnych grup pacjentów (w zależności od wieku i płci) | | |
| 29. | Analizator umożliwiające zdefiniowanie przez użytkownika własnych wyników jakościowych jak i wyniku ilościowego (na podstawie odczytu z krzywej kalibracji) | | |
| 30. | Analizator dający możliwość podłączenia do sieci (dwukierunkowa transmisja danych między analizatorem i komputerem zewnętrznym) | | |
| 31. | Przekazanie parametrów interfejsu i podłączenie oferowanego analizatora do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego na koszt Wykonawcy | | |
| 32. | W przypadku awarii analizatora do technik ELISA przystąpienie do naprawy serwisowej w ciągu 48 godzin roboczych | | |
| 33. | Serwis, przeglądy konserwacyjne i części zamienne do analizatora obowiązujące w okresie trwania umowy na koszt Wykonawcy | | |
| 34. | Możliwość dostarczenie analizatora zastępczego (podobnej generacji) w przypadku awarii trwającej dłużej niż 4-5 dni | | |
| 35. | Instalacja i szkolenie na koszt oferenta (z możliwością - na życzenie zamawiającego - szkoleń uzupełniających) dotyczące obsługi systemu do testów typu ELISA zakończone uzyskaniem stosownego certyfikatu przez osoby, które zostaną przeszkolone | | |
| 36. | Dostarczenie podczas instalacji analizatora do technik ELISA instrukcji obsługi w języku polskim i angielskim | | |
| 37. | Możliwość dostarczenia odczynników w trybie „pilne” w ciągu 3 dni kalendarzowych | | |

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów do oznaczania przeciwciał
w podziale na zadania – sprawa nr 38/PN/2019/JS

| | | | |
|-----|--|--|--|
| 38. | W czasie trwania umowy uczestnictwo (2 raz w roku) - na koszt Wykonawcy - w międzynarodowym programie zewnętrznej oceny kontroli jakości; kontrola powinna obejmować wszystkie oznaczane - przez zamawiającego - parametry oznaczane na dostarczonym analizatorze do technik ELISA | | |
| 39. | Użyczenie i serwis (w okresie trwania umowy) wirnika horyzontalnego cytologicznego, z kompletem zawieszek oraz zestawem wkładek cytologicznych. Wirnik powinien być kompatybilny z wirówką MPW-351/R/RH; rotor dostosowany do wirowania przy maksymalnych obrotach 2500RDM i maksymalnym przyspieszeniu 768RCF; po zakończeniu umowy wirnik przechodzi na własność zamawiającego | | |
| 40. | Dostarczenie i serwisowanie (na czas trwania umowy) szafy chłodniczej - pracującej w zakresie temperatur od +1 do +10 °C- z dzielonymi przeszklonymi drzwiami, o pojemności minimum 700 l; zaopatrzonej w wentylator z wymuszonym obiegiem powietrza oraz rejestrator temperatury; automatyczne odszranianie. Po zakończeniu umowy szafa chłodnicza przechodzi na własność zamawiającego | | |

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aktualne materiały źródłowe producenta, tj. foldery, prospekty, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem. W kolumnie „Odpowiedź Wykonawcy, opis oferowanego parametru” należy wyraźnie wskazać dokument i stronę, na której znajdują się informacje potwierdzające podane informacje. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów we wszystkich dostępnych źródłach, w tym również poprzez zwrócenie się do Wykonawców o udzielenie wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

ZADANIE NR 3 – DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO WYKONYWANIA BADAŃ MIKROSKOPOWYCH ZA POMOCĄ METOD IMMUNOFLUORESCENCYJNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATURY DO PRZYGOTOWANIA SZKIEŁEK DIAGNOSTYCZNYCH ORAZ AUTOMATYCZNEGO MIKROSKOPU FLUORESCENCYJNEGO

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy – obowiązujące w okresie realizacji umowy – odczynników i materiałów zużywalnych do wykonywania badań mikroskopowych za pomocą metod immunofluorescencyjnych wraz z dzierżawą aparatury do przygotowania szkiełek diagnostycznych oraz automatycznego mikroskopu fluorescencyjnego dostarczonych przez Wykonawcę.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH

| Lp. | Parametr wymagany | Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE ¹³ | Odpowiedź Wykonawcy Opis oferowanego parametru |
|-----|--|--|---|
| 1. | Fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w roku 2018 urządzenie umożliwiające zautomatyzowane przygotowywanie szkiełek mikroskopowych stosowanych w diagnostyce mikroskopowej w technikach immunofluorescencyjnych (etapy automatyczne: rozcieńczenie próbek badanych, nakładanie materiału badanego na szkiełka, inkubacja, płukanie). Do urządzenia powinien być dołączony zewnętrzny komputer, drukarka czarno-biała (laserowa) oraz UPS oraz drukarka do drukowania kodów kreskowych (producent aparatu/ nazwa aparatu/ rok produkcji) | | |
| 2. | Wszystkie niezbędne odczynniki i materiały zużywalne (kompletne zestawy testowe) do wykonywania oznaczeń w technice immunofluorescencyjnej wymienione w formularzu asortymentowo – cenowym | | |

¹³ W tabeli Zamawiający określił wymagania konieczne do spełnienia przez Wykonawcę. Wykonawca winien udzielić odpowiedzi binarnej: Tak – w przypadku spełnienia warunku, Nie – w przypadku niespełnienia warunku. W przypadku udzielenia odpowiedzi negatywnej Zamawiający uzna, że oferta nie spełnia warunku koniecznego, co będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów do oznaczania przeciwciał
w podziale na zadania – sprawa nr 38/PN/2019/JS

| | | | |
|-----|---|--|--|
| 3. | Urządzenie, na którym można przygotowywać wszystkie wymienione w formularzu asortymentowo – cenowym zestawy testowe | | |
| 4. | Dostarczenie nie ujętych przez Wykonawcę w umowie jakichkolwiek odczynników i/lub materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonywania analiz na koszt Wykonawcy | | |
| 5. | Urządzenie pozwalające na zamknięcie obszaru roboczego podczas jego pracy | | |
| 6. | Wydajność urządzenia; do 20 testów z listy roboczej | | |
| 7. | Możliwość zaprogramowania minimum 10 różnych rozcieńczeń próbki badanej | | |
| 8. | Komunikacja i obsługa urządzenia przez klawiaturę alfanumeryczną | | |
| 9. | Urządzenie dozujące, zaopatrzone w igłę pipetującą próbki badane posiadającą własny system płuczący, który zapobiega kontaminacji próbek badanych | | |
| 10. | Urządzenie dozujące, odczynniki zaopatrzone w igłę pipetującą posiadającą własny system płuczący, który zapobiega kontaminacji odczynników | | |
| 11. | Urządzenie umożliwiające wykrycie skrzepów w próbkach badanych | | |
| 12. | Urządzenie pozwalające na monitorowanie poziomu odczynników (pomiar pojemnościowy) | | |
| 13. | Urządzenie nie wymagające rozcieńczania próbki poza analizatorem | | |
| 14. | Urządzenie wyposażone w jednostkę płuczącą zaopatrzone w 8-kanałową głowicę płuczącą (zapewnienie jednakowych warunków inkubacji dla całego szkiełka) | | |
| 15. | Urządzenie dające możliwość pracy z system identyfikacji kodów kreskowych | | |

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów do oznaczania przeciwciał
w podziale na zadania – sprawa nr 38/PN/2019/JS

| | | | |
|-----|---|--|--|
| 16. | Urządzenie dające możliwość podłączenia do sieci (transmisja danych między analizatorem i komputerem zewnętrznym) | | |
| 17. | Przekazanie parametrów interfejsu i podłączenie oferowanego urządzenia do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego na koszt Wykonawcy | | |
| 18. | Dostarczenie przez Wykonawcę nowego, automatycznego mikroskopu wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2018 roku, przeznaczonego do oceny obrazów mikroskopowych w technice IIF (producent systemu/ nazwa systemu / rok produkcji) | | |
| 19. | Mikroskop automatyczny wyposażony w oprogramowanie w oparciu o system reguł, umożliwiający ocenę do 400 pól diagnostycznych w jednej sesji | | |
| 20. | Mikroskop automatyczny wyposażony w oprogramowanie w oparciu o system reguł, przeprowadzający klasyfikację typów fluorescencji ANA (zgodnie z aktualnymi normami wg ICAP) oraz ANCA | | |
| 21. | Mikroskop automatyczny umożliwiający ocenę uzyskanych wyników prowadzoną na podstawie obrazów z ekranu monitora, weryfikowaną i walidowaną przez osobę uprawnioną. Cyfrowa archiwizacja zdjęć. | | |
| 22. | Mikroskop automatyczny wyposażony w stół do pozycjonowania zapewniający niezakłóconą drganiami pracę urządzenia | | |
| 23. | Dostarczenie przez Wykonawcę systemu wyposażonego w oprogramowanie zarządzające pracą mikroskopu automatycznego, system dający możliwość podłączenia innych analizatorów stosowanych w diagnostyce chorób autoimmunizacyjno – infekcyjnych) – system współpracujący z LSI | | |

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów do oznaczania przeciwciał
w podziale na zadania – sprawa nr 38/PN/2019/JS

| | | | |
|-----|---|--|--|
| 24. | W przypadku awarii urządzenia do zautomatyzowanego przygotowywanie szkiełek mikroskopowych i/lub mikroskopu automatycznego, przystąpienie do naprawy serwisowej w ciągu 48 godzin roboczych | | |
| 25. | W czasie trwania umowy serwis, przeglądy konserwacyjne i części zamienne do urządzenia do zautomatyzowanego przygotowywanie szkiełek mikroskopowych i mikroskopu automatycznego na koszt Wykonawcy | | |
| 26. | Możliwość dostarczenie urządzenia zastępczego (podobnej generacji) do zautomatyzowanego przygotowywanie szkiełek mikroskopowych i/lub mikroskopu automatycznego w przypadku ich awarii trwającej dłużej niż 4-5 dni | | |
| 27. | Instalacja i szkolenie na koszt Wykonawcy (z możliwością - na życzenie zamawiającego - szkoleń uzupełniających) dotyczące obsługi analizatora do zautomatyzowanego przygotowywanie szkiełek mikroskopowych i mikroskopu automatycznego zakończone uzyskaniem stosownego certyfikatu przez osoby, które zostaną przeszkolone | | |
| 28. | Dostarczenie podczas instalacji urządzenia do zautomatyzowanego przygotowywanie szkiełek mikroskopowych i mikroskopu automatycznego instrukcji obsługi w języku polskim i angielskim | | |
| 29. | W czasie trwania umowy uczestnictwo (2 raz w roku) - na koszt Wykonawcy - w międzynarodowym programie zewnętrznej oceny kontroli jakości. Kontrola powinna obejmować wszystkie oznaczane - przez zamawiającego - parametry | | |

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów do oznaczania przeciwciał
w podziale na zadania – sprawa nr 38/PN/2019/JS

| | | | |
|-----|--|--|--|
| 30. | <p>Użyczenie oraz serwis (w okresie trwania umowy) mikroskopu fluorescencyjnego do oceny manualnej ze światłem przechodzącym; zaopatrzony w lampę diodową typu LED, wyposażony w stół do pozycjonowania oraz fabrycznie nową kamerę; po zakończeniu umowy zamawiający ma prawo pierwokupu mikroskopu fluorescencyjnego do oceny manualnej za ustaloną opłatą</p> | | |
| 31. | <p>Dostarczenie i zamontowanie w pomieszczeniu, w którym będą przeprowadzone oznaczenia techniką immunofluorescencji pośredniej (IIF) mebli umożliwiających sprawną i bezkolizyjną obsługę urządzeń oraz ergonomiczne zarządzanie uzyskanymi wynikami badań. Po zakończeniu umowy meble przechodzą na własność zamawiającego</p> | | |
| 32. | <p>Użyczenie oraz serwis mieszadła magnetycznego (w okresie trwania umowy), do mieszania cieczy o minimalnej objętości 2 l, po zakończeniu umowy mieszadło magnetyczne przechodzi na własność zamawiającego</p> | | |
| 33. | <p>Użyczenie oraz serwis (w okresie trwania umowy) chłodziarko-zamrażarki; każda wyposażona jest w osobne drzwi; chłodziarka o pojemności minimum 270 l; zamrażarka o pojemności minimum 80 l (zamrażarka umieszczona na dole); po zakończeniu umowy chłodziarka przechodzi na własność zamawiającego</p> | | |

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów do oznaczania przeciwciał
w podziale na zadania – sprawa nr 38/PN/2019/JS

| | | | |
|-----|---|--|--|
| 34. | <p>Użyczenie i serwis (w okresie trwania umowy) wirnika horyzontalnego cytologicznego, z kompletem zawieszek oraz zestawem wkładek cytologicznych. Wirnik powinien być kompatybilny z wirówką MPW-351/R/RH; rotor dostosowany do wirowania przy maksymalnych obrotach 2500RDM i maksymalnym przyspieszeniu 768RCF; po zakończeniu umowy wirnik przechodzi na własność zamawiającego</p> | | |
| 35. | <p>Dostarczenie i serwisowanie (na czas trwania umowy) szafy chłodniczej - pracującej w zakresie temperatur od +1 do +10 °C- z dzielonymi przeszklonymi drzwiami, o pojemności minimum 700 l, zaopatrzonej w wentylator z wymuszonym obiegiem powietrza oraz rejestrator temperatury, automatyczne odszranianie. Po zakończeniu umowy szafa chłodnicza przechodzi na własność zamawiającego</p> | | |

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aktualne materiały źródłowe producenta, tj. foldery, prospekty, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem. W kolumnie „Odpowiedź Wykonawcy, opis oferowanego parametru” należy wyraźnie wskazać dokument i stronę, na której znajdują się informacje potwierdzające podane informacje. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów we wszystkich dostępnych źródłach, w tym również poprzez zwrócenie się do Wykonawców o udzielenie wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

**PARAMETRY OCENIANE/ KRYTERIA JAKOŚCIOWE
DLA ZADANIA NR 1**

| Lp. | Parametr oceniany | Ocena | Opis parametru |
|------------|--|-------------------------------------|-----------------------|
| 1. | System wyposażony program do elektronicznej oceny wyników w języku polskim | tak – 20 punktów nie – 0 punktów | |
| 2. | Paski testowe zaopatrzone w linie kontrolną umożliwiającą skontrolowanie prawidłowości przebiegu reakcji dla każdego paska osobno | tak – 20 punktów nie – 0 punktów | |
| 3. | Możliwość dostarczenia odczynników w trybie „pilne” w ciągu 3 dni kalendarzowych | tak – 50 punktów nie – 0 punktów | |
| 4. | Wszystkie odczynniki wymagane do przeprowadzenia oznaczeń przeciwciał techniką blottingu wymienione w formularzu asortymentowo- cenowym dostarczone w postaci gotowej do użycia (nie wymagające rekonstrukcji) | tak – 10 punktów nie – 0 punktów | |
| | | max 100 pkt | |

UWAGA!!!

W przypadku braku odpowiedzi w którymkolwiek wierszu Zamawiający uzna to za brak punktowanego parametru i przydzieli 0 punktów.

**PARAMETRY OCENIANE/ KRYTERIA JAKOŚCIOWE
DLA ZADANIA NR 2**

| Lp. | Parametr oceniany | Ocena | Opis parametru |
|------------|---|---|-----------------------|
| 1. | Maksymalna objętość płukania na studzienkę reakcyjną: <ul style="list-style-type: none">• minimum 2500 mikrolitrów• poniżej 2500 mikrolitrów | tak – 20 punktów nie – 0 punktów | |
| 2. | Jednoczasowa możliwość użycia: <ul style="list-style-type: none">• 4 różnych buforów płuczających• 3 różnych buforów płuczających• 2 różnych buforów płuczających• 1 buforu płuczającego | tak – 40 punktów nie – 20 punktów tak – 10 punktów nie – 0 punktów | |
| 3. | Jednoczasowa możliwość użycia (dla różnych procedur badawczych): inkubatora ogrzewanego i inkubatora pracującego w temperaturze pokojowej | tak – 20 punktów nie – 0 punktów | |
| 4. | Analizator wyposażony w pompy dające możliwość pracy z różną szybkością | tak – 10 punktów nie – 0 punktów | |
| 5. | Analizator produkujący odpady, które można bezpośrednio usuwać do kanalizacji (potwierdzone w kartach charakterystyk odczynników) | tak – 10 punktów nie – 0 punktów | |
| | | max 100 pkt | |

UWAGA!!!

W przypadku braku odpowiedzi w którymkolwiek wierszu Zamawiający uzna to za brak punktowanego parametru i przydzieli 0 punktów.

**PARAMETRY OCENIANE/ KRYTERIA JAKOŚCIOWE
DLA ZADANIA NR 3**

| Lp. | Parametr oceniany | Ocena | Opis parametru |
|------------|---|---------------------------------------|-----------------------|
| 1. | Dokładność pipetowania urządzenia do zautomatyzowanego przygotowywanie szkiełek mikroskopowych przez igłę systemu pipetującego: <ul style="list-style-type: none">• minimum 1 µl• 3-5 µl• powyżej 5µl | 20 punktów 10 punktów 0 punktów | |
| 2. | Możliwość dostarczenia odczynników w trybie „pilne” w ciągu: <ul style="list-style-type: none">• 3 dni kalendarzowych• 5 dni roboczych• powyżej 5 dni roboczych | 20 punktów 10 punktów 0 punktów | |
| 3. | Brak konieczności podłączania urządzenia do zautomatyzowanego przygotowywanie szkiełek mikroskopowych do stacji uzdatniania wody: <ul style="list-style-type: none">• tak• nie | tak – 20 punktów nie – 0 punktów | |
| 4. | Fotografie pól w mikroskopie automatycznym wykonane w czasie: <ul style="list-style-type: none">• do 1 minuty• do 2 minut• powyżej 2 minut | 20 punktów 10 punktów 0 punktów | |
| 5. | Waga mikroskopu automatycznego (bez stolika stabilizującego) <ul style="list-style-type: none">• do 50 kg• 51-100 kg• powyżej 100 kg | 20 punktów 10 punktów 0 punktów | |
| | | max 100 pkt | |

UWAGA!!!

W przypadku braku odpowiedzi w którymkolwiek wierszu Zamawiający uzna to za brak punktowanego parametru i przydzieli 0 punktów.

ZAŁĄCZNIK NR 3 – ISTOTNE, DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY

w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **38/PN/2019/JS**, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp”, została zawarta umowa o następującej treści:

DOSTAWA

§1.

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy odczynników i materiałów zużywalnych do wykonywania badań, zgodnie z Formularzem asortymentowo – cenowym stanowiącym **załącznik nr 1A i 1B** do niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu zamówienia w zakresie jakości oraz producenta, zgodnie z treścią złożonej oferty.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw odczynników przez cały okres obowiązywania umowy.
4. Każdorazowo dostarczony Zamawiającemu odczynnik będzie miał termin przydatności do użycia nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu towaru dostarczonego, a niezamówionego w zamówieniu częściowym oraz zwrotu towaru niezgodnego ze złożonym zamówieniem. Zwrot następuje na koszt Wykonawcy.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian ilości zamawianego asortymentu pod warunkiem nieprzekroczenia wartości zadania ogółem.

§2.

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostaw częściowych odczynników w terminie do **10 dni roboczych**, od daty otrzymania zamówienia złożonego pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: _____ lub telefonicznie pod numerem _____ przez pracownika Zamawiającego.
2. Wykonawca dostarczać będzie przedmiot zamówienia na swój koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego, tj. Centralnego Laboratorium Klinicznego w siedzibie Zamawiającego, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8⁰⁰ do 14⁰⁰, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych u Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do rozładunku i złożenia towaru w pomieszczeniach Centralnego Laboratorium Klinicznego, zgodnie ze wskazaniem personelu Zamawiającego.
3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu karty charakterystyki w formie papierowej lub elektronicznej wraz z pierwszą dostawą towaru, a następne po każdej zmianie ww. dokumentów.
4. Wykonawca gwarantuje dostawy towaru wolnego od wad, fabrycznie nowych i oryginalnie zapakowanych.
5. Każda partia danego towaru musi być zgodna asortymentowo ze złożonym zamówieniem.
6. Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia czy dostawa jest zgodna ze złożonym przez niego zamówieniem, o którym mowa w ust. 1, pod względem ilościowym i jakościowym. Sprawdzenie obejmuje przeliczenie ilości opakowań zbiorczych i ustalenie ich stanu, a w razie uszkodzenia opakowania zbiorczego sprawdzenie stanu jego zawartości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrotu opakowania otwartego.
7. Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić braki towaru stwierdzone podczas dostawy w czasie nie dłuższym niż w dniu następnym.
8. W przypadku stwierdzenia wad dostarczonego towaru po dokonaniu odbioru:
 - 1) Zamawiający zawiadomi pisemnie o tym Wykonawcę za pośrednictwem fax-u na nr: lub e-mailem na adres:

- 2) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na swój koszt i ryzyko, towaru wolnego od wad niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia o wadzie, w czasie nie dłuższym niż 48 godzin.

§3.

1. Wykonawca wraz z każdą dostawą częściową jest zobowiązany dostarczyć oryginał faktury wraz z jej kopią potwierdzający nazwę, ilość i cenę towaru.
2. Zapłata należności za dostarczony towar nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze w terminie **60 dni** od daty dostawy kompletnego i wolnego od wad towaru i doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. W przypadku, gdy dzień zapłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub dzień wolny u Zamawiającego, płatność nastąpi w następnym dniu roboczym następującym po tym dniu.
4. W przypadku nieprawidłowo wystawionej faktury termin płatności ulega wstrzymaniu i dalszy bieg terminu płatności liczy się od dnia usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości.
5. W przypadku niekompletnej lub wadliwej dostawy towaru, termin płatności ulega wstrzymaniu i dalszy bieg terminu płatności liczy się od dnia uzupełnienia lub usunięcia wad dostawy towaru.
6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia konta bankowego Zamawiającego.

DZIERŻAWA ANALIZATORA

§4.

1. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem aparatu (nazwa) typ rok produkcji firmy i oddaje Zamawiającemu powyższe urządzenie wraz z jego komponentami do dokumentowania i wysyłania wyników badań) do używania i pobierania próbek w Centralnym Laboratorium Klinicznym. Szczegółowe parametry aparatu i jego komponentów określa załącznik nr ___ do niniejszej umowy.
2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu instrukcje obsługi aparatu, całość dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego korzystania z aparatu oraz zapewni montaż, instalację, serwis i przeszkolenie personelu w zakresie obsługi aparatu potwierdzone protokołem szkolenia, którego wzór stanowi załącznik nr 9 i 10 do niniejszej umowy.
3. Aparat, o którym mowa w ust. 1 wraz ze stosownymi instrukcjami zostanie wydany Zamawiającemu do **7 dni** od daty zawarcia umowy na podstawie protokołu odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr ___ do niniejszej umowy, po stwierdzeniu przez Zamawiającego przekazania sprzętu w stanie kompletnym i nadającym się do umówionego użytku.

§5.

1. Zamawiający będzie używał przedmiotu dzierżawy zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącej konserwacji oraz naprawy urządzenia, wynikających z zaleceń producenta aparatu oraz dokonywania napraw wynikających z normalnej eksploatacji urządzenia, jak również do usuwania wszelkich usterek związanych z działaniem urządzenia w ramach czynszu dzierżawnego.
3. Wykonawca przystąpi do naprawy uszkodzonego aparatu w terminie do **24 godzin**, jednak nie później niż następnego dnia roboczego, od daty zgłoszenia uszkodzenia faxem na nr, telefonicznie na nr: lub pocztą elektroniczną na adres:
4. W przypadku, gdy naprawa uszkodzonego aparatu musi zostać wykonana w innym miejscu niż miejsce zainstalowania u Zamawiającego lub gdy przewidywany czas naprawy aparatu będzie wynosił więcej niż **4-5 dni roboczych**, Wykonawca, w celu zabezpieczenia ciągłości wykonywanych badań udostępni inne, analogiczne urządzenie o parametrach nie gorszych niż aparatu będącego przedmiotem dzierżawy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o charakterze organizacyjnym, ekonomicznym i technicznym mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U.2018.419), jak również zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U.2018.412), w tym w szczególności do:

- a) ochrony i zabezpieczenia danych zgodnie z wymogami ustaw,
 - b) przetwarzania informacji i danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie,
 - c) zachowania w tajemnicy danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją umowy,
 - d) zwrotu wszelkich zawierających dane osobowe nośników danych przekazanych przez Zamawiającego oraz trwałego zniszczenia wszystkich ich kopii,
 - e) niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdym przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych.
6. Zachowanie poufności informacji, o których mowa w ust. 5 obowiązuje Wykonawcę także po rozwiązaniu umowy.
7. Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 5 powoduje odpowiedzialność Wykonawcy za szkodę wyrządzoną Zamawiającego (na zasadach wynikających z Kodeksu Cywilnego) oraz stanowi podstawę do rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.

§6.

1. Zamawiający przyjmuje aparat w stanie zdatnym do użytku i zobowiązuje się utrzymać go w stanie niepogorszonym przez czas trwania dzierżawy. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialność za zużycie wynikające na skutek normalnego używania aparatu.
2. Zamawiający zobowiązuje się zwrócić aparat Wykonawcy z chwilą rozwiązania umowy, w stanie niepogorszonym, poza normalnym stopniem zużycia, wynikającym z prawidłowej eksploatacji.
3. W okresie dzierżawy, w ramach czynszu dzierżawnego, Wykonawca będzie zapewniał serwis, konserwację, walidację oraz naprawy wynikające z normalnego użycia przedmiotu dzierżawy, z wyjątkiem uszkodzeń wynikłych z wadliwej eksploatacji aparatu, który to koszty naprawy będzie pokrywał Zamawiający.

§7.

1. Zamawiający nie może oddać aparatu w całości lub częściowo osobie trzeciej do bezpłatnego używania albo w poddzierżawę bez uzyskania pisemnej zgody Wykonawcy.
2. Zamawiający zobowiązuje się zabezpieczyć przedmiot dzierżawy przed uszkodzeniem lub jego utratą spowodowaną jego niewłaściwą obsługą i działaniem osób trzecich.
3. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za przedmiot dzierżawy łącznie z poniesieniem ryzyka kradzieży, zniszczenia na skutek pożaru czy nieprzewidzianych wypadków i zdarzeń.
4. Zamawiający zobowiązuje się w przypadku zaistnienia ww. zdarzeń do zwrotu kwoty brutto wartości aparatu pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§8.

1. Umowa zostaje zawarta na okres 36 miesięcy, tj. od dnia **2019** roku do dnia **2022** roku lub do momentu wyczerpania wartości umowy, o której mowa w §2 ust. 2 i §7 ust. 1.
2. W przypadku wyczerpania wartości umowy przed dniem **2022** roku umowa wygasa z dniem wykorzystania wartościowego umowy.

§9.

1. Całkowita wartość umowy wynosi brutto:
..... **zł**
(słownie: złotych00/100).
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za dostawę odczynników według cen jednostkowych wymienionych w **załączniku nr 1A i 1B** do niniejszej umowy.

3. Zaoferowane ceny jednostkowe nie ulegną zmianie przez cały okres trwania umowy z zastrzeżeniem postanowień §14.
4. Czynsz dzierżawny wynosi miesięcznie:
..... zł
(słownie: złotych groszy).
w tym netto: zł (słownie: złotych groszy),
zgodnie z załącznikiem nr 1C do umowy.
5. Miesięczna kwota czynszu dzierżawy określona w ust. 4 obowiązuje przez cały okres trwania umowy.
6. Pierwszy czynsz dzierżawny będzie naliczany od daty podpisania protokołu instalacji i uruchomienia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
7. Wartość umowy określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z dostawą odczynników oraz dzierżawą analizatora w szczególności: transport, rozładunek, opakowanie, ubezpieczenie, podatek VAT, opłaty celne, czynsz dzierżawny.
8. Zapłata należności za wykonanie przedmiotu Umowy, o której mowa w ust. 1 będzie realizowana w częściach, w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze, w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
9. W przypadku nieprawidłowo wystawionej faktury termin płatności ulega wstrzymaniu i dalszy bieg terminu płatności liczy się od dnia usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości.
10. Za dzień dokonania płatności uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego należną mu kwotą.

§10.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wielkości przedmiotu umowy określonego w **załączniku nr 1A i 1B** do umowy w zakresie ilości i wartości nie więcej niż o 30% całkowitej wartości brutto umowy lub 30% asortymentu, w takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o dostawy niezamówionego asortymentu lub dzierżawę analizatora.
2. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca gwarantuje ilościową realizację przedmiotu umowy z zastrzeżeniem ust. 1.

§11.

1. W celu zabezpieczenia wykonania umowy Strony ustalają następujące kary umowne:
 - 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku nieterminowego wykonania dostawy lub niekompletnej dostawy (dostawy towaru ze stwierdzonymi brakami ilościowymi) lub nieterminowego usunięcia wady (dostawy towaru wolnego od wad) w wysokości 1% wartości brutto dostawy częściowej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
 - 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku nieterminowej dostawy aparatu – w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki,
 - 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w (załączniku nr __ do Umowy) – w wysokości 500 zł za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, naliczenie kary umownej nie zwalania Wykonawcy od wykonania umowy zgodnie z zakresem obowiązków wynikających ze złożonej oferty. Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia wady w terminie wskazanych w ust 2, po upływie tego okresu kary zostaną naliczone ponownie.
 - 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego,
2. Zamawiający przed naliczeniem kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt 1) – niekompletna dostawa i pkt 3) – nienależyte wykonania umowy każdorazowo wezwie

Wykonawcę do należytego wykonania Umowy w terminie 2 dni roboczych. Brak kompletnej dostawy lub należytego wykonania obowiązków określonych w parametrach granicznych analizatora w powyższym terminie będzie skutkować naliczeniem kar umownych.

3. Kary umowne płatne będą w ciągu 7 dni od daty wystawienia Wykonawcy not obciążeniowych, obejmujących naliczone kary umowne, przy czym Zamawiający ma prawo do potrąceń kwot kar umownych z faktur za wykonane dostawy, wystawionych przez Wykonawcę.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§12.

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.
2. Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
3. W terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o niżej wymienionych sytuacjach Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy albo jej niezrealizowanej części umowy w terminach i na zasadach określonych w umowie, to jest w przypadkach, w których Wykonawca: nie wykonuje przedmiotu umowy, nienależyty wykonuje przedmiot umowy, w szczególności, w przypadku nieterminowej lub niekompletnej dostawy towaru lub dostawy towaru nieodpowiadającego umowie oraz w innych przypadkach, w których Wykonawca w sposób nienależyty wywiązuje się z obowiązków umownych lub nie wywiązuje się z tych obowiązków.
4. Zamawiający może odstąpić od umowy w zakresie niezrealizowanej części, w terminie 10 dni, jeżeli opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy przekroczy 7 dni w stosunku do terminu określonego w umowie.
5. W sytuacji odstąpienia od niezrealizowanej części umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za dostawy wykonane przed odstąpieniem.
6. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona rozwiązująca Umowę powinna podać pisemnie uzasadnienie swojej decyzji.

§13.

1. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:
 - 1) zmiany wynagrodzenia w związku ze zmianą przepisów powszechnie obowiązujących dotyczących zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy,
 - 2) zmiany ceny w związku ze zmianą cen jednostkowych w przypadku zmiany cen urzędowych lub wprowadzenia odczynników na listę cen urzędowych – zobowiązuje Wykonawcę w każdym momencie realizacji umowy do wystąpienia do Zamawiającego z pisemną informacją o mającej nastąpić zmianie cen, przy czym zmiana cen odczynników nie może być wyższa niż cena urzędowa i cena, za jaką Zamawiający może nabyć odczynniki zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi,
 - 3) zmiany ceny w związku ze zmianą cen jednostkowych w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową, pod warunkiem, iż Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem (co najmniej 14 dni), zawiadomi Zamawiającego na piśmie, załączając stosowne dokumenty wystawione przez producenta odczynników stwierdzające ten fakt,
 - 4) zmiany wielkości opakowania, gdy wystąpią okoliczności, o których mowa w §14 ust. 1 pkt 4, a Zamawiający wyrazi na to zgodę w formie pisemnej,
 - 5) wydłużenia terminu realizacji umowy, o którym mowa w §9 ust. 1 z zastrzeżeniem nie wyczerpania wartości umowy, o której mowa w §10 ust. 1 niniejszej umowy,

- 6) przedmiotowym, tj. zastąpienia produktu objętego umową odpowiednikiem w przypadku:
 - a) zaprzestania wytwarzania produktu objętego umową,
 - b) wygaśnięcia świadectwa rejestracji odczynników,
 - c) niższej ceny odpowiednika,zmiana, o której mowa w pkt 7) będzie dopuszczalna pod warunkiem, iż odpowiednik będzie oparty na tej samej substancji aktywnej, znajduje zastosowanie w tych samych wskazaniach co odczynnik objęty umową i przy cenie nie wyższej niż cena odczynnika objętego umową,
 - 7) wycofania przez producenta któregośkolwiek z produktów określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy (zaprzestania dystrybucji lub produkcji, w tym czasowego zaprzestania); Strony zastrzegają możliwość zmiany umowy w zakresie produktu wycofanego, o ile Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego zamiennik produktu o tych samych właściwościach i składzie w cenie nie wyższej niż ta, która została określona w umowie za wycofany produkt,
 - 8) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany:
 - a) stawki podatku od towarów i usług,
 - b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 - c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
2. Obniżenie ceny jednostkowej towaru nie wymaga formy pisemnej i jest obowiązkowe w przypadku zmiany cen u producenta, wskaźnika kursu euro, cen urzędowych, itp. Jednocześnie Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego o każdej takiej zmianie (np. poczta elektroniczna, fax).
 3. Zmiana warunków Umowy wymaga formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem ust. 2.
 4. Strony mogą dokonać zmiany umowy w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp.
 5. Wszystkie zmiany postanowień umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej (aneks), za zgodą stron pod rygorem nieważności.
 6. Strony podają następujące adresy do doręczeń:
 - 1) Zamawiający: Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa;
 - 2) Wykonawca:
 7. Strony są zobowiązane do wzajemnego pisemnego informowania się o każdej zmianie adresu. W przypadku niedopełnienia przez którąkolwiek ze Stron powyższego zobowiązania, pisma kierowane na ostatnio wskazany przez Stronę adres będą uznane za doręczone.

§14.

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
 - 1) administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, adres: 02-637 Warszawa ul. Spartańska 1,
 - 2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@spartanska.pl,
 - 3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,

- 4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych). Odbiorcami danych będą także osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Pzp),
 - 5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
 - 6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
2. Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
- 1) Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
 - 2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 - 3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
 - 4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

§15.

1. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności wynikających z umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 z późn. zm.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej umowy.
3. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące odnoszące się do przedmiotu Umowy.
4. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie Umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Wszelkie zmiany Umowy mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO UMOWY NR

PROTOKÓŁ ODBIORU NR

Zamawiający:

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii
i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
02-637 Warszawa ul. Spartańska 1
tel. 22 844 42 41, fax 22 646 06 07
NIP 525-001-10-42, Regon 000288567

Wykonawca:

.....
.....
.....

(podać: adres, tel., fax, NIP, Regon)

| Lp. | Nazwa urządzenia | Typ/Model | Producent | Rok produkcji | Nr seryjny |
|-----|------------------|-----------|-----------|---------------|------------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |

1. Stwierdza się dostarczenie przedmiotu zamówienia wraz z niezbędnym wyposażeniem, oprzyrządowaniem i akcesoriami zgodnie z zapisami umowy nr
2. Stwierdza się, że przedmiot zamówienia zostaje odebrany bez zastrzeżeń.
3. Zamawiający potwierdza, że wraz z dostawą przedmiotu zamówienia otrzymał: instrukcję obsługi w języku polskim, certyfikaty CE, dokumentację techniczno-rozruchową w języku polskim, kartę gwarancyjną w języku polskim, paszport techniczny uzupełniony we wszystkie dane dotyczące przedmiotu zamówienia, adres autoryzowanego centrum serwisowego.
4. Dostawy dokonali niżej podpisani pracownicy Wykonawcy:

.....
(imię i nazwisko)

5. Uwagi:

.....
.....

6. Protokół odbioru sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Na tym protokół odbioru zakończono i podpisano:

Warszawa, dnia

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY NR
PROTOKÓŁ SZKOLENIA PERSONELU NR

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii
i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
02-637 Warszawa ul. Spartańska 1
tel. 22 844 42 41, fax 22 646 06 07
NIP 525-001-10-42, Regon 000288567

Wykonawca:

.....
.....
.....

(podać: adres, tel., fax, NIP, Regon)

1. Protokół sporządzono w miejscu instalacji i uruchomienia oraz kompleksowego przeszkolenia personelu Wykonawcy w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia.
2. Szkolenie prowadzono w ramach instalacji uruchomienia przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami Umowy nr
3. Zakres szkolenia:
.....
.....
.....
4. Personel obsługujący urządzenie przez rozpoczęciem użytkownicy ma obowiązek zapoznania się z instrukcją obsługi oraz ścisłego przestrzegania zawartych w niej procedur. Uczestnictwo w szkoleniu nie zastąpi przeczytania i używania dostarczonej instrukcji obsługi.
5. Niżej wymienione osoby potwierdzają własnoręcznym podpisem obecność na szkoleniu:
Lista uczestników szkolenia:
1)
2)
3)
6. Protokół szkolenia sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Na tym protokół szkolenia zakończono i podpisano:

Warszawa, dnia

WYKONAWCA
(szkolący)

ZAMAWIAJĄCY
(szkolony)

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Imię i nazwisko | podpis |
| Imię i nazwisko | podpis |
| Imię i nazwisko | podpis |
| Imię i nazwisko | podpis |
| Imię i nazwisko | podpis |
| Imię i nazwisko | podpis |
| Imię i nazwisko | podpis |
| Imię i nazwisko | podpis |

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY NR

PROTOKÓŁ INSTALACJI I URUCHOMIENIA NR

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii
i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
02-637 Warszawa ul. Spartańska 1
tel. 22 844 42 41, fax 22 646 06 07
NIP 525-001-10-42, Regon 000288567

Wykonawca:

.....
.....
.....

(podać: adres, tel., fax, NIP, Regon)

1. Stwierdza się, że przedmiot zamówienia został zainstalowany, uruchomiony i przekazany do eksploatacji wraz z niezbędnym wyposażeniem, oprzyrządowaniem i akcesoriami zgodnie z zapisami umowy nr
2. Nie wnosi się zastrzeżeń do instalacji i uruchomienia przedmiotu zamówienia.
3. Instalacji i uruchomienia dokonali niżej podpisani pracownicy Wykonawcy:

Imię i nazwisko: Podpis:

Imię i nazwisko: Podpis:

Imię i nazwisko: Podpis:

4. Uwagi:

.....
.....

5. Protokół instalacji i uruchomienia sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Na tym protokół instalacji i uruchomienia zakończono i podpisano:

Warszawa, dnia

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

Zamawiający:

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
02-637 Warszawa ul. Spartańska 1

WYKONAWCA:

.....
(pełna nazwa/firma, adres)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów do oznaczania przeciwciał w podziale na zadania”** – sprawa nr **38/PN/2019/JS** prowadzonego przez Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, oświadczamy, że wobec podmiotu, który reprezentujemy:

- **nie wydano** prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
- **wydano** prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.¹⁴

..... (miejsowość), dnia

.....
Podpis (y) Wykonawcy (ów)
lub upoważnionego(ych)
przedstawiciela(li) Wykonawcy(ów)

¹⁴ Niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

Zamawiający:

**Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
02-637 Warszawa ul. Spartańska 1**

WYKONAWCA

.....
(pełna nazwa/firma, adres)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów do oznaczania przeciwciał w podziale na zadania”** – sprawa nr **38/PN/2019/JS**, prowadzonego przez Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, oświadczamy, że wobec podmiotu, który reprezentujemy, **nie orzeczono/orzeczono**¹⁵ tytułem środka zapobiegawczego zakazu/zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne.

..... *(miejsowość)*, dnia

.....
*Podpis (y) Wykonawcy (ów) lub
upoważnionego(ych)
przedstawiciela(li) Wykonawcy(ów)*

¹⁵ Niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK Nr 6 DO SIWZ

Zamawiający:

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

02-637 Warszawa ul. Spartańska 1

WYKONAWCA:

.....
(pełna nazwa/firma, adres)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów do oznaczania przeciwciał w podziale na zadania” – sprawa nr 38/PN/2019/JS** prowadzonego przez Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, oświadczamy, że podmiot, który reprezentujemy:

- **zalega** z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716),
- **nie zalega** z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).¹⁶

..... *(miejsowość)*, dnia

.....
*Podpis (y) Wykonawcy (ów)
lub upoważnionego(ych) przedstawiciela(li)
Wykonawcy(ów)*

¹⁶ Niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ

Zamawiający:

**Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher**
02-637 Warszawa ul. Spartańska 1

WYKONAWCA

.....
(pełna nazwa/firma, adres)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów do oznaczania przeciwciał w podziale na zadania”** – sprawa nr **38/PN/2019/JS**, prowadzonego przez Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, oświadczamy, że:

1. dysponujemy kompletem dokumentów wystawionych przez uprawnione jednostki, wymagane polskimi przepisami prawa (np. znak CE, Deklarację zgodności, niezbędne świadectwa, atesty, certyfikaty, pozwolenia, zgłoszenia, świadectwa rejestracji wydane przez uprawnione organy np. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Minister Zdrowia), w tym zgodne z art. 11 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. 2017 poz. 211 z późn. zm.),
2. do wykonania przedmiotu zamówienia użyjemy produktów posiadających świadectwa dopuszczające do obrotu na terenie RP,
3. przedmiot zamówienia spełnia wymagania polskich i europejskich norm,
4. na każde żądanie Zamawiającego, w terminie do 3 dni od daty wezwania przedstawimy poświadczony za zgodność z oryginałem dokumenty, o których mowa w ust. 1.

..... (miejsowość), dnia

.....
*Podpis (y) Wykonawcy (ów)
lub upoważnionego(ych)
przedstawiciela(li) Wykonawcy(ów)*

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI WYKONAWCY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

.....
(pełna nazwa i adres Wykonawcy)

Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oświadczam, że: **należę / nie należę¹⁷** do tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy którzy złożyli odrębne oferty, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 14, 1618 i 1634), w postępowaniu pn. „Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów do oznaczania przeciwciał w podziale na zadania” – sprawa nr 38/PN/2019/JS

....., dnia

.....
Podpis (y) Wykonawcy (ów) lub
upoważnionego(ych) przedstawiciela(li)
Wykonawcy(ów)

W przypadku, gdy Wykonawca **należy** do tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Uwaga:

W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie, wymagane oświadczenie winno być złożone przez każdy podmiot.

¹⁷ niepotrzebne skreślić