



**SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH
ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO
WARSZAWA PRAGA POŁUDNIE**

04-082 Warszawa, ul. Krypska 39

Dyrektor tel/fax 22 810-06-04
Centrala tel. 22 813-30-51, fax 22 810-11-63



AZ.26.1457.2023

Warszawa, dnia 31.10.2023 r.

Dot. zapytania ofertowego nr 30/23: Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku w podziale na zadania. (ID 837956)

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

W związku z otrzymanym pytaniem do postępowania Zamawiający publikuje jego treść wraz z udzieloną odpowiedzią:

Pytanie nr 1. Zadanie nr 1, poz. 7, 8

Czy zamawiający dopuści kaniule wykonane teflonu (FEP) spełniające pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem – kaniule wykonane z PTFE.

Pytanie nr 2. Zadanie nr 1, poz. 7

Czy zamawiający dopuści kaniule niewidoczne w USG?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3. Zadanie nr 1, poz. 14

Proszę o dopuszczenie przyrządów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV, Zamawiający w SWZ nie stawia wymogu aby przyrządy w całości były wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PCV, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PCV.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem zachowania przezroczystości.

Pytanie nr 4. Zadanie nr 1, poz. 14

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w komorę kroplową o długości min. 55mm w części przezroczystej, w której widoczność poziomu płynu oraz szybkości infuzji, jest zdecydowanie lepsza niż w przyrządach wyposażonych w krótszą komorę?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 5. Zadanie nr 1, poz. 14

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w komorę kroplową, która jest na całej długości przezroczysta, dzięki czemu widoczność poziomu płynu oraz szybkości infuzji, jest zdecydowanie lepsza niż w przyrządach ze zmrożoną powierzchnią?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 6. Zadanie nr 1, poz. 14

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu z zaciskiem rolkowym wyposażonym w pochewkę na igłę biorczą, która umożliwia prawidłowe zabezpieczenie kolca biorczego po wyciągnięciu z opakowania z płynem, chroniąc personel przed ryzykiem zakłucia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 7. Zadanie nr 1, poz.14

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w zacisk rolkowy z uchwytem, umożliwiającym bezpieczne podwieszenie drenu, bez zamknięcia jego światła, zapobiegając kontaminacji łącznika Luer Lock przyrządu, minimalizując ryzyko wprowadzenia zakażenia u pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 8. Zadanie nr 1, poz.14

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do infuzji z komorą kroplową zaopatrzoną w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 9. Zadanie nr 1, poz.14

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu posiadającego na zacisku rolkowym wytłoczoną nazwę producenta, w celu pełnej identyfikacji wyrobu?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 10. Zadanie nr 1, poz.14

Czy Zamawiający oczekuje, aby oferowany przyrząd do przetoczeń był sterylny, a tym samym zapakowany w opakowanie typu papier-folia gwarantujące barierę jałowości przy sterylizacji tlenkiem etylenu oraz umożliwiające jego aseptyczne wyjęcie?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga przyrządu sterylnego, zapakowanego w opakowanie typu folia-papier. Zamawiający nie stawia wymogu, co do czynnika sterylizującego użytego na etapie produkcji przyrządu.

Pytanie nr 11. Zadanie nr 1, poz.15-17


Czy Zamawiający dopuści Pojemnik wykonany metodą rozdmuchu z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE), pokrywa z wiekiem wykonana z polipropylenu (PP)?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 12. Zadanie nr 1, poz.15-17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników na odpady z otworem wrzutowym w kształcie zaokrąglonego trójkąta o wysokości 70mm jak na poniższym zdjęciu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści pod warunkiem, że otwór **nie będzie posiadał** „wąsów” jak na poniższym zdjęciu:



Pytanie nr 13. Zadanie nr 1, poz.15

Czy Zamawiający dopuści pojemniki o średnicy spodu 93mm, wysokość 97mm, średnica górna 109mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza pojemników zwężanych do dołu.

Pytanie nr 14. Zadanie nr 1, poz.15

Czy Zamawiający dopuści pojemniki okrągłe?

Odpowiedź: Zamawiający w Załączniku nr 2 do Zapytania określił kształt „*Kształt pojemnika okrągły.*”

Pytanie nr 15. Zadanie nr 1, poz.17

Czy Zamawiający dopuści pojemniki o średnicy spodu 95m, wysokość 246mm, średnica górna 109mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 16. Zadanie nr 1, poz.17

Czy zamawiający dopuści pojemnik o parametrach: średnica górna 165mm, średnica dolna 120mm, wysokość całkowita 160mm, otwór wrzutowy 70mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 17. Zadanie nr 1, poz.19

Czy Zamawiający dopuści Rurka ustno – gardłowa wykonana z wysokiej jakości polietylenu (PE) pozbawionego PCV oraz ftalanów?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 18. Zadanie nr 1, poz. 23

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem.

Pytanie nr 19. Zadanie nr 1, poz. 23

Czy zamawiający dopuści strzykawki w opakowaniu a'100 szt. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem.

Pytanie nr 20. Zadanie nr 1, poz. 24

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do tuberkuliny z dołączoną igłą 0,45 mm x 13 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 21. Zadanie nr 1, poz. 25, 26

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'25szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, asortyment z poz. 25 i 26 jest kupowany przez Zamawiającego na sztuki.

Pytanie nr 22. Zadanie nr 1, poz.28

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, asortyment z poz. 25 i 26 jest kupowany przez Zamawiającego na sztuki.

Pytanie nr 23. Zadanie nr 1, poz. 30

Czy Zamawiający dopuści wziernik w rozmiarach w rozmiarach XS,S,M?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyraża zgodę.

Pytanie nr 24. Zadanie nr 1, poz. 34

Czy zamawiający dopuści nakłuwacze w opakowaniu a'200szt z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem.

Pytanie nr 25. Czy Zamawiający zgodzi się na minimum logistyczne w wysokości 1000 zł brutto?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę dla Zadania nr 1, odpowiedni zapis zostanie umieszczony w umowie wykonawczej.

Dyrektor
SZPZLO Warszawa Praga Południe
Ewa Łagodźka
w dniu 31.10.2023