



**Samodzielny Zespół Publicznych  
Zakładów Lecznictwa Otwartego  
Warszawa-Ochota**



podmiot leczniczy  
miasta stołecznego  
Warszawy

Warszawa, dnia 25.09.2024 r.

## WYKONAWCY ZAINTERESOWANI UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU

### PYTANIA, ODPOWIEDZI, MODYFIKACJA TREŚCI SWZ,

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym z możliwymi negocjacjami, na podstawie art. 275 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), w dalszej treści zwana „Ustawą” oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, pn.

**„Dostawa 2 (dwóch) sztuk spektralnych tomografów okulistycznych z angiografią SOCT wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu medycznego Zamawiającego oraz przeprowadzeniem testów bezpieczeństwa”**

***nr sprawy: ZP-2511-16-IS/2024.***

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy, udziela wyjaśnień do treści SWZ.

#### **1. Dotyczy: Załącznika nr 3 do SWZ – Projekt umowy**

##### **Dotyczy: § 4 pkt. 8**

Czy Zamawiający może zmienić zapis przez dodanie – do następnego dnia roboczego ewentualnie wydłużenie czasu reakcji do 48 godzin roboczych. Ponadto uzupełnienia wymaga ten zapis o treść: Zgłoszenia będą dokonywane w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni roboczych w godzinach pracy Zamawiającego?

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji treści SWZ w taki sposób, że **§ 4 pkt. 8 Załącznika nr 3 do SWZ**, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„W okresie gwarancji Wykonawca zapewni czas reakcji serwisu na telefoniczne zgłoszenia o niesprawności Sprzętu nie później niż następnego dnia **roboczego** od daty zgłoszenia. **Zgłoszenia dokonywane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach pracy Zamawiającego.**”



**Samodzielny Zespół Publicznych  
Zakładów Lecznictwa Otwartego  
Warszawa-Ochota**



**podmiot leczniczy  
miasta stołecznego  
Warszawy**

## **2. Dotyczy całego § 9 pkt. 1-6**

Czy Zamawiający może zmienić zapis „opóźnienie” na „zwłokę” zgodnie z obowiązującymi przepisami PZP, gdzie kary umowne ustawodawca dopuszcza w przypadku zwłoki Wykonawcy, a nie opóźnienia.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji treści SWZ w taki sposób, że **§ 9 ust. 1 pkt. 1- 5**

**Załącznika nr 3 do SWZ,** otrzymują nowe, następujące brzmienie:

„1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

- 1) 0,1 % wartości Umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień **zwłoki** w dostarczeniu, instalacji, uruchomieniu przedmiotu Umowy oraz przeszkoleniu personelu Zamawiającego, w stosunku do terminu wskazanego w § 2 niniejszej Umowy,
- 2) 0,01 % wartości Umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień **zwłoki** w reakcji serwisu gwarancyjnego na zgłoszone przez Zamawiającego usterki i wady,
- 3) 0,01 % wartości Umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień **zwłoki** w naprawie zgłoszonych przez Zamawiającego usterek i wad w okresie gwarancyjnym lub przy odbiorze Sprzętu,
- 4) 0,1 % wartości Umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień **zwłoki** w dostarczeniu sprzętu zastępczego,
- 5) za nieprzedłożenie do zaakceptowania **dokumentacji projektowej** projektu Umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, w wysokości 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy, nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,..”.

Załącznik nr 3 do SWZ – Projekt umowy po modyfikacji, stanowi Załącznik do niniejszego pisma.

## **3. Dotyczy: Załącznika nr 2 do SWZ – Specyfikacja techniczna spektralnego tomografu okulistycznego z angiografią SOCT**

### **Dotyczy Lp. 9 i 15**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia, na którym wykonamy skan OCT i zdjęcie kolorowe przy minimalnej średnicy źrenicy 3,3 mm. Pozostałe parametry zgodnie z opisem.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający **dopuszcza** urządzenia, z możliwością wykonania skanu OCT i kolorowych zdjęć dna



**Samodzielny Zespół Publicznych  
Zakładów Lecznictwa Otwartego  
Warszawa-Ochota**



**podmiot leczniczy  
miasta stołecznego  
Warszawy**

oka przy minimalnym rozmiarze źrenicy 3,3 mm. Załącznik nr 2 do SWZ, umowy – Specyfikacja techniczna, OPZ po modyfikacji, stanowi Załącznik do niniejszego pisma.

#### **4. Dotyczy Lp. 22**

Prosimy Zamawiającego o wskazanie firmy odpowiedzialnej za system PCS/RIS działający w pracowni ZDO.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż system RIS/PACS używany w pracowni ZDO to ArPACS firmy SYNEKTIK.

#### **5. Dotyczy: Załącznika nr 2 do SWZ – Specyfikacja techniczna spektralnego tomografu okulistycznego z angiografią SOCT**

#### **Dotyczy Lp. 15**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia, na którym wykonamy zdjęcie kolorowe przy minimalnej średnicy źrenicy 3,3 mm. Pozostałe parametry zgodne z opisem.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający **dopuszcza** urządzenia, z możliwością wykonania kolorowych zdjęć przy minimalnej średnicy źrenicy 3,3 mm.

#### **6. Ponadto Zamawiający informuje, iż:**

- 1) modyfikuje treść Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz oferty, w taki sposób, że ust. 7 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  
„ 7. W cenie naszej Oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania zamówienia.”,
- 2) modyfikuje treść Załącznika nr 2 do SWZ i umowy – Specyfikacja techniczna, OPZ, odpowiednio pkt 9 i pkt 15, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  
„9. Minimalna średnica źrenicy pacjenta: **maksymalnie 3,3 [mm]**.  
„15. Możliwość wykonywania kolorowych zdjęć dna oka przy źrenicy o średnicy **minimum 3,3 mm.**”.

#### **UWAGA:**

- **Zamawiający informuje, iż w przypadku rozbieżności treści niniejszych wyjaśnień bądź modyfikacji, a Załącznikami po modyfikacji, znaczenie ma treść Załączników.**
- W pozostałym zakresie dokumentacja pozostaje bez zmian.



**Samodzielny Zespół Publicznych  
Zakładów Lecznictwa Otwartego  
Warszawa-Ochota**



**podmiot leczniczy  
miasta stołecznego  
Warszawy**

- **Termin składania ofert został przedłużony do dnia 01 października 2024 r. do godz. 12<sup>00</sup>.**

Załączniki:

Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy po modyfikacji;

Załącznik nr 2 do SWZ, umowy – Specyfikacja techniczna, OPZ, po modyfikacji;

Załącznik nr 3 do SWZ – projekt umowy po modyfikacji.

*Krzysztof Marcin Zakrzewski*  
*Dyrektor*  
*Samodzielnego Zespołu Publicznych*  
*Zakładów Lecznictwa Otwartego*  
*Warszawa-Ochota*  
*(pieczęć imienna, podpis nieczytelny)*