



**Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny  
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu**  
**Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia**  
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec  
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448  
tel. +48 571 334 858  
www.spzoz.zgorzelec.pl  
*Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”*

Zgorzelec 2019-08-12

DZP/425/2019

## **UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE**

dotyczy postępowania: SUKCESYWNE DOSTAWY ZESTAWÓW DO ZABIEGÓW OPERACYJNYCH, ODZIEŻY OCHRONNEJ ORAZ PIELUCH

W związku z zapytaniami od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zmianami) odpowiada na następujące pytania:

Wykonawca zwrócił się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie:

### **ZAPYTANIE NR 1**

Opis przedmiotu zamówienia sugeruje, że jest on przygotowany pod konkretną firmę, co jest niedopuszczalne. Sugerujemy następujące zmiany:

Po pierwsze nie należy wymagać czystości mikrobiologicznej zgodnej z normą 13 795 dla odzieży niejałowej, czyli przeznaczonej do użytkowania po praniu i sterylizacji, ponieważ ten parametr dotyczy wyłącznie odzieży dostarczanej w postaci jałowej. Dotyczy zarówno fartuchów jak i ubrań chirurgicznych po wtóre:

Nie należy żądać spełnienia przepisu normy PN EN 13 795 o nieprzepuszczaniu drobnoustrojów na sucho i na mokro w ubraniach chirurgicznych wykonanych z przewiewnej (a nie barierowej) tkaniny, bo to nie ma sensu – rzecz nie może być zarazem barierowa i przewiewna.

Po trzecie

po 4 czwarte

Zażdana wysokość słupa cieczy spełnia wymagania dla fartuchów wysokiego ryzyka, a przedmiotem zamówienia są fartuchy standardowego ryzyka, dla których norma przewiduje wysokość słupa cieczy o wartości 20 cm.

Ponadto należałoby koniecznie oddzielić sukienki od ubrań, ponieważ cena sukienek jest znacznie niższa niż ubrań (bliza+ spodnie) i razem wycenić się tych dwóch asortymentów nie daje.

**Odp. Zamawiający informuje, iż dokonał opisu zgodnie ze swoim zapotrzebowaniem i wymaganiami. Zamawiający wymaga ubrań i fartuchów o wskazanej czystości mikrobiologicznej (powyższe pojęcie nie jest tożsame z pojęciem jałowe). Zamawiający wymaga odzieży barierowej tylko w przypadku poz 1 (fartuchy).**

**Zamawiający omyłkowo zawarł w poz 2 słowo „lub sukienka” – zostaje ono wykreślone.**

### **ZAPYTANIE NR 2**

#### **Pytanie nr 1**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 5 Pozycji 5.1 serwety dwuwarstwowej 75x50cm z otworem o średnicy 8 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, przy zachowaniu pozostałych parametrów.**

#### **Pytanie nr 2**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 5 Pozycji 1 narzędzie plastikowe do dezynfekcji pola o długości 19cm.

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, przy zachowaniu pozostałych parametrów.**

### **ZAPYTANIE NR 3**

#### **Pytanie 1 – Pakiet 4**

Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o wydzielenie z pakietu 4 pozycji 2 i utworzenie z niej osobnego pakietu.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji.**

Prosimy również o dopuszczenie w zestawie serwety Mayo w kolorze niebieskim wykonanej z folii PE o grubości 40 mikronów spełniającej wszystkie wymagania normy PN EN 13795 1-3.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania.**

### **ZAPYTANIE NR 4**

#### **Pakiet 5 poz. 5.1.:**

Czy Zamawiający dopuści zestaw zabiegowy do znieczulenia o składzie:

- kompresy z gazy 17N, 8W rozmiar 7,5x7,5 - 10 szt.
- plaster (przylepiec) z opatrunkiem 5x7,2cm - 1 szt.
- igła 1,2 x 40 - 1 szt.
- igła 0,5 x 25 - 1 szt.
- pęseta plastikowa 13 cm - 1 szt.
- strzykawka 5 ml - 1 szt.
- strzykawka 2 ml - 1 szt.
- pojemnik tekturowy typu nerka - 1 szt.
- serweta z włókniny SMS o gramaturze 35 g, rozmiar 80x60 cm otwór 5 cm - 1 szt.
- serweta z włókniny TF o gramaturze 43 g, rozmiar 70x60 cm - 1 szt.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania.**

#### **Pakiet 5 poz. 5.2.:**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 60x50 cm?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania.**

#### **Pakiet 6 poz. 1:**

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków?

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, (przy zachowaniu pozostałych parametrów) ale nie wymaga.**

#### **Pakiet 6 poz. 3:**

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki dla noworodków bez balsamu pielęgnacyjnego na wewnętrznej powierzchni?

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, przy zachowaniu pozostałych parametrów.**

#### **Pytanie dot. projektu umowy:**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstępnie od § 2 pkt. 2?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstępnie od § 2 pkt. 7?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

3. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 pkt. 3 wzoru umowy, aby kara była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

## ZAPYTANIE NR 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do znieczulenia w skład którego wchodzi:

- 1 x Serweta chłonna z bilaminatu 45x75cm
- 1 x Serweta z bilaminatu 40x45 cm z przylepnym otworem  $\varnothing$ 7cm
- 10 x Kompres gazowy 7,5x7,5cm 8W 17N
- 1 x Kleszczyki plastikowe typu Kocher 14cm niebieskie
- 1 x Etykieta samoprzylepna, dwuczęściowa 4,75x5cm
- 1 x Taca 15X20cm ze sztywnego blistra

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, przy zachowaniu pozostałych parametrów.**

### Pakiet nr 5 poz. 5.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety w rozmiarze 70 cm x 45 cm z otworem przylepnym o średnicy 7 cm.

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, przy zachowaniu pozostałych parametrów.**

### Pakiet nr 5 poz. 5.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety w rozmiarze 50 cm x 60 cm z otworem przylepnym o średnicy 5 cm.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania.**

## ZAPYTANIE NR 6

### Pakiet 4

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu lepszy wybór spośród większej liczby złożonych ofert.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji.**

### Pakiet nr 5, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie?

1	Plastikowy chwytak do tamponów typu Kocher o dł. 13,9cm	1 szt.
2	Strzykawka 3-częściowa 2 ml Luer	1 szt.
3	Strzykawka 3-częściowa 5 ml Luer	1 szt.
4	Opatrunek z wkładem chłonnym, włókninowy, samoprzylepny 5cm x 7,2cm	1 szt.
5	Kompres z gazy 13N 8W 7,5cm x 7,5cm	10 szt.
6	Igła iniekcyjna 0,5 x 25mm	1 szt.
7	Igła iniekcyjna 1,2 x 40mm	1 szt.
8	Serweta operacyjna 50cm x 75cm 2 warstwowa, z centralnym otworem o śr. 7 cm	1 szt.
9	Serweta operacyjna 50cm x 70cm 2 warstwowa, z warstwą celulozową (owinięcie zestawu)	1 szt.

Opakowanie typu folia-papier.

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, przy zachowaniu pozostałych parametrów.**

### Pakiet nr 4, poz. 6

1. Czy Zamawiający dopuści serwetę z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup> i odporności na przenikanie cieczy 188 cm H<sub>2</sub>O w rozmiarze 150cm x 100cm, stanowiącą owinięcie zestawu?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania.**

2. Czy Zamawiający dopuści serwetę z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup> i odporności na przenikanie cieczy 188 cm H<sub>2</sub>O w rozmiarze 150cm x 100cm?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania.**

3. Czy Zamawiający dopuści podkład wysokochłonny wykonany z folii PE, pulpy celulozowej oraz włókniny polipropylenowej 90cm x 60cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, przy zachowaniu pozostałych parametrów.**

4. Czy Zamawiający dopuści podkład wysokochłonny wykonany z folii PE, pulpy celulozowej oraz włókniny polipropylenowej 60cm x 60cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, przy zachowaniu pozostałych parametrów.**

5. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu umieszczenia piktogramu potwierdzającego, że zestaw nie zawiera lateksu?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania.**

#### **ZAPYTANIE NR 7**

Pytanie 1:

Zamawiający opisał szereg wymaganych parametrów. Aby mieć pewność, że zaofertowany asortyment będzie spełniał wszystkie wymogi, Wykonawcy powinni załączyć do oferty lub na wezwanie karty techniczne tkanin, z których będzie wykonany asortyment oraz wyniki badań tychże tkanin, potwierdzające parametry opisane przez Zamawiającego, a wynikające z normy PN-EN 13795.

**Czy Zamawiający w zakresie Pakietu nr 3 wymaga załączenia do oferty lub na wezwanie kart technicznych tkanin oraz wyników ich badań, potwierdzających wymagane parametry zgodnie z normą PN-EN 13795?**

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty lub na wezwanie kart technicznych tkanin oraz wyników ich badań. Obowiązkiem Wykonawcy jest złożenie dokumentów, o których mowa w punkcie 7.4.1 SIWZ.**

Z poważaniem  
z upoważnienia Dyrektora

Agata Gabrielska  
st. specjalista  
ds. zamówień publicznych

Radosław Jabłoński  
Zastępca Kierownika Działu  
Zamówień Publicznych  
i Zaopatrzenia

**PROSZĘ O POTWIERDZENIE OTRZYMANIA NINIEJSZEGO PISMA  
e-mailem - [zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl](mailto:zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl)**